

Białystok, dnia 30.11.2021 r.

**Wszyscy uczestnicy postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Dostawę urządzeń chłodniczych”, prowadzonego w trybie art. 70¹-70⁵ Kodeksu Cywilnego, nr sprawy ZP/KC-16/2021, opublikowanego w dniu 23.11.2021 r.

**WYJAŚNIENIE I ZMIANA
TREŚCI WARUNKÓW PRZETARGOWYCH**

Zamawiający, Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Białymstoku, przekazuje treść zapytań do Warunków przetargowych wraz z wyjaśnieniami.

Pytanie 1:

Pakiet 1

Prosimy o wyrażenie zgody na zaoferowanie zamrażarki o pojemności brutto 450 L, pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuści urządzenie o pojemności brutto 450 L.


W związku z powyższym, Zamawiający dokona modyfikacji treści Warunków przetargowych w przedmiotowym zakresie.

Pytanie 2:

Pakiet 1

Prosimy o wyrażenie zgody na zaoferowanie zamrażarki o wymiarach zewnętrznych w zakresie głębokości 872 mm. Różnica 50 mm, wynika z uwzględnienia uchwytów do przenoszenia zamrażarki (824) mm, pozostałe wymiary zgodne z SIWZ.

Opisany przez Zamawiającego produkt posiada taką głębokość.



Odpowiedź:

Zamawiający dopuści urządzenie o wnioskowanej głębokości.

W związku z powyższym, Zamawiający dokona modyfikacji treści Warunków przetargowych w przedmiotowym zakresie.

Pytanie 3:Pakiet 1

Prosimy o odstąpienie od wymogu alarmu zaniku napięcia. Jeśli zamrażarka będzie podłączona do centralnego monitoringu temperatur Zamawiającego, to w momencie utraty zasilania, system automatycznie powiadomi Zamawiającego o występującej awarii.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na odstąpienie od wymogu posiadania przez urządzenie alarmu zaniku napięcia.

Pytanie 4:Pakiet 1

- a. Prosimy o wyjaśnienie, na którym poziomie będą umieszczone urządzenia?
- b. Czy jest winda towarowa / osobowa w budynku?
- c. Czy będzie konieczność przemieszczenia zamrażarki po schodach ?
- d. Jakiej wielkości są otwory drzwiowe? Ma to znaczenie dla wyceny transportu.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje j.n.:

Ad. a) Urządzenia umieszczone będą na poziomie 2;

Ad. b) W budynku znajduje się winda towarowa oraz osobowa;

Ad. c) Nie będzie zachodziła konieczność przemieszczania urządzeń po schodach;

Ad. d) Otwory drzwiowe standardowe.

Pytanie 5:Pakiet 2

Prosimy o wyrażenie zgody na zaoferowanie zamrażarki o wymiarach zewnętrznych (SxGxW) 717*710*1745 mm.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuści urządzenie o wnioskowanych wymiarach.

W związku z powyższym, Zamawiający dokona modyfikacji treści Warunków przetargowych w przedmiotowym zakresie.

Pytanie 6:Pakiet 2

Prosimy o odstąpienie od wymogu samodomykających się drzwi oraz konstrukcji drzwi i zawiasów umożliwiającą zmianę strony otwierania drzwi.

Zamrażarka jaką chcemy zaoferować posiada funkcję „SZYBKIE ZAMRAŻANIE” co pozwala sprężarce na ciągłą pracę (nie dłużej niż 3 godziny), dzięki czemu zamrażarka może osiągnąć niskie temperatury w możliwie najkrótszym czasie. Można użyć tej funkcji, gdy dodawana jest do zamrażarki znaczna ilość niezamrożonych produktów.


Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje wymóg, aby urządzenie posiadało samodomykające się drzwi.

Jednocześnie Zamawiający dopuści urządzenie bez możliwości zmiany kierunku otwierania drzwi tylko i wyłącznie pod warunkiem możliwości określenia tego kierunku przez Zamawiającego na etapie realizacji zamówienia.

Pytanie 7:Pakiet 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na szuflado - kosze jak na zdjęciu poniżej.



Odpowiedź:

Zamawiający dopuści urządzenie wyposażone w szuflado-kosze.

W związku z powyższym, Zamawiający dokona modyfikacji treści Warunków przetargowych w przedmiotowym zakresie.

Pytanie 8:

Pakiet 2

- Prosimy o wyjaśnienie, na którym poziomie będą umieszczone urządzenia?
- Czy jest winda towarowa / osobowa w budynku?
- Czy będzie konieczność przemieszczenia zamrażarki po schodach ?
- Jakiej wielkości są otwory drzwiowe? Ma to znaczenie dla wyceny transportu.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje j.n.:

Ad. a) Urządzenia umieszczone będą na poziomie 2;

Ad. b) W budynku znajduje się winda towarowa oraz osobowa;

Ad. c) Nie będzie zachodziła konieczność przemieszczania urządzeń po schodach;

Ad. d) Otwory drzwiowe standardowe.

Pytanie 9:

Pakiet 1

Co Zamawiający rozumie przez „Ilość komór: od 4 ...”? Czy tu chodzi o pełnoprawne komory z osobnymi drzwiami i stałą przegrodą (podłogą komory) czy wystarczą 4 półki dzielące komorę zamrażarki na 4-5 przedziałów?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że wystarczą cztery (4) półki dzielące komorę zamrażarki.

W związku z powyższym, Zamawiający dokona modyfikacji treści Warunków przetargowych w przedmiotowym zakresie.

Pytanie 10:

Pakiet 1

Czy Zamawiający dopuści zamrażarkę o głębokości 890 mm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuści urządzenie o wskazanej głębokości.

W związku z powyższym, Zamawiający dokona modyfikacji treści Warunków przetargowych w przedmiotowym zakresie.

Pytanie 11:**Pakiet 1**

Czy Zamawiający dopuści zamrażarkę o szerokości 760 mm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuści urządzenie o wskazanej szerokości.

W związku z powyższym, Zamawiający dokona modyfikacji treści Warunków przetargowych w przedmiotowym zakresie.

Pytanie 12:**Pakiet 1**

Czy Zamawiający dopuści urządzenie wyposażone w kółka blokowane na miejscu przez wykręcane stopki?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuści urządzenie wyposażone w kółka blokowane na miejscu przez wykręcane stopki.

W związku z powyższym, Zamawiający dokona modyfikacji treści Warunków przetargowych w przedmiotowym zakresie.

Pytanie 13:**Pakiet 1**

Czy Zamawiający dopuści urządzenie bez możliwości zmiany kierunku otwierania drzwi, ale z możliwością określenia tego kierunku na etapie realizacji zamówienia?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuści urządzenie bez możliwości zmiany kierunku otwierania drzwi tylko i wyłącznie pod warunkiem możliwości określenia tego kierunku przez Zamawiającego na etapie realizacji zamówienia.

Pytanie 14:**Pakiet 1**

Prosimy Zamawiającego o odstąpienie od wymogu klasy energetycznej. Specjalistyczne laboratoryjne i medyczne urządzenia chłodnicze nie mają i nie muszą mieć określonej klasy energetycznej, o czym zresztą jest mowa w przytaczanym przez Zamawiającego Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1369 z dn. 4 lipca 2017 r. ustanawiającym ramy etykietowania energetycznego.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje wymóg związany z klasą energetyczną urządzenia.

W związku z powyższym, Zamawiający dokona modyfikacji treści Warunków przetargowych w przedmiotowym zakresie.

Zamawiający działając na podstawie rozdz. XVI ust. 4 Warunków przetargowych dokonuje modyfikacji treści Warunków przetargowych w następujący sposób:

1. Załącznik nr 1 do Warunków przetargowych /Opis przedmiotu zamówienia/, w zakresie Części 1, wiersz 2, 3, 4, 12 oraz 13 otrzymują odpowiednio brzmienie:

Lp.	Charakterystyka (Minimalne wymagania Zamawiającego):
2.	Maksymalne wymiary zewnętrzne zamrażarki (szer. X wys. X gł.): 750-760 mm X 2000 mm X 830-890 mm.
3.	Pojemność całkowita zamrażarki: 450 litrów – 600 litrów.
4.	Ilość półek dzielących komorę zamrażarki: 4 (cztery).
12.	Konstrukcja drzwi i zawiasów umożliwiająca zmianę strony otwierania drzwi lub konstrukcja drzwi i zawiasów bez możliwości zmiany strony otwierania drzwi pod warunkiem możliwości wskazania kierunku otwierania drzwi na etapie realizacji zamówienia.
13.	Urządzenie wyposażone w kółka ułatwiające przesuwanie, w tym dwa kółka z blokadą lub urządzenie wyposażone w kółka blokowane na miejscu przez wykręcane stopki.

2. Załącznik nr 3 do Warunków przetargowych /Specyfikacja oferowanego przedmiotu zamówienia/, w zakresie Części 1 pkt 2) /Specyfikacja przedmiotowa/, wiersz 2, 3, 4, 12 oraz 13 otrzymują odpowiednio brzmienie:

Lp.	Minimalne wymagania Zamawiającego:	Charakterystyka proponowanego przez Wykonawcę produktu	Uwagi
2.	Maksymalne wymiary zewnętrzne zamrażarki (szer. X wys. X gł.): 750-760 mm X 2000 mm X 830-890 mm.	TAK / NIE *)	wymiary zewnętrzne (szer. x wys. x gł.): mm x mm x mm
3.	Pojemność całkowita zamrażarki: 450 litrów – 600 litrów.	TAK / NIE *)	pojemność całkowita: litrów
4.	Ilość półek dzielących komorę zamrażarki: 4 (cztery).	TAK / NIE *)	
12.	Konstrukcja drzwi i zawiasów umożliwiająca zmianę strony otwierania drzwi lub konstrukcja drzwi i zawiasów bez możliwości zmiany strony otwierania drzwi pod warunkiem możliwości wskazania kierunku otwierania drzwi na etapie realizacji zamówienia.	TAK / NIE *)	konstrukcja drzwi i zawiasów umożliwiająca zmianę strony otwierania drzwi*) lub konstrukcja drzwi i zawiasów bez możliwości zmiany strony otwierania drzwi pod warunkiem możliwości wskazania kierunku otwierania drzwi na etapie realizacji zamówienia*)
13.	Urządzenie wyposażone w kółka ułatwiające przesuwanie, w tym dwa kółka z blokadą lub urządzenie wyposażone w kółka blokowane na miejscu przez wykręcane stopki.	TAK / NIE *)	urządzenie wyposażone w kółka ułatwiające przesuwanie, w tym dwa kółka z blokadą*) lub urządzenie wyposażone w kółka blokowane na miejscu przez wykręcane stopki*)

3. Załącznik nr 1 do Warunków przetargowych /Opis przedmiotu zamówienia/, w zakresie Części 2, wiersz 2, 4 oraz 9 otrzymują odpowiednio brzmienie:

Lp.	Charakterystyka (Minimalne wymagania Zamawiającego):
2.	Maksymalne wymiary zewnętrzne zamrażarki (szer. X wys. X gł.): 600-717 mm X 1745-1800 mm X 700-710 mm.
4.	Ilość szuflad lub szuflado-koszy: od 6 do 8.
9.	Konstrukcja drzwi i zawiasów umożliwiająca zmianę strony otwierania drzwi lub konstrukcja drzwi i zawiasów bez możliwości zmiany strony otwierania drzwi pod warunkiem możliwości wskazania kierunku otwierania drzwi na etapie realizacji zamówienia.

4. Załącznik nr 3 do Warunków przetargowych /Specyfikacja oferowanego przedmiotu zamówienia/, w zakresie Części 2 pkt 2) /Specyfikacja przedmiotowa/, wiersz 2, 4 oraz 9 otrzymują odpowiednio brzmienie:

Lp.	Minimalne wymagania Zamawiającego:	Charakterystyka proponowanego przez Wykonawcę produktu	Uwagi
2.	Maksymalne wymiary zewnętrzne zamrażarki (szer. X wys. X gł.): 600-717 mm X 1745-1800 mm X 700-710 mm.	TAK / NIE *)	wymiary zewnętrzne (szer. x wys. x gł.):

		 mm x mm x mm
4.	Ilość szuflad lub szuflado-koszy: od 6 do 8.	TAK / NIE *)	.
9.	Konstrukcja drzwi i zawiasów umożliwiająca zmianę strony otwierania drzwi lub konstrukcja drzwi i zawiasów bez możliwości zmiany strony otwierania drzwi pod warunkiem możliwości wskazania kierunku otwierania drzwi na etapie realizacji zamówienia.	TAK / NIE *)	konstrukcja drzwi i zawiasów umożliwiająca zmianę strony otwierania drzwi*) lub konstrukcja drzwi i zawiasów bez możliwości zmiany strony otwierania drzwi pod warunkiem możliwości wskazania kierunku otwierania drzwi na etapie realizacji zamówienia*)

5. W rozdz. XI Warunków przetargowych (TERMIN ZWIĄZANIA OFERTA) ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie:

„1. Uczestnik przetargu związany jest złożoną ofertą do dnia **1 stycznia 2022 r.**, tj. nie dłużej niż 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert.

6. W rozdz. XII Warunków przetargowych (MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT) ust. 1 pkt 2) i pkt 6) oraz ust. 2 pkt 1) otrzymują odpowiednio następujące brzmienie:

„1. Miejsce i termin składania ofert.

2) Termin składania ofert upływa dnia **3 grudnia 2021 r. o godz. 11⁰⁰**.

6) Koperta (opakowanie) zawierająca ofertę powinna być zaadresowana na adres Zamawiającego:

*Regionalne Centrum Krwiodawstwa
i Krwiolecznictwa w Białymstoku
ul. M. Skłodowskiej-Curie 23
15-950 Białystok
pokój nr 201*

oraz posiadać pieczęć Uczestnika przetargu i oznaczenie:

Oferta na: „Dostawę urządzeń chłodniczych” – ZP/KC-16/2021 a także: Nie otwierać przed dniem 3 grudnia 2021 r. godz. 11¹⁵.

Konsekwencje złożenia oferty niezgodnie z ww. opisem (tj. potraktowanie oferty jako zwykłej korespondencji, niedostarczenie jej na miejsce składania ofert w terminie określonym w Warunkach przetargowych lub przedwczesne/przypadkowe otwarcie ofert) ponosi Uczestnik przetargu.”

„2. Miejsce i termin otwarcia ofert.

1) Otwarcie ofert nastąpi w dniu **3 grudnia 2021 r. o godz. 11¹⁵**, w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 216 (Sala konferencyjna).”

Wyjaśnienia i zmiany treści Warunków przetargowych są wiążące dla wszystkich Uczestników przetargu i należy je uwzględnić przy sporządzaniu i składaniu ofert.

W załączeniu:

1. Załącznik nr 1 do Warunków przetargowych /Opis przedmiotu zamówienia/ po zmianach z dn. 30.11.2021 r.
2. Załącznik nr 3 do Warunków przetargowych /Specyfikacja oferowanego przedmiotu zamówienia/ po zmianach z dn. 30.11.2021 r.

ZATWIERDZAM:

DYREKTOR
Regionalnego Centrum Krwiodawstwa
i Krwiolecznictwa w Białymstoku

Prof. dr hab. n. med. Piotr Marek Radziwon

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Część 1 - Dostawa zamrażarki jednodrzwiowej do przechowywania osocza w ilości 2 szt.

Lp.	Wymagania (minimalne parametry) Zamawiającego
1.	Zamrażarka jednodrzwiowa.
2.	Maksymalne wymiary zewnętrzne zamrażarki (szer. X wys. X gł.): 750-760 mm X 2000 mm X 830-890 mm.
3.	Pojemność całkowita zamrażarki: 450 litrów – 600 litrów.
4.	Ilość półek dzielących komorę zamrażarki: 4 (cztery).
5.	Minimalne wymiary komór (szer. X wys. X gł.): 450 mm X 250 mm X 550 mm.
6.	Półki ze stali nierdzewnej.
7.	Wymagany zakres temperatury w komorze zamrażarki: od -30° C do -45° C lub szerszy.
8.	Ściany komory chłodniczej zabezpieczone przed korozją.
9.	Korpus zewnętrzny w kolorze białym, malowany proszkowo lub korpus zewnętrzny w kolorze szarym.
10.	Samodomykające się drzwi.
11.	Zamek do drzwi.
12.	Konstrukcja drzwi i zawiasów umożliwiającą zmianę strony otwierania drzwi lub konstrukcja drzwi i zawiasów bez możliwości zmiany strony otwierania drzwi pod warunkiem możliwości wskazania kierunku otwierania drzwi na etapie realizacji zamówienia.
13.	Urządzenie wyposażone w kółka ułatwiające przesuwanie, w tym dwa kółka z blokadą lub urządzenie wyposażone w kółka blokowane na miejscu przez wykręcane stopki.
14.	Elektroniczny sterownik temperatury z wyświetlaczem.
15.	System automatycznego odmrażania.
16.	Alarm dźwiękowy i wizualny wysokiej i niskiej temperatury.
17.	Alarm otwartych drzwi.
18.	Alarm zaniku napięcia.
19.	Wymóg podłączenia urządzenia, bez utraty gwarancji, do systemu centralnego monitoringu temperatur Zamawiającego, tzw. otwór serwisowy umożliwiający doprowadzenie z zewnątrz przewodów z czujnikami temperatury, które zostaną zainstalowane wewnątrz komory szafy; średnica czujnika temperatury 0,5 cm.
20.	Zasilanie 230V/50 Hz.
21.	Klasa energetyczna D lub wyższa (zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1369 z dnia 4 lipca 2017 r. ustanawiającym ramy etykietowania energetycznego).
22.	Rok produkcji nie starszy niż 2020 r.
23.	Gwarancja co najmniej 24 miesiące.

24.	Urządzenie oznakowane znakiem CE.
25.	Wolne od CFC/HCFC.
26.	Dostawa, instalacja oraz uruchomienie urządzenia wraz z przeszkoleniem wskazanego przez Zamawiającego personelu.

2. Część 2 - Dostawa zamrażarki jednodrzwiowej do przechowywania wkładów chłodzących w ilości 1 szt.

Lp.	Wymagania (minimalne parametry) Zamawiającego
1.	Zamrażarka jednodrzwiowa.
2.	Maksymalne wymiary zewnętrzne zamrażarki (szer. X wys. X gł.): 600-717 mm X 1745-1800 mm X 700-710 mm.
3.	Pojemność całkowita zamrażarki: 200 litrów – 300 litrów.
4.	Ilość szuflad lub szuflado-koszy: od 6 do 8.
5.	Wymagany zakres temperatury w komorze zamrażarki: min. -16° C.
6.	Ściany komory chłodniczej zabezpieczone przed korozją.
7.	Korpus zewnętrzny w kolorze białym, malowany proszkowo lub korpus zewnętrzny w kolorze szarym.
8.	Samodomykające się drzwi.
9.	Konstrukcja drzwi i zawiasów umożliwiającą zmianę strony otwierania drzwi lub konstrukcja drzwi i zawiasów bez możliwości zmiany strony otwierania drzwi pod warunkiem możliwości wskazania kierunku otwierania drzwi na etapie realizacji zamówienia.
10.	System automatycznego odmrażania.
11.	Alarm dźwiękowy i wizualny wysokiej i niskiej temperatury.
12.	Alarm otwartych drzwi.
13.	Alarm zaniku napięcia.
14.	Zasilanie 230V/50 Hz.
15.	Klasa energetyczna D lub wyższa (zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1369 z dnia 4 lipca 2017 r. ustanawiającym ramy etykietowania energetycznego).
16.	Rok produkcji nie starszy niż 2020 r.
17.	Gwarancja co najmniej 24 miesiące.
18.	Urządzenie oznakowane znakiem CE.
19.	Wolne od CFC/HCFC.
20.	Dostawa, instalacja oraz uruchomienie urządzenia wraz z przeszkoleniem wskazanego przez Zamawiającego personelu.

2. Część 3 - Dostawa lodówki podblatowej w ilości 1 szt.

Lp.	Wymagania (minimalne parametry) Zamawiającego
1.	Lodówka podblatowa (chłodziarko-zamrażarka).

2.	Lodówka jednodrzwiowa.
3.	Wymiary zewnętrzne: (szer. X gł. X wys.) 480 mm X 500 mm X 840 mm.
4.	Pojemność całkowita lodówki: min. 90 litrów.
5.	Minimalna liczba półek i szuflad: 2 półki szklane, 3 półki w drzwiach i 1 szuflada na warzywa i owoce.
6.	Korpus zewnętrzny w kolorze białym, malowany proszkowo lub korpus zewnętrzny w kolorze szarym.
7.	Konstrukcja drzwi i zawiasów umożliwiającą zmianę strony otwierania drzwi.
8.	Zasilanie 230V/50 Hz.
9.	Klasa energetyczna D lub wyższa (zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1369 z dnia 4 lipca 2017 r. ustanawiającym ramy etykietowania energetycznego).
10.	Rok produkcji nie starszy niż 2020 r.
11.	Gwarancja co najmniej 24 miesiące.
12.	Urządzenie oznakowane znakiem CE.
13.	Dostawa, instalacja oraz uruchomienie urządzenia wraz z przeszkoleniem wskazanego przez Zamawiającego personelu.

Załącznik nr 3
do Warunków przetargowych
po zmianach z dn. 30.11.2021 r.
(wzór)

Specyfikacja oferowanego przedmiotu zamówienia
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP/KC-16/2021
na „Dostawę urządzeń chłodniczych”

1. Część 1 - Dostawa zamrażarki jednodrzwiowej do przechowywania osocza w ilości 2 szt.

1) Specyfikacja cenowa:

Lp.	Przedmiot zamówienia	Zamawiana ilość	Cena jednostkowa netto za szt. (w zł)	Stawka podatku VAT (w %)	Wartość brutto (w zł)
-	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5 = (2 x 3) + kwota podatku VAT</i>
1.	Nazwa urządzenia: Producent: Typ/model:	1 szt.			
2.	Nazwa urządzenia: Producent: Typ/model:	1 szt.			
Łączna wartość (suma poz. 1-2):					

2) Specyfikacja przedmiotowa:

Lp.	Wymagania minimalne Zamawiającego	Charakterystyka proponowanego przez Uczestnika przetargu wyrobu	Uwagi
1.	Zamrażarka jednodrzwiowa.	TAK / NIE *)	
2.	Maksymalne wymiary zewnętrzne zamrażarki (szer. X wys. X gł.): 750-760 mm X 2000 mm X 830-890 mm.	TAK / NIE *)	wymiary zewnętrzne (szer. x wys. x gł.): mm x mm x mm
3.	Pojemność całkowita zamrażarki: 450 litrów – 600 litrów.	TAK / NIE *)	pojemność całkowita: litrów
4.	Ilość półek dzielących komorę zamrażarki: 4 (cztery).	TAK / NIE *)	
5.	Minimalne wymiary komór (szer. X wys. X gł.): 450 mm X 250 mm X 550 mm.	TAK / NIE *)	wymiary komór (szer. x wys. x gł.): mm x mm x mm
6.	Półki ze stali nierdzewnej.	TAK / NIE *)	
7.	Wymagany zakres temperatury w komorze zamrażarki: od -30° C do -45° C lub szerszy.	TAK / NIE *)	zakres temperatury: od -.....°C do -°C
8.	Ściany komory chłodniczej zabezpieczonej przed korozją.	TAK / NIE *)	
9.	Korpus zewnętrzny w kolorze białym, malowany proszkowo lub korpus zewnętrzny w kolorze szarym.	TAK / NIE *)	
10.	Samodomykające się drzwi.	TAK / NIE *)	
11.	Zamek do drzwi.	TAK / NIE *)	

12.	Konstrukcja drzwi i zawiasów umożliwiająca zmianę strony otwierania drzwi lub konstrukcja drzwi i zawiasów bez możliwości zmiany strony otwierania drzwi pod warunkiem możliwości wskazania kierunku otwierania drzwi na etapie realizacji zamówienia.	TAK / NIE *)	konstrukcja drzwi i zawiasów umożliwiająca zmianę strony otwierania drzwi*) lub konstrukcja drzwi i zawiasów bez możliwości zmiany strony otwierania drzwi pod warunkiem możliwości wskazania kierunku otwierania drzwi na etapie realizacji zamówienia*)
13.	Urządzenie wyposażone w kółka ułatwiające przesuwanie, w tym dwa kółka z blokadą lub urządzenie wyposażone w kółka blokowane na miejscu przez wykręcane stopki.	TAK / NIE *)	urządzenie wyposażone w kółka ułatwiające przesuwanie, w tym dwa kółka z blokadą*) lub urządzenie wyposażone w kółka blokowane na miejscu przez wykręcane stopki*)
14.	Elektroniczny sterownik temperatury z wyświetlaczem.	TAK / NIE *)	
15.	System automatycznego odmrażania.	TAK / NIE *)	
16.	Alarm dźwiękowy i wizualny wysokiej i niskiej temperatury.	TAK / NIE *)	
17.	Alarm otwartych drzwi.	TAK / NIE *)	
18.	Alarm zaniku napięcia.	TAK / NIE *)	
19.	Wymóg podłączenia urządzenia, bez utraty gwarancji, do systemu centralnego monitoringu temperatur Zamawiającego, tzw. otwór serwisowy umożliwiający doprowadzenie z zewnątrz przewodów z czujnikami temperatury, które zostaną zainstalowane wewnątrz komory szafy; średnica czujnika temperatury 0,5 cm.	TAK / NIE *)	
20.	Zasilanie 230V/50 Hz.	TAK / NIE *)	
21.	Klasa energetyczna D lub wyższa (zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1369 z dnia 4 lipca 2017 r. ustanawiającym ramy etykietowania energetycznego).	TAK / NIE *)	klasa energetyczna:
22.	Rok produkcji nie starszy niż 2020 r.	TAK / NIE *)	rok produkcji:
23.	Urządzenie oznakowane znakiem CE.	TAK / NIE *)	
24.	Wolne od CFC/HCFC.	TAK / NIE *)	
25.	Dostawa, instalacja oraz uruchomienie urządzenia wraz z przeszkoleniem wskazanego przez Zamawiającego personelu.	TAK / NIE *)	

*) - niepotrzebne skreślić

.....
/Miejscowość i data/

.....
/podpis osoby/osób upoważnionej do występowania w imieniu Uczestnika przetargu/
(pożądany czytelny podpis albo podpis i pieczęć z imieniem i nazwiskiem)

2. Część 2 - Dostawa zamrażarki jednodrzwiowej do przechowywania wkładów chłodzących w ilości 1 szt.

1) Specyfikacja cenowa:

Przedmiot zamówienia	Zamawiana ilość	Cena jednostkowa netto za szt. (w zł)	Stawka podatku VAT (w %)	Wartość brutto (w zł)
1	2	3	4	$5 = (2 \times 3) + \text{kwota podatku VAT}$
Nazwa urządzenia:	1			
Producent:				
Typ/model:				

2) Specyfikacja przedmiotowa:

Lp.	Wymagania minimalne Zamawiającego	Charakterystyka proponowanego przez Uczestnika przetargu wyrobu	Uwagi
1.	Zamrażarka jednodrzwiowa.	TAK / NIE *)	
2.	Maksymalne wymiary zewnętrzne zamrażarki (szer. X wys. X gł.): 600-717 mm X 1745-1800 mm X 700-710 mm.	TAK / NIE *)	wymiary zewnętrzne (szer. x wys. x gł.): mm x mm x mm
3.	Pojemność całkowita zamrażarki: 200 litrów – 300 litrów.	TAK / NIE *)	pojemność całkowita: litrów
4.	Ilość szuflad lub szuflado-koszy: od 6 do 8.	TAK / NIE *)	ilość szuflad lub szuflado-koszy: ... szt.
5.	Wymagany zakres temperatury w komorze zamrażarki: min. -16° C.	TAK / NIE *)	zakres temperatury min.:°C
6.	Ściany komory chłodniczej zabezpieczonej przed korozją.	TAK / NIE *)	
7.	Korpus zewnętrzny w kolorze białym, malowany proszkowo lub korpus zewnętrzny w kolorze szarym.	TAK / NIE *)	
8.	Samodomykające się drzwi.	TAK / NIE *)	
9.	Konstrukcja drzwi i zawiasów umożliwiającą zmianę strony otwierania drzwi lub konstrukcja drzwi i zawiasów bez możliwości zmiany strony otwierania drzwi pod warunkiem możliwości wskazania kierunku otwierania drzwi na etapie realizacji zamówienia.	TAK / NIE *)	konstrukcja drzwi i zawiasów umożliwiającą zmianę strony otwierania drzwi*) lub konstrukcja drzwi i zawiasów bez możliwości zmiany strony otwierania drzwi pod warunkiem możliwości wskazania kierunku otwierania drzwi na etapie realizacji zamówienia*)
10.	System automatycznego odmrażania.	TAK / NIE *)	
11.	Alarm dźwiękowy i wizualny wysokiej i niskiej temperatury.	TAK / NIE *)	
12.	Alarm otwartych drzwi.	TAK / NIE *)	
13.	Alarm zaniku napięcia.	TAK / NIE *)	
14.	Zasilanie 230V/50 Hz.	TAK / NIE *)	
15.	Klasa energetyczna D lub wyższa (zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1369 z dnia 4 lipca 2017 r. ustanawiającym ramy etykietowania energetycznego).	TAK / NIE *)	klasa energetyczna:

16.	Rok produkcji nie starszy niż 2020 r.	TAK / NIE *)	rok produkcji:
17.	Urządzenie oznakowane znakiem CE.	TAK / NIE *)	
18.	Wolne od CFC/HCFC.	TAK / NIE *)	
19.	Dostawa, instalacja oraz uruchomienie urządzenia wraz z przeszkoleniem wskazanego przez Zamawiającego personelu.	TAK / NIE *)	

*) - niepotrzebne skreślić

.....
/Miejscowość i data/

.....
/podpis osoby/osób upoważnionej do występowania w imieniu Uczestnika przetargu/
(požadany czytelny podpis albo podpis i pieczętka z imieniem i nazwiskiem)

3. Część 3 - Dostawa lodówki podblatowej w ilości 1 szt.

1) Specyfikacja cenowa:

Przedmiot zamówienia	Zamawiana ilość	Cena jednostkowa netto za szt. (w zł)	Stawka podatku VAT (w %)	Wartość brutto (w zł)
1	2	3	4	$5 = (2 \times 3) + \text{kwota podatku VAT}$
Nazwa urządzenia:	1			
Producent:				
Typ/model:				

2) Specyfikacja przedmiotowa:

Lp.	Wymagania minimalne Zamawiającego	Charakterystyka proponowanego przez Uczestnika przetargu wyrobu	Uwagi
1.	Lodówka podblatowa (chłodziarko-zamrażarka).	TAK / NIE *)	
2.	Lodówka jednodrzwiowa.	TAK / NIE *)	
3.	Wymiary zewnętrzne: (szer. X gł. X wys.) 480 mm X 500 mm X 840 mm.	TAK / NIE *)	wymiary zewnętrzne (szer. x wys. x gł.): mm x mm x mm
4.	Pojemność całkowita lodówki: min. 90 litrów.	TAK / NIE *)	pojemność całkowita: litrów
5.	Minimalna liczba półek i szuflad: 2 półki szklane, 3 półki w drzwiach i 1 szuflada na warzywa i owoce.	TAK / NIE *)	ilość półek i szuflad: - półka szklana - ... szt. - półka w drzwiach - .. szt. - szuflada na warzywa i owoce - ... szt.
6.	Korpus zewnętrzny w kolorze białym, malowany proszkowo lub korpus zewnętrzny w kolorze szarym.	TAK / NIE *)	
7.	Konstrukcja drzwi i zawiasów umożliwiającą zmianę strony otwierania drzwi.	TAK / NIE *)	
8.	Zasilanie 230V/50 Hz.	TAK / NIE *)	
9.	Klasa energetyczna D lub wyższa (zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1369 z dnia 4 lipca 2017 r. ustanawiającym ramy etykietowania energetycznego).	TAK / NIE *)	klasa energetyczna:
10.	Rok produkcji nie starszy niż 2020 r.	TAK / NIE *)	rok produkcji:
11.	Urządzenie oznakowane znakiem CE.	TAK / NIE *)	
12.	Dostawa, instalacja oraz uruchomienie urządzenia wraz z przeszkoleniem wskazanego przez Zamawiającego personelu.	TAK / NIE *)	

*) - niepotrzebne skreślić

.....
/Miejscowość i data/

.....
/podpis osoby/osób upoważnionej do występowania w imieniu Uczestnika przetargu/
(pożądany czytelny podpis albo podpis i pieczętka z imieniem i nazwiskiem)

