



REGIONALNE CENTRUM KRWIODAWSTWA I KRWIOLECZNICTWA W BIAŁYMSTOKU

ul. M. Skłodowskiej - Curie 23, 15-950 Białystok
tel. 85 744 70 02, fax 85 744 71 33

www.rckik.bialystok.pl sekretariat@rckik.bialystok.pl



BUREAU
VERITAS

Białystok, dnia 17.04.2020 r.

Wszyscy uczestnicy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Dostawę odczynników do badań immunochemicznych wraz z dzierżawą analizatora”, prowadzonego na podstawie art. 70¹ – 70⁵ ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, nr sprawy ZP/KC-4/2020, opublikowanego w dniu 08.04.2020 r.

WYJAŚNIENIA I ZMIANA TREŚCI WARUNKÓW PRZETARGOWYCH

Zamawiający Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Białymstoku działając na podstawie rozdz. XVI ust. 2 pkt 4) Warunków przetargowych, przekazuje treść zapytań do Warunków przetargowych w postępowaniu nr ZP/KC-4/2020 na „Dostawę odczynników do badań immunochemicznych wraz z dzierżawą analizatora” wraz z wyjaśnieniami.

Pytanie nr 1:

Czy Zamawiający dopuści wieloparametrowy analizator immunochemiczny wykonujący badania metodą chemiluminescencji?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż wyraża zgodę na zaoferowanie wieloparametrowego analizatora immunochemicznego wykonującego badania metodą immunoenzymofluorescencyjną lub metodą chemiluminescencji.

W związku z powyższym, Zamawiający na podstawie rozdz. XVI ust. 3 Warunków przetargowych dokona odpowiedniej modyfikacji zapisów Warunków przetargowych w tym zakresie w Opisie przedmiotu zamówienia, stanowiącym Załącznik nr 1 do Warunków przetargowych oraz w Specyfikacji oferowanego przedmiotu zamówienia, stanowiącej Załącznik nr 3 do Warunków przetargowych.

Pytanie nr 2:

Prosimy o wyjaśnienie: Jakiego zestawu kontroli wymaga Zamawiający w pozycji 12 tabeli umieszczonej w pkt 2 SIWZ i jak się to odnosi do zapisu pkt 5/11, że Zamawiający wymaga zestawów odczynników zawierających kalibratory i materiały kontrolne?

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, iż do przeprowadzenia kontroli jakości wykonanych badań wymagane są następujące kontrole: kontrola dodatnia (+) i kontrola ujemna (-) w przypadku testów przeciwciał: anty-Toxo IgM, anty-Toxo IgG, anty-CMV IgM, anty-CMV IgG, anty-Rubella IgM, anty-Rubella IgG, anty-HBs oraz kontrola ilościowa w przypadku badań takich jak: TSH, fT3, fT4, D-dimery.

Pytanie nr 3:

Prosimy o podanie częstotliwości wykonywania kontroli poszczególnych badań?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż kontrola jakości dla poszczególnych badań przeprowadzana jest każdorazowo przy wykonywaniu próbek badanych.

Wyjaśnienia oraz zmiana treści Warunków przetargowych są wiążące dla wszystkich Uczestników przetargu i należy je uwzględnić przy sporządzaniu i składaniu ofert.

W załączeniu:

1. Opis przedmiotu zamówienia – Załącznik nr 1 do Warunków przetargowych po zmianach z dnia 17.04.2020 r.
2. Specyfikacja oferowanego przedmiotu zamówienia – Załącznik nr 3 do Warunków przetargowych po zmianach z dnia 17.04.2020 r.

ZATWIERDZAM:

**Z-CA DYREKTORA
DS. EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNYCH
Regionalne Centrum Krwiodawstwa
i Krwiolecznictwa w Białymstoku**


mgr Anna Lisowska