



REGIONALNE CENTRUM KRWIODAWSTWA I KRWIOLECZNICTWA W BIAŁYMSTOKU

ul. M. Skłodowskiej - Curie 23, 15-950 Białystok
tel. 85 744 70 02, fax 85 744 71 33

www.rckik.bialystok.pl sekretariat@rckik.bialystok.pl



Białystok, dnia 05.07.2021 r.

Wszyscy uczestnicy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Dostawę urządzeń chłodniczych”, prowadzonego w trybie art. 70¹-70⁵ Kodeksu Cywilnego, nr sprawy ZP/KC-8/2021, opublikowanego w dniu 29.06.2021 r.

WYJAŚNIENIE I ZMIANA TREŚCI WARUNKÓW PRZETARGOWYCH

Zamawiający, Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Białymstoku, przekazuje treść zapytań do Warunków przetargowych wraz z wyjaśnieniami.

Pytanie 1:

Pakiet 2

Prosimy o wyrażenie zgody na zaoferowanie chłodziarki o wymiarach zewnętrznych w zakresie głębokości 872 mm, pozostałe wymiary zgodne z SIWZ

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

W związku z powyższym, Zamawiający dokona modyfikacji treści Warunków przetargowych w przedmiotowym zakresie.

Pytanie 2:

Pakiet 3

Prosimy o wyjaśnienie co Zamawiający rozumie pod pojęciem

„System alarmowy z własnym podtrzymaniem zasilania do 4 h w przypadku awarii zasilania”

Przy podłączeniu szafy chłodniczej do centralnego systemu monitoringu Zamawiającego, zanik napięcia będzie sygnalizowany.

Jednocześnie chłodziarka może zostać wyposażona w zestaw do powiadamiania EFENTO z systemem powiadamiania SMS alarmowego na wpisane numery telefonów (maksymalnie 8) lub e-maila w sytuacjach:

- przekroczenia zdefiniowanego dolnego i górnego progu temperatury,
- powrotu temperatury do bezpiecznego zakresu,
- utraty zasilania (10 min po odłączeniu zasilania),
- powrotu zasilania,
- utraty łączności z rejestratorem,
- odzyskania łączności z rejestratorem

Dotyczy wszystkich pakietów

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, iż pod wyżej wskazanym pojęciem rozumie:

Sygnalizacja dźwiękowa i wizualna wbudowana w urządzenie. Zasilanie (akumulatorowe, bateryjne) ww. sygnalizacji w przypadku awarii zasilania sieci energetycznej. Zamawiający oczekuje, że sygnalizacja alarmu będzie działała czasowo (do 4 godz.) także w sytuacji awarii zasilania sieci energetycznej.

Pytanie 3:

Prosimy o wyjaśnienie, na którym poziomie będą umieszczone urządzenia? Czy jest winda towarowa w budynku? Czy będzie konieczność przemieszczenia zamrażarki po schodach? jakiej wielkości są otwory drzwiowe? Ma to znaczenie dla wyceny transportu.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że urządzenia dostarczane w zakresie Części 1-3 zlokalizowane będą w siedzibie RCKiK w Białymstoku, przy czym w budynku znajduje się winda towarowa o wymiarach (wys. x szer. x gł.) 199 cm x 98 cm x 136 cm i udźwigu 700 kg, która ułatwi transport urządzeń do miejsc docelowych. Natomiast urządzenie dostarczone w zakresie Części 4 (TO w Suwałkach) umieszczone będzie na parterze budynku.

Pytanie 4:

Pytanie do umowy

&5 ust 13

Prosimy o zmianę zapisu

Wykonawca zobowiązany jest do przyjmowania zgłoszeń awarii lub innych nieprawidłowości dostarczonego przedmiotu umowy 24 godz./dobę telefonicznie pod numerem tel., kom., faksem na numer oraz na adres e-mail:

Na

Wykonawca zobowiązany jest do przyjmowania zgłoszeń awarii lub innych nieprawidłowości dostarczonego przedmiotu umowy 24 godz./dobę **w dni robocze** telefonicznie pod numerem tel., kom., faksem na numer oraz na adres e-mail:

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

W związku z powyższym, Zamawiający dokona modyfikacji treści Warunków przetargowych w przedmiotowym zakresie.

Zamawiający działając na podstawie rozdz. XVI ust. 4 Warunków przetargowych dokonuje modyfikacji treści Warunków przetargowych w następujący sposób:

1. Załącznik nr 1 do Warunków przetargowych /Opis przedmiotu zamówienia/, w zakresie Części 2, wiersz 2 otrzymuje brzmienie:

Lp.	Charakterystyka (Minimalne wymagania Zamawiającego):
2.	Maksymalne wymiary zewnętrzne: (szer. X gł. X wys.) 800 mm X 850-872 mm X 2100 mm.

2. Załącznik nr 4 do SWZ /Specyfikacja oferowanego przedmiotu zamówienia/, w zakresie Części 2, wiersz 2 otrzymuje brzmienie:

Lp.	Minimalne wymagania Zamawiającego:	Charakterystyka proponowanego przez Wykonawcę produktu	Uwagi
2.	Maksymalne wymiary zewnętrzne: (szer. X gł. X wys.) 800 mm X 850-872 mm X 2100 mm.	TAK / NIE *)	wymiary zewnętrzne (szer. X wys. X gł.): ... X ... X ...

3. We Wzorze umowy, stanowiącym Załącznik nr 6 do Warunków przetargowych, § 5 ust. 13 otrzymuje następujące brzmienie:

„13. Wykonawca zobowiązany jest do przyjmowania zgłoszeń awarii lub innych nieprawidłowości dostarczonego przedmiotu umowy **w dni robocze** 24 godz./dobę telefonicznie pod numerem tel., kom., faksem na numer oraz na adres e-mail:

4. W rozdz. X Warunków przetargowych (MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT) ust. 1 pkt 2) i pkt 6) oraz ust. 2 pkt 1) otrzymują odpowiednio następujące brzmienie:

„2) Termin składania ofert upływa dnia **8 lipca 2021 r. o godz. 11⁰⁰**.”

„6) Koperta (opakowanie) zawierająca ofertę powinna być zaadresowana na adres Zamawiającego:

*Regionalne Centrum Krwiodawstwa
i Krwiolecznictwa w Białymstoku
ul. M. Skłodowskiej-Curie 23
15-950 Białystok
pokój nr 201*

oraz posiadać pieczęć Uczestnika przetargu i oznaczenie:

Oferta na: „Dostawę urządzeń chłodniczych” – ZP/KC-8/2021 a także: Nie otwierać przed dniem 8 lipca 2021 r. godz. 11¹⁵.

Konsekwencje złożenia oferty niezgodnie z ww. opisem (tj. potraktowanie oferty jako zwykłej korespondencji, niedostarczenie jej na miejsce składania ofert w terminie określonym w Warunkach przetargowych lub przedwczesne/przypadkowe otwarcie ofert) ponosi Uczestnik przetargu.”

„2. Miejsce i termin otwarcia ofert.

1) Otwarcie ofert nastąpi w dniu **8 lipca 2021 r. o godz. 11¹⁵**, w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 216 (Sala konferencyjna).”

5. W rozdz. XI Warunków przetargowych (TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ) ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie:

„1. Uczestnik przetargu związany jest złożoną ofertą do dnia **6 sierpnia 2021 r.**, tj. nie dłużej niż 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert.

Wyjaśnienia i zmiany treści Warunków przetargowych są wiążące dla wszystkich Uczestników przetargu i należy je uwzględnić przy sporządzaniu i składaniu ofert.

W załączeniu:

- 1) Załącznik nr 4 do Warunków przetargowych /Specyfikacja oferowanego przedmiotu zamówienia/ po zmianach z dn. 05.07.2021 r.
- 2) Załącznik nr 6 do Warunków przetargowych /Wzór umowy/ po zmianach z dn. 05.07.2021 r.

ZATWIERDZAM:

Z-CA DYREKTORA
DS. EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNYCH
Regionalne Centrum Krwiodawstwa
i Krwiolecznictwa w Białymstoku


mgr Anna Lisowska

Załącznik nr 4
do Warunków przetargowych
po zmianach z dn. 05.07.2021 r.
(wzór)

Specyfikacja oferowanego przedmiotu zamówienia
w postępowaniu nr ZP/KC-8/2021
na
„Dostawę urządzeń chłodniczych”

Część 1 - Dostawa szafy chłodniczej jednokomorowej w ilości 1 szt. *)

Lp.	Wymagania minimalne Zamawiającego	Charakterystyka produktu proponowanego przez Uczestnika przetargu	Uwagi
1.	Szafa chłodnicza jednokomorowa.	TAK / NIE *)	
2.	Maksymalne wymiary zewnętrzne (szer. X wys. X gł.) 700 mm X 2100 mm X 900 mm.	TAK / NIE *)	wymiary zewnętrzne (szer. x wys. x gł.): mm x mm x mm
3.	Pojemność użytkowa 450-550 litrów.	TAK / NIE *)	pojemność użytkowa: litrów
4.	Metalowa obudowa urządzenia w kolorze białym, malowana proszkowo lub metalowa obudowa urządzenia w kolorze szarym.	TAK / NIE *)	kolor urządzenia:
5.	Metalowe ściany komory chłodniczej, zabezpieczone przed korozją lub wnętrze wykonane ze stali nierdzewnej.	TAK / NIE *)	
6.	Drzwi pełne, otwierane, samozamykające.	TAK / NIE *)	
7.	Konstrukcja drzwi i zawiasów umożliwiająca zmianę strony otwierania drzwi.	TAK / NIE *)	
8.	Regulowana wysokość nóżek umożliwiająca poziomowanie chłodziarki.	TAK / NIE *)	
9.	Minimum pięć (5) półek perforowanych.	TAK / NIE *)	
10.	Regulacja wysokości zawieszenia półek – kolejne poziomy co 20 –50 mm.	TAK / NIE *)	
11.	Wymagany zakres temperatury w komorze chłodziarki: od 2° C do 10° C lub szerszy.	TAK / NIE *)	zakres temperatury: od -.....°C do -°C
12.	System nastawiania wymaganej temperatury umożliwiający jej określenie z dokładnością 1°C.	TAK / NIE *)	
13.	Dopuszczalne wahania temperatury +/- 1,1°C.	TAK / NIE *)	
14.	Obieg powietrza wewnątrz komory chłodniczej wymuszony wentylatorem.	TAK / NIE *)	
15.	Wymóg podłączenia szafy chłodniczej, bez utraty gwarancji, do systemu centralnego monitoringu temperatur Zamawiającego, tzw. otwór serwisowy umożliwiający doprowadzenie z zewnątrz przewodów z czujnikami temperatury, które zostaną zainstalowane wewnątrz komory szafy; średnica czujnika temperatury 0,5 cm.	TAK / NIE *)	
16.	Cyfrowy wyświetlacz aktualnej temperatury w komorze chłodniczej – dokładność wyświetlacza nie większa niż 1°C.	TAK / NIE *)	

17.	Panel sterujący nastawami temperatury umieszczony na przedniej ścianie chłodziarki.	TAK / NIE *)	
18.	Funkcja automatycznego odszraniania gwarantująca zachowanie temp. od 0°C do 10°C.	TAK / NIE *)	
19.	System automatycznego odparowania skraplającej się wody.	TAK / NIE *)	
20.	Ciepło z agregatu uwalniane głównie z tyłu lub z góry urządzenia.	TAK / NIE *)	
21.	Zasilany bateryjnie alarm dźwiękowy i ewentualnie świetlny (dioda) włączający się w przypadku przerwy w dostawie energii elektrycznej lub urządzenie bez zasilanego bateryjnie alarmu dźwiękowego i ewentualnie świetlnego (dioda) włączającego się w przypadku przerwy w dostawie energii elektrycznej.	TAK / NIE *)	urządzenie z zasilanym bateryjnie alarmem dźwiękowym i ewentualnie świetlnym (dioda) *) lub urządzenie bez zasilanego bateryjnie alarmu dźwiękowego i ewentualnie świetlnego (dioda) *)
22.	Alarm dźwiękowy i ewentualnie świetlny (dioda) włączający się w przypadku przekroczenia ustawionego zakresu temperatur.	TAK / NIE *)	
23.	Wolne od CFC/HCFC.	TAK / NIE *)	
24.	Rok produkcji nie starszy niż 2020 r.	TAK / NIE *)	
25.	Gwarancja co najmniej 24 miesiące.	TAK / NIE *)	
26.	Zasilanie 230V.	TAK / NIE *)	
27.	Urządzenie oznakowane znakiem CE.	TAK / NIE *)	
28.	Dostawa, instalacja oraz uruchomienie szafy chłodniczej wraz z przeszkoleniem wskazanego przez Zamawiającego personelu.	TAK / NIE *)	

*) - niepotrzebne skreślić

.....
/miejsowość i data/

.....
/podpis osoby/osób upoważnionej do występowania w imieniu Uczestnika przetargu/

Część 2 - Dostawa zamrażarki jednodrzwiowej w ilości 1 szt. *)

Lp.	Wymagania minimalne Zamawiającego	Charakterystyka produktu proponowanego przez Uczestnika przetargu	Uwagi
1.	Zamrażarka jednodrzwiowa.	TAK / NIE *)	
2.	Maksymalne wymiary zewnętrzne: (szer. X gł. X wys.) 800 mm X 850 – 872 mm X 2100 mm.	TAK / NIE *)	wymiary zewnętrzne (szer. X wys. X gł.): ... X ... X ...
3.	Pojemność 580 – 600 litrów.	TAK / NIE *)	pojemność: litrów
4.	Korpus zewnętrzny w kolorze białym, malowany proszkowo lub korpus zewnętrzny w kolorze szarym.	TAK / NIE *)	kolor urządzenia:
5.	Drzwi urządzenia wyposażone w zamek.	TAK / NIE *)	
6.	Wnętrze ze stali AISI 304.	TAK / NIE *)	
7.	Izolacja wykonana z ekologicznej pianki poliuretanowej - 70 mm.	TAK / NIE *)	
8.	Wymagany zakres temperatury w komorze zamrażarki: od -26° C do - 35° C lub szerszy.	TAK / NIE *)	zakres temperatury: od°C do °C
9.	Minimalna liczba półek: cztery (4).	TAK / NIE *)	
10.	Elektroniczny sterownik temperatury z wyświetlaczem.	TAK / NIE *)	
11.	Chłodzenie grawitacyjne.	TAK / NIE *)	
12.	Alarm dźwiękowy i wizualny wysokiej i niskiej temperatury.	TAK / NIE *)	
13.	Alarm otwartych drzwi.	TAK / NIE *)	
14.	Szafa na kołach, wyposażona dodatkowo w regulowane nogi lub szafa na kołach, posiadająca hamulce do zabezpieczenia urządzenia w miejscu ustawienia.	TAK / NIE *)	
15.	Uchwyty na plecach ułatwiające transport urządzenia.	TAK / NIE *)	
16.	Alarm zaniku napięcia.	TAK / NIE *)	
17.	Wymóg podłączenia urządzenia, bez utraty gwarancji, do systemu centralnego monitoringu temperatur Zamawiającego, tzw. otwór serwisowy umożliwiający doprowadzenie z zewnątrz przewodów z czujnikami temperatury, które zostaną zainstalowane wewnątrz komory szafy; średnica czujnika temperatury 0,5 cm.	TAK / NIE *)	
18.	Rok produkcji nie starszy niż 2020 r.	TAK / NIE *)	
19.	Gwarancja co najmniej 24 miesiące.	TAK / NIE *)	
20.	Zasilanie 230V.	TAK / NIE *)	
21.	Wolne od CFC/HCFC.	TAK / NIE *)	
22.	Klasa energetyczna D lub wyższa (zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1369 z dnia 4 lipca 2017 r. ustanawiającym ramy etykietowania energetycznego).	TAK / NIE *)	
23.	Dostawa, instalacja oraz uruchomienie szafy chłodniczej wraz z przeszkoleniem wskazanego przez Zamawiającego personelu.	TAK / NIE *)	

*) - niepotrzebne skreślić

.....
/miejscowość i data/

.....
/podpis osoby/osób upoważnionej do występowania w imieniu Uczestnika przetargu/

Część 3 - Dostawa zamrażarki szufladowej do przechowywania osocza w ilości 1 szt. *)

Lp.	Wymagania minimalne Zamawiającego	Charakterystyka produktu proponowanego przez Uczestnika przetargu	Uwagi
1.	Zamrażarka szufladowa	TAK / NIE *)	
2.	Maksymalne wymiary zewnętrzne (szer. X wys. X gł.) 700 mm X 2100 mm X 850 mm.	TAK / NIE *)	wymiary zewnętrzne (szer. X wys. X gł.): ... X ... X ...
3.	Pojemność całkowita komory zamrażarki 450 litrów - 500 litrów.	TAK / NIE *)	pojemność całkowita: ... litrów
4.	Wymagany zakres temperatury w komorze zamrażarki: od -26° C do -35° C lub szerszy.	TAK / NIE *)	zakres temperatury: od -.....°C do -°C
5.	Regulowana wysokość półek.	TAK / NIE *)	
6.	Ilość półek: od 4 do 5.	TAK / NIE *)	ilość półek: ... szt.
7.	Dodatkowe drzwi wewnętrzne zapobiegające stratom ciepła /temperatury.	TAK / NIE *)	
8.	Ściany komory chłodniczej zabezpieczonej przed korozją.	TAK / NIE *)	
9.	Konstrukcja drzwi i zawiasów umożliwiająca zmianę strony otwierania drzwi.	TAK / NIE *)	
10.	Urządzenie wyposażone w kółka ułatwiające przesuwanie, w tym dwa kółka z blokadą.	TAK / NIE *)	
11.	Wyświetlacz elektroniczny, cyfrowy zaprogramowanej temperatury na zewnątrz zamrażarki.	TAK / NIE *)	
12.	Wymóg podłączenia urządzenia, bez utraty gwarancji, do systemu centralnego monitoringu temperatur Zamawiającego, tzw. otwór serwisowy umożliwiający doprowadzenie z zewnątrz przewodów z czujnikami temperatury, które zostaną zainstalowane wewnątrz komory szafy; średnica czujnika temperatury 0,5 cm.	TAK / NIE *)	
13.	System nastawiania wymaganej temperatury umożliwiający jej określenie z dokładnością nie mniejszą niż 1 °C.	TAK / NIE *)	
14.	Alarm dźwiękowy i wizualny przekroczenia zakresu ustawionej temperatury.	TAK / NIE *)	
15.	System alarmowy z własnym podtrzymaniem zasilania do 4 h, w przypadku awarii zasilania.	TAK / NIE *)	
16.	Poziom hałasu poniżej 65 dB.	TAK / NIE *)	
17.	Zasilanie 230V/50 Hz.	TAK / NIE *)	
18.	Klasa energetyczna D lub wyższa (zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1369 z dnia 4 lipca 2017 r. ustanawiającym ramy etykietowania energetycznego).	TAK / NIE *)	
19.	Agregat u podstawy urządzenia.	TAK / NIE *)	
20.	Rok produkcji nie starszy niż 2020 r.	TAK / NIE *)	
21.	Gwarancja co najmniej 24 miesiące.	TAK / NIE *)	
22.	Urządzenie oznakowane znakiem CE.	TAK / NIE *)	
23.	Wolne od CFC/HCFC.	TAK / NIE *)	
24.	Dostawa, instalacja oraz uruchomienie urządzenia wraz z przeszkoleniem wskazanego przez Zamawiającego personelu.	TAK / NIE *)	

*) - niepotrzebne skreślić

.....
/miejscowość i data/

.....
/podpis osoby/osób upoważnionej do występowania w imieniu Uczestnika przetargu/

Część 4 - Dostawa zamrażarki pionowej do przechowywania osocza w ilości 1 szt. *)

Lp.	Wymagania minimalne Zamawiającego	Charakterystyka produktu proponowanego przez Uczestnika przetargu	Uwagi
1.	Zamrażarka pionowa.	TAK / NIE *)	
2.	Wymiary zewnętrzne maksymalne (szer. X wys. X gł.) 1230 mm X 2100 mm X 1100 mm.	TAK / NIE *)	wymiary zewnętrzne (szer. X wys. X gł.): ... X ... X ...
3.	Pojemność zamrażarki netto min. 600 litrów.	TAK / NIE *)	pojemność: litrów
4.	Wymagany zakres temperatury w komorze zamrażarki: od -26° C do -35° C lub szerszy.	TAK / NIE *)	zakres temperatury: od -.....°C do -°C
5.	Funkcja automatycznego szybkiego rozmrażania.	TAK / NIE *)	
6.	Monitoring temperatury zabezpieczający przed zbyt dużym jej wzrostem.	TAK / NIE *)	
7.	Regulowana wysokość półek/szuflad.	TAK / NIE *)	
8.	Min. pięć (5) metalowych półek/szuflad.	TAK / NIE *)	ilość półek ... szt. *) lub ilość szuflad: ... szt. *)
9.	Każda szuflada umożliwia ułożenie 76-96 kartonów z osoczem o wymiarach 25 cm/13 cm/2,5 cm, bez przegród podziałowych wewnątrz szuflad (jeżeli dotyczy).	TAK / NIE *)	
10.	Konstrukcja drzwi i zawiasów umożliwiająca zmianę strony otwierania drzwi.	TAK / NIE *)	
11.	Optyczny i akustyczny alarm przekroczenia temperatury źle zamkniętych drzwi.	TAK / NIE *)	
12.	Pamięć temperatury maksymalnej i minimalnej.	TAK / NIE *)	
13.	Mikroprocesorowy panel sterowniczy z wyświetlaczem LED zabezpieczony na klucz.	TAK / NIE *)	
14.	Recyrkulacja powietrza w celu jak najlepszego rozkładu temperatur.	TAK / NIE *)	
15.	Klasa energetyczna D lub wyższa (zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1369 z dnia 4 lipca 2017 r. ustanawiającym ramy etykietowania energetycznego).	TAK / NIE *)	
16.	Urządzenie jedno lub dwudrzwiowe.	TAK / NIE *)	
17.	Zasilanie 230V/50 Hz.	TAK / NIE *)	
18.	Wymóg podłączenia urządzenia, bez utraty gwarancji, do systemu centralnego monitoringu temperatur Zamawiającego, tzw. otwór serwisowy umożliwiający doprowadzenie z zewnątrz przewodów z czujnikami temperatury, które zostaną zainstalowane wewnątrz komory szafy; średnica czujnika temperatury 0,5 cm.	TAK / NIE *)	
19.	Rok produkcji nie starszy niż 2020 r.	TAK / NIE *)	
20.	Gwarancja co najmniej 24 miesiące.	TAK / NIE *)	
21.	Urządzenie oznakowane znakiem CE.	TAK / NIE *)	
22.	Wolne od CFC/HCFC.	TAK / NIE *)	
23.	Dostawa, instalacja oraz uruchomienie urządzenia wraz z przeszkoleniem wskazanego przez Zamawiającego personelu.	TAK / NIE *)	

*) - niepotrzebne skreślić

.....
/miejscowość i data/

.....
/podpis osoby/osób upoważnionej do występowania w imieniu Uczestnika przetargu/

Załącznik nr 6
do Warunków przetargowych
po zmianach z dn. 05.07.2021 r.

UMOWA NR
(Wzór umowy dotyczy Części 1-4)

zawarta w dniu pomiędzy:

....., z siedzibą w zarejestrowaną/-ym przez Sąd Rejonowy dla w, Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS, kapitał zakładowyzł, posługującą/-ym się numerami: NIP....., REGON, zwaną/-ym w treści umowy „Wykonawcą”, reprezentowaną/-ym przez:

..... –

a

Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Białymstoku,
15-950 Białystok, ul. M. Skłodowskiej-Curie 23, wpisanym do Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000002530, NIP 5422584428, REGON 000293829, zwanym w treści umowy „Zamawiającym”, reprezentowanym przez:

..... –

o następującej treści:

Zawarcie umowy następuje zgodnie z wyborem oferty Wykonawcy na podstawie przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia na „**Dostawę urządzeń chłodniczych**”, realizowanego w trybie art. 70¹ – 70⁵ ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 2020 r., poz. 1740 t.j.), znak postępowania ZP/KC-8/2021.

§ 1

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania:

- 1) *Część 1 – dostawę szafy chłodniczej jednokomorowej w ilości 1 szt.
- 2) *Część 2 – dostawę zamrażarki jednodrzwiowej w ilości 1 szt.
- 3) *Część 3 – dostawa zamrażarki szufladowej do przechowywania osocza w ilości 1 szt.
- 4) *Część 4 – dostawę zamrażarki pionowej do przechowywania osocza w ilości 1 szt.

2. Przedmiot umowy, o którym mowa w ust. 1, zostanie dostarczony odpowiednio do:

- 1) *Część 1 – Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Białymstoku, Dział Immunologii Transfuzjologicznej – 1 szt.
- 2) *Część 2 – Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Białymstoku, Dział Dawców i Ekspedycji – 1 szt.
- 3) *Część 3 – Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Białymstoku, Dział Pobierania i Preparatyki Krwi – 1 szt.
- 4) *Część 4 – Terenowy Oddział Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Suwałkach – 1 szt.

3. Przedmiot umowy został szczegółowo określony w Załączniku nr 1 do umowy.

* jeżeli dotyczy

§ 2

1. Przedmiot umowy zostanie dostarczony do Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Białymstoku oraz zainstalowany i prawidłowo uruchomiony w miejscach wskazanych odpowiednio w § 1 ust. 2. wraz z przeszkoleniem wskazanego przez Zamawiającego personelu, w terminie do 42 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy.

2. Za termin realizacji przedmiotu umowy uważa się datę podpisania przez strony umowy Protokołu odbioru urządzenia/urządzeń (Wzór Protokołu stanowi Załącznik nr 2 do umowy).
3. Wykonawca dostarczy przedmiot umowy do Zamawiającego w dni robocze, tj. od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7³⁰ do 15⁰⁰.
4. Wykonawca, z co najmniej 3-dniowym wyprzedzeniem, poinformuje telefonicznie Zamawiającego o planowanym terminie dostawy urządzeń.
5. Dostarczone urządzenie/urządzenia muszą być zabezpieczone w taki sposób, aby zapobiec uszkodzeniu lub pogorszeniu ich stanu podczas transportu do miejsca przeznaczenia.
6. Do czasu protokolarnego odbioru przedmiotu umowy przez Zamawiającego, ryzyko związane z ewentualnym uszkodzeniem lub utratą ponosi Wykonawca.
7. Wszelkie szkody i koszty powstałe w wyniku niewłaściwego opakowania i zabezpieczenia przedmiotu umowy ponosi Wykonawca.
8. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia, najpóźniej w dniu dostawy urządzeń do Zamawiającego, instrukcji obsługi i konserwacji przedmiotu umowy w języku polskim, karty gwarancyjnej oraz całości dokumentacji technicznej niezbędnej do prawidłowego korzystania z urządzeń.
9. Wykonawca zapewni odpowiednie oznakowanie dostarczonego przedmiotu umowy, tj. urządzenia muszą być oznakowane znakiem CE, zgodnie z przepisami obowiązującymi w UE.

§ 3

1. Wykonawca oświadcza, że zaoferowany przedmiot umowy jest wysokiej jakości, pełnowartościowy, fabrycznie nowy i oryginalny, nienoszący znamion użytkowania oraz śladów uszkodzenia.
2. Odbiór ilościowy i jakościowy przedmiotu umowy odbędzie się po jego dostawie, rozładunku, uruchomieniu i przeszkoleniu wyznaczonego personelu Zamawiającego, w miejscach wskazanych przez Zamawiającego.
3. Wykonawca odpowiada za braki jakościowe stwierdzone bezpośrednio po rozpakowaniu fabrycznych opakowań.
4. Zamawiającemu przysługuje prawo odmowy odbioru przedmiotu umowy w sytuacji, gdy będzie on niekompletny, niezgodny z wymaganiami Zamawiającego i złożoną ofertą, będzie posiadał wady albo ślady zewnętrznego uszkodzenia.
5. W przypadku stwierdzenia niewłaściwej jakości dostarczonego przedmiotu umowy Zamawiający ma obowiązek sporządzić protokół. Zamawiający zgłasza pisemną reklamację na adres e-mail: lub faksem na numer:
6. Do obowiązków Wykonawcy należy rozpatrzenie reklamacji jakościowych nie później niż w terminie 7 dni kalendarzowych od daty nadania zgłoszenia o wadzie przedmiotu umowy. Nierozpatrzenie reklamacji w ww. terminie oznacza jej uznanie.
7. Wykonawca w terminie 7 dni kalendarzowych od daty uznania reklamacji jakościowych zobowiązany jest spełnić żądania Zamawiającego zgłoszone w protokole reklamacyjnym.
8. Wykonawca zobowiązany jest odebrać przedmiot umowy podlegający reklamacji jakościowej i dostarczyć do siedziby Zamawiającego urządzenie wolne od wad.
9. Koszty związane ze zwrotem reklamowanej partii towaru ponosi Wykonawca.
10. Odrzucenie przez Wykonawcę reklamacji, upoważnia Zamawiającego do zasięgnięcia opinii lub ekspertyzy właściwego organu lub skierowania sprawy celem rozstrzygnięcia przez Sąd.
11. Jeżeli reklamacja Zamawiającego okaże się uzasadniona, koszty związane z przeprowadzeniem opinii lub ekspertyzy ponosi Wykonawca.

§ 4

1. Za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w kwocie brutto (wraz z% podatkiem VAT) w wysokości: zł (słownie: zł), netto: zł.
Szczegółowa specyfikacja cenowa zawarta jest w Załączniku nr 1 do umowy.
2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, zostało określone na podstawie oferty Wykonawcy z dnia roku. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za skalkulowanie wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy.

3. W wynagrodzeniu określonym w ust. 1 mieszczą się wszelkie płatności wobec Skarbu Państwa oraz koszty niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy.
4. Cena jednostkowa netto przedmiotu umowy, określona w Załączniku nr 1 do umowy, nie ulegnie podwyższeniu w okresie obowiązywania umowy.
5. Płatność wynagrodzenia nastąpi po dostarczeniu przedmiotu umowy do Zamawiającego w terminie do 30 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury/daty przesłania ustrukturyzowanej faktury elektronicznej za pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania, na konto bankowe Wykonawcy nr
6. Wykonawca oświadcza, iż ww. konto bankowe znajduje się*/nie znajduje się* na wykazie podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej /KAS/.
7. Zamawiający poinformuje naczelnika urzędu skarbowego właściwego dla Wykonawcy o dokonaniu płatności z tytułu realizacji przedmiotu umowy, na konto bankowe, które nie znajduje się na wykazie wskazanym w ust. 6 (*jeżeli dotyczy*).
8. Zamawiający dopuszcza złożenie faktury VAT w formie:
 - a) papierowej;
 - b) ustrukturyzowanego dokumentu elektronicznego, złożonego za pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania, zwanej PEF, zgodnie z ustawą o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym z dn. 9 listopada 2018 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 1666).
9. Zamawiający nie dopuszcza przysyłania innych ustrukturyzowanych dokumentów elektronicznych, za wyjątkiem faktury.
10. Ustrukturyzowana faktura elektroniczna składa się z danych wymaganych przepisami o podatku od towarów i usług oraz danych zawierających:
 - a) informacje dotyczące odbiorcy płatności;
 - b) wskazanie umowy zamówienia publicznego.
11. W ustrukturyzowanej fakturze elektronicznej, poza danymi określonymi w ust. 10, mogą być zamieszczone także inne dane, jeżeli są niezbędne ze względu na specyfikę zamówień publicznych.
12. Na fakturze Wykonawca winien podać numer umowy oraz stosować nazewnictwo zgodnie z zawartą umową.
13. Jako datę zapłaty faktury rozumie się datę złożenia przez Zamawiającego dyspozycji zapłaty i obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
14. W przypadku niedotrzymania terminu zapłaty przez Zamawiającego, Wykonawca ma prawo do odsetek ustawowych za każdy dzień opóźnienia w zapłacie, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
15. Wszelkie rozliczenia dokonywane będą w PLN.

* *niepotrzebne skreślić*

§ 5

1. Wykonawca udziela gwarancji, że dostarczony przedmiot umowy jest wolny od wad jakościowych i prawnych. W przypadku wystąpienia osób trzecich z roszczeniami z tytułu praw patentowych odpowiedzialność i wszelkie koszty z tego tytułu poniesie Wykonawca. Wykonawca odpowiada za wady ukryte, ujawnione podczas użytkowania przedmiotu umowy.
2. Wykonawca udziela pełniej - miesięcznej gwarancji na dostarczony przedmiot umowy (*zgodnie z oświadczeniem złożonym przez Wykonawcę w ofercie*), która biegnie od daty podpisania przez Strony umowy protokołu odbioru urządzenia/urządzeń. Udzielenie gwarancji nie wyłącza uprawnień Zamawiającego z tytułu rękojmi na zasadach określonych w kodeksie cywilnym, której obowiązywanie strony rozszerzają na okres miesięcy (równy okresowi gwarancji).
3. Udzielona gwarancja nie może wyłączać uprawnień gwarancyjnych przyznawanych przez producenta urządzenia/urządzeń.
4. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do nieodpłatnej naprawy lub wymiany każdego z elementów, podzespołów lub zespołów dostarczonego przedmiotu umowy i/lub jego wyposażenia, które uległo uszkodzeniu z przyczyn wad konstrukcyjnych, materiałowych lub montażowych (wady

- ukryte), nieodpłatnych przeglądów gwarancyjnych w ilości zapewniającej utrzymanie gwarancji oraz bieżącej konserwacji przedmiotu umowy.
5. W przypadku awarii Wykonawca zobowiązany jest do jej usunięcia w terminie do 5 dni roboczych od daty zgłoszenia.
 6. W przypadku braku możliwości usunięcia awarii dostarczonego przedmiotu umowy, w terminie określonym w ust. 5, Wykonawca nieodpłatnie dostarczy, zamontuje w terminie nieprzekraczającym 5 dni roboczych od daty zgłoszenia, przedmiot umowy zastępczy o parametrach nie gorszych niż określony w Załączniku nr 1 do umowy oraz usunie awarię w terminie maksymalnie do 14 dni roboczych licząc od daty zgłoszenia awarii.
 7. W przypadku braku możliwości usunięcia awarii w terminie 14 dni roboczych lub trzykrotnej naprawy urządzenia lub tego samego elementu, podzespołu lub zespołu podczas okresu gwarancyjnego, Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnej wymiany przedmiotu umowy na nowy o co najmniej takich samych parametrach, funkcjach użytkowych i estetyce, w terminie 30 dni kalendarzowych licząc odpowiednio od daty zgłoszenia braku możliwości usunięcia awarii lub zgłoszenia czwartej naprawy.
 8. Wykonawca zobowiązuje się, w ramach umowy, do przeprowadzenia przeglądów technicznych dostarczonego przedmiotu umowy w terminach wyznaczonych przez producenta lub jeśli nie są określone - w terminach wyznaczonych przez Zamawiającego na piśmie, jednak nie rzadziej niż 1 (raz) w roku wraz z zapewnieniem wszystkich niezbędnych materiałów. Ostatni przegląd zostanie przeprowadzony na miesiąc przed upływem terminu gwarancji.
 9. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji za wady także po upływie terminu, o którym mowa w ust. 2, jeżeli reklamował wadę przed upływem tego terminu.
 10. Udzielona przez Wykonawcę gwarancja obejmuje również części zamówienia wykonane przez podwykonawców. Za spełnienie ewentualnych roszczeń Zamawiającego związanych z udzieloną gwarancją odpowiada Wykonawca solidarnie z podwykonawcą *(jeżeli dotyczy)*.
 11. Okres gwarancji ulega automatycznemu przedłużeniu o okres naprawy, tj. czas liczony od zgłoszenia awarii do jej skutecznego usunięcia.
 12. Wykonawca oświadcza, że posiada autoryzowany serwis gwarancyjny: *(nazwa i adres)*, który wykonywać będzie naprawy w okresie gwarancji na warunkach określonych w umowie.
 13. Wykonawca zobowiązany jest do przyjmowania zgłoszeń awarii lub innych nieprawidłowości dostarczonego przedmiotu umowy w **dni robocze 24 godz./dobę** telefonicznie pod numerem tel., kom., faksem na numer oraz na adres e-mail:
 14. Transport przedmiotu umowy do miejsca lokalizacji serwisu i z powrotem, dostarczenie naprawionego lub nowego przedmiotu umowy, a także nowych części w okresie gwarancji odbywać się będzie na koszt i ryzyko Wykonawcy.
 15. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia ciągłości serwisu gwarancyjnego w sytuacji zakończenia działalności swojego przedsiębiorstwa w czasie, na który została udzielona gwarancja jakości.
 16. Warunki gwarancji nie mogą zobowiązywać Zamawiającego do przechowywania opakowania, w którym przedmiot umowy został dostarczony (Zamawiający może usunąć opakowanie po dostarczeniu przedmiotu umowy, co nie spowoduje utraty gwarancji, a dostarczone urządzenie/urządzenia mimo braku opakowania będą podlegały usługom gwarancyjnym).
 17. Zakres i warunki napraw gwarancyjnych przedmiotu umowy – poza wynikającymi z umowy – określi karta gwarancyjna producenta.
 18. Postanowienia umowy mają moc nadrzędną nad zapisami karty gwarancyjnej wydanej przez producenta urządzenia, w zakresie w jakim przyzna słabszą ochronę Zamawiającemu.
 19. Celem wykonania naprawy przedmiotu umowy, Wykonawca uzyska dostęp do przedmiotu umowy w godzinach pracy Zamawiającego.
 20. Wszelkie czynności w ramach gwarancji i rękojmi są realizowane przez Wykonawcę w ramach przysługującego mu wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 ust. 1 umowy.

§ 6

1. Zamawiający obciąża Wykonawcę karą umowną w przypadku:
 - 1) odstąpienia przez Zamawiającego od umowy w całości lub w części z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca lub gdy Wykonawca odstąpi od wykonywania umowy z własnej winy lub woli w wysokości 10% wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1;
 - 2) gdy Zamawiający rozwiąże umowę w trybie § 7 ust. 2 niniejszej umowy w wysokości 10% wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1;
 - 3) niezrealizowania dostawy w terminie określonym w § 2 ust. 1 w wysokości 2% wartości brutto przedmiotu umowy, który nie został dostarczony w terminie, za każdy dzień zwłoki;
 - 4) zwłoki w rozpatrzeniu reklamacji jakościowych w terminie określonym w § 3 ust. 6 i/lub zwłoki w spełnieniu żądań zgłoszonych w protokole reklamacyjnym, o którym mowa w § 3 ust. 7 w wysokości 2% wartości brutto przedmiotu umowy posiadającego wady, za każdy dzień zwłoki;
 - 5) zwłoki w usunięciu zgłoszonych awarii w okresie gwarancji w terminie określonym w § 5 ust. 5 lub zwłoki w dostarczeniu urządzenia zastępczego w terminie wskazanym w § 5 ust. 6 bądź wymianie urządzenia na nowe w terminie wskazanym w § 5 ust. 7, w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1 za każdy dzień zwłoki;
 - 6) zwłoki w przeprowadzaniu przeglądu technicznego określonego odpowiednio w § 5 ust. 8 w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1, za każdy dzień zwłoki.
2. Łączna maksymalna wysokość kar umownych nie może przekraczać 20% wartości brutto umowy.
3. Wymagalność zapłaty kary następuje w terminie 7 dni od daty doręczenia Wykonawcy dokumentu określającego wierzytelność. Niezapłacenie kary w terminie, upoważnia Zamawiającego do potrącenia jej z faktury.
4. W przypadku, gdy szkoda z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przekroczy kwotę kar umownych, Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia roszczeń uzupełniających.

§ 7

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w przypadku:
 - 1) powzięcia wiadomości o zaistnieniu istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić podstawowemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu; odstąpienie od umowy w tym wypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach,
 - 2) wydania nakazu zajęcia istotnej części majątku Wykonawcy, mającej wpływ na realizację przedmiotu niniejszej umowy.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym przy wystąpieniu następujących okoliczności:
 - 1) jednorazowego rażącego opóźnienia w dostawie przedmiotu umowy rozumianego jako okres przekraczający 7 dni kalendarzowych od upływu terminu wskazanego w § 2 ust. 1;
 - 2) trzykrotnej, uzasadnionej reklamacji jakości przedmiotu umowy;
 - 3) innego rodzaju rażącego nienależytego wykonania lub niewykonania umowy, czyniącego dalsze jej kontynuowanie bezprzedmiotowym.
3. Odstąpienie od umowy/rozwiązanie umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie z podaniem podstaw prawnych i faktycznych odstąpienia/rozwiązania.
4. W przypadkach, o których mowa w ust. 1-2, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

§ 8

1. Strony dopuszczają zmiany postanowień umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w sytuacji obiektywnej konieczności wprowadzenia zmiany, w szczególności w niżej przedstawionym zakresie:
 - 1) zmiany w zakresie przedmiotu umowy z zastrzeżeniem niezmienności wynagrodzenia, w związku z niemożliwością do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okolicznością prawną, ekonomiczną lub techniczną, za którą żadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialności, skutkującej

brakiem możliwości należytego wykonania umowy lub w sytuacji zmiany przedmiotu umowy na równoważny lub o lepszych parametrach jedynie w przypadku, gdy:

- a) zmiany są korzystne dla Zamawiającego,
 - b) zaoferowany pierwotnie przedmiot umowy został wycofany z produkcji,
 - c) producent zapowiedział zakończenie jego produkcji,
 - d) przedmiot umowy pierwotnie oferowany został udoskoniony lub dodatkowo wyposażony;
- 2) zmiany cen – w następujących przypadkach:
- a) zmiany wynikającej ze zmiany w prawie właściwym dla podatków i ceł, które podwyższą lub obniżą cenę przedmiotu umowy, co w zależności od rodzaju zmian jakie będą miały miejsce, będzie skutkowało obniżeniem lub podwyższeniem ceny jednostkowej brutto przedmiotu zamówienia,
 - b) zmiany na korzyść Zamawiającego na skutek udzielonych rabatów, promocji, zmiany kursów walutowych;
- 3) zmiany danych Wykonawcy (np.: zmiana siedziby, adresu, nazwy) lub zmiana wynikająca z przekształcenia podmiotowego po stronie Wykonawcy np.: w formie sukcesji uniwersalnej.
2. Zamawiający zastrzega sobie również możliwość zmiany w przypadku:
- 1) zmiany w obowiązujących przepisach prawa mającej wpływ na przedmiot i warunki umowy oraz zmiany sytuacji prawnej lub faktycznej Wykonawcy i/lub Zamawiającego skutkującej brakiem możliwości realizacji przedmiotu umowy;
 - 2) powstania nadzwyczajnych okoliczności będących „siłą wyższą” skutkujących brakiem możliwości realizacji przedmiotu umowy lub grożących rażącą stratą, których Strony nie przewidziały przy zawarciu umowy; jako „siłę wyższą” rozumie się wydarzenia i okoliczności nadzwyczajne, nieprzewidywalne, niezależne od woli i intencji którejkolwiek ze Stron umowy;
 - 3) powstania nadzwyczajnych okoliczności nie będących „siłą wyższą”, grożących rażącą stratą, których Strony nie przewidziały przy zawarciu umowy.
3. Wyżej wymienione zmiany mogą być dokonane na wniosek Zamawiającego lub Wykonawcy i za zgodą obu Stron, w formie aneksu, wprowadzone do umowy.

§ 9

1. Ze strony Wykonawcy osobą odpowiedzialną za przebieg realizacji umowy jest, tel.
2. Ze strony Zamawiającego osobą odpowiedzialną za przebieg realizacji umowy jest, tel.

§ 10*

W stosunkach pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą na tle realizacji przedmiotu umowy wspólnie (konsorcjum) obowiązują zasady:

- 1) solidarnej odpowiedzialności Wykonawców (uczestników konsorcjum) za całość podjętych w ramach przedmiotu zamówienia zobowiązań wynikających z niniejszej umowy, niezależnie od procentowego lub rzeczowego udziału każdego z nich w realizacji przedmiotu zamówienia,
- 2) reprezentacji jednego z Wykonawców (uczestników konsorcjum – lidera) ze skutkiem dla pozostałych, rozumianej jako wyłączne uprawnienie i obowiązek do składania i przyjmowania dokumentów i oświadczeń powstałych na tle realizacji niniejszej umowy.

* jeżeli dotyczy

§ 11

1. Wykonawca przyjmuje odpowiedzialność cywilną za wszelkie spowodowane przez siebie szkody osobiste i majątkowe wobec osób trzecich, które mogą powstać w związku z wykonywaniem niniejszej umowy.
2. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w poufności wszelkich dotyczących Zamawiającego danych i informacji uzyskanych w związku z wykonywaniem niniejszej umowy, bez względu na sposób i formę ich przekazania.
Obowiązku zachowania poufności nie stosuje się do danych i informacji:
 - 1) dostępnych publicznie,
 - 2) otrzymanych przez Wykonawcę, zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego, od osoby trzeciej bez obowiązku zachowania poufności,
 - 3) które w momencie ich przekazania przez Zamawiającego były już znane Wykonawcy bez obowiązku zachowania poufności,

- 4) w stosunku do których Wykonawca uzyskał pisemną zgodę Zamawiającego na ich ujawnienie.
3. Wykonawca oświadcza, że znany jest mu fakt, iż treść niniejszej umowy, a w szczególności przedmiot umowy i wysokość wynagrodzenia, stanowią informację publiczną w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2020 r., poz. 2176 t.j.), która podlega udostępnieniu w trybie przedmiotowej ustawy, z zastrzeżeniem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa.
4. Wykonawca wyraża zgodę na udostępnienie w trybie ustawy, o której mowa w ust. 3, zawartych w niniejszej umowie danych go dotyczących, w zakresie obejmującym imiona i nazwiska osób realizujących przedmiot umowy.

§ 12

Realizacja niniejszej umowy nie wiąże się z powierzeniem Wykonawcy przetwarzania danych osobowych, których administratorem jest Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Białymstoku.

§ 13

1. Wszelkie dyskusje, kontrowersje lub różnice w interpretacji, które mogą wynikać z umowy, Strony skłonne są prowadzić i rozwiązywać na zasadach wzajemnego zrozumienia.
2. Wszelkie kwestie sporne nie mogące znaleźć rozwiązania na drodze polubownej, zostaną poddane do rozstrzygnięcia właściwym rzeczowo sądom powszechnym w Białymstoku.

§ 14

1. Umowa podlega ustawom: Prawo zamówień publicznych, o wyrobach medycznych oraz Kodeks cywilny.
2. Wszelkie uzgodnienia dotyczące przedmiotu umowy zawarte są w przedmiotowej umowie. Jakikolwiek inne uzgodnienia będą ważne jedynie wówczas, gdy określone zostaną w formie pisemnej i podpisane przez obie Strony.
3. Umowa została zawarta w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze Stron.

WYKONAWCA:

ZAMAWIAJĄCY: