



**REGIONALNE CENTRUM
KRWIODAWSTWA I KRWIOLECZNICTWA
W BIAŁYMSTOKU**

**ul. M. Skłodowskiej - Curie 23, 15-950 Białystok
tel. 85 744 70 02, fax 85 744 71 33**

www.rckik.bialystok.pl sekretariat@rckik.bialystok.pl



Białystok, dn. 30.07.2019 r.

**Wszyscy uczestnicy postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Dostawę zgrzewarki dielektrycznej do zgrzewania drenów”, realizowanego w trybie art. 70¹-70⁵ Kodeksu Cywilnego, nr sprawy ZP/KC-21/2019, opublikowanego w dniu 24.07.2019 r.

WYJAŚNIENIA I ZMIANA TREŚCI WARUNKÓW PRZETARGOWYCH

Zamawiający, Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Białymstoku, przekazuje treść zapytań do Warunków przetargowych wraz z wyjaśnieniami.

Pytanie 1:

Dot.pkt.10:

Czy Zamawiający dopuści urządzenie umożliwiające podłączenie do jednostki zasilającej dodatkowej głowicy ręcznej za pomocą kabla o długości 1,8m?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż wyraża zgodę.

W związku z powyższym, Zamawiający dokona odpowiedniej modyfikacji zapisów Warunków przetargowych w tym zakresie.

Pytanie 2:

Czy Zamawiający zaakceptuje urządzenie pozwalające na wykonywanie zgrzewów na drenach o średnicy maksymalnie do 5,9 mm?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż wymogi w przedmiotowym zakresie szczegółowo określił w Warunkach przetargowych.

Pytanie 3:

Czy Zamawiający zaakceptuje urządzenie wykonujące zgrzewy w trybie ciągłym z czasem zgrzewania mieszczącym się w przedziale 1 – 2 s?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż wymogi w przedmiotowym zakresie szczegółowo określił w Warunkach przetargowych.

Pytanie 4:

Czy Zamawiający zaakceptuje urządzenie posiadające optyczną detekcję obecności drenu?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż wymogi w przedmiotowym zakresie szczegółowo określił w Warunkach przetargowych.

Pytanie 5:

Czy Zamawiający zaakceptuje urządzenie wyposażone w moduł zgrzewający zabezpieczony plastikową osłoną (pełniącą również funkcje ochrony przed rozbryzgiem krwi z góry i z boku), którą można łatwo zdemontować celem dezynfekcji?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż wyraża zgodę.

W związku z powyższym, Zamawiający dokona odpowiedniej modyfikacji zapisów Warunków przetargowych w tym zakresie.

Pytanie 6:

Pytanie dotyczy załącznika nr 3 do Warunków Przetargowych – pkt nr 6

Zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenie do postępowania wysokiej jakości zgrzewarki dielektrycznej, która posiada optyczny system detekcji obecności drenu w głowicy zgrzewającej, zapewniający spełnienie tej samej, co mechaniczny system detekcji funkcjonalności.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż wymogi w przedmiotowym zakresie szczegółowo określił w Warunkach przetargowych.

W związku z powyższym, w rozdz. XI Warunków przetargowych treść ust. 1 pkt 2) i pkt 6) oraz ust. 2 pkt 1) otrzymują odpowiednio następujące brzmienie:

„ust. 1 pkt 2) Termin składania ofert upływa dnia **2 sierpnia 2019 r. o godz. 11⁰⁰.**”

„ust. 1 pkt 6) Koperta (opakowanie) zawierająca ofertę winna być zaadresowana na adres Zamawiającego:

*Regionalne Centrum Krwiodawstwa
i Krwiolecznictwa w Białymstoku
ul. M. Skłodowskiej-Curie 23
15-950 Białystok
pokój nr 201*

oraz posiadać pieczęć Uczestnika przetargu i oznaczenie:

Oferta na: „Dostawę zgrzewarki dielektrycznej do zgrzewania drenów” – ZP/KC-21/2019, a także: *Nie otwierać przed dniem 2 sierpnia 2019 r. godz. 11¹⁵.*

Konsekwencje złożenia oferty niezgodnie z w/w opisem (tj. potraktowanie oferty jako zwykłej korespondencji, niedostarczenie jej na miejsce składania ofert w terminie określonym w Warunkach przetargowych lub przedwczesne/przypadkowe otwarcie ofert) ponosi Uczestnik przetargu.”

„ust. 2 pkt 1) Otwarcie ofert nastąpi w dniu **2 sierpnia 2019 r. o godz. 11¹⁵**, w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 203 (sala seminaryjna).”

Wyjaśnienia oraz zmiana treści Warunków przetargowych są wiążące dla wszystkich Uczestników przetargu i należy je uwzględnić przy sporządzaniu i składaniu ofert.

Załączniki:

1. Opis przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 1 do Warunków przetargowych), po zmianach z dn. 30.07.2019 r.
2. Specyfikacja oferowanego przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 3 do Warunków przetargowych), po zmianach z dn. 30.07.2019 r.

ZATWIERDZAM:

Z-CA DYREKTORA
DS. EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNYCH
Regionalne Centrum Krwiodawstwa
i Krwiolecznictwa w Białymstoku

mgr Anna Lisowska

Załącznik nr 1
do Warunków przetargowych
po zmianach z dn. 30.07.2019 r.

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż i prawidłowe uruchomienie zgrzewarki dielektrycznej do zgrzewania drenów w ilości 1 sztuka wraz z przeszkoleniem wyznaczonego personelu Zamawiającego.

Lp.	Charakterystyka (wymagania minimalne Zamawiającego)
1.	Urządzenie do zgrzewania drenów z PCV łączących pojemniki przeznaczone do pobierania i przechowywania krwi i jej składników.
2.	Urządzenie wyposażone w głowicę zgrzewającą umieszczoną stacjonarnie na jednostce zasilającej, zintegrowaną z jednostką zasilającą w postaci jednego wspólnego elementu.
3.	Urządzenie umożliwiające uzyskiwanie zgrzewów z perforacją pozwalającą łatwo i dokładnie rozdzielić zgrzany dren; średnica zgrzanych drenów maksymalnie do 6.0 mm.
4.	Urządzenie przeznaczone do pracy ciągłej i wykonywania co najmniej 20 zgrzewów na minutę, średni czas trwania jednego zgrzewu 0,5 do 3 sekund w zależności od średnicy drenu.
5.	Urządzenie umożliwiające dostosowanie siły zgrzewania do średnicy drenu i materiału z jakiego wykonano dren.
6.	Mechaniczna detekcja obecności drenu w głowicy zgrzewającej.
7.	Urządzenie wyposażone w diodowy system wskazujący na trwanie procesu zgrzewania.
8.	Urządzenie wyposażone we wskaźnik optyczny wykonania nieprawidłowego zgrzewu.
9.	Urządzenie wyposażone w moduł zgrzewający zabezpieczony metalową lub plastikową osłoną, odporną na uszkodzenia mechaniczne, którą można łatwo zdjąć celem dezynfekcji.
10.	Urządzenie umożliwiające podłączenie do jednostki zasilającej dodatkowej, dedykowanej głowicy ręcznej za pomocą kabla o długości 1,5 m - 1,8 m .
11.	Urządzenie wyposażone w generator wysokiej częstotliwości.
12.	Urządzenie wyposażone w elektroniczne zabezpieczenie przed przegrzaniem.
13.	Zasilanie 230 V / 50 Hz.
14.	Urządzenie oznakowane znakiem CE.
15.	Instrukcja obsługi urządzenia w języku polskim.
16.	Urządzenie fabrycznie nowe; rok produkcji: nie starszy niż 2018.
17.	Instrukcja obsługi w języku polskim.
18.	Okres gwarancji: min. 24 miesiące od daty podpisania protokołu odbioru.

Specyfikacja oferowanego przedmiotu zamówienia

Nazwa urządzenia:
 Nazwa producenta:
 Typ i model:

Lp.	Wymagania minimalne Zamawiającego	Charakterystyka proponowanego przez Uczestnika przetargu urządzenia	Uwagi
1.	Urządzenie do zgrzewania drenów z PCV łączących pojemniki przeznaczone do pobierania i przechowywania krwi i jej składników.	TAK / NIE *)	
2.	Urządzenie wyposażone w głowicę zgrzewającą umieszczoną stacjonarnie na jednostce zasilającej, zintegrowaną z jednostką zasilającą w postaci jednego wspólnego elementu.	TAK / NIE *)	
3.	Urządzenie umożliwiające uzyskiwanie zgrzewów z perforacją pozwalającą łatwo i dokładnie rozdzielić zgrzany dren; średnica zgrzanych drenów maksymalnie do 6.0 mm.	TAK / NIE *)	
4.	Urządzenie przeznaczone do pracy ciągłej i wykonywania co najmniej 20 zgrzewów na minutę, średni czas trwania jednego zgrzewu 0,5 do 3 sekund w zależności od średnicy drenu.	TAK / NIE *)	
5.	Urządzenie umożliwiające dostosowanie siły zgrzewania do średnicy drenu i materiału z jakiego wykonano dren.	TAK / NIE *)	
6.	Mechaniczna detekcja obecności drenu w głowicy zgrzewającej.	TAK / NIE *)	
7.	Urządzenie wyposażone w diodowy system wskazujący na trwanie procesu zgrzewania.	TAK / NIE *)	
8.	Urządzenie wyposażone we wskaźnik optyczny wykonania nieprawidłowego zgrzewu.	TAK / NIE *)	
9.	Urządzenie wyposażone w moduł zgrzewający zabezpieczony metalową lub plastikową osłoną, odporną na uszkodzenia mechaniczne, którą można łatwo zdjąć celem dezynfekcji.	TAK / NIE *)	Osłona: *metalowa/*plastikowa
10.	Urządzenie umożliwiające podłączenie do jednostki zasilającej dodatkowej, dedykowanej głowicy ręcznej za pomocą kabla o długości 1,5 m - 1,8 m .	TAK / NIE *)	Długość kabla:
11.	Urządzenie wyposażone w generator wysokiej częstotliwości.	TAK / NIE *)	
12.	Urządzenie wyposażone w elektroniczne zabezpieczenie przed przegrzaniem.	TAK / NIE *)	
13.	Zasilanie 230 V / 50 Hz.	TAK / NIE *)	
14.	Urządzenie oznakowane znakiem CE.	TAK / NIE *)	
15.	Instrukcja obsługi urządzenia w języku polskim.	TAK / NIE *)	
16.	Urządzenie fabrycznie nowe; rok produkcji: nie starszy niż 2018.	TAK / NIE *)	Rok produkcji:
17.	Okres gwarancji: min. 24 miesiące od daty podpisania protokołu odbioru.	TAK / NIE *)	Okres gwarancji: miesiące od daty podpisania protokołu odbioru.

*) - niepotrzebne skreślić

.....
 /Miejscowość i data/

.....
 /podpis osoby/osób upoważnionej do występowania w imieniu Uczestnika przetargu/
 (pożądany czytelny podpis albo podpis i pieczęć z imieniem i nazwiskiem)