



**REGIONALNE CENTRUM
KRWIODAWSTWA I KRWIOLECZNICTWA
W BIAŁYMSTOKU**
ul. M. Skłodowskiej – Curie 23; 15-950 Białystok
tel. (85) 744-70-02; fax (85) 744-71-33
www.rckik.bialystok.pl sekretariat@rckik.bialystok.pl



Białystok, dnia 04.11.2022 r.

Wszyscy uczestnicy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP/PN-22/22 na „Dostawę automatycznego systemu preanalitycznego (sortera) wraz z dostosowaniem pomieszczeń”, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pod nr 2022/S 194-546858 w dniu 07.10.2022 r.

WYJAŚNIENIA I ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Zamawiający Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Białymstoku działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022 r., poz. 1710 t.j.) przekazuje treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP/PN-22/22 na „Dostawę automatycznego systemu preanalitycznego (sortera) wraz z dostosowaniem pomieszczeń” wraz wyjaśnieniami i zmianą treści SWZ.

Pytanie nr 1:

Prosimy o uznanie w zakresie potwierdzenia warunków dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej wykazanie się przez Wykonawcę zrealizowaną w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert co najmniej jedną dostawą sprzętu medycznego (aparatury laboratoryjnej, analizatorów diagnostycznych) na kwotę nie mniejszą niż np. 1 000 000 zł brutto.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż dokona zmiany treści SWZ w zakresie warunku udziału w postępowaniu, dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej.

Dotyczy parametrów granicznych - Załącznik nr 3:

Pytanie nr 2:

Poz. 1 Urządzenie sortujące pozycja: Urządzenie musi zapewnić wykonanie badań zgodnie z aktualną Dobrą Praktyką Laboratoryjną (GLP)

Rozwiązanie preanalityczne nie wykonuje badań analitycznych, prosimy o zmianę zapisu:

Urządzenie musi **zapewnić pracę** zgodnie z aktualną Dobrą Praktyką Laboratoryjną.

Odpowiedź:

Zamawiający dokona modyfikacji treści SWZ w powyższym zakresie.

Pytanie nr 3:

Poz. 1 Urządzenie sortujące pozycja: Urządzenie musi posiadać układ podtrzymywania zasilania (UPS) w czasie pracy, przez okres min. 30 minut.

Czy Zamawiający zgadza się na zastosowanie układ podtrzymania zasilania (UPS) w czasie pracy, przez okres min. 15 minut?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

W związku z powyższym, Zamawiający dokona modyfikacji treści SWZ w przedmiotowym zakresie.

Pytanie nr 4:

Poz. 3 Oprogramowanie urządzenia sortującego: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę tego punktu: Musi zapewniać dokumentowanie czynności konserwacyjnych wykonywanych z częstotliwością wymaganą przez producenta oraz generowanie szczegółowych raportów dziennych z uwzględnieniem wszystkich funkcji urządzenia sortującego.

na następujące:

Musi zapewniać dokumentowanie czynności konserwacyjnych przynajmniej w instrukcji obsługi urządzenia oraz generowanie raportów dziennych.

Odpowiedź:

Zamawiający dokona modyfikacji treści SWZ w powyższym zakresie.

Pytanie nr 5:

Poz. 5 Minimalny wymagany zakres danych przekazywanych do medycznego systemu informatycznego Zamawiającego

Urządzenie przedanalizyczne nie wykonuje oznaczeń analitycznych, dlatego dane operatora nie są przesyłane do systemów zewnętrznych.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na usunięcie wyrażenia „Identyfikator operatora”?

Odpowiedź:

Zamawiający dokona modyfikacji treści SWZ w powyższym zakresie.

Pytanie nr 6:

Prosimy o umożliwienie wizji lokalnej w dniu 7 listopada br.

Odpowiedź:

Zamawiający umożliwi przeprowadzenie wizji lokalnej pomieszczeń objętych pracami dostosowawczymi w ww. terminie, tj. 7 listopada 2022 r., w godzi. 10:00 – 14:00.

Dotyczy wzoru umowy:

Pytanie nr 7:

Par. 4 ust. oraz par. 5 ust. 3 oraz par. 6 ust. 1 i 2 oraz par. 14 ust. 5 Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby dostarczone zostały dokumenty w formie elektronicznej (CD, email, strona internetowa)?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że dokumenty wskazane w:

- 1) par. 4 ust. (Wykonawca nie wskazał ustępu) - prawdopodobnie Wykonawcy chodzi o ust. 7 – wykaz osób, które będą wykonywały roboty budowlane – Zamawiający dopuszcza formę elektroniczną dokumentu opatrzoną kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przy użyciu poczty elektronicznej;
- 2) par. 5 ust. 3 – Zamawiający dopuszcza formę elektroniczną dokumentów (CD, e-mail, strona internetowa);
- 3) par. 6 ust. 1 i 2 – Zamawiający dopuszcza formę elektroniczną dokumentu opatrzoną kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przy użyciu poczty elektronicznej;
- 4) par. 14 ust. 5 – Zamawiający informuje, że dokona modyfikacji treści SWZ zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 18.

Pytanie nr 8:

Par. 4 ust. 6 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na usunięcie niniejszego zdania z postanowienia „W opisanym przypadku Wykonawca nie może żądać dodatkowego wynagrodzenia z tytułu przestoju lub zmiany organizacji pracy ani też uwolnić się od odpowiedzialności z tytułu niedotrzymania terminu wykonania robót.”? Wykonawca dokłada wszelkich starań aby adaptacja pomieszczeń odbywała się zgodnie z planem.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na usunięcie zacytowanego wyżej zdania.

Pytanie nr 9:

Par. 6 ust. 1 Czy Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie zamienników produktów objętych zamówieniem o takiej samej lub nie gorszej jakości w przypadku tymczasowego braku możliwości dostarczenia przez Zamawiającego produktów przewidzianych zamówieniem, z uwagi na konieczność dostosowania dokumentacji produktów do zmieniających się wymogów prawnych w związku z obowiązywaniem Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/746 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro oraz wynikającymi z niego terminami przejściowymi, które wpływają na konieczność dostosowania dokumentacji do regulacji prawnych, na co Wykonawca nie ma bezpośredniego wpływu (dokumentacja jest przygotowywana przez podmioty trzecie wobec Wykonawcy)? W przypadku odpowiedzi negatywnej, czy Zamawiający ma inny preferowany sposób uregulowania opisanej sytuacji?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż podtrzymuje zapisy SWZ.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że nie rozumie pytania Wykonawcy.

Zgodnie bowiem z treścią pkt 10.3.2 SWZ na potwierdzenie, że zaoferowane urządzenie sortujące spełnia wymogi Zamawiającego określone w opisie przedmiotu zamówienia, Wykonawca zobowiązany będzie złożyć wraz z ofertą wskazane w ww. punkcie przedmiotowe środki dowodowe, m. in. Certyfikat CE IVD dla zaoferowanej aparatury (jeżeli dotyczy) oraz Deklarację zgodności WE dla zaoferowanego urządzenia sortującego (jeżeli dotyczy). Jeżeli Wykonawca złoży z ofertą ww. dokumenty, a ich ważność upłynie na etapie realizacji umowy, to wówczas zastosowanie znajduje § 6. ust. 1 projektowanych postanowień umowy.

Pytanie nr 10:

Par. 7 ust. 2 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę słowa „bezpłatny” na „w ramach wynagrodzenia”?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

W związku z powyższym, Zamawiający dokona modyfikacji treści SWZ w przedmiotowym zakresie.

Pytanie nr 11:

Par. 8 ust. 2 i 12 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę słów „dni kalendarzowe” na „dni robocze”?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

W związku z powyższym, Zamawiający dokona modyfikacji treści SWZ w przedmiotowym zakresie.

Pytanie nr 12:

Par. 8 ust. 11 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę słowa „nieodpłatnie” na „w ramach wynagrodzenia”?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

W związku z powyższym, Zamawiający dokona modyfikacji treści SWZ w przedmiotowym zakresie.

Pytanie nr 13:

Par. 11 ust. 1 pkt 1 i 2 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację niniejszego postanowienia wzoru umowy w taki sposób, aby wysokość kary umownej naliczana była od wartości wynagrodzenia brutto dotyczącego niezrealizowanej części umowy?

Uzasadnienie:

Jeśli dostawa towaru będzie w znaczącej mierze realizowana w sposób prawidłowy, a dla przykładu odstępienie do umowy będzie dotyczyć niewielkiej partii towaru, to zastrzeżenie kary umownej naliczanej od ogólnej wartości całej umowy na dostawę będzie miała charakter rażąco zawyżony. W takiej sytuacji budzi wątpliwości dysproporcja między poniesioną szkodą a wysokością kary umownej.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

W związku z powyższym, Zamawiający dokona modyfikacji treści SWZ w przedmiotowym zakresie.

Pytanie nr 14:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę przesłanki naliczenia kary umownej za odstąpienie „z przyczyn zwinionych przez Wykonawcę”?

Uzasadnienie:

Zgodnie z art. 471 k.c. dłużnik odpowiada za nienależyte wykonanie umowy jeżeli wynika ono z przyczyn za które ponosi odpowiedzialność. Przyczyny niezależne od Zamawiającego obejmują także okoliczności za które dłużnik nie odpowiada.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę. Z projektowanych postanowień umownych wynika jednoznacznie, że naliczenie kary za odstąpienie nastąpi „(...) z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca (...).”

Pytanie nr 15:

Par. 11 ust. 1 pkt 6 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację zmianę słowa „opóźnienia” na „zwłoki”?

Uzasadnienie:

Zgodnie z art. 433 pkt 1 PZP postanowienia umowy nie mogą przewidywać odpowiedzialności wykonawcy za opóźnienie, chyba że jest to uzasadnione okolicznościami lub zakresem zamówienia.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

W związku z powyższym, Zamawiający dokona modyfikacji treści SWZ w przedmiotowym zakresie.

Pytanie nr 16:

Par. 11 ust. 6 Czy Zamawiający wyraża zgodę na dodanie „do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody”? Ewentualnie dodanie: „wyłączona jest odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu utraconych korzyści”?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że dokona modyfikacji treści SWZ w powyższym zakresie.

Pytanie nr 17:

Par. 12 ust. 2 Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby uprawnienie do rozwiązania umowy przysługiwało po bezskutecznym upływie dodatkowego terminu, nie krótszego niż 5 dni roboczych, wyznaczonego w pisemnym wezwaniu Wykonawcy do należytego wykonania umowy?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 18:

Par. 14 Zwracamy się z prośbą o usunięcie niniejszego paragrafu umowy. Osoby wykonujące prace adaptacyjne nie są pracownikami Wykonawcy i Wykonawca nie ma możliwości przedstawienia wymaganych dokumentów.

Odpowiedź:

Zamawiający dokona modyfikacji treści SWZ w zakresie dotyczącym wymogów wynikających z art. 95 ust. 1 ustawy Pzp.

Pytanie nr 19:

Par. 15 ust. 1 pkt 1 Czy Zamawiający uznaje, że warunki trwającego zagrożenia epidemiologicznego stanowią okoliczności siły wyższej?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że warunki trwającego zagrożenia epidemiologicznego nie stanowią okoliczności siły wyższej.

Zgodnie z przyjętą doktryną za siłę wyższą jest uznawane wyłącznie zdarzenie charakteryzujące się trzema następującymi cechami: zewnętrżnością (tj. zdarzenie następuje poza strukturą przedsiębiorstwa), niemożliwością jego przewidzenia (należy pojmować jako jego nadzwyczajność i nagłość) oraz niemożliwością zapobieżenia jego skutkom (czyli niezdolność do odparcia nadchodzącego niebezpieczeństwa). W konsekwencji za przejaw siły wyższej uznaje się katastrofalne zjawiska wywołane działaniem siły natury, np. powodzie, huragany, trzęsienie ziemi, pożary lasów. Jako siłę wyższą traktuje się także akty władzy publicznej oraz zjawiska społeczne lub polityczne o skali katastrofalnej.

Zamawiający dokona modyfikacji treści SWZ.

Pytanie nr 20:

Par. 18 Czy Zamawiający jako administrator danych osobowych, które mogą znajdować się na aparatach będących przedmiotem zamówienia i do których w związku z prawidłową realizacją obowiązków wynikających z umowy o udzielenie zamówienia publicznego, tj. przyłączenie do sieci, dokonywanie przeglądów, świadczenie usług serwisowych może mieć dostęp Wykonawca, wyrazi zgodę na zawarcie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych? Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych zawarta zostałaby z Wykonawcą jako procesorem wg załączonego wzoru.

Odpowiedź:

Zamawiający dokona modyfikacji treści SWZ w przedmiotowym zakresie. Jednocześnie informuje, że zawrze umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych w treści stanowiącej załącznik do zmodyfikowanych projektowanych postanowień umowy.

Pytanie nr 21:

Par. 22 ust. 3 Czy Zamawiający wyraża zgodę na zawarcie umowy w formie elektronicznej przy wykorzystaniu kwalifikowanego podpisu elektronicznego przez Wykonawcę?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie zawarta w formie korespondencyjnej.

Pytanie nr 22:

W związku z kumulacją wolnych dni 11.11.-13.11. prosimy o przesunięcie terminu składania ofert.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że dokona modyfikacji treści SWZ w zakresie terminu składania i otwarcia ofert.

W związku z powyższym, Zamawiający informuje, iż działając na podstawie art. 137 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, wprowadził następujące zmiany w treści SWZ:

1. W pkt 4 SWZ /OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA/ wykreśla ppkt 4.4.
2. W pkt 8 SWZ /WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU/ ppkt 8.1.4 otrzymuje następujące brzmienie:
„8.1.4 zdolności technicznej lub zawodowej – Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, iż posiada doświadczenie, tj. w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie:
 - wykonał należycie co najmniej jedno (1) zamówienie polegające na dostawie (sprzedaż lub dzierżawa) wraz z instalacją i uruchomieniem automatycznego wolno stojącego systemu preanalitycznego (w ramach jednej umowy)lub
 - wykonał należycie co najmniej jedno (1) zamówienie o wartości min. 1 000 000,00 zł brutto, polegające na dostawie urządzeń medycznych wraz z ich instalacją i uruchomieniem (w ramach jednej umowy).”

3. W pkt 10 SWZ /PODMIOTOWE I PRZEDMIOTOWE ŚRODKI DOWODOWE/ ppkt 10.2.2 lit. a) otrzymuje następujące brzmienie:
- „a) wykaz dostaw wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku określonego w pkt 8.1.4 SWZ, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy – sporządzone zgodnie z treścią Załącznika nr 9 do SWZ.”
4. W pkt 18 SWZ (TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ) ppkt 18.1 otrzymuje następujące brzmienie:
„18.1 Wykonawca związany jest ofertą do dnia upływu terminu składania ofert do dnia **18 lutego 2023 roku.**”
5. W pkt 19 SWZ (SPOSÓB ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT) ppkt 19.1 otrzymuje następujące brzmienie:
„19.1 Ofertę należy złożyć w sposób opisany w SWZ, w terminie do dnia **21 listopada 2022 r.** do godz. 11⁰⁰.”
6. W pkt 20 SWZ (TERMIN OTWARCIA OFERT) ppkt 20.1 otrzymuje następujące brzmienie:
„20.1 Otwarcie ofert nastąpi w dniu **21 listopada 2022 r.** do godz. 12⁰⁰.”
7. W pkt 28 SWZ (INFORMACJE OGÓLNE) ppkt 28.3 otrzymuje następujące brzmienie:
„28.3 Zamawiający nie będzie stosował wymagań w zakresie zatrudnienia osób, o których mowa w art. 95 oraz art. 96 ust. 2 pkt 2) ustawy Pzp.”
8. Zmianie ulega treść Załącznika nr 1 do SWZ, Załącznika nr 2 do SWZ, Załącznika nr 3 do SWZ, Załącznika nr 9 do SWZ oraz Załącznika nr 11 do SWZ, które otrzymują brzmienie zgodne z Załącznikami do niniejszych wyjaśnień.

Wyjaśnienia i zmiany treści SWZ są wiążące dla wszystkich Wykonawców i należy je uwzględnić przy sporządzaniu i składaniu ofert.

W załączeniu:

Załącznik nr 1 do SWZ po zmianach z dnia 04.11.2022 r.

Załącznik nr 2 do SWZ po zmianach z dnia 04.11.2022 r.

Załącznik nr 3 do SWZ po zmianach z dnia 04.11.2022 r.

Załącznik nr 9 do SWZ po zmianach z dnia 04.11.2022 r.

Załącznik nr 11 do SWZ po zmianach z dnia 04.11.2022 r.

ZATWIERDZAM

DYREKTOR
Regionalnego Centrum Krwiodawstwa
i Krwiolecznictwa w Białymstoku

Prof. dr hab. n. med. Piotr Marek Radziwon

**Załącznik nr 1 do SWZ
po zmianach z dn. 04.11.2022 r.**

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest:

- 1) dostawa z instalacją i uruchomieniem automatycznego wolno stojącego systemu preanalitycznego, zwanego dalej sorterem/urządzeniem sortującym oraz niezbędnych akcesoriów i urządzeń towarzyszących, przeprowadzenie instruktażu wyznaczonych pracowników Zamawiającego, wykonanie projektu dostosowania pomieszczeń i rozmieszczenia urządzeń wraz z dostosowaniem tych pomieszczeń pod względem budowlano-instalacyjnym;
- 2) podłączenie automatycznego wolno stojącego systemu preanalitycznego do centralnego systemu informatycznego e-Krew, realizowanego w ramach odrębnego postępowania, którego wdrożenie u Zamawiającego nastąpi na przełomie lat 2022/2023, umożliwiające automatyczną transmisję danych pomiędzy ww. systemami.

1. Minimalne wymagania Zamawiającego dotyczące automatycznego wolno stojącego systemu preanalitycznego (sortera), urządzeń towarzyszących oraz oprogramowania:

1.1 Zaoferowane urządzenie sortujące ma spełniać następujące wymagania:

- 1) wydajność sortowania minimum 900 próbek/godzinę;
- 2) umożliwiać ciągły załadunek próbek do badań wykonania czynności preanalitycznych – moduł bezpośredniego załadunku próbek;
- 3) umożliwiać rejestrację próbek w systemie LIS (możliwe modele komunikacji LIS: Host-Query, Download, Offline) i archiwizację danych dotyczących wstawianych próbek;
- 4) umożliwiać skanowanie próbek oklejonych kodem kreskowym;
- 5) umożliwiać kontrolę jakości próbki – identyfikacja typu próbki na podstawie jej wielkości i koloru korka, rozpoznawanie geometrycznych cech próbek (wielkość, średnica);
- 6) umożliwiać automatyczne wirowanie próbek z uwzględnieniem parametrów wirowania ustalonych z Zamawiającym;
- 7) umożliwiać otwieranie próbek – moduł decappera zawarty w urządzeniu sortującym;
- 8) umożliwiać obsługę próbek systemów zamkniętych oraz otwartych o wysokości 70 – 110 mm, średnicy 12 – 16 mm;
- 9) umożliwiać jednoczesny załadunek próbek otwartych i zamkniętych;
- 10) umożliwiać załadunek i rozładunek próbek w statywach uniwersalnych urządzenia oraz statywach urządzeń firm trzecich znajdujących się u Zamawiającego;
- 11) posiadać system z konfigurowalnym obszarem sortowania i rodzajem używanych statywów, tzn. ilość i rodzaj stosowanych statywów może być modyfikowana samodzielnie przez użytkownika w zależności od bieżących potrzeb laboratorium (możliwość samodzielnej wymiany adapterów dla statywów i zmiany ustawień urządzenia);
- 12) zapewnienie właściwej orientacji kodów kreskowych w statywach wyjściowych, w sposób umożliwiający odczytanie kodów kreskowych przez analizator docelowy.

1.2 Zaoferowane urządzenie sortujące ma ponadto zapewniać/posiadać:

- 1) identyfikację próbek oznaczonych kodami paskowymi zgodnymi ze standardem ISBT128;
- 2) wbudowany i ręczny laserowy czytnik kodów kreskowych umożliwiający odczyt w standardzie ISBT128;
- 3) wykonywanie czynności preanalitycznych zgodnie z aktualną Dobrą Praktyką Laboratoryjną (GLP);
- 4) aplikację umożliwiającą podłączenie do Internetu celem przesyłania raportu błędów oraz wykonywania zdalnej diagnostyki urządzeń;

- 5) układ podtrzymania zasilania (UPS) w czasie pracy urządzenia, przez okres min. 30 15 minut;
 - 6) poziom głośności urządzenia w pomieszczeniu, który nie może przekraczać 85 dB;
 - 7) zasilanie w energię elektryczną 230 V/50 Hz;
 - 8) oprogramowanie umożliwiające rejestrację i archiwizację następujących danych: identyfikator operatora, numery donacji badanych próbek, informacje o błędach, które wystąpiły w trakcie wykonywania czynności preanalitycznych (system oflagowania);
 - 9) archiwizację danych z urządzenia na nośniku zewnętrznym wraz z oprogramowaniem umożliwiającym przeglądanie zarchiwizowanych danych.
- 1.3 Zaoferowane urządzenie sortujące ma być fabrycznie nowe, rok produkcji nie starszy niż 2022.
- 1.4 Moduł decappera ma spełniać następujące wymagania:
- 1) wydajność próbek przeznaczonych do otwarcia min. 900 próbek/godzinę;
 - 2) otwierać korki zakręcane i zaciskane;
 - 3) umożliwić zdefiniowanie zasad otwierania wybranych próbek i ich modyfikacji.
- 1.5 Moduł wirówki ma spełniać następujące wymagania:
- 1) umożliwiać definiowanie parametrów wirowania co najmniej takich jak: czas (10 min. i 3 min.) przy sile odśrodkowej 1100-1300 g, czas startu/hamowania;
 - 2) automatyczne ustawienie parametrów wirowania zależne od typu próbki jak również flagi;
 - 3) wydajność wirówki min. 320 próbek/godzinę (przy 10 min. protokole wirowania);
 - 4) automatyczne równoważenie rotora z wirowanymi próbkami;
 - 5) ma posiadać system transportu w obrębie modułu wirowania i system ładowania wirówki zapewniający zoptymalizowany przepływ próbek.
- 1.6 Oprogramowanie urządzenia sortującego ma spełniać następujące wymagania:
- 1) ma być w najnowszej, aktualnej wersji wraz z aktualizacją przez cały okres trwania gwarancji;
 - 2) ma zapewniać ~~dokumentowanie czynności konserwacyjnych wykonywanych z częstotliwością wymaganą przez producenta oraz generowanie szczegółowych raportów dziennych z uwzględnieniem wszystkich funkcji urządzenia sortującego;~~
 - 3) ma umożliwiać użytkownikowi bieżące śledzenie transmitowanych danych wraz z informacją uzyskiwaną na bieżąco o wszelkich błędach;
 - 4) ma umożliwiać archiwizację przyjętej listy próbek na nośniku zewnętrznym wraz z oprogramowaniem umożliwiającym przeglądanie zarchiwizowanych danych.
- 1.7 Minimalny wymagany zakres danych przekazywanych do medycznego systemu informatycznego Zamawiającego:
- 1) numer donacji,
 - 2) identyfikator operatora (ma zastosowanie wyłącznie w przypadku, gdy urządzenie preanalityczne umożliwia wygenerowanie identyfikatora),
 - 3) data, godzina i minuta wstawienia próbki do urządzenia.
- 1.8 Zobowiązania Wykonawcy w zakresie podłączenia wolno stojącego systemu preanalitycznego do systemu e-Krew:
- 1) Wykonawca zobowiązany jest do podłączenia zaoferowanego wolno stojącego systemu preanalitycznego do systemu e-Krew, zapewniającego automatyczną transmisję danych pomiędzy ww. systemami. Planowany termin wdrożenia systemu e-Krew u Zamawiającego to przełom lat 2022/2023.

- 2) podłączenie automatycznego wolno stojącego systemu preanalitycznego do centralnego systemu e-Krew, zostanie zrealizowane przez Wykonawcę w terminie do 30 dni kalendarzowych od daty uruchomienia u Zamawiającego systemu e-Krew, o czym Wykonawca zostanie poinformowany na piśmie.

1.9 Wykonawca wraz z urządzeniem sortującym zobowiązany jest dostarczyć niezbędne urządzenia towarzyszące (w tym oprogramowanie), w szczególności:

- 1) komputer/komputery z monitorem/monitorami LCD/LED/OLED oraz z zainstalowanym systemem operacyjnym 64 bit Microsoft Windows 10 Pro PL (lub wyższym) lub systemem operacyjnym równoważnym, służącym do przekazywania **wyników badań informacji o próbkach** do medycznego systemu informatycznego działającego u Zamawiającego wraz z urządzeniami peryferyjnymi (drukarka laserowa, laserowy czytnik kodów kreskowych, UPS).
- 2) Zaoferowane urządzenia muszą być fabrycznie nowe, rok produkcji nie starsze niż 2022.

Przez równoważność należy rozumieć funkcjonalność jaką posiada wymagany w SWZ system operacyjny, przy czym system operacyjny w szczególności powinien zapewnić:

- a) kompatybilność z używanym przez Zamawiającego środowiskiem i aplikacjami;
- b) interfejs użytkownika działający w trybie graficznym z elementami 3D, zintegrowany z interfejsem użytkownika interaktywna część pulpitu służąca do uruchamiania aplikacji, które użytkownik może dowolnie wymieniać i pobrać ze strony producenta; graficzne środowisko instalacji i konfiguracji;
- c) system zlokalizowany w języku polskim w zakresie co najmniej następujących elementów: przeglądarka plików, menu, panel sterowania, odtwarzacz multimedialny, pomoc, komunikaty systemowe;
- d) pełną integrację z domeną Windows opartą na serwerach Windows 2012 w zakresie autoryzacji w środowisku Zamawiającego;
- e) zarządzanie komputerami poprzez Zasady Grupy (GPO), WMI;
- f) zgodność z systemem aktualizacji systemów operacyjnych WSUS;
- g) darmowe aktualizacje systemu operacyjnego przez Internet (niezbędne aktualizacje, poprawki, biuletyny bezpieczeństwa muszą być dostarczane bez dodatkowych opłat);
- h) wbudowana zaporę internetową (firewall) dla ochrony połączeń internetowych, zintegrowana z systemem konsola do zarządzania ustawieniami zapory i regułami IP v4 i v6;
- i) wsparcie dla większości powszechnie używanych urządzeń peryferyjnych (drukarek, urządzeń sieciowych, standardów USB, Plug&Play, Wi-Fi);
- j) funkcjonalność automatycznej zmiany domyślnej drukarki w zależności od sieci, do której podłączony jest komputer;
- k) możliwość zdalnej automatycznej instalacji, konfiguracji, administrowania oraz aktualizowania systemu;
- l) zabezpieczony hasłem hierarchiczny dostęp do systemu, konta i grupy użytkowników zarządzane zdalnie; praca systemu w trybie ochrony kont użytkowników;
- m) możliwość przystosowania stanowiska dla osób niepełnosprawnych (np. słabo widzących);
- n) posiadanie narzędzi służących do administracji, wykonywania kopii zapasowych systemu operacyjnego oraz ich odtwarzania;
- o) wsparcie dla Sun Java i .NET Framework w wersji od 1.0 do 4.5 oraz możliwość uruchomienia aplikacji działających we wskazanych środowiskach;
- p) wsparcie dla JScript i VBScript – możliwość uruchamiania interpretera poleceń;
- q) zdalna pomoc i współdzielenie aplikacji – możliwość zdalnego przejęcia sesji zalogowanego użytkownika celem rozwiązania problemu z komputerem;

- r) rozwiązanie służące do automatycznego zbudowania obrazu systemu wraz z ustawieniami oraz zainstalowanymi aplikacjami. Rozwiązanie umożliwiające przywrócenie systemu z wcześniej utworzonego obrazu;
 - s) rozwiązanie dla tworzenia kopii zapasowych (backup); automatyczne wykonywanie kopii plików z możliwością automatycznego przywrócenia wersji wcześniejszej;
 - t) system operacyjny musi posiadać funkcjonalność pozwalającą na identyfikację sieci komputerowych, do których jest podłączony, zapamiętywanie ustawień i przypisywanie do kategorii bezpieczeństwa (z predefiniowanymi odpowiednio do kategorii ustawieniami zapory sieciowej, udostępniania plików itp.);
 - u) system musi posiadać możliwość blokowania lub dopuszczania dowolnych urządzeń peryferyjnych za pomocą polityk grupowych.
- 3) Odpowiednią ilość statywów wejściowych, tj. wystarczającą do wstawienia min. 2000 próbek jednocześnie;
 - 4) akcesoria i sprzęt niezbędny do podłączenia, uruchomienia oraz sprawdzenia zaoferowanego urządzenia sortującego.

1.10 Pozostałe wymagania względem Wykonawcy:

- 1) wraz z urządzeniem sortującym Wykonawca dostarczy procedurę utylizacji odpadów powstających w trakcie wykonywania procesu preanalitycznego. Jeżeli będzie to konieczne, Wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć wraz z urządzeniem sortującym i zainstalować/podłączyć odpowiedni pojemnik na odpady skażone (płynne) wytwarzane podczas wykonywania **czynności preanalitycznych**; Zamawiający informuje, że utylizację odpadów powstających w trakcie wykonywania badań czynności preanalitycznych będzie wykonywał we własnym zakresie.
- 2) urządzenie sortujące oraz urządzenia towarzyszące muszą posiadać świadectwo dopuszczenia do obrotu i deklarację zgodności CE;
- 3) wymagane jest dostarczenie instrukcji obsługi oferowanego urządzenia sortującego w języku polskim w wersji papierowej i elektronicznej na płycie CD lub DVD;
- 4) urządzenie sortujące musi posiadać oryginalny paszport;
- 5) Wykonawca zobowiązany jest do rozładunku oraz transportu do miejsca docelowego dostarczonego urządzenia sortującego wraz z urządzeniami towarzyszącymi;
- 6) Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia instruktażu wyznaczonych pracowników Zamawiającego, potwierdzonego certyfikatami;
- 7) Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia pełnej walidacji:
 - a) dostarczonego automatycznego wolno stojącego systemu preanalitycznego (sortera),
 - b) dostarczonego automatycznego wolno stojącego systemu preanalitycznego (sortera) po podłączeniu do systemu e-Krew i umożliwieniu automatycznej transmisji danych pomiędzy ww. systemami,potwierdzonej każdorazowo zaakceptowaniem wyników walidacji przez Dział Zapewnienia Jakości Zamawiającego;
- 8) Wykonawca zapewni dostęp do pomocy technicznej umożliwiającej zgłoszenie wad lub usterek za pomocą Internetu i/lub telefonicznie.

2. Dostosowanie pomieszczeń do zainstalowania automatycznego wolno stojącego systemu preanalitycznego (sortera).

- 2.1 W ramach przedmiotu zamówienia do obowiązków Wykonawcy należy dostosowanie pod względem budowlanym i instalacyjnym trzech pomieszczeń (nr 18, 19, 20), w których zainstalowany zostanie automatyczny wolno stojący system preanalityczny (sorter).
- 2.2 Zakres prac budowlano-instalacyjnych do wykonania przez Wykonawcę obejmuje:
 - 1) wyburzenie dwóch ścian działowych pomiędzy pomieszczeniami: nr 18 i 19 oraz nr 19 i 20. Wyburzenia ścian należy wykonać ze szczególną ostrożnością – ręcznie, aby nie naruszyć konstrukcji stropu typu Kleina nad parterem;

- 2) przed przystąpieniem do wyburzenia ścian, o którym mowa w pkt 1) należy wykonać szczelną zabudowę tymczasową umożliwiającą pracę laboratorium podczas robót budowlanych na poziomie trzech okien licząc od istniejącego przeszklenia w pom. nr 20;
- 3) w miejsce ściany działowej pomiędzy pomieszczeniami 18 i 19 należy zamontować przeszkloną ścianę do wysokości górnej ościeżnicy drzwi (na wzór istniejącego przeszklenia w pom. nr 20), z drzwiami szklanymi na środku przeszklenia; szerokość drzwi 90 cm, sposób otwierania – drzwi lewe;
- 4) skucie glazury i gresu w pomieszczeniu nr 18, w tym wykonanie wylewki i warstwy samopoziomującej dla nowej podłogi;
- 5) dostosowanie instalacji elektrycznej: zasilającej, strukturalnej i oświetleniowej do wymogów, potrzeb i lokalizacji projektowanego sortera oraz całej pracowni po połączeniu pomieszczeń, uwzględniające nową lokalizację stanowisk pracy. Gniazda instalacji zasilającej i strukturalnej należy wykonać w listwach nad blatami roboczymi. Nowa instalacja oświetleniowa (wykonana w technologii LED) ma umożliwiać włączanie strefowe, w tym z wykorzystaniem włączników schodowych. Istniejąca instalacja oświetleniowa wymaga modernizacji poprzez zmianę źródeł światła, tj. wymiany oświetlenia jarzeniowego na oświetlenie LED-owe (w ilości 12 szt.);
- 6) dostosowanie instalacji wodno-kanalizacyjnej i c.o. do wymogów, potrzeb i lokalizacji projektowanego sortera, istniejącej aparatury medycznej oraz całej pracowni po połączeniu pomieszczeń. W zakresie instalacji wodno-kanalizacyjnej przeniesienia wymaga umywalka, dwie stacje uzdatniania wody z obecnej lokalizacji: jedna przy drzwiach wejściowych do pomieszczenia nr 20, druga z obecnej lokalizacji w pom. nr 18 w okolicy wyburzonej ściany pomiędzy pomieszczeniami nr 19 i 20 od strony ściany zewnętrznej. Przewiduje się demontaż jednego grzejnika;
- 7) dostosowanie schładzania pomieszczenia nr 20 po rozbudowie poprzez dostawę i montaż dodatkowego klimatyzatora do zainstalowania w miejsce obecnego pomieszczenia nr 19;
- 8) na czas przebudowy pomieszczeń należy zdemontować istniejący klimatyzator w pomieszczeniu nr 20, a następnie zamontować go w dotychczasowym miejscu;
- 9) ułożenie jednolitej wykładziny PCV na całej powierzchni połączonych pomieszczeń, dostosowując kolorystykę i rodzaj wykładziny do istniejącej w pomieszczeniu nr 20 (wykładzina homogeniczna, barwiona w całej masie) z wywinięciem na ściany w standardzie pomieszczenia nr 20;
- 10) malowanie ścian farbą odporną na ścieranie i środki dezynfekcyjne z atestem do użytku w obiektach ochrony zdrowia, w szczególności w pracowniach laboratoryjnych, w tym przygotowanie podłoża ścian przed malowaniem (wyrównanie, szpachlowanie, gruntowanie itp. roboty zgodnie z technologią malarską);
- 11) wymiana drzwi pełnych w pom. nr 18 na szklane przeziernie przesuwne;
- 12) wymiana drzwi w pom. nr 20 na szklane przeziernie przesuwne;
- 13) likwidacja drzwi (2 szt.) z obecnego pomieszczenia nr 19 (drzwi do odzysku) i z pomieszczenia nr 20 (drzwi szklane do odzysku). Zaślepienie otworu po zdemontowanych drzwiach wykonać płytą g/k na stalowym stelażu o grubości 7 cm, zlicowane ze ścianą od strony korytarza;
- 14) wykonanie sufitu podwieszanego o najwyższym poziomie absorpcji dźwięku przypisanym klasie A przez normę międzynarodową EN ISO 11654 (*Akustyka. Wyroby dźwiękochłonne używane w budownictwie. Wskaźnik pochłaniania dźwięku*) lub montaż okładziny dźwiękochłonnej bezpośrednio na suficie o właściwościach j.w.
- 15) demontaż zabudowy tymczasowej po wykonaniu brudnych robót budowlanych;

- 16) pozostałe roboty niezbędne do wykonania w ramach dostosowania pomieszczeń do możliwości zainstalowania automatycznego wolno stojącego systemu preanalitycznego (urządzenia sortującego) i funkcjonalnego zorganizowania stanowisk pracy w całym kompleksie reorganizowanych pracowni.

Uwaga: Automatyczny wolno stojący system preanalityczny (sorter) powinien funkcjonować na przestrzeni ok. 10 m² w umeblowanym i wyposażonym w inne urządzenia laboratoryjne (analizatory do badań wirusologicznych metodą biologii molekularnej i CMIA, analizatory do wykonywania badań grup krwi oraz urządzenia chłodnicze) połączonym pomieszczeniu (pom. nr 19 i 20), przy zachowaniu swobody poruszania się personelu w laboratorium, a także przy zapewnieniu przestrzeni serwisowej dla istniejących urządzeń.

Zamawiający posiada pisemną opinię uprawnionego konstruktora w zakresie możliwości wyburzenia ścian wewnętrznych w strefie przebudowy i dostosowania pomieszczeń do potrzeb instalacji automatycznego wolno stojącego systemu preanalitycznego (sortera) na parterze budynku RCKiK w Białymstoku. Jednocześnie Zamawiający informuje, że nie nastąpi zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń.

Załączniki:

1. Stan istniejący pomieszczeń z rozmieszczeniem urządzeń – Rys. nr 1
2. Sugerowana architektura połączenia pomieszczeń i rozmieszczenia istniejących urządzeń oraz stanowisk pracy – Rys. nr 2
3. Sugerowana infrastruktura teletechniczna, elektryczna, wodno-kanalizacyjna, c.o. – Rys. nr 3.

Załącznik nr 2 do SWZ.
po zmianach z dn. 04.11.2022 r.
(wzór)

*Regionalne Centrum Krwiodawstwa
i Krwiolecznictwa w Białymstoku
ul. M. Skłodowskiej-Curie 23
15-950 Białystok*

FORMULARZ OFERTY

Dane Wykonawcy/Wykonawców w przypadku oferty wspólnej *

Nazwa:

Adres: ul.

Kod: miasto: województwo:

Numer telefonu:

Adres e-mail Wykonawcy:

Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej znajdującej się na platformie ePUAP:

Osoba upoważniona do kontaktów, tel.

NIP:, REGON:

* w przypadku oferty wspólnej, np. konsorcjum, spółki cywilnej, należy podać dane dotyczące wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie oraz Pełnomocnika.

Odpowiadając na ogłoszenie o zamówieniu w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawę systemu preanalizy (sortera) wraz z dostosowaniem pomieszczeń” – znak postępowania: ZP/PN-22/22:

1. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami postępowania oraz Specyfikacją Warunków Zamówienia, nie wnosimy do nich żadnych zastrzeżeń i przyjmujemy warunki w niej zawarte, a także uzyskaliśmy informacje konieczne do przygotowania oferty.

2. Składamy ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia, którego zakres określono w Specyfikacji Warunków Zamówienia na następujących warunkach:

2.1 wartość brutto oferty: zł

słownie: zł

w tym % VAT

w tym cło (jeżeli dotyczy)

wartość netto: zł

i jest to cena podana zgodnie z wymaganiami określonymi w Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Cena oferty zawiera ostateczną, sumaryczną cenę obejmującą wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia z uwzględnieniem opłat i podatków (w tym podatku VAT) wg odpowiadających jej składników cenowych.

2.2 Oświadczamy, że w zakresie kryterium „Parametry jakościowe” oferujemy:

- 1) sorter:
 - a) z modułem recappera^{*)}
 - b) bez modułu recappera^{*)}
- 2) sorter:
 - a) z możliwością pracy w trybie offline^{*)}
 - b) bez możliwości pracy w trybie offline^{*)}
- 3) sorter:
 - a) z możliwością oceny próbki – hemoliza, lipemia^{*)}
 - b) bez możliwości oceny próbki – hemoliza, lipemia^{*)}

^{*)} niepotrzebne skreślić

2.3 Oświadczamy, że w zakresie kryterium „Okres gwarancji na urządzenie sortujące oraz urządzenia towarzyszące” udzielamy gwarancji na okres:

- 1) 60 m-cy^{*)}
- 2) 48 m-cy^{*)}
- 3) 36 m-cy^{*)}

licząc od daty podpisania protokołu odbioru częściowego przedmiotu zamówienia.

^{*)} niepotrzebne skreślić

3. Oświadczamy, iż:

- 3.1 oferujemy realizację przedmiotu zamówienia, tj. dostawę systemu preanalitycznego (sortera) wraz z dostosowaniem pomieszczeń, zgodnie z warunkami określonymi w SWZ;
- 3.2 udzielamy gwarancji na wykonane roboty dostosowawcze, jak również wszelkie użyte materiały na okres 36 miesięcy.

4. Oświadczamy, iż:

- 4.1 wartość netto podana w pkt 2.1 nie ulegnie podwyższeniu w okresie obowiązywania umowy;
- 4.2 akceptujemy termin realizacji zamówienia określony w SWZ;
- 4.3 akceptujemy warunki płatności za zrealizowany przedmiot zamówienia określone w Projektowanych postanowieniach umowy, stanowiących Załącznik nr 11 do SWZ.

5. *Oświadczamy, iż w przypadku wyboru naszej oferty przed zawarciem umowy dostarczymy oryginał certyfikatu rezydencji podatkowej.

** dotyczy Wykonawców zagranicznych, o których mowa w pkt 23.1.5 SWZ*

6. Oświadczamy, że uważamy się związani niniejszą ofertą przez okres wskazany w SWZ.

7. Oświadczamy, iż zawarte w Specyfikacji Warunków Zamówienia Projektowane postanowienia umowy (Załącznik nr 11 do SWZ) zostały przez nas zaakceptowane i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy na niżej wymienionych warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

8. Oświadczamy, iż:

- 8.1 zamówienie zrealizujemy we własnym zakresie^{*)}
- 8.2 zamierzamy powierzyć do realizacji przez podwykonawcę następujące części zamówienia^{*)}

L.p.	Rodzaj zamówienia powierzonego do wykonania przez podwykonawcę*	Nazwa podwykonawcy**

^{*)} niepotrzebne skreślić

* Wykonawca jest zobowiązany podać szczegółowy zakres prac, które zamierza powierzyć podwykonawcy

** Wykonawca jest zobowiązany podać firmę podwykonawcy, o ile jest to wiadome

9. Wadium w kwocie zł zostało wniesione w dniu w formie
- 9.1 Numer konta, na które należy dokonać zwrotu wadium wniesionego w formie pieniężnej:
.....

10. ¹⁾ Oświadczamy, iż jesteśmy:

11.1 mikroprzedsiębiorstwem ^{*)}

11.2 małym przedsiębiorstwem ^{*)}

11.3 średnim przedsiębiorstwem ^{*)}

11.4 podmiotem prowadzącym jednoosobową działalność gospodarczą ^{*)}

11.5 osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej ^{*)}

^{*)} niepotrzebne skreślić

11. Dostęp do dokumentów, o których mowa w ppkt 16.4.6 SWZ, Zamawiający może uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, tj. ^{*)}

^{*)} Wykonawca wskazuje dane (np. adres strony www) umożliwiające dostęp do tych dokumentów

12. Oświadczamy, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO²⁾ wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.³⁾

13.1 tak ^{*)}

13.2 nie ^{*)}

13.3 nie dotyczy ^{*)}

^{*)} niepotrzebne skreślić

13. Informujemy, iż zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2022 r. poz. 931, z późn. zm.):

13.1 wybór oferty nie prowadzi do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego ^{*)}

13.2 wybór oferty prowadzi do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego: ^{*)}

1) nazwa (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie prowadzi do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego:,

2) wartość towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym Zamawiającego, bez kwoty podatku:,

3) stawka podatku od towaru i usług, która zgodnie z wiedzą Wykonawcy, będzie miała zastosowanie: %.

^{*)} niepotrzebne skreślić

Uwaga: Brak skreślenia i/lub niewypełnienie powyższych danych rozumiany będzie przez Zamawiającego, że wybór przedmiotowej oferty nie prowadzi do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego.

14. Wraz z ofertą składamy następujące oświadczenia i dokumenty:

14.1

14.2

.....
/miejscowość i data/

.....
/podpis osoby/osób upoważnionej do występowania w imieniu Wykonawcy/

- ¹⁾ Zgodnie z zaleceniem Komisji z dnia 6 maja 2003 dotyczącym definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (Dz.U.L 124 z 20.5.2003, s. 36). Informacje te są wymagane wyłącznie do celów statystycznych.
Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów euro.
Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów euro.
Średnie przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które nie jest mikroprzedsiębiorstwem ani małym przedsiębiorstwem i które zatrudnia mniej niż 250 osób i którego roczny obrót nie przekracza 50 milionów euro lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów euro.
- ²⁾ rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).
- ³⁾ Jeżeli wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO, treści oświadczenia nie składa.

**Załącznik nr 3 do SWZ
po zmianach z dn. 04.11.2022 r.
(wzór)**

Specyfikacja oferowanego przedmiotu zamówienia

w postępowaniu nr ZP/PN-22/22

na

„Dostawę systemu preanalizycznego (sortera) wraz z dostosowaniem pomieszczeń”

Lp.	Nazwa komponentu	Minimalne wymagania Zamawiającego	Charakterystyka proponowanego przez Wykonawcę produktu	Uwagi
1.	Urządzenie sortujące	<p>Wydajność sortowania minimum 900 próbek/godzinę.</p> <p>Umożliwia ciągły załadunek próbek do badań wykonania czynności preanalizycznych – moduł bezpośredniego załadunku próbek.</p> <p>Umożliwia rejestrację próbek w systemie LIS (możliwe modele komunikacji LIS: Host-Query, Download, Offline) i archiwizację danych dotyczących wstawianych próbek.</p> <p>Umożliwia skanowanie próbek oklejonych kodem kreskowym.</p> <p>Umożliwia kontrolę jakości próbki – identyfikację typu próbki na podstawie jej wielkości i koloru korka, rozpoznawanie geometrycznych cech probówek (wielkość, średnica).</p> <p>Umożliwia automatyczne wirowanie próbek z uwzględnieniem parametrów wirowania ustalonych z Zamawiającym.</p> <p>Umożliwia otwieranie próbek – moduł decappera zawarty w urządzeniu sortującym.</p> <p>Umożliwia obsługę probówek systemów zamkniętych oraz otwartych o wysokości 70 – 110 mm, średnicy 12 – 16 mm.</p> <p>Umożliwia jednoczesny załadunek probówek otwartych i zamkniętych.</p> <p>Umożliwia załadunek i rozładunek probówek w statywach uniwersalnych urządzenia oraz statywach urządzeń firm trzecich znajdujących się u Zamawiającego.</p> <p>Posiada system z konfigurowalnym obszarem sortowania i rodzajem używanych statywów, tzn. ilość i rodzaj stosowanych statywów może być modyfikowana samodzielnie przez użytkownika w zależności od bieżących potrzeb laboratorium (możliwość samodzielnej wymiany adapterów dla statywów i zmiany ustawień urządzenia).</p> <p>Zapewnienie właściwej orientacji kodów kreskowych w statywach wyjściowych, w sposób umożliwiający odczytanie kodów kreskowych przez analizator docelowy.</p> <p>Zapewnia identyfikację próbek oznaczonych kodami paskowymi zgodnymi ze standardem ISBT128.</p> <p>Urządzenie musi posiadać wbudowany i ręczny laserowy czytnik kodów kreskowych umożliwiający odczyt w standardzie ISBT128.</p>	TAK / NIE *)	

		<p>Urządzenie musi zapewnić pracę zgodnie z aktualną Dobrą Praktyką Laboratoryjną (GLP).</p> <p>Urządzenie musi posiadać aplikację umożliwiającą połączenie do Internetu celem przesyłania raportu błędów oraz wykonywania zdalnej diagnostyki urządzeń.</p> <p>Urządzenie musi posiadać układ podtrzymania zasilania (UPS) w czasie pracy, przez okres min. 30 15 minut.</p> <p>Poziom głośności urządzenia w pomieszczeniu nie może przekraczać 85 dB.</p> <p>Urządzenie musi umożliwiać zasilanie w energię elektryczną 230 V/50 Hz.</p> <p>Urządzenie musi posiadać oprogramowanie umożliwiające rejestrację i archiwizację następujących danych: identyfikator operatora, numery donacji badanych próbek, informacje o błędach które wystąpiły w trakcie wykonywania badań (system oflagowania).</p> <p>Urządzenie musi zapewniać archiwizację danych z urządzenia na nośniku zewnętrznym wraz z oprogramowaniem umożliwiającym przeglądanie zarchiwizowanych danych.</p> <p>Urządzenie sortujące musi być fabrycznie nowe, rok produkcji nie starsze niż 2022 rok.</p>		Rok produkcji:
2.	Moduł decappera	<p>Wydajność próbek przeznaczonych do otwarcia min. 900 próbek/godzinę.</p> <p>Umożliwia otwieranie korków zakręconych i zaciskanych.</p> <p>Umożliwia zdefiniowanie zasad otwierania wybranych próbek i ich modyfikację.</p>	TAK / NIE *)	
3.	Moduł wirówki	<p>Umożliwia definiowanie parametrów wirowania co najmniej takich jak: czas (10 min. i 3 min.) przy sile odśrodkowej 1100-1300 g, czas startu/hamowania.</p> <p>Automatyczne ustawienie parametrów wirowania zależne od typu próbki jak również flagi.</p> <p>Wydajność wirówki min. 320 próbek/godzinę (przy 10 min. protokole wirowania).</p> <p>Automatyczne równoważenie rotora z wirowanymi próbkami.</p> <p>Musi posiadać system transportu w obrębie modułu wirowania i system ładowania wirówki zapewniający zoptymalizowany przepływ próbek.</p>	TAK / NIE *)	
4.	Oprogramowanie urządzenia sortującego	<p>Musi być w najnowszej, aktualnej wersji wraz z jego aktualizacją przez cały okres trwania gwarancji.</p> <p>Musi zapewniać dokumentowanie — czynności konserwacyjnych wykonywanych z częstotliwością wymaganą przez producenta oraz generowanie szczegółowych raportów dziennych z uwzględnieniem wszystkich funkcji urządzenia sortującego;</p> <p>Musi umożliwiać użytkownikowi bieżące śledzenie transmitowanych danych wraz z informacją uzyskiwaną na bieżąco o wszelkich błędach.</p> <p>Musi umożliwiać archiwizację przyjętej listy próbek na nośniku zewnętrznym wraz z oprogramowaniem umożliwiającym przeglądanie zarchiwizowanych danych.</p>	TAK / NIE *)	
5.	Minimalny wymagany zakres danych przekazywanych do medycznego systemu informatycznego Zamawiającego	<p>Numer donacji.</p> <p>Identyfikator operatora (ma zastosowanie wyłącznie w przypadku, gdy urządzenie preanalizacyjne umożliwia wygenerowanie identyfikatora).</p> <p>Data, godzina i minuta przyjęcia materiału do urządzenia.</p>	TAK / NIE *)	

6.	<p>Wymagania w zakresie podłączenia zaoferowanego automatycznego wolno stojącego systemu preanalitycznego (sortera) do medycznego systemu informatycznego e-Krew</p>	<p>Wykonawca zobowiązany jest do podłączenia zaoferowanego wolno stojącego systemu preanalitycznego do systemu e-Krew, zapewniającego automatyczną transmisję danych pomiędzy ww. systemami. Planowany termin wdrożenia systemu e-Krew u Zamawiającego to przełom lat 2022/2023.</p> <p>Podłączenie automatycznego wolno stojącego systemu preanalitycznego do centralnego systemu e-Krew, zostanie zrealizowane przez Wykonawcę w terminie do 30 dni kalendarzowych od daty uruchomienia u Zamawiającego systemu e-Krew, o czym Wykonawca zostanie poinformowany na piśmie (podłączenia automatycznego wolno stojącego systemu preanalitycznego do centralnego systemu informatycznego e-Krew nastąpi nie wcześniej niż po zainstalowaniu, podłączeniu i przeprowadzeniu instruktażu pracowników Zamawiającego).</p>	TAK / NIE *)	
7.	<p>Urządzenia towarzyszące (w tym oprogramowanie) oraz akcesoria dostarczone wraz z urządzeniem sortującym</p>	<p>Wykonawca, wraz z urządzeniem sortującym, zobowiązany jest dostarczyć niezbędny sprzęt, w szczególności:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Komputer/komputery z monitorem/monitorami LCD/LED/OLED oraz z zainstalowanym systemem operacyjnym 64 bit Microsoft Windows 10 Pro PL (lub wyższym) lub systemem operacyjnym równoważnym, służącym do przekazywania wyników badań informacji o próbkach do medycznego systemu informatycznego działającego u Zamawiającego wraz z urządzeniami peryferyjnymi (drukarka laserowa, laserowy czytnik kodów kreskowych, UPS). <p>Przez równoważność należy rozumieć funkcjonalność jaką posiada wymagany w SWZ system operacyjny, przy czym system operacyjny w szczególności powinien zapewnić:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) kompatybilność z używanym przez Zamawiającego środowiskiem i aplikacjami; 2) interfejs użytkownika działający w trybie graficznym z elementami 3D, zintegrowany z interfejsem użytkownika interaktywna część pulpitu służąca do uruchamiania aplikacji, które użytkownik może dowolnie wymieniać i pobrać ze strony producenta; graficzne środowisko instalacji i konfiguracji; 3) system zlokalizowany w języku polskim w zakresie co najmniej następujących elementów: przeglądarka plików, menu, panel sterowania, odtwarzacz multimedialny, pomoc, komunikaty systemowe; 4) pełną integrację z domeną Windows opartą na serwerach Windows 2012 w zakresie autoryzacji w środowisku Zamawiającego; 5) zarządzanie komputerami poprzez Zasady Grupy (GPO), WMI; 6) zgodność z systemem aktualizacji systemów operacyjnych WSUS; 7) darmowe aktualizacje systemu operacyjnego przez Internet (niezbędne aktualizacje, poprawki, biuletyny bezpieczeństwa muszą być dostarczane bez dodatkowych opłat); 8) wbudowana zaporę internetową (firewall) dla ochrony połączeń internetowych, zintegrowana 	TAK / NIE *)	LCD*)/LED*)/OLED*)

		<p>z systemem konsola do zarządzania ustawieniami zapyry i regułami IP v4 i v6;</p> <p>9) wsparcie dla większości powszechnie używanych urządzeń peryferyjnych (drukarek, urządzeń sieciowych, standardów USB, Plug&Play, Wi-Fi);</p> <p>10) funkcjonalność automatycznej zmiany domyślnej drukarki w zależności od sieci, do której podłączony jest komputer;</p> <p>11) możliwość zdalnej automatycznej instalacji, konfiguracji, administrowania oraz aktualizowania systemu;</p> <p>12) zabezpieczony hasłem hierarchiczny dostęp do systemu, konta i grupy użytkowników zarządzane zdalnie; praca systemu w trybie ochrony kont użytkowników;</p> <p>13) możliwość przystosowania stanowiska dla osób niepełnosprawnych (np. słabo widzących);</p> <p>14) posiadanie narzędzi służących do administracji, wykonywania kopii zapasowych systemu operacyjnego oraz ich odtwarzania;</p> <p>15) wsparcie dla Sun Java i .NET Framework w wersji od 1.0 do 4.5 oraz możliwość uruchomienia aplikacji działających we wskazanych środowiskach;</p> <p>16) wsparcie dla JScript i VBScript – możliwość uruchamiania interpretera poleceń;</p> <p>17) zdalna pomoc i współdzielenie aplikacji – możliwość zdalnego przejęcia sesji zalogowanego użytkownika celem rozwiązania problemu z komputerem;</p> <p>18) rozwiązanie służące do automatycznego zbudowania obrazu systemu wraz z ustawieniami oraz zainstalowanymi aplikacjami. Rozwiązanie umożliwiające przywrócenie systemu z wcześniej utworzonego obrazu;</p> <p>19) rozwiązanie dla tworzenia kopii zapasowych (backup); automatyczne wykonywanie kopii plików z możliwością automatycznego przywrócenia wersji wcześniejszej;</p> <p>20) system operacyjny musi posiadać funkcjonalność pozwalającą na identyfikację sieci komputerowych, do których jest podłączony, zapamiętywanie ustawień i przypisywanie do kategorii bezpieczeństwa (z predefiniowanymi odpowiednio do kategorii ustawieniami zapyry sieciowej, udostępniania plików itp.);</p> <p>21) system musi posiadać możliwość blokowania lub dopuszczania dowolnych urządzeń peryferyjnych za pomocą polityk grupowych.</p> <p>2.Odpowiednią ilość statywów wejściowych, tj. wystarczającą do wstawienia min. 2000 próbek jednocześnie.</p> <p>3.Akcesoria i sprzęt niezbędny do podłączenia, uruchomienia oraz sprawdzenia zaoferowanego automatycznego wolno stojącego systemu preanalitycznego.</p> <p>4.Dostęp do pomocy technicznej umożliwiającej zgłoszenie wad lub usterek za pomocą Internetu i/lub telefonicznie.</p> <p>5.Urządzenia towarzyszące muszą być fabrycznie nowe, rok produkcji nie starsze niż 2022.</p>		<p>Rok produkcji:</p>
8.	Pozostałe wymagania	<p>Wraz z urządzeniem sortującym Wykonawca dostarczy procedurę utylizacji odpadów powstających w trakcie wykonywania procesu preanalitycznego. Jeżeli będzie to konieczne, Wykonawca zobowiązany będzie</p>	TAK / NIE *)	



Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

Znak postępowania: ZP/PN-22/22

	<p>dostarczyć wraz z urządzeniem sortującym i zainstalować/podłączyć odpowiedni pojemnik na odpady skażone (płynne) wytwarzane podczas wykonywania badań czynności preanalitycznych.</p> <p>Urządzenie sortujące oraz urządzenia towarzyszące muszą posiadać świadectwo dopuszczenia do obrotu i deklarację zgodności CE.</p> <p>Wykonawca dostarczy instrukcję obsługi oferowanego urządzenia sortującego w języku polskim w wersji papierowej i elektronicznej na płycie CD lub DVD.</p> <p>Urządzenie sortujące musi posiadać oryginalny paszport.</p> <p>Wykonawca zobowiązany jest do rozładunku oraz transportu do miejsca docelowego dostarczonego urządzenia sortującego wraz z urządzeniami towarzyszącymi;</p> <p>Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia instruktażu wyznaczonych pracowników Zamawiającego potwierdzonego certyfikatami/zaświadczeniami.</p> <p>Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia pełnej walidacji:</p> <p>a) dostarczonego automatycznego wolno stojącego systemu preanalitycznego (sortera),</p> <p>b) dostarczonego automatycznego wolno stojącego systemu preanalitycznego (sortera) po podłączeniu do systemu e-Krew i umożliwieniu automatycznej transmisji danych pomiędzy ww. systemami, potwierdzonej każdorazowo zaakceptowaniem wyników walidacji przez Dział Zapewnienia Jakości Zamawiającego.</p> <p>Wykonawca zapewni dostęp do pomocy technicznej umożliwiającej zgłoszenie wad lub usterek za pomocą Internetu i/lub telefonicznie.</p>		
--	--	--	--

*) - niepotrzebne skreślić

.....
/miejsowość i data/

.....
/podpis osoby/osób upoważnionej do występowania w imieniu Wykonawcy/

Załącznik nr 9 do SWZ
po zmianach z dn. 04.11.2022 r.
(wzór)

**Regionalne Centrum Krwiodawstwa
i Krwiolecznictwa w Białymstoku
ul. M. Skłodowskiej-Curie 23
15-950 Białystok**

**Wykaz dostaw
potwierdzający spełnienie warunku, o którym mowa w pkt 8.1.4 SWZ**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 132 ustawy Pzp, znak postępowania: ZP/PN-22/22 na „Dostawę automatycznego systemu preanalitycznego (sortera) wraz z dostosowaniem pomieszczeń”.

Ja/My, niżej podpisany/-ni:

.....
działając w imieniu i na rzecz:

.....
nazwa (firma), dokładny adres Wykonawcy/Wykonawców

Oświadczam/-y, iż reprezentowana przeze mnie/nas firma/firmy zrealizowała/-y w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, następujące dostawy w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku udziału w postępowaniu, dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej, o którym mowa w pkt 8.1.4 SWZ:

1)*

Lp.	Nazwa Wykonawcy (podmiotu) wykazującego posiadanie doświadczenia*	Podmiot, na rzecz którego dostawa (sprzedaż lub dzierżawa) została wykonana (pełna nazwa i adres)	Opis przedmiotu wykonanej dostawy (sprzedaży lub dzierżawy) systemu preanalitycznego /sortera/ w sposób umożliwiający ocenę spełnienia warunku określonego w pkt 8.1.4 SWZ **	Wartość brutto ***	Czas realizacji zamówienia (od: dzień-miesiąc-rok do: dzień-miesiąc-rok)
-	1	2	3	4	5
1.					
...					

lub

2)*

Lp.	Nazwa Wykonawcy (podmiotu) wykazującego posiadanie doświadczenia*	Podmiot, na rzecz którego dostawa została wykonana (pełna nazwa i adres)	Opis przedmiotu wykonanej dostawy urzędzeń medycznych w sposób umożliwiający ocenę spełnienia warunku określonego w pkt 8.1.4 SWZ **	Wartość brutto ***	Czas realizacji zamówienia (od: dzień-miesiąc-rok do: dzień-miesiąc-rok)
-	1	2	3	4	5
1.					
...					

.....
/miejscowość i data/

.....
podpis

* Wykonawca uzupełnia, jeżeli dotyczy

** Wykonawca podaje opis przedmiotu w zakresie zrealizowanych dostaw potwierdzających spełnienie warunku dotyczącego zdolności technicznej, o którym mowa w pkt 8.1.4 SWZ

*** Wykonawca podaje wartość zamówienia brutto dostawy wyszczególnionej w kolumnie nr 3. W przypadku, gdy Wykonawca wykonał w ramach jednego zamówienia (umowy) większy zakres prac, dla potrzeb niniejszego zamówienia powinien on wyodrębnić i podać wartość dostawy, o której mowa powyżej.

Do wykazu należy dołączyć:

1) dowody określające, że dostawy zostały wykonane w sposób należyty

**Załącznik nr 11 do SWZ
po zmianach z dn. 04.11.2022 r.**

(Projektowane postanowienia umowy)

UMOWA NR

zawarta w dniu pomiędzy:

.....,
z siedzibą w zarejestrowaną/-ym przez Sąd Rejonowy dla
w, Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS
....., kapitał zakładowyzł, posługującą/-ym się numerami: NIP.....,
REGON, zwaną/-ym w treści umowy „Wykonawcą”, reprezentowaną/-ym przez:

..... –
..... –

a

Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Białymstoku,

15-950 Białystok, ul. M. Skłodowskiej-Curie 23, wpisanym do Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000002530, NIP 5422584428, REGON 000293829, zwanym w treści umowy „Zamawiającym”, reprezentowanym przez:

..... –

o następującej treści:

Zawarcie umowy następuje zgodnie z wyborem oferty Wykonawcy na podstawie przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „**Dostawę systemu preanalitycznego (sortera) wraz z dostosowaniem pomieszczeń**” w ramach projektu „Unowocześnienie infrastruktury w celu zwiększenia efektywności w obszarze krwiodawstwa i krwiolecznictwa” realizowanego w ramach POIŚ 2014 – 2020 – oś XI REACT EU, zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022 r., poz. 1710 t.j.), w trybie przetargu nieograniczonego, znak postępowania ZP/PN-22/22.

PRZEDMIOT UMOWY

§ 1.

1. Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania zamówienie obejmujące:
 - 1) dostawę z instalacją i uruchomieniem automatycznego wolno stojącego systemu preanalitycznego oraz niezbędnych akcesoriów i urządzeń towarzyszących, przeprowadzenie instruktażu wyznaczonych pracowników Zamawiającego, wykonanie projektu dostosowania pomieszczeń i rozmieszczenia urządzeń wraz z dostosowaniem tych pomieszczeń pod względem budowlano-instalacyjnym;
 - 2) podłączenie automatycznego wolno stojącego systemu preanalitycznego do centralnego systemu e-Krew umożliwiającego automatyczną transmisję danych pomiędzy ww. systemami, realizowanego w ramach odrębnego postępowania, którego wdrożenie u Zamawiającego nastąpi na przełomie lat 2022/2023.
2. Przedmiot umowy został szczegółowo określony w Załączniku nr 1 do umowy.
3. Przedmiot umowy będzie wykonany z należytą starannością, zgodnie z zasadami aktualnej wiedzy technicznej, normami oraz obowiązującymi na dzień odbioru przedmiotu umowy przepisami.
4. *Przedmiot umowy, ponad prace bezpośrednio wynikające z SWZ oraz oferty Wykonawcy, obejmuje również prace, których wykonanie będzie niezbędne w zakresie budowlanym, technicznym, prawnym, eksploatacyjnym i estetycznym dla zrealizowania zadania w zakresie dostosowania pomieszczeń pracowni.

5. *Wykonawca oświadcza, że uwzględnił w ofercie wszelkie dane udostępnione przez Zamawiającego oraz wszelkie warunki lokalowe, które rozpoznał lub mógł rozpoznać we własnym zakresie, niezbędne do wykonania umowy. Nieuwzględnienie przez Wykonawcę prac, które można było przewidzieć, obciąża wyłącznie Wykonawcę. Wykonawca nie może – z tytułu ewentualnego zwiększenia ilości prac – rościć sobie żadnych pretensji do Zamawiającego i żądać zwiększenia wynagrodzenia.

* dot. etapu I oraz etapu II

TERMIN I MIEJSCE REALIZACJI

§ 2.

1. Przedmiot umowy:

- 1) w zakresie określonym w § 1 ust. 1 pkt 1), tj. dostawy z instalacją i uruchomieniem automatycznego wolno stojącego systemu preanalitycznego oraz niezbędnych akcesoriów i urządzeń towarzyszących, przeprowadzenia instruktażu wyznaczonych pracowników Zamawiającego, wykonania projektu dostosowania pomieszczeń i rozmieszczenia urządzeń wraz z dostosowaniem tych pomieszczeń pod względem budowlano-instalacyjnym – zostanie zrealizowany w terminie do 70 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy;
- 2) w zakresie określonym w § 1 ust. 1 pkt 2), tj. podłączenia automatycznego wolno stojącego systemu preanalitycznego do centralnego systemu e-Krew umożliwiającego automatyczną transmisję danych pomiędzy ww. systemami – zostanie zrealizowany w terminie do 30 dni kalendarzowych od daty uruchomienia u Zamawiającego systemu e-Krew, przy czym Wykonawca o uruchomieniu systemu e-Krew zostanie poinformowany przez Zamawiającego na piśmie (podłączenie automatycznego wolno stojącego systemu preanalitycznego do centralnego systemu informatycznego e-Krew nastąpi nie wcześniej niż po zainstalowaniu, podłączeniu i przeprowadzeniu instruktażu pracowników Zamawiającego).

2. Przedmiot umowy, o którym mowa w ust. 1 pkt 1) zostanie zrealizowany etapami:

- 1) **Etap pierwszy** – obejmuje wykonanie projektu dostosowania pomieszczeń nr 18, 19, 20 i rozmieszczenia urządzeń, obejmującego wykonanie projektu wykonawczego i zostanie zrealizowany w terminie max 10 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy.
Wykonanie projektu dostosowania pomieszczeń i rozmieszczenia urządzeń zostanie potwierdzone poprzez pisemną akceptację Zamawiającego ww. dokumentów. Przekazanie pomieszczeń Wykonawcy nastąpi najpóźniej w terminie 2 dni roboczych od daty uzyskania pisemnej akceptacji projektu dostosowania pomieszczeń i rozmieszczenia urządzeń przez Zamawiającego.
- 2) **Etap drugi** – obejmuje dostosowanie pomieszczeń pracowni j.w. pod względem budowlano-instalacyjnym i zostanie zrealizowany w terminie max 60 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy.
Wykonanie czynności w zakresie dostosowania pomieszczeń pracowni zostanie potwierdzone poprzez pisemną akceptację Zamawiającego oraz przekazanie wymaganej przepisami dokumentacji powykonawczej.
- 3) **Etap trzeci** – obejmuje dostawę, instalację oraz prawidłowe podłączenie i uruchomienie urządzenia sortującego, a także dostarczenie urządzeń towarzyszących i akcesoriów niezbędnych do prawidłowego wykonania czynności preanalitycznych (odbiór próbek, wirowanie, otwieranie) wraz z przeprowadzeniem instruktażu wyznaczonych pracowników Zamawiającego - w terminie max 70 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy.
Prawidłowe wykonanie czynności w zakresie:
 - a) dostawy, instalacji oraz prawidłowego podłączenia i uruchomienia urządzenia sortującego, a także dostarczenia urządzeń towarzyszących i akcesoriów niezbędnych do prawidłowego wykonania czynności preanalitycznych - zostanie potwierdzone poprzez przeprowadzenie pełnej walidacji urządzenia sortującego oraz zaakceptowanie wyników walidacji przez Dział Zapewnienia Jakości Zamawiającego;
 - b) instruktażu pracowników Zamawiającego - zostanie potwierdzone wystawieniem certyfikatów/zaświadczeń.

- Po wykonaniu wszystkich czynności określonych w ust. 2. (trzy etapy) zostanie sporządzony protokół odbioru częściowego przedmiotu umowy.
2. Prawidłowe wykonanie czynności, o których mowa w ust. 1 pkt 2) zostanie potwierdzone poprzez umożliwienie wykonywania automatycznej transmisji danych między systemami preanalitycznym i e-Krew oraz zaakceptowanie, przez Dział Zapewnienia Jakości Zamawiającego, wyników przeprowadzonej walidacji.
Akceptacja wyników walidacji stanowić będzie podstawę sporządzenia protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy.
 3. Zamawiający dopuszcza zmiany terminu realizacji etapów, o których mowa w ust. 2, pod warunkiem dotrzymania przez Wykonawcę terminu wykonania przedmiotu umowy, o którym mowa w ust. 1 pkt 1). Zmiana terminów realizacji etapów nie stanowi zmiany umowy. W ww. przypadku wymagana jest pisemna zgoda Zamawiającego na zmianę terminu wykonania poszczególnych etapów.
 4. Miejscem dostawy kompletu aparatury jest Pracownia Czynników Zakaźnych w siedzibie Zamawiającego w Białymstoku, ul. M. Skłodowskiej – Curie 23.

REALIZACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

§ 3.

1. Wykonawca zobowiązuje się opracować dokumentację projektową dostosowania pomieszczeń i rozmieszczenia urządzeń.
2. Dokumentacja projektowa musi zostać opracowana z należytą starannością w oparciu o polskie przepisy prawa i uwzględniać Polskie Normy przenoszące normy europejskie lub normy innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszących te normy, a w przypadku ich braku dokumenty wyszczególnione w art. 101 ust. 3 ustawy Pzp.
3. W dokumentacji projektowej będą wskazane do zastosowania wyroby budowlane (materiały i urządzenia) dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania na terenie państw należących do Unii Europejskiej.
4. Wykonawca prześle Zamawiającemu dokumentację projektową – 4 egzemplarze w wersji papierowej i na nośniku pamięci w wersji .pdf i .dwg oraz zestawienie materiałów i sprzętu w dwóch (2) egzemplarzach, w wersji papierowej i na nośniku pamięci.
5. Dokumentacja projektowa musi uwzględniać wymagania Zamawiającego zawarte w Załączniku nr 1 do umowy oraz wszystkie zgłoszone uwagi Zamawiającego na etapie jej opracowywania.
6. Za datę wykonania i odbioru dokumentacji projektowej dostosowania pomieszczeń i rozmieszczenia urządzeń (etap I) uważa się datę jej pisemnej akceptacji przez Zamawiającego.
7. Wykonawca przenosi na Zamawiającego w całości przysługujące mu autorskie prawa majątkowe do dokumentacji projektowej, z chwilą zapłaty na rzecz Wykonawcy pełnego wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy, na następujących polach eksploatacji:
 - 1) wykorzystania dokumentacji projektowej w celu realizacji zamierzenia budowlanego, tj. przebudowy, w tym do jego wykorzystania dla celów przygotowania innych koniecznych opracowań szczegółowych;
 - 2) w zakresie utrwalania oraz zwielokrotniania dokumentacji projektowej – jakkolwiek techniką, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego, techniką cyfrową, wykonywania odbitek, itp.;
 - 3) wprowadzania do obrotu egzemplarzy dokumentacji powykonawczej;
 - 4) wprowadzanie do pamięci komputera i do sieci multimedialnej, w tym do Internetu bez ograniczeń;
 - 5) umieszczanie w całości lub w części w specyfikacjach warunków zamówienia w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonych przez Zamawiającego;
 - 6) rozpowszechnianie w formie druku, zapisu cyfrowego i przekazu multimedialnego.
8. Wykonawca, w ramach umowy, zobowiązany jest do sprawowania nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej.

§ 4

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej wszystkie roboty budowlane w zakresie dostosowania pomieszczeń pod względem budowlano-instalacyjnym, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej oraz obowiązującym prawem, przepisami i normami, przy dołożeniu należytej staranności.
2. Przekazanie pomieszczeń nastąpi najpóźniej w terminie 2 dni roboczych od daty pisemnej akceptacji przez Zamawiającego projektu dostosowania pomieszczeń i rozmieszczenia urządzeń.
3. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania robót budowlanych stosując nowe materiały własne oraz nowe urządzenia dopuszczone do obrotu powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie, zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz ustawą z dnia 16 kwietnia 2014 r. o wyrobach budowlanych, posiadające odpowiednie atesty, certyfikaty, świadectwa jakości i bezpieczeństwa oraz aprobaty techniczne. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Zamawiającemu do weryfikacji ww. dokumenty przed wbudowaniem materiałów budowlanych i urządzeń oraz na każdym innym etapie realizacji umowy w formie Kart materiałowych wraz z załącznikami. Brak zatwierdzonej karty materiałowej przez Zamawiającego przed wbudowaniem materiału/wyrobu stwarza ryzyko po stronie Wykonawcy nieprzyjęcia ich i ewentualnej konieczności demontażu na własny koszt.
4. Wykonawca zobowiązany jest zorganizować i prowadzić roboty zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy. Wykonawca zobowiązany jest utrzymywać miejsce robót i przyległe otoczenie w należyтым porządku, w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz usuwać własnym staraniem i na własny koszt odpady budowlane oraz śmieci powstałe w czasie realizacji przedmiotu umowy.
5. W przypadku robót uciążliwych, związanych z wyłączeniem energii elektrycznej, wody i kanalizacji, Wykonawca wykona te roboty poza godzinami pracy Zamawiającego lub w dni wolne od pracy (po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z Zamawiającym).
6. Roboty będą zorganizowane i prowadzone na terenie czynnego całodobowo obiektu w taki sposób, aby nie zakłócać normalnego funkcjonowania pracy Zamawiającego. W przypadku, gdy roboty powodują nadmierny hałas, wibracje, kurz winny być prowadzone po godz. 15⁰⁰ lub w dni wolne od pracy. Należy zapewnić pełne bezpieczeństwo pracowników i osób trzecich. W przypadku niezastosowania się do powyższych wymagań, Zamawiający wstrzyma roboty do czasu zastosowania się do powyższych wymagań. W opisanym przypadku Wykonawca nie może żądać dodatkowego wynagrodzenia z tytułu przestoju lub zmiany organizacji pracy ani też uwolnić się od odpowiedzialności z tytułu niedotrzymania terminu wykonania robót.
7. Na dwa (2) dni przed rozpoczęciem prac, Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu wykaz osób, które będą je wykonywały. W przypadku zmiany osób wcześniej zgłoszonych lub dodania nowych osób należy wykaz zaktualizować i dostarczyć Zamawiającemu przed dniem, w którym ww. osoby podejmą pracę. Wykaz winien zawierać imiona i nazwiska. Pracownicy Wykonawcy winni być zaopatrzeni w imienne identyfikatory z nazwą lub logo Wykonawcy i/lub kamizelki z nazwą lub logo Wykonawcy. Niedopełnienie powyższego wymogu, może skutkować wstrzymaniem robót do czasu potwierdzenia realizacji przez uprawnionych pracowników, a w przypadku naruszenia tego obowiązku – naliczaniem kar umownych.
8. Wykonawca zobowiązuje się umożliwić Zamawiającemu w każdym czasie przeprowadzenie kontroli terenu budowy i realizowanych robót budowlanych, stosowanych w ich toku wyrobów oraz wszelkich okoliczności dotyczących bezpośredniej realizacji przedmiotu umowy.
9. Wykonawca zobowiązany jest do ponoszenia kosztów udostępnianych przez Zamawiającego mediów niezbędnych do wykonania robót, tj. energii elektrycznej (ryczałt – 200,00 zł). Rozliczenie nastąpi jednorazowo na zakończenie realizacji przedmiotowej umowy na podstawie wystawionego przez Zamawiającego dokumentu obciążającego na konto w nim wskazane w terminie 14 dni od daty jego otrzymania.
10. Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania aktualnie obowiązujących zasad reżimu sanitarnego w związku z trwającym stanem zagrożenia epidemiologicznego.

11. Po zakończeniu robót Wykonawca na własny koszt zobowiązany jest uporządkować miejsce robót i usunąć wszystkie zbędne materiały i odpady. W przypadku wyrządzenia szkody osobie trzeciej, Wykonawca zobowiązany jest podjąć negocjacje i zapłacić wynikłe roszczenie.
12. Za datę wykonania i odbioru robót budowlanych w zakresie dostosowania pomieszczeń pod względem budowlano-instalacyjnym (etap II) uważa się datę pisemnej akceptacji przez Zamawiającego wykonanego zakresu prac przez Wykonawcę oraz przekazania wymaganej przepisami dokumentacji powykonawczej (w 3 egzemplarzach w wersji papierowej i 2 egzemplarzach w wersji elektronicznej na płycie CD/DVD).

§ 5.

1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć, zainstalować i uruchomić urządzenie sortujące oraz urządzenia towarzyszące i akcesoria niezbędne do prawidłowego wykonania czynności preanalitycznych wraz z przeprowadzeniem instruktażu wyznaczonych (min. 10 osób) pracowników Zamawiającego.
2. Wykonawca w ramach umowy gwarantuje dostawę:
 - 1) sortera z modułem recappera*/sortera bez modułu recappera*
 - 2) sortera z możliwością pracy w trybie offline*/ sortera bez możliwości pracy w trybie offline*
 - 3) sortera z możliwością oceny jakości próbki – hemoliza, lipemia*/ sortera bez możliwości oceny jakości próbki – hemoliza, lipemia*.
3. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia, najpóźniej do dnia podpisania protokołu odbioru częściowego przedmiotu umowy, instrukcji obsługi (w języku polskim) oraz pełnej dokumentacji technicznej (w języku polskim) niezbędnej do prawidłowego korzystania z zaoferowanego systemu preanalitycznego (sortera), tj. karty gwarancyjnej (dla każdego z urządzeń wchodzących w skład automatycznego systemu preanalitycznego), paszportu technicznego, dokumentu określającego zasady świadczenia usług przez autoryzowany serwis w okresie gwarancyjnym, itp.
4. Prawidłowe wykonanie czynności w zakresie dostawy, instalacji i uruchomienia urządzenia sortującego zostanie potwierdzone poprzez przeprowadzenie walidacji ww. urządzenia sortującego oraz zaakceptowanie wyników walidacji przez Dział Zapewnienia Jakości Zamawiającego.
5. Za datę wykonania czynności, o których mowa w ust. 1 (etap III) uważa się datę wystawienia certyfikatów/zaświadczeń z przeprowadzonego instruktażu wszystkich wskazanych przez Zamawiającego pracowników.
6. Po wykonaniu etapu III zostanie sporządzony protokół odbioru częściowego przedmiotu umowy, podpisany przez Strony umowy.
7. Dostawa przedmiotu umowy zrealizowana zostanie na koszt i ryzyko Wykonawcy oraz jego transportem.

* zgodnie z oświadczeniem Wykonawcy złożonym w ofercie

OBOWIĄZKI WYKONAWCY

§ 6.

1. Dostarczone przez Wykonawcę dokumenty, tj. Certyfikat CE IVD oraz Deklaracja zgodności WE muszą być ważne. W przypadku, gdy ważność dokumentu wygasa w trakcie realizacji dostawy, Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć, z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem, dokument przedłużający jego ważność (*jeżeli dotyczy*).
2. W przypadku zaoferowania wyrobów, w tym urządzenia/urządzeń, po raz pierwszy wprowadzonych na terytorium RP, Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia dokumentów wynikających z ustawy z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. z 2022 r., poz. 974 t.j.) wraz z pierwszą dostawą tych wyrobów/urządzeń do siedziby Zamawiającego.*
3. Odbiór ilościowy i jakościowy przedmiotu umowy nastąpi u Zamawiającego podczas odbioru częściowego, o którym mowa w § 5 ust. 6 umowy.
4. Wykonawca zapewni rozładunek i transport wewnętrzny przedmiotu umowy u Zamawiającego.
5. Do czasu odbioru przedmiotu umowy przez Zamawiającego, ryzyko wszelkich niebezpieczeństw związanych z ewentualnym uszkodzeniem lub utratą towaru ponosi Wykonawca.

6. Wszelkie szkody i koszty spowodowane niewłaściwym opakowaniem obciążają Wykonawcę.
7. Zamawiający zastrzega sobie prawo zwrotu otrzymanego towaru w przypadku stwierdzenia niezgodności dostawy w stosunku do złożonego zamówienia (warunków umowy/treści oferty).
8. Wykonawca zapewni nieodpłatnie pomoc techniczną i merytoryczną przez cały okres trwania gwarancji, w godzinach pracy Zamawiającego.

* jeżeli dotyczy

GWARANCJA I RĘKOJMIA

§ 7.

Gwarancja i rękojmia na dokumentację projektową

1. Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiającego za wady dokumentacji projektowej zmniejszającej jej wartość lub użyteczność ze względu na cel określony w umowie, a w szczególności odpowiada za rozwiązania zawarte w dokumentacji niezgodne z obowiązującymi normami i przepisami techniczno-budowlanymi.
2. W przypadku wystąpienia wad w opracowanej dokumentacji projektowej, Wykonawca poniesie odpowiedzialność za skutki wad dokumentacji, w szczególności zobowiązany będzie do bezpłatnego ich usunięcia w ramach wynagrodzenia, w terminie 3 dni roboczych od daty zawiadomienia Wykonawcy (naniesienie uzupełnień i/lub poprawek na wszystkich egzemplarzach dokumentacji, w wersji papierowej i elektronicznej, dostarczonych Zamawiającemu), pod rygorem naliczenia kar umownych.
3. Uprawnienia Zamawiającego z tytułu gwarancji i rękojmi za wady dokumentacji projektowej wygasają w stosunku do Wykonawcy wraz z wygaśnięciem odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu gwarancji i rękojmi za wady robót budowlanych wykonanych na podstawie ww. dokumentacji.

§ 8.

Gwarancja i rękojmia na urządzenie sortujące oraz urządzenia towarzyszące

1. Wykonawca gwarantuje, że dostarczony przedmiot umowy jest wykonany zgodnie z obowiązującymi normami, wolny od wad, w szczególności konstrukcyjnych, materiałowych, wykonawczych i prawnych.
2. Wykonawca gwarantuje, że dostarczony przedmiot umowy jest zgodny z opisem przedmiotu zamówienia, oraz że zaoferowane akcesoria i urządzenia towarzyszące niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy są dedykowane i kompatybilne z zaoferowanym automatycznym systemem preanalitycznym (sorterem). W przypadku braku możliwości pracy na dostarczonym urządzeniu sortującym, np. na skutek awarii (utrata sprawności technicznej sortera), na pisemne wezwanie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć na własny koszt, w terminie 3 dni kalendarzowych roboczych, odpowiednie elementy składowe systemu preanalitycznego przywracające możliwość pracy.
3. Wykonawca udziela gwarancji na dostarczony automatyczny system preanalityczny (sorter) wraz z urządzeniami towarzyszącymi *zgodnie z oświadczeniem złożonym przez Wykonawcę w Formularzu oferty, jednak nie krótszym niż 36 miesięcy*, na okres miesięcy, której bieg rozpoczyna się od daty podpisania przez Strony umowy protokołu odbioru częściowego, o którym mowa w § 5 ust. 6 umowy. Udzielenie gwarancji nie wyłącza uprawnień Zamawiającego z tytułu rękojmi na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym. Okres rękojmi za wady jest równy okresowi udzielonej gwarancji.
4. W przypadku, gdy producent udziela gwarancji na okres dłuższy niż wymieniony w ust. 3, obowiązuje gwarancja producenta.
5. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji za wady także po upływie terminu gwarancji, o którym mowa w ust. 3, jeżeli reklamował wadę przed upływem tego terminu.
6. Termin gwarancji, o którym mowa w ust. 3 ulega wydłużeniu o czas, w którym na skutek wady objętej gwarancją Zamawiający nie mógł korzystać z przedmiotu umowy.
7. Wykonawca odpowiedzialny jest za skuteczne usunięcie wad fizycznych przedmiotu umowy oraz skutków związanych z ich wystąpieniem, zgłoszonych przez Zamawiającego w okresie gwarancji, a fakt ten musi być każdorazowo potwierdzony pisemnie przez Zamawiającego.

8. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany jest, bez dodatkowego wynagrodzenia, do naprawy lub wymiany każdego z elementów, podzespołów lub zespołów dostarczonego automatycznego wolno stojącego systemu preanalitycznego (sortera), które uległy uszkodzeniu (z przyczyn wad konstrukcyjnych, materiałowych lub montażowych) i/lub zużyciu, przeprowadzania przeglądów gwarancyjnych i walidacji /min. raz (1) w roku w okresie trwania gwarancji/ wraz z zapewnieniem części zamiennych w ilości zapewniającej utrzymanie gwarancji oraz bieżącej konserwacji sortera.
9. W przypadku wymiany elementów, podzespołów, zespołów lub urządzenia i/lub instalacji nowszej wersji lub zmiany oprogramowania Wykonawca, bez dodatkowego wynagrodzenia, zobowiązany jest do przeprowadzenia ponownej walidacji wraz z zapewnieniem wszystkich niezbędnych materiałów.
10. W przypadku awarii automatycznego systemu preanalitycznego (sortera) i/lub oprogramowania Wykonawca zobowiązany jest usunąć ją całkowicie w terminie do 48 godzin (w dni robocze) od momentu telefonicznego zgłoszenia awarii potwierdzonego niezwłocznie w formie pisemnej e-mailem lub faksem. W przypadku braku możliwości całkowitego usunięcia awarii ww. okres, na pisemny wniosek Wykonawcy, może zostać wydłużony przez Zamawiającego do 72 godzin (w dni robocze) licząc od daty zgłoszenia.
11. W przypadku braku możliwości usunięcia awarii w terminie odpowiednio określonym w ust. 10, Wykonawca, w ramach wynagrodzenia, zapewni urządzenie zastępcze o parametrach nie gorszych niż określone w Załączniku nr 1 do niniejszej umowy i/lub prawidłową automatyczną transmisję danych, w terminie nieprzekraczającym 10 dni kalendarzowych od daty zgłoszenia przez Zamawiającego awarii, a następnie usunie awarię w terminie maksymalnie do 30 dni kalendarzowych licząc od daty zgłoszenia, o którym mowa w ust. 10.
12. W okresie gwarancji Wykonawca zapewni wymianę zużytych akcesoriów oraz dostawę akcesoriów w ilości równej ilości utraconych na skutek awarii urządzenia, niewynikającej z winy Zamawiającego, w terminie 7 dni kalendarzowych roboczych od daty nadania pisemnego zgłoszenia faksem lub na adres e-mail.
13. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany jest, bez dodatkowego wynagrodzenia, zapewnić odbiór raportu błędów zgłaszanych i wysyłanych przez urządzenie sortujące za pośrednictwem Internetu oraz zdalną diagnostykę.
14. Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia przeglądów technicznych przedmiotu umowy, walidacji instalacyjnej oraz walidacji i rewalidacji dostarczonego automatycznego wolno stojącego systemu preanalitycznego (sortera), w terminach wyznaczonych przez producenta lub jeśli nie są określone - w terminach wyznaczonych przez Zamawiającego na piśmie, jednak nie rzadziej niż raz (1) w roku. We wszystkich ww. przypadkach Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia, bez dodatkowego wynagrodzenia, wszystkich niezbędnych materiałów do wykonania ww. prac. Wykonawca w ramach powyższego zobowiązany jest do:
 - 1) przeprowadzenia przeglądu technicznego i wystawienia protokołu potwierdzającego jego wykonanie;
 - 2) dołączenia do protokołów przeglądu technicznego i walidacji, wzorcowania zastosowanej zewnętrznej aparatury pomiarowej wraz z tłumaczeniem na język polski (jeżeli dotyczy);
 - 3) przeprowadzenia walidacji i wystawienia protokołu potwierdzającego jej wykonanie zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 roku w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Wytwarzania;
 - 4) przedłożenia, celem akceptacji przez Zamawiającego, planu poszczególnych etapów walidacji oraz protokołów walidacji;
 - 5) potwierdzenia wykonania każdego etapu protokołem w języku polskim; dopuszczalne jest przedstawienie wyników badań pochodzących z aparatów w języku właściwym dla danego aparatu, ale ze stosownym opisem w języku polskim;
 - 6) dołączenia do protokołów walidacji kserokopii walidacji lub wzorcowania zastosowanej zewnętrznej aparatury pomiarowej wraz z tłumaczeniem na język polski (jeżeli dotyczy).
15. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia, bez dodatkowego wynagrodzenia, wszystkich niezbędnych materiałów przy wykonywaniu przeglądów technicznych, walidacji i rewalidacji.

16. Wykonawca zobowiązany jest, bez dodatkowego wynagrodzenia, do dostawy i instalacji aktualizacji oprogramowania u Zamawiającego, niezwłocznie po każdej publikacji aktualizacji, w terminie uzgodnionym z Zamawiającym na piśmie.
17. Wykonawca oświadcza, że naprawy gwarancyjne wykonywane będą przez autoryzowany serwis gwarancyjny (nazwa i adres), na warunkach określonych w umowie.
18. Wykonawca zobowiązany jest do przyjmowania zgłoszeń awarii lub innych nieprawidłowości dostarczonej aparatury od poniedziałku do piątku, w godz. 7⁰⁰-17⁰⁰, w języku polskim telefonicznie pod numerem tel. oraz na adres e-mail:
19. Celem wykonania naprawy przedmiotu umowy, Wykonawca uzyska nieograniczony dostęp do urządzeń, w godzinach pracy Zamawiającego.
20. Wykonawca zobowiązany jest do pokrycia wszystkich kosztów związanych z zapewnieniem prawidłowej automatycznej transmisji wyników badań do medycznego systemu informatycznego e-Krew.
21. Wykonawca ma obowiązek uregulowania wszelkich formalności celnych związanych z dostawą urządzenia, a w okresie gwarancji również jej wymiany lub wymiany jej podzespołów na nowe, wysyłki do naprawy gwarancyjnej i odbioru, lub importu części zamiennych we własnym zakresie – bez udziału Zamawiającego.
22. Warunki gwarancji nie mogą być gorsze niż określone w umowie.
23. Wszelkie czynności w ramach gwarancji i rękojmi są realizowane przez Wykonawcę w ramach przysługującego mu wynagrodzenia, o którym mowa w § 10 ust. 1 umowy.
24. Wykonawca, po upływie okresu gwarancji, przekaze bezpłatnie Zamawiającemu, na czas nieokreślony, pełny dostęp do wszelkich blokad, kodów serwisowych itp. urządzenia sortującego wraz z wyposażeniem, które po upływie gwarancji utrudniałyby Zamawiającemu dostęp do opcji serwisowych lub naprawę urządzeń przez inny niż Wykonawca umowy podmiot w przypadku nie korzystania przez Zamawiającego z serwisu pogwarancyjnego Wykonawcy.

§ 9.

Gwarancja i rękojmia na prace związane z dostosowaniem pomieszczeń

1. Wykonawca gwarantuje, że przedmiot umowy jest wykonany zgodnie z obowiązującymi normami, wolny od wad, w szczególności konstrukcyjnych, materiałowych, wykonawczych i prawnych.
2. Wykonawca udziela Zamawiającemu rękojmi za wady fizyczne i gwarancji jakości na wykonane roboty dostosowawcze jak również wszelkie użyte materiały na okres 36 miesięcy, której bieg rozpoczyna się od daty podpisania przez Strony umowy protokołu odbioru częściowego, o którym mowa w § 5 ust. 6 umowy. Okres rękojmi za wady jest równy okresowi udzielonej gwarancji.
3. Bieg okresu gwarancji i rękojmi rozpoczyna się odpowiednio:
 - 1) w dniu następnym po podpisaniu protokołu odbioru częściowego przedmiotu umowy;
 - 2) w dniu następnym po potwierdzeniu usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze przedmiotu umowy;
 - 3) w dniu następnym po dokonaniu wymiany materiałów i urządzeń.
4. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji za wady także po upływie terminu gwarancji, o którym mowa w ust. 2, jeżeli reklamował wadę przed upływem tego terminu.
5. Termin gwarancji Wykonawcy ulega przedłużeniu o czas, w ciągu którego skutek wady objętej gwarancją Zamawiający nie mógł z niej korzystać.
6. Wykonawca jest odpowiedzialny za skuteczne usunięcie wad fizycznych przedmiotu umowy oraz skutków związanych z ich wystąpieniem, zgłoszonych przez Zamawiającego w okresie gwarancji, a fakt ten musi być każdorazowo potwierdzony pisemnie przez Zamawiającego.
7. W przypadku stwierdzenia, przed upływem terminu rękojmi, wad przedmiotu umowy, Zamawiający zobowiązany jest do przedłożenia Wykonawcy stosownej pisemnej reklamacji (na numer faksu: lub na adres e-mail:) wraz z podaniem terminu ich usunięcia.
8. Obowiązki wynikające z gwarancji i rękojmi Wykonawca wykona w terminie, o którym mowa w ust. 6. Usunięcie wad musi być potwierdzone pisemnie przez Zamawiającego.

9. W przypadku, gdy Wykonawca nie usunie wad w ustalonym terminie lub usunie wady w sposób nienależyty Zamawiający może powierzyć usunięcie wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastępcze), po uprzednim wezwaniu Wykonawcy i wyznaczeniu dodatkowego terminu nie dłuższego niż 5 dni. Nie narusza to prawa do naliczenia kar umownych za nieusunięcie wad w wyznaczonym terminie.
10. Eliminację/usunięcie wady niezgodnie ze standardami budowlanymi lub uzgodnieniami z Zamawiającym uznaje się za nieusunięcie wady w terminie.
11. Udzielone rękojmia i gwarancja nie naruszają prawa Zamawiającego do dochodzenia roszczeń o naprawienie szkody w pełnej wysokości na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym.
12. W okresie obowiązywania gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia przeglądów gwarancyjnych wykonanych robót dostosowawczych w ilości niezbędnej do utrzymania ich w należyтым stanie technicznym i utrzymania gwarancji - na koniec każdego kolejnego roku gwarancji (min. raz w roku).
13. Zamawiający wyznaczy termin przeglądów gwarancyjnych informując Wykonawcę z 14-dniowym wyprzedzeniem.
14. Z przeglądu gwarancyjnego Strony sporządzą protokół. W zakres przeglądów wchodzi wszystkie koszty ponoszone przez Wykonawcę, w tym materiały eksploatacyjne i urządzenia niezbędne do usuwania wad, robocizna z tym związana oraz koszty przejazdu. Wszystkie ww. przeglądy gwarancyjne Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić bezpłatnie.

WYNAGRODZENIE I WARUNKI PŁATNOŚCI

§ 10.

1. Za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w kwocie brutto (wraz z% podatkiem VAT) w wysokości: zł (słownie:), netto zł.
2. Rozliczenie wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1 nastąpi fakturą częściową po wykonaniu przedmiotu umowy określonego w § 1 ust. 1 pkt 1) oraz fakturą końcową po wykonaniu przedmiotu umowy określonego w § 1 ust. 1 pkt 2) umowy. Płatność 80% wynagrodzenia należnego Wykonawcy odbędzie się na podstawie prawidłowo wystawionej faktury częściowej, po podpisaniu przez Strony umowy protokołu odbioru częściowego, w terminie określonym w ust. 6. Płatność pozostałych 20% wynagrodzenia należnego Wykonawcy odbędzie się na podstawie prawidłowo wystawionej faktury końcowej, po podpisaniu przez Strony umowy protokołu odbioru końcowego, w terminie wskazanym w ust. 7.
3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, zostało określone na podstawie oferty Wykonawcy z dnia roku. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za skalkulowanie wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy.
4. W wynagrodzeniu, określonym w ust. 1, mieszczą się wszelkie płatności wobec Skarbu Państwa oraz koszty niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy.
5. Ceny jednostkowe netto przedmiotu umowy, określone w Załączniku nr 1 do umowy, nie ulegną podwyższeniu w okresie obowiązywania umowy.
6. Płatność wynagrodzenia za czynności określone w § 1 ust. 1 pkt 1) nastąpi w terminie do 30 dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury/daty przesłania ustrukturyzowanej faktury elektronicznej za pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania, na konto Wykonawcy nr Podstawą wystawienia faktury jest obustronnie podpisany protokół odbioru częściowego, potwierdzający należyte wykonanie przedmiotu umowy w zakresie dostawy z instalacją i uruchomieniem automatycznego wolno stojącego systemu preanalizy oraz niezbędnych akcesoriów i urządzeń towarzyszących, przeprowadzenia instruktażu wyznaczonych pracowników Zamawiającego, wykonania projektu dostosowania pomieszczeń i rozmieszczenia urządzeń wraz z dostosowaniem pomieszczeń pod względem budowlano-instalacyjnym. Do faktury Wykonawca zobowiązany jest dołączyć szczegółową specyfikację asortymentowo-cenową dostarczonych urządzeń do celów ewidencyjno-księgowych.

7. Płatność wynagrodzenia za czynności określone w § 1 ust. 1 pkt 2), nastąpi w terminie do 30 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury/daty przesłania ustrukturyzowanej faktury elektronicznej za pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania, na konto Wykonawcy wskazane w ust. 5. Podstawą wystawienia faktury jest obustronnie podpisany protokół odbioru końcowego, potwierdzający należyte wykonanie przedmiotu umowy w zakresie podłączenia automatycznego wolno stojącego systemu preanalitycznego do centralnego systemu e-Krew umożliwiającego automatyczną transmisję danych pomiędzy ww. systemami.
8. * W przypadku, gdy Wykonawca wykonywał przedmiot umowy przy udziale podwykonawcy/-ów biorących udział w realizacji danego zakresu prac, Wykonawca dostarczy oświadczenie podwykonawcy/-ów zgodnie z treścią Załącznika nr 2 do umowy.
Ww. oświadczenie/-a Wykonawca dostarczy Zamawiającemu po dokonaniu płatności podwykonawcy/-om, jednak nie później niż w terminie 3 dni roboczych przed upływem terminu zapłaty należnej Wykonawcy.
9. *W przypadku niedostarczenia przez Wykonawcę oświadczenia/-ń, o którym/-ych mowa w ust. 8, Zamawiający wstrzyma wypłatę należnego wynagrodzenia. W takiej sytuacji, termin płatności liczony będzie od dnia następnego po dniu dostarczenia wymaganego/-ych oświadczenia/-ń.
10. Wykonawca oświadcza, iż wskazany w ust. 5 rachunek bankowy znajduje się na wykazie podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej /KAS/. W przypadku, gdy wskazany w ust. 5 rachunek bankowy nie widnieje w wykazie, o którym mowa wyżej, Zamawiającemu przysługuje prawo wstrzymania zapłaty wynagrodzenia do czasu uzyskania wpisu tego rachunku bankowego (lub rachunku powiązanego z rachunkiem Wykonawcy) do przedmiotowego wykazu lub wskazania nowego rachunku bankowego ujawnionego w ww. wykazie. W takiej sytuacji termin płatności liczony będzie od dnia następnego po dniu ujawnienia ww. rachunku bankowego w tym wykazie.
11. Zamawiający dopuszcza złożenie faktury VAT w formie:
 - 1) papierowej;
 - 2) ustrukturyzowanego dokumentu elektronicznego, złożonego za pośrednictwem Platformy elektronicznego Fakturowania, zwanej PEF, zgodnie z ustawą z dnia 9 listopada 2018 roku o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz.U. z 2020 r., poz. 1666 t.j.).
12. Zamawiający nie dopuszcza przysyłania innych ustrukturyzowanych dokumentów elektronicznych, za wyjątkiem faktury.
13. Ustrukturyzowana faktura elektroniczna składa się z danych wymaganych przepisami o podatku od towarów i usług oraz danych zawierających:
 - 1) informacje dotyczące odbiorcy płatności;
 - 2) wskazanie umowy zamówienia publicznego.
14. W ustrukturyzowanej fakturze elektronicznej, poza danymi określonymi w ust. 13, mogą być zamieszczone także inne dane, jeżeli są niezbędne ze względu na specyfikę zamówień publicznych.
15. Na fakturze Wykonawca winien stosować nazewnictwo zgodnie z zawartą umową.
16. Jako datę zapłaty faktury rozumie się datę złożenia przez Zamawiającego dyspozycji zapłaty i obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
17. W przypadku niedotrzymania terminu zapłaty przez Zamawiającego, Wykonawca ma prawo do odsetek ustawowych za każdy dzień opóźnienia w zapłacie, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
18. Wszelkie rozliczenia prowadzone będą w PLN.
19. **W przypadku odstąpienia od umowy/rozwiązania umowy przez którąkolwiek ze stron rozliczenia finansowe prowadzone będą na podstawie zatwierdzonych przez Zamawiającego wycen własnych Wykonawcy w oparciu o zaferowane czynniki cenotwórcze i wartości materiałów jako średniej ceny krajowej wg IMB Sekocenbud za IV kwartał 2022 r. (informacja o cenach materiałów budowlanych) oraz średniej ceny pracy sprzętu dla pozostałych miejscowości woj. podlaskiego

wg IRS Sekocenbud za III kwartał 2022 r. (informacja o stawkach roboczogodziny kosztorysowej oraz ceny pracy sprzętu budowlanego). Rozliczeń w takim przypadku dokona Zamawiający.

* jeżeli dotyczy

**dotyczy etapu II

KARY UMOWNE

§ 11.

1. Zamawiający obciąża Wykonawcę karą umowną w przypadku:
 - 1) odstąpienia przez Zamawiającego od umowy w całości lub w części z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca lub gdy Wykonawca odstąpi od wykonywania całości umowy lub jej części z własnej winy lub woli w wysokości 10% ~~wynagrodzenia brutto określonego w § 10 ust. 1~~ wartości brutto niezrealizowanej części umowy;
 - 2) gdy Zamawiający rozwiąże umowę w trybie § 12 ust. 2 niniejszej umowy w wysokości 10% ~~wynagrodzenia brutto określonego w § 10 ust. 1~~ wartości brutto niezrealizowanej części umowy;
 - 3) zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy w terminach określonych odpowiednio w § 2 ust. 1 w wysokości 0,02% wynagrodzenia brutto określonego odpowiednio w § 10 ust. 1, za każdy dzień zwłoki;
 - 4) zwłoki w dostawie dokumentów, o których mowa w § 6 ust. 1 i/lub ust. 2 w wysokości 0,003% wynagrodzenia brutto określonego w § 10 ust. 1 pkt 1), za każdy dzień zwłoki;
 - 5) zwłoki w dostawie, o której mowa w § 8 ust. 2 w wysokości 0,05% wartości brutto przedmiotu umowy, który nie został dostarczony w terminie, za każdy dzień zwłoki;
 - 6) zwłoki w usunięciu zgłoszonych awarii stwierdzonych w okresie gwarancji w terminie określonym w § 8 ust. 10 i/lub zwłoki w dostarczeniu urządzenia zastępczego i/lub braku zapewnienia automatycznej transmisji danych w terminie określonym w § 8 ust. 11 w wysokości 0,02% wynagrodzenia brutto wskazanego w § 10 ust. 1 pkt 1), odpowiednio za każdą rozpoczętą godzinę zwłoki liczonej od momentu telefonicznego zgłoszenia awarii lub każdy rozpoczęty dzień ~~opóźnienia~~ zwłoki liczonej od dnia wyznaczonego na dostawę urządzenia zastępczego;
 - 7) zwłoki w przeprowadzaniu przeglądu technicznego i/lub walidacji instalacyjnej i/lub walidacji i rewalidacji aparatury zgodnie z § 8 ust. 14 w wysokości 0,005% wynagrodzenia brutto wskazanego w § 10 ust. 1 pkt 1), za każdy dzień zwłoki;
 - 8) zwłoki w dostarczaniu i/lub instalacji aktualizacji oprogramowania zgodnie z § 8 ust. 16 w wysokości 0,005% wynagrodzenia brutto wskazanego w § 10 ust. 1 pkt 1), za każdy dzień zwłoki;
 - 9) zwłoki w usunięciu wad dokumentacji projektowej w wysokości 300,00 zł za każdy dzień zwłoki, liczony od upływu terminu wyznaczonego na usunięcie wad do dnia faktycznego ich usunięcia;
 - 10) zwłoki w usunięciu wad robót dostosowawczych stwierdzonych przy odbiorze robót lub ujawnionych w okresie gwarancji, w wysokości 400,00 zł za każdy dzień zwłoki, liczony od upływu terminu wyznaczonego na usunięcie wad do dnia faktycznego ich usunięcia;
 - 11) wykonywania robót przez niezidentyfikowanych pracowników Wykonawcy lub podwykonawcy/dalszego podwykonawcy, stosownie do wymogu określonego w § 4 ust. 7 - w wysokości 500,00 zł za każdy stwierdzony przypadek;
 - 12) ~~*braku wypełnienia obowiązku zatrudniania przy realizacji umowy na podstawie umowy o pracę osób, których wymóg ten dotyczy i/lub przedłożenia wymaganych informacji i/lub dokumentów w zakresie spełniania ww. wymagań - w wysokości 300,00 zł za każdy stwierdzony przypadek;~~
 - 13) niewykonania przeglądów gwarancyjnych wykonanych robót dostosowawczych w wysokości 500,00 zł za każdy niewykonany przegląd;
 - 14) nieprzedłużenia terminu obowiązywania zabezpieczenia należytego wykonania umowy lub niezłożenia nowego dokumentu, o którym mowa w § 13 ust. 4 - w wysokości 200,00 zł za każdy dzień ~~opóźnienia~~ zwłoki.
2. Wykonawcy przysługuje prawo do obciążenia Zamawiającego karą umowną w przypadku rozwiązania umowy lub odstąpienia od umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego

z przyczyn, za które odpowiada Zamawiający, w wysokości 10% wynagrodzenia brutto wskazanego w § 10 ust. 1 wartości brutto niezrealizowanej części umowy.

3. Wykonawca obciąża Zamawiającego karą umowną w przypadku zwłoki w przekazaniu pomieszczeń objętych robotami dostosowawczymi w terminie określonym w § 2 ust. 2 pkt 1) w wysokości 200,00 zł za każdy dzień zwłoki.
4. Łączna maksymalna wysokość kar umownych nie może przekraczać 30% wartości brutto umowy.
5. Wymagalność zapłaty kary następuje w terminie 7 dni od daty doręczenia Wykonawcy dokumentu określającego wierzytelność. Niezapłacenie kary w terminie, upoważnia Zamawiającego do potrącenia jej z faktury.
6. W przypadku, gdy szkoda z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przekroczy kwotę kar umownych, Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia roszczeń uzupełniających do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

* jeżeli dotyczy

ODSTĄPIENIE OD UMOWY/ROZWIĄZANIE UMOWY

§ 12.

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w przypadku:
 - 1) powzięcia wiadomości o zaistnieniu istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić podstawowemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu; odstąpienie od umowy w tym wypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach,
 - 2) gdy zachodzi co najmniej jedna z okoliczności wskazanych w art. 456 ust. 1 pkt 2) ustawy Pzp,
 - 3) wydania nakazu zajęcia istotnej części majątku Wykonawcy, mającej wpływ na realizację przedmiotu niniejszej umowy.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym w sytuacji:
 - 1) rażącej zwłoki w realizacji przedmiotu umowy rozumianej jako okres przekraczający 10 dni kalendarzowych od upływu terminu wskazanego w § 2 ust. 1;
 - 2) dostarczenia przedmiotu umowy niezgodnego z wymogami określonymi w § 5 ust. 2;
 - 3) trzykrotnej, uzasadnionej reklamacji jakości przedmiotu umowy;
 - 4) trzykrotnej zwłoki w usuwaniu zgłoszonych awarii przedmiotu umowy;
 - 5) gdy urządzenie sortujące nie przejdzie pozytywnie kwalifikacji instalacyjnej i/lub operacyjnej;
 - 6) gdy dostarczony automatyczny system preanalizyczny (sorter) wraz oprogramowaniem nie umożliwią przeprowadzenia procedury automatycznego transferu danych do systemu e-Krew;
 - 7) innego rodzaju rażącego nienależytego wykonania lub niewykonania umowy, czyniącego dalsze jej kontynuowanie bezprzedmiotowym.
3. Zamawiający może odstąpić od umowy, jeżeli Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegał wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 roku o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego i/lub należy do którejkolwiek z kategorii podmiotów wymienionych w art. 5k ust. 1 rozporządzenia Rady (UE) 833/2014 w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576.
4. Odstąpienie od umowy/rozwiązanie umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie z podaniem podstaw prawnych i faktycznych odstąpienia/rozwiązania.
5. W przypadkach, o których mowa w ust. 1-3, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

§ 13.

1. Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5 % wynagrodzenia całkowitego brutto, o którym mowa w § 10 ust. 1 w kwocie: zł (słownie: złotych) w formie:
2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.
3. Strony postanawiają, że:
 - 1) 70% wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy zostanie zwrócone w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należyte wykonane. Potwierdzeniem należytego wykonania zamówienia jest obustronnie podpisany protokół odbioru końcowego, o którym mowa w § 2 ust. 3;
 - 2) 30% wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy jest przeznaczone na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady i zostanie zwrócone nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady.
4. W przypadku zmiany terminu (wydłużenia) wykonania umowy, wniesione zabezpieczenie należytego wykonania umowy winno obejmować cały okres jej realizacji. W przypadku wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie niepieniężnej lub jego zmiany z formy pieniężnej na formę niepieniężną, Wykonawca zobowiązany jest do przedłużenia terminu obowiązywania dokumentu, stanowiącego zabezpieczenie lub złożenia nowego przed dniem upływu ważności zabezpieczenia.

ZATRUDNIENIE NA PODSTAWIE UMOWY O PRACĘ

§ 14.*

- ~~1. Wykonawca zobowiązany jest, przez cały okres trwania niniejszej umowy, do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób uczestniczących bezpośrednio w realizacji zamówienia, tj. wykonujących roboty przygotowawcze, roboty rozbiórkowe, roboty budowlane, roboty wykończeniowe, roboty montażowe, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. Wymóg ten nie dotyczy kierownika budowy, kierownika robót elektrycznych oraz innych osób pełniących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, jak również dostawców materiałów budowlanych oraz urządzeń.~~
- ~~2. Wykonawca zobowiązany jest w stosunku do osób, o których mowa w ust. 1, ściśle przestrzegać społecznych przepisów prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, szczególnie norm dotyczących czasu pracy i obowiązku odprowadzania składek na ubezpieczenie społeczne.~~
- ~~3. Wykonawca wraz z Wykazem, o którym mowa w § 4 ust. 7, złoży oświadczenie, że osoby, których nazwiska znajdują się w Wykazie pod określonymi pozycjami, a które będą wykonywać czynności, o których mowa w ust. 1, są zatrudnione przez Wykonawcę na podstawie umowy o pracę.~~
- ~~4. W trakcie realizacji umowy Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób skierowanych do wykonywania przedmiotu umowy.~~
- ~~5. W trakcie realizacji umowy, Wykonawca zobowiązany jest na każde pisemne wezwanie Zamawiającego, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, jednak nie dłuższym niż 5 dni roboczych, złożyć dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę, tj. w szczególności:
 - 1) oświadczenie Wykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób, wykonujących wskazane w ust. 1 czynności w trakcie realizacji przedmiotu umowy;
 - 2) poświadczoną przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji umowy czynności, których dotyczy ww. oświadczenie. Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych~~

w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tj. w szczególności bez adresów zamieszkania, nr PESEL). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę, zakres obowiązków i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania;

3) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacenie przez Wykonawcę składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy;

4) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób, o którym mowa w pkt 2).

Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności.

6. Zamawiający w każdym czasie może żądać dodatkowych dokumentów lub wyjaśnień, jeżeli stwierdzi, że dokumenty przedstawione przez Wykonawcę budzą wątpliwości co do okoliczności, które powinny potwierdzać. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest przedstawić dodatkowe dokumenty.

7. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 3 i ust. 5 pkt 1) winno zawierać w szczególności: określenie podmiotu składającego oświadczenie (Wykonawcy), datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że osoby wykonujące czynności w zakresie określonym w ust. 1 zatrudnione są przez Wykonawcę na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy i daty zawarcia umowy o pracę oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy.

8. Niewypełnienie obowiązku, wynikającego z ust. 3 i/lub ust. 5 będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia osób wykonujących czynności, o których mowa w ust. 1 na podstawie umowy o pracę i skutkować będzie naliczeniem kar umownych.

9. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.

10. Postanowienia ust. 1-7 dotyczą również podwykonawców oraz dalszych podwykonawców, przy pomocy których Wykonawca będzie realizował przedmiot umowy.

* jeżeli dotyczy

ZMIANA UMOWY

§ 15.

1. Strony dopuszczają zmiany postanowień umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w sytuacji obiektywnej konieczności wprowadzenia zmiany, zgodnie z art. 455 ust. 1 ustawy Pzp oraz w niżej przedstawionym zakresie:

1) zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy w sytuacji:

a) wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej postanowieniami o ilość dni faktycznego wstrzymania prac z ww. powodu;

b) zaistnienia przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, a dotyczących np. braku możliwości przekazania pomieszczeń objętych robotami dostosowawczymi z uwagi na nieprzewidziane okoliczności. W takiej sytuacji, Zamawiający uprawniony jest do jednostronnej zmiany terminu rozpoczęcia prac dostosowawczych w pomieszczeniach o okres równy czasowi, o który Zamawiający przesunął termin rozpoczęcia robót;

Wniosek Wykonawcy dotyczący zmiany terminu realizacji umowy musi zawierać uzasadnienie ze wskazaniem konkretnego czynnika mającego wpływ na termin realizacji umowy.

2) zmiany nazwy własnej przedmiotu umowy (urządzenia sortującego/urządzeń towarzyszących/ akcesoriów) – w przypadkach zaprzestania produkcji przez producenta oferowanych przez Wykonawcę urządzeń lub ich elementów jeżeli Wykonawca, pomimo dołożenia należytej staranności, nie mógł uzyskać takiej informacji do chwili zawarcia umowy. W takim przypadku Wykonawca musi zaoferować w zamian urządzenie sortujące/urządzenia towarzyszące/ akcesoria

- o nie niższych parametrach technicznych i funkcjonalności, kompatybilnych z zaferowanym przedmiotem umowy, spełniających wszystkie wymagania określone przez Zamawiającego w Specyfikacji Warunków Zamówienia;
- 3) możliwości dostawy urządzenia nowszej generacji na skutek postępu i rozwoju technologii medycznych przy niezmienionej cenie przetargowej;
 - 4) zmiany umowy w szczególności w zakresie zmiany terminu wykonania umowy lub jej części, czasowego zawieszenia wykonywania umowy lub jej części, zmiany sposobu wykonania zamówienia, zmiany zakresu świadczenia Wykonawcy i odpowiadające jej zmiany wynagrodzenia, na pisemny wniosek Wykonawcy złożony w terminie do 30 dni od zaistnienia okoliczności związanych z wystąpieniem stanów zagrożenia epidemicznego, epidemii lub pandemii (o ile Wykonawca wykaże, że okoliczności te mają wpływ na sposób realizacji/koszty wykonania przez niego zamówienia i wskaże w jaki sposób);
 - 5) zmiany cen – w następujących przypadkach:
 - a) zmiany wynikającej ze zmiany w prawie właściwym dla podatków i ceł, które podwyższą lub obniżą cenę przedmiotu umowy, co w zależności od rodzaju zmiany jaka będzie miała miejsce, będzie skutkowało obniżeniem lub podwyższeniem ceny jednostkowej brutto przedmiotu umowy;
 - b) zmiany na korzyść Zamawiającego na skutek udzielonych rabatów, promocji, przy zachowaniu ilości przedmiotu umowy określonego w Załączniku nr 1 do umowy;
 - 6) zmiany materiałów i urządzeń przedstawionych w projekcie lub zmiany technologii wykonania robót pod warunkiem, że zmiany te będą korzystne dla Zamawiającego, a w szczególności:
 - a) spowodują obniżenie kosztu ponoszonego przez Zamawiającego na eksploatację i konserwację wykonanego przedmiotu umowy i/lub
 - b) poprawią parametry techniczne i/lub
 - c) wynikają z aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny lub zmiany w obowiązujących przepisach prawa.
 - 7) zmiany danych Wykonawcy (np.: zmiana siedziby, adresu).
2. Zamawiający zastrzega sobie również możliwość zmiany w przypadku:
- 1) zmiany w obowiązujących przepisach prawa mających wpływ na przedmiot i warunki umowy oraz zmiany sytuacji prawnej lub faktycznej Wykonawcy i/lub Zamawiającego skutkującej brakiem możliwości realizacji przedmiotu umowy,
 - 2) powstania nadzwyczajnych okoliczności będących „siłą wyższą” grożących rażąco strata, których Strony nie przewidziały przy zawarciu umowy; jako „siłą wyższą” rozumie się wydarzenia i okoliczności nadzwyczajne, nieprzewidywalne, niezależne od woli i intencji którejkolwiek ze Stron umowy,
 - 3) powstania nadzwyczajnych okoliczności nie będących „siłą wyższą”, grożących rażąco strata, których Strony nie przewidziały przy zawarciu umowy.
3. Zmiana postanowień przedmiotowej umowy może nastąpić wyłącznie na wniosek Zamawiającego lub Wykonawcy, za zgodą obu Stron, wyrażoną w formie pisemnej (aneks) pod rygorem nieważności.

PODWYKONAWCY

§ 16.

1. *Wykonawca oświadcza, iż przedmiot zamówienia wykonywać będzie przy pomocy podwykonawców, zgodnie z zakresem rzeczowym wyszczególnionym w Załączniku nr 3 do umowy.
2. Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego zgłaszania Zamawiającemu podwykonawców, którzy na rzecz Wykonawcy świadczyć będą prace związane z realizacją przedmiotu umowy oraz podania firm podwykonawców.
3. Wykonawca zobowiązany jest do dokonania we własnym zakresie zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy z zachowaniem terminów płatności określonych w umowie z podwykonawcą, jednak nie dłuższym niż 30 dni.

4. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego i osób trzecich pełną odpowiedzialność za prace, które wykonuje przy pomocy podwykonawców.
5. Wykonawca zobowiązuje się zwolnić Zamawiającego z wszelkich roszczeń jakie mogą być podnoszone przez podwykonawców względem Zamawiającego w związku z niniejszą umową i naprawi wszelkie szkody, jakie Zamawiający poniósł lub może ponieść z tego tytułu.
6. Wykonawca, w szczególności, pokryje wszelkie wydatki i koszty poniesione przez Zamawiającego w związku z ochroną przed takimi roszczeniami lub w związku z ich zaspokojeniem - bez względu na ich wysokość.

** jeżeli dotyczy*

POSTANOWIENIA SZCZEGÓLNE

§ 17.*

1. W stosunkach pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą na tle realizacji przedmiotu umowy wspólnie (konsorcjum, spółka cywilna) obowiązują zasady:
 - 1) solidarnej odpowiedzialności Wykonawców (uczestników konsorcjum, przedsiębiorców – wspólników spółki cywilnej) za całość podjętych w ramach przedmiotu zamówienia zobowiązań wynikających z niniejszej umowy, niezależnie od procentowego lub rzeczowego udziału każdego z nich w realizacji przedmiotu zamówienia;
 - 2) reprezentacji jednego z Wykonawców (uczestników konsorcjum – lidera, przedsiębiorcy – wspólnika spółki cywilnej) ze skutkiem dla pozostałych, rozumianej jako wyłączne uprawnienie i obowiązek do składania i przyjmowania dokumentów i oświadczeń powstałych na tle realizacji niniejszej umowy.

** jeżeli dotyczy*

§ 18.

1. Wykonawca przyjmuje odpowiedzialność cywilną za wszelkie spowodowane przez siebie szkody osobiste i majątkowe wobec osób trzecich, które mogą powstać w związku z wykonywaniem niniejszej umowy.
2. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w poufności wszelkich dotyczących Zamawiającego danych i informacji uzyskanych w związku z wykonywaniem niniejszej umowy, bez względu na sposób i formę ich przekazania.

Obowiązku zachowania poufności nie stosuje się do danych i informacji:

 - 1) dostępnych publicznie,
 - 2) otrzymanych przez Wykonawcę, zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego, od osoby trzeciej bez obowiązku zachowania poufności,
 - 3) które w momencie ich przekazania przez Zamawiającego były już znane Wykonawcy bez obowiązku zachowania poufności,
 - 4) w stosunku do których Wykonawca uzyskał pisemną zgodę Zamawiającego na ich ujawnienie.
3. Wykonawca oświadcza, że znany jest mu fakt, iż treść niniejszej umowy, a w szczególności przedmiot umowy i wysokość wynagrodzenia, stanowią informację publiczną w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2022 r., poz. 902 t.j.), która podlega udostępnieniu w trybie przedmiotowej ustawy, z zastrzeżeniem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa.
4. Wykonawca wyraża zgodę na udostępnienie w trybie ustawy, o której mowa w ust. 3, zawartych w niniejszej umowie danych go dotyczących, w zakresie obejmującym imiona i nazwiska osób realizujących przedmiot zamówienia.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 19.

Realizacja niniejszej umowy wiąże się z powierzeniem Wykonawcy przetwarzania danych osobowych, których administratorem jest RCKiK w Białymstoku. Umowę o powierzenie przetwarzania danych osobowych stanowi Załącznik nr 4 do niniejszej umowy.

§ 20.

1. Wykonawca ustanawia osobę uprawnioną do uzgadniania spraw w zakresie wykonania dokumentacji projektowej:, tel.
2. Wykonawca ustanawia osobę uprawnioną do uzgadniania spraw w zakresie dostosowania pomieszczeń pod względem budowlano-instalacyjnym w osobie:, tel.
3. Ze strony Wykonawcy osobą odpowiedzialną za przebieg realizacji umowy jest, tel.
4. Ze strony Zamawiającego osobami odpowiedzialnymi za przebieg realizacji umowy są:
 - a) w zakresie dostawy urządzenia sortującego, urządzeń towarzyszących i akcesoriów, tel.
 - b) w zakresie robót budowlanych – inspektor nadzoru inwestorskiego, tel.

§ 21.

1. Wszelkie dyskusje, kontrowersje lub różnice w interpretacji, które mogą wynikać z umowy, Strony skłonne są prowadzić i rozwiązywać na zasadach wzajemnego zrozumienia.
2. Wszelkie kwestie sporne nie mogące znaleźć rozwiązania na drodze polubownej, zostaną poddane do rozstrzygnięcia właściwym rzeczowo sądom powszechnym w Białymstoku.

§ 22.

1. Umowa podlega ustawom: Prawo zamówień publicznych, o wyrobach medycznych, Kodeks cywilny oraz Prawo budowlane.
2. Wszelkie uzgodnienia dotyczące przedmiotu umowy zawarte są w niniejszej umowie. Jakikolwiek inne uzgodnienia będą ważne jedynie wówczas, gdy określone zostaną w formie pisemnej i podpisane przez obie Strony.
3. Umowa została zawarta w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze Stron.

WYKONAWCA:

ZAMAWIAJĄCY:

Załącznik nr ...
do Umowy nr
z dnia

Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych

Podpisana w dniur. w pomiędzy:

.....,
z siedzibą w zarejestrowaną/-ym przez Sąd Rejonowy dla
w, Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS
....., kapitał zakładowyzł, posługująca/-ym się numerami: NIP.....,
REGON, zwaną/-ym w treści umowy „Przetwarzającym” / „Wykonawcą”,
reprezentowaną/-ym przez:

..... –

a

Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w

z siedzibą w, wpisanym do Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji
Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej
prowadzonego przez Sąd Rejonowy w, Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem KRS, NIP, REGON, zwanym w treści umowy
„Administratorem” / „Zamawiającym”, reprezentowanym przez:

..... –

§ 1 definicje

Dla potrzeb niniejszej umowy, Administrator i Przetwarzający ustalają następujące znaczenie niżej wymienionych pojęć:

- 1) **Umowa Powierzenia** – niniejsza umowa;
- 2) **Umowa Główna** – umowa _____ z dnia _____.
- 3) **RODO** - rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1).

§ 2 oświadczenia stron

Strony oświadczają, że niniejsza Umowa Powierzenia została zawarta w celu wykonania obowiązków, o których mowa w art. 28 RODO w związku z zawarciem Umowy Główniej.

§ 3 przedmiot umowy

W trybie art. 28 ust. 3 RODO, Administrator powierza Przetwarzającemu do przetwarzania dane osobowe wskazane w § 4 ust. 2, a Przetwarzający zobowiązuje się do ich przetwarzania zgodnego z prawem, z Umową Powierzenia i Umową Główną.

§ 4 cel, zakres i charakter przetwarzania

1. Przetwarzający zobowiązuje się do przetwarzania danych osobowych następujących kategorii osób, których dane dotyczą:
 - 1),
 - 2),

- 3),
2. Zakres powierzonych Przetwarzającemu do przetwarzania danych osobowych obejmuje:
- 2.1 Przetwarzanie danych osobowych zwykłych/szczególnej kategorii, według opisu zawartości pola:
- 1),
- 2),
- 3),
- 4),
3. Przetwarzający może przetwarzać dane osobowe wyłącznie w zakresie i celu niezbędnym do wykonania Umowy Głównej. Przetwarzający nie może zmieniać celu ani zakresu danych osobowych powierzonych do przetwarzania.
4. Przetwarzający upoważniony jest do przetwarzania powierzonych danych do dnia wygaśnięcia lub rozwiązania Umowy Głównej/ *(lub podać konkretny termin)*
5. Przetwarzający oświadcza, że dysponuje środkami umożliwiającymi prawidłowe przetwarzanie danych osobowych powierzonych przez Administratora w zakresie i w celu określonym niniejszą umową o świadczenie usług.
6. Przetwarzający wypełni ankietę, która określi stan jego przygotowania do przetwarzania danych osobowych Administratora (Załącznik nr 1 do umowy powierzenia).
7. Przetwarzający będzie w szczególności wykonywał następujące operacje dotyczące powierzonych danych osobowych: utrwalanie, przechowywanie, wykorzystywanie, usuwanie.

§ 5

zasady powierzenia przetwarzania

1. Przed rozpoczęciem przetwarzania danych osobowych Przetwarzający musi podjąć środki zabezpieczające dane osobowe, o których mowa w art. 32 RODO, a w szczególności:
- 1) uwzględniając stan wiedzy technicznej, koszt wdrażania oraz charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze zagrożenia, obowiązany jest zastosować środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych, aby zapewnić stopień bezpieczeństwa odpowiadający temu ryzyku. Przetwarzający powinien odpowiednio udokumentować zastosowanie tych środków, a także uaktualniać te środki w porozumieniu z Administratorem,
- 2) zapewnić, by każda osoba fizyczna działająca z upoważnienia Przetwarzającego, która ma dostęp do danych osobowych, przetwarzała je wyłącznie na polecenie Administratora w celach i zakresie przewidzianym w Umowie Powierzenia,
- 3) prowadzić rejestr wszystkich kategorii czynności przetwarzania dokonywanych w imieniu Administratora, o którym mowa w art. 30 ust. 2 RODO i udostępniać go Administratorowi na jego żądanie.
2. Przetwarzający zapewnia, aby osoby mające dostęp do przetwarzanych danych osobowych zachowały je oraz sposoby zabezpieczeń w tajemnicy, przy czym obowiązek zachowania tajemnicy istnieje również po realizacji Umowy Powierzenia oraz ustaniu zatrudnienia u Przetwarzającego.

§ 6

dalsze obowiązki przetwarzającego

1. Przetwarzający zobowiązuje się pomagać Administratorowi w wywiązywaniu się z obowiązków określonych w art. 32-36 RODO.
2. W sytuacji podejrzenia naruszenia ochrony danych osobowych, Przetwarzający zobowiązuje się do:
- 1) przekazania Administratorowi informacji dotyczących naruszenia ochrony danych osobowych w ciągu 24 godzin od jego wykrycia, w tym informacji, o których mowa w art. 33 ust. 3 RODO,

- 2) przeprowadzenia wstępnej analizy ryzyka naruszenia praw i wolności osób, których dane dotyczą, i przekazania wyników tej analizy do Administratora w ciągu 36 godzin od wykrycia zdarzenia stanowiącego naruszenie ochrony danych osobowych,
- 3) przekazania Administratorowi – na jego żądanie – wszystkich informacji niezbędnych do zawiadomienia osoby, której dane dotyczą, zgodnie z art. 34 ust. 3 RODO, w ciągu 48 godzin od wykrycia zdarzenia stanowiącego naruszenie ochrony danych osobowych.
3. Przetwarzający zobowiązuje się pomagać Administratorowi poprzez odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, w wywiązywaniu się z obowiązku odpowiadania na żądania osób, których dane dotyczą, w zakresie wykonywania ich praw określonych w art. 15-22 RODO. W szczególności Przetwarzający zobowiązuje się – na żądanie Administratora – do przygotowania i przekazania Administratorowi informacji potrzebnych do spełnienia żądania osoby, której dane dotyczą, w ciągu 3 dni od dnia otrzymania żądania Administratora.
4. W przypadku otrzymania wniosku od osoby, której dane dotyczą Przetwarzający dokonuje samodzielnej odpowiedzi, jedynie na pisemną zgodę Administratora.
5. Przetwarzający zobowiązuje się stosować się do ewentualnych wskazówek lub zaleceń, wydanych przez organ nadzoru lub unijny organ doradczy zajmujący się ochroną danych osobowych, dotyczących przetwarzania danych osobowych, w szczególności w zakresie stosowania RODO.
6. Przetwarzający zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Administratora o jakimkolwiek postępowaniu, w szczególności administracyjnym lub sądowym, dotyczącym przetwarzania powierzonych danych osobowych przez Przetwarzającego, o jakiegokolwiek decyzji administracyjnej lub orzeczeniu dotyczącym przetwarzania powierzonych danych osobowych, skierowanej do Przetwarzającego, a także o wszelkich kontrolach i inspekcjach dotyczących przetwarzania powierzonych danych osobowych przez Przetwarzającego, w szczególności prowadzonych przez organ nadzorczy.
7. Jeżeli w wyniku niewłaściwego przetwarzania danych osobowych przez Przetwarzającego Administrator danych zostanie prawomocnym orzeczeniem zobowiązany do zapłaty odszkodowania, zadośćuczynienia lub zostanie ukarany grzywną, Przetwarzający zobowiązuje się zrekompensować Administratorowi straty z tego tytułu, w tym koszty prawomocnie zasądanego odszkodowania, zadośćuczynienia lub grzywny. O każdym przypadku wystąpienia z roszczeniem wobec Administratora i jego pracowników oraz o postępowaniu mogącym skutkować nałożeniem na Administratora grzywny, Administrator zawiadomi Przetwarzającego w celu umożliwienia mu zajęcia stanowiska, odniesienia się do podstaw prawnych takiej odpowiedzialności i ewentualnego wstąpienia do sprawy na etapie sądowym.
8. Przetwarzający zobowiązuje się do niezwłocznego informowania Administratora:
 - 1) o wszelkich, kontrolach postępowaniach, w szczególności administracyjnym lub sądowym dotyczącym przetwarzania przez Przetwarzającego danych osobowych na podstawie niniejszej umowy,
 - 2) o jakiegokolwiek decyzji administracyjnej lub innym orzeczeniu dotyczącym przetwarzania danych osobowych przez Przetwarzającego na podstawie niniejszej umowy, skierowanych do Przetwarzającego,
 - 3) o wszelkich planowanych, o ile Przetwarzającemu są wiadome lub realizowanych kontrolach dotyczących przetwarzania u Przetwarzającego danych osobowych, o których mowa powyżej.
9. W przypadku, gdy Administrator zamierza uczestniczyć w postępowaniach i kontrolach, o których mowa w ust. 8, Przetwarzający jest zobowiązany umożliwić Administratorowi lub upoważnionej przez niego osobie uczestnictwo w takich czynnościach.
10. Zgłoszenie, o którym mowa w ust. 2 musi co najmniej:
 - 1) opisywać charakter naruszenia ochrony danych osobowych, w tym w miarę możliwości wskazywać kategorie i przybliżoną liczbę osób, których dane dotyczą, oraz kategorie i przybliżoną liczbę wpisów danych osobowych, których dotyczy naruszenie;
 - 2) zawierać imię i nazwisko oraz dane kontaktowe inspektora ochrony danych lub oznaczenie innego punktu kontaktowego, od którego można uzyskać więcej informacji;
 - 3) opisywać możliwe konsekwencje naruszenia ochrony danych osobowych;

- 4) opisywać środki zastosowane lub proponowane przez Przetwarzającego w celu zaradzenia naruszeniu ochrony danych osobowych, w tym w stosownych przypadkach środki w celu zminimalizowania jego ewentualnych negatywnych skutków.
11. W celu realizacji obowiązków, o których mowa w ust. 1 i 2, Przetwarzający jest zobowiązany do dokumentowania wszelkich okoliczności i zebrania wszelkich dowodów, które pomogą Administratorowi wyjaśnić szczegóły naruszenia, w tym jego charakter, skalę, skutki, czas zdarzenia, osoby odpowiedzialne, osoby poszkodowane.
12. Przetwarzający jest zobowiązany do realizacji obowiązków, jakie spoczywają na nim z uwagi na przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, w szczególności poprzez:
 - 1) Przeprowadzenie oceny skutków dla ochrony danych;
 - 2) Skonsultowanie się z właściwym organem nadzorczym, jeśli przetwarzanie powodowałoby wysokie ryzyko;
 - 3) Poinformowanie o ewentualnych nieprawidłowościach w przetwarzanych danych osobowych lub ich nieaktualności.

§ 7

podpowierzenie przetwarzania

1. Administrator dopuszcza możliwość podpowierzenia przetwarzania danych osobowych podwykonawcom Przetwarzającego (tzw. subprocesorom). Jeżeli Przetwarzający zamierza podpowierzyć przetwarzanie danych osobowych swoim podwykonawcom, musi uprzednio poinformować Administratora o zamiarze podpowierzenia oraz o tożsamości (nazwie), któremu ma zamiar podpowierzyć przetwarzanie danych, a także o charakterze podpowierzenia, zakresie danych, celu i czasie trwania podpowierzenia. O ile Administrator nie wyrazi sprzeciwu wobec podpowierzenia w terminie 7 dni od daty zawiadomienia, Przetwarzający uprawniony będzie do dokonania podpowierzenia.
2. W przypadku podpowierzenia przetwarzania danych osobowych podwykonawcom Przetwarzającego, podpowierzenie przetwarzania będzie mieć za podstawę umowę, na podstawie której podwykonawca (subprocesor) zobowiąże się do wykonywania tych samych obowiązków, które na mocy niniejszej Umowy nałożone są na Przetwarzającego. Umowa będzie zawarta w tej samej formie co niniejsza Umowa.
3. Na wniosek Administratora, umowa z subprocesorem, o której mowa w ust. 2, jest udostępniana przez Przetwarzającego. Udostępniona umowa może być pozbawiona elementów objętych tajemnicą handlową lub innych informacji poufnych, w tym danych osobowych.
4. Administratorowi będą przysługiwały uprawnienia wynikające z umowy podpowierzenia bezpośrednio wobec podwykonawcy (subprocesora). W przypadku wypowiedzenia lub rozwiązania umowy podpowierzenia Przetwarzający poinformuje o tym fakcie Administratora w terminie 3 dni od wypowiedzenia lub rozwiązania umowy.
5. Przetwarzający ponosi odpowiedzialność za działania i zaniechania subprocesora, jak za działania własne.
6. Przetwarzający, w umowie, o której w ust. 2 jest zobowiązany do wprowadzenia postanowień umożliwiających Administratorowi rozwiązać wiążącą Przetwarzającego z subprocesorem umowę oraz nakazać usunięcie danych osobowych, w sytuacji, gdy Przetwarzający przestanie formalnie istnieć lub stanie się niewypłacalny.
7. Przetwarzający nie może przekazywać powierzonych mu do przetwarzania danych osobowych do podmiotów znajdujących się spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

§ 8

audyt

1. Administrator jest uprawniony do weryfikacji przestrzegania zasad przetwarzania danych osobowych wynikających RODO oraz niniejszej Umowy Powierzenia przez Przetwarzającego, poprzez prawo żądania udzielenia wszelkich informacji dotyczących powierzonych danych osobowych.

2. Administrator ma także prawo przeprowadzania audytów lub inspekcji Przetwarzającego w zakresie zgodności operacji przetwarzania z prawem i z Umową Powierzenia. Audyty lub inspekcje, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, mogą być przeprowadzane przez podmioty trzecie upoważnione przez Administratora.
3. Przetwarzający zobowiązuje się niezwłocznie informować Administratora, jeżeli zdaniem Przetwarzającego wydane jemu polecenie stanowi naruszenie RODO lub innych przepisów o ochronie danych.

§ 9

usunięcie danych

1. Przetwarzający po zakończeniu realizacji usług wynikających z Umowy Głównej zobowiązany jest do niezwłocznego zwrotu powierzonych danych osobowych oraz do usunięcia wszystkich ich istniejących kopii, sporządzonych na potrzeby bieżącej pracy, bądź na wyraźne żądanie Administratora - dokonać usunięcia powierzonych danych osobowych, zamiast ich zwrotu, chyba, że przepisy prawa nakazują przechowywanie danych osobowych.
2. Przetwarzający dokona usunięcia powierzonych danych osobowych w terminie 7 dni od dnia zakończenia realizacji usług.
3. Po wykonaniu zobowiązania, o którym mowa w ust. 3, Przetwarzający, w terminie 7 dni, złoży Administratorowi pisemne oświadczenie potwierdzające trwałe usunięcie wszystkich powierzonych danych osobowych.
4. Na żądanie Administratora, Przetwarzający ma obowiązek przedstawić w terminie 30 dni pisemny protokół potwierdzający fakt zniszczenia danych osobowych.
5. Z tytułu wykonywania czynności określonych w § 9 niniejszej umowy, Przetwarzającemu nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie, poza wynagrodzeniem wynikającym z Umowy Głównej.

§ 10

odpowiedzialność

1. Przetwarzający odpowiada za szkody majątkowe lub niemajątkowe jakie powstały wobec Administratora lub osób trzecich w wyniku przetwarzania danych osobowych niezgodnego z Umową lub obowiązkami nałożonymi przez RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych.
2. Przetwarzający ponosi odpowiedzialność za działania lub zaniechania Podprzetwarzającego, dotyczące przetwarzania powierzonych danych osobowych, jak za działania lub zaniechania własne, przez co postanowienia dotyczące odpowiedzialności Przetwarzającego na warunkach opisanych powyżej obejmują także odpowiedzialność Przetwarzającego za działania lub zaniechania jego Podprzetwarzających.
3. Przetwarzający odpowiada za naprawienie wyrządzonej Administratorowi lub osobom trzecim szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy, a w szczególności z zastosowania lub nie zastosowania właściwych środków bezpieczeństwa, naruszenia obowiązków wynikających z RODO lub prawa polskiego oraz za udostępnienie danych osobom nieupoważnionym.
4. W przypadku naruszenia przepisów RODO, prawa polskiego lub niniejszej Umowy z przyczyn leżących po stronie Przetwarzającego, w następstwie, czego Administrator, zostanie zobowiązany do zapłaty jakichkolwiek należności, Przetwarzający zobowiązuje się pokryć Administratorowi wszelkie poniesione z tego tytułu koszty.

§11

przepisy końcowe

1. Strony zobowiązują się do współpracy w zakresie nadzoru nad wykonaniem niniejszej umowy.
2. Osobami uprawnionymi do kontaktu w sprawie realizacji niniejszej umowy, poza osobami wskazanymi w Umowie Głównej są:
 - 1) po stronie Administratora: Inspektor Ochrony Danych – Arkadiusz Gmitrzak (tel. 85 7456 323, e-mail: iod@rckik.bialystok.pl)

- 2) po stronie Przetwarzającego:
3. Wszelkie zmiany umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej pod rygorem nieważności.
4. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze Stron.

ADMINISTRATOR
(ZAMAWIAJĄCY)

PRZETWARZAJĄCY
(WYKONAWCA)

