



REGIONALNE CENTRUM KRWIODAWSTWA I KRWIOLECZNICTWA W BIAŁYMSTOKU

ul. M. Skłodowskiej-Curie 23, 15-950 Białystok
tel. 85 744 70 02, fax 85 744 71 33

www.rckik.bialystok.pl sekretariat@rckik.bialystok.pl



Białystok, dnia 18.11.2022 r.

Wszyscy uczestnicy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Dostawę wagomieszarek do pobierania krwi”, prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji nr ZP/TP-27/22, opublikowanego w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 2022/BZP 00442311/01 w dniu 16.11.2022 r.

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Zamawiający Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Białymstoku informuje, iż działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022 r., poz. 1710 t.j.) przekazuje treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia w postępowaniu nr ZP/TP-27/22 na „Dostawę wagomieszarek do pobierania krwi” wraz z wyjaśnieniami.

Pytanie 1

Zamawiający w pkt. 18 Załącznika nr 1 do SWZ (Opis Przedmiotu Zamówienia) zawarł wymóg zintegrowanego z wagomieszarką czytnika kodów kreskowych. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający zaakceptuje czytnik kodów kreskowych podłączony do wagomieszarki giętkim kablem o długości min. 1 m.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza.

Pytanie 2

Zamawiający przyzna punkty oceny jakościowej w przypadku spełnienia kompatybilności z obecnie działającym systemem w zakresie oprogramowania DonationMaster Net oraz transmisji danych do oprogramowania Zamawiającego. Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku urządzeń spełniających powyższe, Zamawiający nie będzie wymagał zaoferowania dodatkowych akcesoriów niezbędnych do przekazywania danych z wagomieszarek do komputera (oprogramowanie i moduł transmisji bezprzewodowej) i wyrazi zgodę na wykorzystanie bieżącej infrastruktury.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza.

Jednocześnie Zamawiający wskazuje, że w pkt 20.1 Ad. 2) SWZ (str. 15) znajduje się informacja o braku konieczności zaoferowania dodatkowych akcesoriów w przypadku potwierdzenia przez Wykonawcę kompatybilności z obecnie działającym systemem.

Wyjaśnienia treści SWZ są wiążące dla wszystkich Wykonawców i należy ją uwzględnić przy sporządzaniu i składaniu ofert.

ZATWIERDZAM

Z-CA DYREKTORA
DS. EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNYCH
Regionalne Centrum Krwiodawstwa
i Krwiolecznictwa w Białymstoku

mgr Anna Lisowska