

**Załącznik nr 1
do Warunków przetargowych
po zmianach z dnia 27.11.2019 r.**

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż i prawidłowe uruchomienie automatycznej wirówki do płukania krwinek czerwonych w ilości 1 sztuka wraz z przeszkoleniem wyznaczonego personelu Zamawiającego.

Lp.	Charakterystyka (wymagania minimalne Zamawiającego)
1.	Maksymalna pojemność: 24 próbki.
2.	W pełni zautomatyzowany cykl płukania.
3.	Możliwość ustawienia dowolnego programu (płukanie, wirowanie, mycie).
4.	Możliwość ustawienia czasu i prędkości parametrów wirowania dla danej funkcji (minimum płukanie i wirowanie).
5.	Maksymalna prędkość: 3000 rpm.
6.	Wirówka fabrycznie nowa: rok produkcji urządzenia nie starszy niż 2018 r.
7.	Zasilanie: 230-240 V / 50-60 Hz.
8.	Urządzenie oznakowane znakiem CE.
9.	Okres gwarancji: min. 24 miesiące od daty podpisania protokołu odbioru.