



# REGIONALNE CENTRUM KRWIODAWSTWA I KRWIOLECZNICTWA W BIAŁYMSTOKU

ul. M. Skłodowskiej - Curie 23, 15-950 Białystok  
tel. 85 744 70 02, fax 85 744 71 33

[www.rckik.bialystok.pl](http://www.rckik.bialystok.pl) sekretariat@rckik.bialystok.pl



Białystok, dnia 18.05.2021 r.

## Wszyscy uczestnicy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Świadczenie usługi serwisu oraz napraw analizatorów Classic ID-GelStation DiaMed”, prowadzonego na podstawie art. 70<sup>1</sup> – 70<sup>5</sup> ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, nr sprawy ZP/KC-4/2021, opublikowanego w dniu 13.05.2021 r.

### WYJAŚNIENIA I ZMIANA TREŚCI WARUNKÓW PRZETARGOWYCH

Zamawiający, Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Białymstoku działając na podstawie rozdz. XVI ust. 3 pkt 4) Warunków przetargowych, przekazuje treść zapytań do Warunków przetargowych w postępowaniu nr ZP/KC-4/2021 na „Świadczenie usługi serwisu oraz napraw analizatorów Classic ID-GelStation DiaMed” wraz z wyjaśnieniami.

#### Pytanie 1:

Czy w przypadku braku dostępności fabrycznie nowej części zamiennej Zamawiający wyrazi zgodę na przeprowadzenie przeglądu technicznego i naprawy urządzenia przy użyciu części regenerowanej, na którą Wykonawca udzieli 3-miesięcznej gwarancji?

Ze względu na wiek posiadanych przez Zamawiającego analizatorów, a także zakończenie produkcji tych urządzeń, wybrane fabrycznie nowe części zamienne mogą nie być dostępne.

#### Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż przewidział i opisał przedmiotową sytuację we Wzorze umowy (Załącznik nr 5 do Warunków przetargowych) w § 3 ust. 9.

Jednocześnie Zamawiający dokona modyfikacji treści Warunków przetargowych w zakresie w § 3 ust. 8 Wzoru umowy.


W związku z powyższym Zamawiający na podstawie rozdz. XVI ust. 4 Warunków przetargowych dokonuje modyfikacji treści Warunków przetargowych w następujący sposób:

We Wzorze umowy, stanowiącym Załącznik nr 5 do Warunków przetargowych, § 3 ust. 8 otrzymuje następujące brzmienie:

„8. Wykonawca udziela:

- 1) co najmniej 12-miesięcznej gwarancji na wymienione **na nowe** części zamienne, zastosowane materiały oraz wykonane naprawy, z zastrzeżeniem, że udzielona gwarancja nie może być krótsza od okresu gwarancji udzielonej przez producenta;
- 2) co najmniej 3-miesięcznej gwarancji na wymienione używane i/lub nieoryginalne części zamienne, zastosowane materiały oraz wykonane naprawy.”

Wyjaśnienia i zmiana treści Warunków przetargowych są wiążące dla wszystkich Uczestników przetargu i należy je uwzględnić przy sporządzaniu i składaniu ofert.

ZATWIERDZAM:  
Z-CA DYREKTORA  
DS. EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNYCH  
Regionalne Centrum Krwiodawstwa  
i Krwiolecznictwa w Białymstoku  
  
mgr Anna Lisowska