



**REGIONALNE CENTRUM
KRWIODAWSTWA I KRWIOLECZNICTWA
W BIAŁYMSTOKU**

**ul. M. Skłodowskiej-Curie 23, 15-950 Białystok
tel. 85 744 70 02, fax 85 744 71 33**

www.rckik.bialystok.pl sekretariat@rckik.bialystok.pl



Białystok, dnia 14.06.2022 r.

**Wszyscy uczestnicy postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP/TP-13/22 na „Dostawę odczynników hematologicznych z kontrolami i materiałami eksploatacyjnymi wraz z dzierżawą analizatora hematologicznego”, prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji, opublikowanego w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 2022/BZP 00198283/01 w dniu 07.06.2022 r.

**INFORMACJA WNIESIENIU ODWOŁANIA
ORAZ
WEZWANIE DO PRZYSTĄPIENIA DO POSTĘPOWANIA ODWOŁAWCZEGO**

Zamawiający Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Białymstoku informuje, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP/TP-13/22 na „Dostawę odczynników hematologicznych z kontrolami i materiałami eksploatacyjnymi wraz z dzierżawą analizatora hematologicznego” wniesione zostało odwołanie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, tj. na elektroniczną skrzynkę podawczą Zamawiającego, w dniu 13.06.2022 r. o godz. 16:15.

W związku z powyższym, działając na podstawie art. 524 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych Zamawiający przesyła kopię odwołania Wykonawcom biorącym udział w postępowaniu, zamieszcza ją na stronie internetowej, na której udostępnione są dokumenty zamówienia oraz wzywa Wykonawców do przystąpienia do postępowania odwoławczego.

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż na podstawie art. 525 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od dnia otrzymania kopii odwołania wskazując stronę, do której przystępuje i interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje.

DYREKTOR
Regionalnego Centrum Krwiodawstwa
i Krwiolecznictwa w Białymstoku
Prof. dr hab. n. med. Piotr Marek Radziwon

Warszawa, dnia 13 czerwca 2022 roku

**Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17a, 02-676 Warszawa**

Zamawiający:

**Regionalne Centrum Krwiodawstwa
i Krwiolecznictwa w Białymstoku
ul. M. Skłodowskiej-Curie 23
15-950 Białystok
e-mail: sekretariat@rcsik.bialystok.pl
Tel. (85) 74 47 002**

Odwołujący:

**Diag – Med Grażyna Konecka
ul. Modułarna 11a bud. H3
02-238 Warszawa
NIP: 5341000682
REGON: 010722547
e-mail: przetargi@diag-med.pl
Tel: /22/ 838 97 23
Fax: /22/ 838 97 32**

Oznaczenie postępowania:

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzone w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1) ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, pod nazwą: „Dostawa odczynników hematologicznych z kontrolami i materiałami eksploatacyjnymi wraz z dzierżawą analizatora hematologicznego”.

Znak sprawy: ZP/TP-13/22

Ogłoszenie zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 07 czerwca 2022 roku pod numerem 2022/BZP 00198283/01



ODWOŁANIE

I. Działając w imieniu Diag – Med Grażyna Konecka z siedzibą w Warszawie (dalej jako „Odwołujący”), w oparciu o załączone pełnomocnictwo, na podstawie art. 513 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) (dalej jako Pzp) wnoszę odwołanie od niezgodnego z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych Opisu Przedmiotu Zamówienia, zamieszczonego w Specyfikacji Warunków Zamówienia, dokonanego w ramach:

Części 1 – dostawa odczynników hematologicznych z kontrolami i materiałami eksploatacyjnymi niezbędnymi do wykonania 200 000 oznaczeń (w tym 110 000 oznaczeń CBC i 90 000 oznaczeń 5-DIFF) wraz z 36 – miesięczną dzierżawą analizatora hematologicznego na potrzeby Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Białymstoku,

Części 2 – dostawa odczynników hematologicznych z kontrolami i materiałami eksploatacyjnymi niezbędnymi do wykonania 40 000 oznaczeń (w tym 30 000 oznaczeń CBC i 10 000 oznaczeń 5-DIFF) wraz z 36 – miesięczną dzierżawą analizatora hematologicznego na potrzeby Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa Terenowy Oddział w Suwałkach.

II. Zarzuty

Wobec powyższego zarzucam Zamawiającemu naruszenie

1. Art. 16 pkt 1 ustawy Pzp poprzez prowadzenie postępowania w sposób nie zapewniający zachowania uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wykonawców w następstwie zaniechania wyboru oferty najkorzystniejszej. Tym samym Zamawiający dopuścił do ograniczenia konkurencji pomiędzy wykonawcami w dostępie do zamówienia;
2. Art. 99 pkt. 4 ustawy Pzp poprzez dokonanie opisu przedmiotu zamówienia w sposób utrudniający uczciwą konkurencję, w szczególności przez wskazanie cech produktów, które charakteryzują produkty dostarczane przez konkretnego wykonawcę, co prowadzi do uprzywilejowania firmy Sysmex Polska Sp. z o.o. i wyeliminowania pozostałych wykonawców, oferujących produkty w tej samej linii produktowej.

Wskazując na powyższe wnoszę o nakazanie Zamawiającemu:

1. Usunięcia wskazanych zapisów Specyfikacji Warunków Zamówienia w zakresie Opisu Przedmiotu Zamówienia dla Części nr 1 i Części nr 2;
2. Modyfikacji wskazanych zapisów Specyfikacji Warunków Zamówienia w zakresie Opisu Przedmiotu Zamówienia dla Części nr 1 i Części nr 2;

III. Interes i szkoda

Odwołujący ma interes we wniesieniu niniejszego odwołania gdyż należy przyjąć, że wykonanie wnioskowanych powyżej czynności jako następstwa naruszenia stanu prawnego przez Zamawiającego przy dokonywaniu Opisu Przedmiotu Zamówienia, skutkować będzie

możliwością udziału Odwołującego w dalszym toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i możliwością pozyskania przedmiotowego zamówienia publicznego. Odwołujący może zatem ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego wskazanych w treści odwołania przepisów ustawy Pzp i utracić korzyści związane z realizacją zamówienia.

IV. Zachowanie terminu i wymogów formalnych

1. O czynnościach stanowiących podstawę wniesienia niniejszego odwołania Odwołujący dowiedział się w dniu opublikowania ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 2022/BZP 00198283/01, tj. w dniu 07 czerwca 2022 roku, zatem 5 dniowy termin przewidziany na wniesienie odwołania w art. 515 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp został przez Odwołującego zachowany;
2. Wpis od odwołania w wysokości 7 500,00 PLN został uiszczony na rachunek bankowy Urzędu Zamówień Publicznych w dniu 13 czerwca 2022 roku;
3. Odwołujący przesłał kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu na wniesienie odwołania – potwierdzenie w załączeniu.

UZASADNIENIE

I. Stan faktyczny

W dniu 07 czerwca 2022 roku Zamawiający opublikował ogłoszenie zamówienia publicznego, pod nazwą: „Dostawa odczynników hematologicznych z kontrolami i materiałami eksploatacyjnymi wraz z dzierżawą analizatora hematologicznego”, o sygnaturze sprawy: ZP/TP-13/22. Ogłoszenie zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 07 czerwca 2022 roku pod numerem 2022/BZP 00198283/01

W treści Specyfikacji Warunków Zamówienia, w zakresie Załącznika nr 4 do SWZ - Specyfikacja przedmiotowa oferowanego przedmiotu zamówienia Zamawiający opisał parametry analizatorów hematologicznych przeznaczonych do dzierżawy, wśród których zostały wprowadzone parametry obligatoryjne, charakterystyczne wyłącznie dla oferty analizatorów hematologicznych oferowanych przez firmę Sysmex Polska Sp. z o.o.. W związku z powyższym, kierując się aktualnym brzmieniem SWZ, ofertę w przedmiotowym postępowaniu może złożyć jedynie jeden, wyżej wskazany Wykonawca.

W dniu 10 czerwca 2022 roku Odwołujący wniósł do Zamawiającego informację o zamiarze wniesienia odwołania, w której to przedstawiono zastrzeżenia Odwołującego związane z aktualnym kształtem i treścią SWZ. Zamawiający został przez Odwołującego poinformowany, iż w przypadku braku reakcji ze strony Zamawiającego lub w przypadku odpowiedzi odmownej na tak wniesiony wniosek o modyfikację Odwołujący skorzysta ze środków ochrony prawnej, co też ze względu na brak reakcji ze strony Zamawiającego czyni, składając niniejsze odwołanie.

II. Uzasadnienie merytoryczne

W treści Załącznika nr 4 do SWZ - Specyfikacja przedmiotowa oferowanego przedmiotu zamówienia dla Części 1 i Części 2 Zamawiający wprowadził następujące parametry przedmiotu zamówienia, których spełnienia można oczekiwać jedynie od oferty firmy Sysmex Polska Sp. z o.o.

Załącznik nr 4, Część nr 1

Brzmienie punktu nr 7: Parametry diagnostyczne określające ilościowo stan aktywacji neutrofilii oraz limfocytów reaktywnych i syntetyzujących przeciwciała w wartościach odsetkowych i bezwzględnych pomocne w diagnozowaniu i różnicowaniu stanów zapalnych i infekcji. Parametry te powinny być mierzone z wykorzystaniem fluorescencyjnej cytometrii przepływowej i być dostępne w rutynowym badaniu morfologii CBC+DIFF.

Zamawiający opisał parametry pomocne w ustaleniu dalszej drogi diagnostyki w ośrodkach wielospecjalistycznych, służące do wstępnej oceny czy w danym przypadku mamy do czynienia z chorobą o podłożu infekcyjnym czy też wynik wskazuje na chorobę rozrostową krwi. Biorąc pod uwagę profil działalności jednostki jaką jest Zamawiający oraz fakt, że analizator ma służyć do badania krwi dawców i oceny czy nadaje się ona do donacji zapis ten należy traktować jako nieproporcjonalny do potrzeb Zamawiającego oraz wprowadzony do SWZ jedynie w celu sztucznego ograniczenia konkurencji. Dodatkowo jest to parametr opatentowany i dostępny w analizatorach tylko jednej firmy, w tym przypadku Sysmex Polska Sp. z o.o. co wskazuje na wybór wykonawcy już na etapie dokonywania opisu przedmiotu zamówienia.

Wykonawca, informując Zamawiającego o zamiarze wniesienia odwołania, zawniósł o usunięcie przedmiotowego zapisu z treści Załącznika nr 4 do SWZ.

Brzmienie punktu 12: Analizator posiada możliwość oznaczenia odsetka mikrocytów i makrocytów jako parametrów diagnostycznych, zwalidowanych przez producenta, przesyłane do LIS.

Zamawiający opisał parametr dotyczący oznaczania odsetka mikrocytów i makrocytów służący ocenie i diagnozie pacjentów z podejrzeniem niedokrwistości oraz zawężeniu możliwych jej przyczyn. Ponieważ głównym profilem działalności Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa nie jest diagnostyka i leczenie pacjentów z niedokrwistością wymóg aby ten parametr był certyfikowany jako parametr diagnostyczny jest powinien być traktowany jako wskazanie konkretnego wykonawcy mogącego zapewnić takie rozwiązanie, czyli firmy Sysmex Polska Sp. z o.o..

Wykonawca, informując Zamawiającego o zamiarze wniesienia odwołania, zawniósł o usunięcie przedmiotowego zapisu z treści Załącznika nr 4 do SWZ.

Brzmienie punktu 18: *Dodatkowy tryb pomiaru WBC dla próbek leukopenicznych (możliwość dodatkowej weryfikacji leukocytów w próbce badanej). Możliwość wyboru manualnego z menu analizatora przez Użytkownika.*

Zapis w aktualnej formie Opisu Przedmiotu Zamówienia wskazuje na rozwiązanie techniczne charakterystyczne dla konkretnego wykonawcy – tj. dla firmy Sysmex Polska Sp. z o.o. i nie pozwala zapewnić uczciwej konkurencji w ogłoszonym postępowaniu przetargowym.

Wykonawca, informując Zamawiającego o zamiarze wniesienia odwołania, zawniósł o modyfikację przedmiotowego zapisu na następujący:

„Dodatkowy tryb pomiaru WBC dla próbek leukopenicznych (możliwość dodatkowej weryfikacji leukocytów w próbce badanej), uruchamiany automatycznie lub manualnie.”

Analizator, oferowany przez Odwołującego, po wykryciu nieprawidłowości w badanej próbce sam wydłuża czas pomiaru w celu jej poprawnej i dodatkowej weryfikacji. Jest to jedynie odmienny sposób wykonania danej metody, który w żaden sposób nie wpływa negatywnie na jakość badania, nie zwiększa obciążenia operatora a na finale gwarantuje wykonanie dodatkowego pomiaru WBC dla próbek leukopenicznych, co powinno być celem Zamawiającego.

Brzmienie punktu 22: *Oprogramowanie analizatora posiadające moduł kontroli jakości zawierające dane liczbowe i graficzne oraz wykresy Levy Jeningsa, X-BarM (nie dopuszcza się oprogramowania zewnętrznego).*

Zapis w aktualnej formie Opisu Przedmiotu Zamówienia nie ma żadnego uzasadnienia merytorycznego poza ograniczeniem konkurencji do firmy Sysmex Polska Sp. z o.o., która jest jedyną firmą mogącą złożyć ofertę z uwzględnieniem brzmienia punktu 22.

Wykonawca, informując Zamawiającego o zamiarze wniesienia odwołania, zawniósł o modyfikację przedmiotowego zapisu na następujący:

„Moduł kontroli jakości zawierający dane liczbowe i graficzne oraz wykresy Levy-Jeningsa i X-BarM dostępny w oprogramowaniu własnym analizatora lub oprogramowaniu zewnętrznym”.

To czy weryfikacja kontroli jakości będzie się odbywać z poziomu oprogramowania analizatora czy z poziomu oprogramowania zewnętrznego nie ma żadnego wpływu na jakość uzyskanych wyników oraz warunki pracy.

Brzmienie punktu 29: *Wbudowana w oprogramowanie własne analizatora instrukcja obsługi w języku polskim.*

Zapis w aktualnej formie Opisu Przedmiotu Zamówienia w żaden sposób nie ma wpływu na pracę analizatora, nie ma również uzasadnienia merytorycznego. Pozostawienie zapisu w jego obecnym brzmieniu wskazuje na wybór wykonawcy już na etapie ogłoszenia postępowania, ponieważ jest on możliwy do spełnienia tylko przez firmę Sysmex Polska sp. z o.o..

Wykonawca, informując Zamawiającego o zamiarze wniesienia odwołania, zawniósł o modyfikację przedmiotowego zapisu na następujący:

„Instrukcja obsługi w języku polskim dostarczana wraz z analizatorem”.

Brzmienie punktu 39 w Części nr 2: *Wymiary analizatora: głębokość nie większa niż 70 cm, szerokość nie większa niż 80 cm, wysokość nie większa niż 60 cm.*

Zapis w aktualnej formie Opisu Przedmiotu Zamówienia wskazuje na wybór wykonawcy już na etapie ogłoszenia postępowania, ponieważ jest on możliwy do spełnienia tylko przez firmę Sysmex Polska sp. z o.o..

Wykonawca, informując Zamawiającego o zamiarze wniesienia odwołania, zawniósł o modyfikację przedmiotowego zapisu na następujący:

„Wymiary analizatora: głębokość nie większa niż 70 cm, szerokość nie większa niż 80 cm, wysokość nie większa niż 60 cm. W przypadku oferowania analizatora o wymiarach przekraczających wyspecyfikowane (do 20%) Zamawiający wymaga dostarczenia stołu pod analizator”.

V. Wniosek końcowy

W konsekwencji, w zaistniałym stanie faktycznym i prawnym, mając na uwadze przytoczoną argumentację oraz przepisy ustawy Pzp należy uznać niniejsze odwołanie za w pełni zasadne i konieczne. Ze względu na powyższe Odwołujący wnosi jak na wstępie.



Podpisany elektronicznie przez
Paulina Motyka
13.06.2022
16:07:55 +0200

Załączniki:

1. Potwierdzenie przelania kwoty wpisu;
2. CEiDG Odwołującego;
3. Pełnomocnictwo do reprezentowania Odwołującego;
4. Potwierdzenie przesłania odwołania do Zamawiającego.



BNP PARIBAS

Potwierdzenie realizacji przelewu

BNP Paribas Bank Polska S.A.
ul. Kasprzaka 2, 01-211 Warszawa
www.bnpparibas.pl
tel. 801 321 123

Informacje o transakcji: 225_PRZELEW INTERNETOWY

Nadawca przelewu:

Nr Rachunku: PL48175000090000000007422059
Nazwa Banku: BNPPL C-Ia/Warszawa
Nadawca: KONECKA GRAŻYNA DIAG-MED
UL.STANISŁAWA 50
05-800 PRUSZKÓW

Odbiorca przelewu:

Nr Rachunku: 60 1010 1010 0081 3622 3100 0000
Nazwa Banku: NBP O/Okr./W-wa
Odbiorca: Urząd Zamówień Publicznych

Szczegóły płatności:

tytułem: Diag Med przeciwko
RCKIK Białystok w sprawie:
ZP/TP-13/22

Kwota:
7 500,00 PLN

Data realizacji:

13.06.2022

Numer referencyjny transakcji:

CEN2206131570042

Niniejsze potwierdzenie przelewu zostało sporządzone na podst. art. 7 ustawy Prawo Bankowe (Dz.U. nr 72 z 2002r., poz. 665, z późniejszymi zmianami). Dokument wygenerowany komputerowo, za pomocą systemu bankowości internetowej GOnline Biznes, nie wymaga podpisu ani stempla.

Uwaga! Data waluty jest prezentowana tylko wówczas, gdy jest inna niż data księgowania (data realizacji).

Data sporządzenia potwierdzenia: 13.06.2022, 15:46:37



Podpisany elektronicznie przez
Paulina Motyka
13.06.2022
16:07:57 +02'00'



Dane podstawowe

Nazwa firmy przedsiębiorcy
GRAŻYNA KONECKA DIAG-MED

Imię
GRAŻYNA

NIP
5341000682

Nazwisko
KONECKA

REGON
010722547

Przedsiębiorca posiada obywatelstwa państw
Polska

Dane kontaktowe

Telefon

-

Strona WWW

-

Adres e-mail

-

Inna forma kontaktu

-

Dane adresowe

Stale miejsce wykonywania działalności gospodarczej
woj. MAZOWIECKIE, pow. pruszkowski, gm. Pruszków, miejsc. Pruszków, STANISŁAWA, nr 50, 05-800

Dodatkowe stale miejsca wykonywania działalności gospodarczej
Polska, woj. MAZOWIECKIE, pow. Warszawa, gm. Włochy, miejsc. Warszawa, ul. Modularna, nr 11A, lok. H3, 02-238

Polska, woj. MAZOWIECKIE, pow. pruszkowski, gm. Pruszków, miejsc. Pruszków, ul. Ireny, nr 32, 05-800

Adres do doręczeń
woj. MAZOWIECKIE, pow. Warszawa, gm. Włochy, miejsc. Warszawa, ul. MODULARNA, nr 11A, lok. H3, 02-238

Dane dodatkowe

Data rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej
1994-08-01

Data zaprzestania wykonywania działalności gospodarczej

-

Data zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej

-

Data wykreślenia wpisu z rejestru

-

Data wznowienia wykonywania działalności gospodarczej

-

Mażeńska wspólność majątkowa

Status indywidualnej działalności gospodarczej
Aktywny

Data zgonu przedsiębiorcy

-

Data ustanowienia zarządu sukcesyjnego

-

Data wygaśnięcia zarządu sukcesyjnego

-

Przeważająca działalność gospodarcza (kod PKD)
46.90.Z Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana

Wykonywana działalność gospodarcza (kody PKD)
46.90.Z Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana

86.90.E Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana

85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane

77.39.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane

68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

52.10.B Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów

49.41.Z Transport drogowy towarów

46.46.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych

Spółki cywilne, których współnikiem jest przedsiębiorca

brak wpisów

Zakazy

brak wpisów

Informacje dotyczące upadłości / postępowania naprawczego / postępowania restrukturyzacyjnego

brak wpisów

Zarządca sukcesyjny

Data ustanowienia zarządcy

-

Adres e-mail

-

Imię i nazwisko

PAWEŁ KONECKI

Strona www

-

NIP

5340204974

Telefon

-

Zarządca sukcesyjny posiada obywatelstwa państw

Polska

Adres do doręczeń

-

Przedsiębiorca ma obowiązek posiadać tytuł prawny do nieruchomości, której adres wpisano do CEIDG, pod rygorem wykreślenia z CEIDG (wpisowi podlegają adres do doręczeń oraz jeżeli przedsiębiorca takie miejsce posiada adres stałego miejsca wykonywania działalności gospodarczej).

Przedsiębiorca ma obowiązek dokonywać zmian wpisu w terminach, określonych w art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy pod rygorem wykreślenia z CEIDG.

Osoba fizyczna wpisana do CEIDG może ponieść odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną zgłoszeniem do CEIDG nieprawdziwych danych, jeżeli podlegały obowiązkowi wpisu na jej wniosek, a także niezgłoszeniem danych podlegających wpisowi do CEIDG w ustawowym terminie albo niezgłoszeniem zmian danych objętych wpisem.

Organy administracji publicznej nie mogą domagać się od przedsiębiorców okazywania, przekazywania lub załączania do wniosków i innych przedkładanych przed nimi pism, zaświadczeń o wpisie do CEIDG.

Ważna informacja

Rejestracja w CEIDG i wszelkie czynności związane z wpisem są bezpłatne



Podpisany elektronicznie przez
Paulina Motyka
13.06.2022
16:07:53 +02'00'

Warszawa, dnia 02 stycznia 2021 roku

PEŁNOMOCNICTWO

Udzielam, Pani Paulinie Motyka, pełnomocnictwa do reprezentowania przedsiębiorcy: GRAŻYNA KONECKA DIAG-MED, nr REGON 010722547, w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego oraz w zakresie środków ochrony prawnej oraz w trakcie realizacji umów o udzielenie zamówienia publicznego.

Niniejsze pełnomocnictwo obejmuje w szczególności uprawnienia do dokonywania następujących czynności :

- składania zapytań do Zamawiającego dotyczących postanowień ogłoszeń, Specyfikacji Warunków Zamówienia,
- składania stanowisk pisemnych oraz w formie faksu lub wiadomości elektronicznych - informujących Zamawiającego lub inne podmioty o nieprawidłowościach w postępowaniu lub o nieprawidłowościach w treści innych ofert lub wniosków,
- sporządzania, podpisywania i składania ofert oraz wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu,
- sporządzania, podpisywania i składania oświadczeń o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania, o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, dotyczących przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej, wykazów osób, dostaw oraz wszelkich innych oświadczeń żądanych przez Zamawiającego w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
- sporządzania, podpisywania i składania wszelkich wyjaśnień i uzupełnień ofert i wniosków,
- poświadczania za zgodność z oryginałem wszelkich dokumentów i oświadczeń składanych w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego – zarówno na etapie składania ofert i wniosków jak również w trakcie procedury badania i oceny ofert,
- dokonywania tłumaczeń wszelkich dokumentów i oświadczeń składanych w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego,
- sporządzania, podpisywania i składania odwołań i przystąpień do odwołania – do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej oraz przekazywania kopii ww. środków ochrony prawnej do Zamawiającego oraz Odwoływającego,
- reprezentowania przedsiębiorcy w trakcie postępowań prowadzonych przed Krajową Izbą Odwoławczą,
- reprezentowania przedsiębiorcy w sprawach związanych z udziałem przedsiębiorstwa w konsorcjum;
- udostępniania zasobów podmiotom trzecim w celu potwierdzenia warunków udziału w postępowaniu
- wykonywania wszelkich innych zgodnych z prawem czynności faktycznych i prawnych oraz składania oświadczeń woli i wiedzy mających na celu uzyskanie zamówienia publicznego przez Wykonawcę: Diag-Med Grażyna Konecka.



Signed by /
Podpisano przez:

Grażyna Katarzyna
Konecka

Date / Data: 2021-
03-18 15:04



