



# REGIONALNE CENTRUM KRWIODAWSTWA I KRWIOLECZNICTWA W BIAŁYMSTOKU

ul. M. Skłodowskiej - Curie 23, 15-950 Białystok

tel. 85 744 70 02, fax 85 744 71 33

[www.rckik.bialystok.pl](http://www.rckik.bialystok.pl) [sekretariat@rckik.bialystok.pl](mailto:sekretariat@rckik.bialystok.pl)



**BUREAU  
VERITAS**

Białystok, dn. 27.11.2019 r.

## **Wszyscy uczestnicy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Dostawę automatycznej wirówki do płukania krwinek czerwonych”, realizowanego w trybie art. 70<sup>1</sup>-70<sup>5</sup> Kodeksu Cywilnego, nr sprawy ZP/KC-29/2019, opublikowanego w dniu 21.11.2019 r.

### **WYJAŚNIENIA TREŚCI WARUNKÓW PRZETARGOWYCH**

Zamawiający, Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Białymstoku, przekazuje treść zapytań do Warunków przetargowych wraz z wyjaśnieniami.

#### **Pytanie 1:**

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie wirówki do płukania krwinek czerwonych, której maksymalna prędkość wynosi 2500 rpm?

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, iż dopuszcza wirówkę do płukania krwinek czerwonych, której maksymalna prędkość wynosi 2500 rpm.

Wyjaśnienia treści Warunków przetargowych są wiążące dla wszystkich Uczestników przetargu i należy je uwzględnić przy sporządzaniu i składaniu ofert.

ZATWIERDZAM:

Z-CA DYREKTORA  
DS. EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNYCH  
Regionalne Centrum Krwiodawstwa  
i Krwiolecznictwa w Białymstoku

  
mgr Anna Lisowska