



**REGIONALNE CENTRUM
KRWIODAWSTWA I KRWIOLECZNICTWA
W BIAŁYMSTOKU**

**ul. M. Skłodowskiej - Curie 23, 15-950 Białystok
tel. 85 744 70 02, fax 85 744 71 33**

www.rckik.bialystok.pl sekretariat@rckik.bialystok.pl



**BUREAU
VERITAS**

Białystok, dnia 18.06.2021 r.

**Wszyscy uczestnicy postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Dostawę jednorazowych połączeń do sterylnego łączenia drenów oraz dzierżawę urządzeń do sterylnego łączenia drenów”, prowadzonego w trybie podstawowym nr ZP/TP-12/21, opublikowanego w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 2021/BZP 00083813/01 w dniu 15.06.2021 r.

**WYJAŚNIENIA TREŚCI
SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

Zamawiający Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Białymstoku działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm.) przekazuje treść zapytania do Specyfikacji Warunków Zamówienia w postępowaniu nr ZP/TP-12/21 na „Dostawę jednorazowych połączeń do sterylnego łączenia drenów oraz dzierżawę urządzeń do sterylnego łączenia drenów” wraz z wyjaśnieniem.

Pytanie:

SOPZ – Załącznik nr 4 do SWZ – część 1

Czy Zamawiający zaakceptuje urządzenie pozwalające na nominalne wykonywanie połączeń drenów o długości co najmniej 8 cm oraz awaryjne wykonywanie połączeń drenów o długości co najmniej 6 cm?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na powyższe.

ZATWIERDZAM

DYREKTOR
Regionalnego Centrum Krwiodawstwa
i Krwiolecznictwa w Białymstoku
Prof. dr hab. n. med. Piotr Marek Radziwon