

**Opis przedmiotu zamówienia**

<b>Lp.</b>	<b>Charakterystyka (Minimalne wymagania Zamawiającego)</b>
1.	Fotel stacjonarny (wyposażony w kółka z blokadą) przeznaczony do utrzymania krwiodawcy w pozycji siedzącej lub leżącej podczas pobierania krwi.
2.	Długość x szerokość leża: 2000 mm ( $\pm$ 200 mm) x 600 mm ( $\pm$ <b>70 mm</b> ).
3.	Leże fotela składające się z trzech niezależnych ruchomych względem siebie części (siedzisko, oparcie pleców, segment podudzi), w segmencie oparcia pleców siedziska i nożnym nieodejmowany materac, segmenty regulowane elektrycznie za pomocą pilota, segment podudzi z wysuwającym ręcznie podnóżkiem w zależności od potrzeb, z możliwością demontażu podnóżka. Fotel z regulacją wysokości leża realizowaną za pomocą siłownika elektrycznego.
4.	Wysokość regulacji siedziska, leża: 620 mm (+ <b>380 mm/- 100 mm</b> ).
5.	Regulacja oparcia segmentu pleców uzyskiwana za pomocą siłownika elektromechanicznego <b>lub siłownika elektrycznego</b> w zakresie: od 0° do + 65° ÷ 80°.
6.	Regulacja segmentu podudzi uzyskiwana za pomocą siłownika elektromechanicznego <b>lub siłownika elektrycznego</b> w zakresie: <b>od 0° ÷ 45° do -28° ÷ -90°</b> .
7.	Możliwość uzyskania przechyłu Trendelenburga, ewentualnie rozłożenie fotela do płaskiej leżanki.
8.	Nośność fotela minimum 120 kg.
9.	Stelaż fotela wyposażony w kółka z możliwością blokady – indywidualna blokada kół.
10.	Stelaż fotela metalowy, trwale zabezpieczony przed korozją.
11.	Tapicerka wykonana ze skaju z uszczelnionymi szwami lub bezszwowa.
12.	Kolor tapicerki – szary/popielaty (odcień wymaganego koloru zostanie uzgodniony z Zamawiającym na etapie realizacji przedmiotu zamówienia).
13.	Fotel wyposażony w dwa podłokietniki zmieniające pozycje razem z siedziskiem fotela <b>lub w dwa podłokietniki zmieniające pozycje razem z oparciem fotela</b> .
14.	Podłokietniki z regulacją wysokości oraz kąta ustawienia, względem siedziska, z miękkim, ergonomicznym obiciem lub podłokietniki bez możliwości odejmowania, bez regulacji wysokości z regulacją kąta odchylenia na zewnątrz w stosunku do fotela, bez regulacji kąta nachylenia w płaszczyźnie pionowej i bez funkcji odchylenia podłokietników pionowo w przypadku gdy są zintegrowane z segmentem pleców z funkcją pozycji poziomej ustalonej przy jednoczesnym ruchu segmentem pleców bez konieczności korygowania ustawienia przez personel medyczny.
15.	Możliwość demontażu podłokietników np. celem ich dezynfekcji.
16.	Dodatkowy, zapasowy 1 podłokietnik do każdego fotela (Zamawiający określi na etapie realizacji przedmiotu zamówienia, jaki podłokietnik – prawy czy lewy, ma zostać doręczony w przypadku, gdy podłokietnik nie jest uniwersalny).
17.	Powierzchnie fotela łatwe do czyszczenia i dezynfekcji.
18.	Rok produkcji 2020.
19.	Okres gwarancji: minimum 36 miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru.