



**REGIONALNE CENTRUM  
KRWIODAWSTWA I KRWIOLECZNICTWA  
W BIAŁYMSTOKU**

ul. M. Skłodowskiej-Curie 23, 15-950 Białystok  
tel. 85 744 70 02, fax 85 744 71 33

www.rckik.bialystok.pl sekretariat@rckik.bialystok.pl



Białystok, dnia 28.06.2022 r.

**Wszyscy uczestnicy postępowania  
o udzielenie zamówienia publicznego**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP/TP-13/22 na „Dostawę odczynników hematologicznych z kontrolami i materiałami eksploatacyjnymi wraz z dzierżawą analizatora hematologicznego”, prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji, opublikowanego w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 2022/BZP 00198283/01 w dniu 07.06.2022 r.

**SPROSTOWANIE  
WYJAŚNIENIA ORAZ ZMIANY TREŚCI  
SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA  
Z DNIA 23.06.2022 R.**

Zamawiający Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Białymstoku informuje, iż działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r., poz. 1129 t.j.) przekazuje treść zapytania do Specyfikacji Warunków Zamówienia w postępowaniu nr ZP/TP-13/22 na „Dostawę odczynników hematologicznych z kontrolami i materiałami eksploatacyjnymi wraz z dzierżawą analizatora hematologicznego” wraz ze sprostowaniem wyjaśnienia.

**Dotyczy Załącznika nr 4 do SWZ – Specyfikacja przedmiotowa oferowanego przedmiotu zamówienia – Część II**

**Pytanie 18 – dotyczy załącznika nr 4 do SWZ – Specyfikacja przedmiotowa oferowanego przedmiotu zamówienia, pkt 6**

Zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie, czy Zamawiający wymaga aby, zgodnie z powszechną praktyką co najmniej parametry RBC, HGB, HCT, WBC, PLT były parametrami mierzonymi (nie wyliczanymi), z których następnie wyliczane są odpowiednie wskaźniki (m. in. czerwonekrwinkowe, płytkowe)?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania analizatora opartego o możliwość oznaczania parametrów przynajmniej takich jak: RBC, HGB, HCT, WBC, PLT jako parametry mierzone, oraz dopuszcza możliwość zaoferowania analizatora opartego o możliwość oznaczania parametrów przynajmniej takich jak: RBC, HGB, HCT, WBC, PLT jako parametry wyliczane.

**Powyzsze wyjaśnienie treści SWZ jest wiążące dla wszystkich Wykonawców i należy je uwzględnić przy sporządzaniu i składaniu ofert.**

ZATWIERDZAM

RCKiK w Białymstoku  
GŁÓWNY DYREKTOR DZ. MEDYCZNYCH

*Dariusz Sredziński*  
lek. med. Dariusz Sredziński