



REGIONALNE CENTRUM KRWIODAWSTWA I KRWIOLECZNICTWA W BIAŁYMSTOKU

ul. M. Skłodowskiej - Curie 23, 15-950 Białystok
tel. 85 744 70 02, fax 85 744 71 33

www.rckik.bialystok.pl sekretariat@rckik.bialystok.pl



BUREAU
VERITAS

Białystok, dnia 24.08.2021 r.

Wszyscy uczestnicy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Dostawę zestawów, odczynników i materiałów zużywalnych do badań HLA, HPA, HIT”, prowadzonego w trybie podstawowym nr ZP/TP-23/21, opublikowanego w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 2021/BZP 00152669/01 w dniu 18.08.2021 r.

WYJAŚNIENIA I ZMIAN TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Zamawiający Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Białymstoku działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm.) przekazuje treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia w postępowaniu nr ZP/TP-23/21 na „Dostawę zestawów, odczynników i materiałów zużywalnych do badań HLA, HPA, HIT” wraz z wyjaśnieniami.

Pytanie 1:

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania w Części 6 (pkt 5 Tabelki Opisu Przedmiotu Zamówienia) testy wraz z kompatybilną Taq DNA Polimerazą, niezbędne do typowania układu HLA locus DQA1/DQB1?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż wyraża zgodę na powyższe.

Zamawiający dokona modyfikacji treści SWZ w ww. zakresie.

Pytanie 2:

Dotyczy Części 6.

Czy Zamawiający zrezygnuje z dostarczenia Nuclease Free Water jeśli procedura wymienionych testów dla każdego z locus zaoferowanych przez wykonawcę nie wymaga zastosowania tego odczynnika.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na powyższe. Odczynnik Nuclease Free Water jest wykorzystywany również do innych procedur wykonywanych w pracowni.

Pytanie 3:

Dotyczy Części 6.

Czy Zamawiający dopuści dostarczenie Taq polimerazy, konfekcjonowanej poza zestawem odczynnikowym do typowania antygenów układu HLA locus, ale zwalidowanej przez producenta dla oferowanych zestawów odczynnikowych.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż dopuszcza Taq polimerazę do typowania antygenów układu HLA, zwalidowaną przez producenta, kompatybilną z oferowanymi zestawami odczynnikowymi.

Zamawiający informuje, iż działając na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych wprowadził następujące zmiany w treści Specyfikacji Warunków Zamówienia:

1. W Opisie przedmiotu zamówienia, stanowiącym Załącznik nr 1 do SWZ, w zakresie Części 6, pkt 5 Tabeli otrzymuje następujące brzmienie:

”

Lp.	Charakterystyka (Minimalne wymagania Zamawiającego)
5.	Testy wraz z kompatybilną Taq DNA polimerazą, niezbędne do typowania antygenów układu HLA locus: DQB1 wraz z niezbędnym oprogramowaniem i oprzyrządowaniem umożliwiającym wykonanie badania bez dodatkowych zakupów – w ilości 200 oznaczeń. lub Testy wraz z kompatybilną Taq DNA polimerazą, niezbędne do typowania układu HLA locus: DQA1/DQB1 wraz z niezbędnym oprogramowaniem i oprzyrządowaniem umożliwiającym wykonanie badania bez dodatkowych zakupów – w ilości 200 oznaczeń.

”

2. W Specyfikacji oferowanego przedmiotu zamówienia, stanowiącej Załącznik nr 4 do SWZ, w zakresie Części 6, pkt 5 Tabeli otrzymuje następujące brzmienie:

”

Lp.	Wymagania minimalne Zamawiającego	Charakterystyka proponowanego przez Wykonawcę wyrobu	Uwagi
5.	Testy wraz z kompatybilną Taq DNA polimerazą, niezbędne do typowania antygenów układu HLA locus: DQB1 wraz z niezbędnym oprogramowaniem i oprzyrządowaniem umożliwiającym wykonanie badania bez dodatkowych zakupów – w ilości 200 oznaczeń. lub Testy wraz z kompatybilną Taq DNA polimerazą, niezbędne do typowania układu HLA locus: DQA1/DQB1 wraz z niezbędnym oprogramowaniem i oprzyrządowaniem umożliwiającym wykonanie badania bez dodatkowych zakupów – w ilości 200 oznaczeń.	TAK / NIE *)	- Testy wraz z kompatybilną Taq DNA polimerazą, niezbędne do typowania antygenów układu HLA locus: DQB1*) / - Testy wraz z kompatybilną Taq DNA polimerazą, niezbędne do typowania układu HLA locus: DQA1/DQB1*)

”

Wyjaśnienia i zmiana treści SWZ są wiążące dla wszystkich Wykonawców i należy je uwzględnić przy sporządzaniu i składaniu ofert.

ZATWIERDZAM

Z-CA DYREKTORA
DS. EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNYCH
Regionalne Centrum Krwiodawstwa
i Krwiolęcznictwa w Białymstoku


mgr Anna Lisowska