

ZP/PN-16/20

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

**w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na:**

**„Dostawę odczynników chemicznych do wykonywania oznaczeń z zakresu serologii grup krwi
na analizatorze PK 7300 i materiałów eksploatacyjnych do stacji wody Elix 70C
oraz
usługę przeglądów, konserwacji, napraw analizatora PK 7300 i stacji wody Elix 70C”**

Zatwierdził:

Dyrektor
RCKiK w Białymstoku

Prof. dr hab. n. med. Piotr Marek Radziwon

Ogłoszenie o zamówieniu opublikowano:

- 1) w Biuletynie Zamówień Publicznych pod pozycją nr 591291-N-2020 w dniu 01.10.2020 r.,
- 2) na stronie internetowej Zamawiającego: www.rckik.bialystok.pl oraz zamieszczono na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 23 w dniu 01.10.2020 r.

Białystok, dnia 1 października 2020 r.

1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Białymstoku

ul. M. Skłodowskiej-Curie 23

15-950 Białystok

tel. (85) 74 47 002

strona internetowa: www.rckik.bialystok.pl

adres e-mail: sekretariat@rckik.bialystok.pl

nazwa Zamawiającego w skrzynce ePUAP: /RCKiK_Bialystok/

godziny urzędowania Zamawiającego: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7³⁰ do 15⁰⁰.

2. OZNACZENIE POSTĘPOWANIA

Postępowanie, którego dotyczy niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia zwana dalej SIWZ, oznaczone jest znakiem ZP/PN-16/20. Wykonawcy powinni we wszelkich kontaktach z Zamawiającym powoływać się na wyżej podane oznaczenie.

3. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

3.1 Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

3.2 **Postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej z wykorzystaniem miniPortalu, platformy ePUAP i poczty elektronicznej Zamawiającego.**

3.3 **W przypadku braku możliwości złożenia przez Wykonawcę oferty oraz innych dokumentów składających się na ofertę w postaci elektronicznej, Zamawiający dopuszcza ich złożenie w sposób tradycyjny, tj. w formie papierowej, zgodnie z wymaganiami określonymi w pkt 14.7.**

3.4 Zamówienie finansowane jest ze środków krajowych.

3.5 Podstawa prawna opracowania Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

- 1) ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 1843 t.j.);
- 2) rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 roku w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. z 2020 r., poz. 1282);
- 3) rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2019 roku w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 2453);
- 4) rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 16 grudnia 2019 roku w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej (Dz.U. z 2019 r., poz. 2450);
- 5) ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz.U. z 2019 r., poz. 1145 t.j.);
- 6) ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2019 r., poz. 1010 t.j.);
- 7) ustawa z dnia 16 lutego 2007 roku o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2019 r., poz. 369 t.j.).

4. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

4.1 Przedmiotem zamówienia jest:

- 1) Część 1 – dostawa odczynników chemicznych do wykonywania oznaczeń z zakresu serologii grup krwi na analizatorze PK 7300 firmy Beckman Coulter wraz z usługą wykonywania przeglądów, konserwacji i napraw analizatora PK 7300 firmy Beckman Coulter
- 2) Część 2 – dostawa materiałów eksploatacyjnych do stacji wody Elix 70C firmy Merck wraz z usługą wykonywania przeglądów, konserwacji i napraw stacji wody Elix 70C firmy Merck na potrzeby Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Białymstoku.

4.2 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w zakresie każdej z Części, określony został w Opisie przedmiotu zamówienia, stanowiącym Załącznik nr 1 do SIWZ oraz we Wzorze umowy, stanowiącym Załącznik nr 7 do SIWZ.

4.3 Nazwa i kod określony według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) dla niniejszego przedmiotu zamówienia:

33696300-8 – odczynniki chemiczne
50421000-2 – usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu medycznego
42912310-8 – aparatura do filtrowania wody.

5. TERMIN I MIEJSCE WYKONANIA ZAMÓWIENIA

- 5.1 Zamówienie realizowane będzie przez 24 miesiące od dnia zawarcia umowy.
- 5.2 Sukcesywne dostawy przedmiotu zamówienia, w zakresie poszczególnych Części, realizowane będą do magazynu w siedzibie Zamawiającego przy ul. M. Skłodowskiej – Curie 23, na koszt i ryzyko Wykonawcy jego transportem, w terminie do 14 dni kalendarzowych od dnia nadania zamówienia e-mailem lub faksem, w ilościach zależnych od potrzeb Zamawiającego.
- 5.3 Dostawy w trybie CITO realizowane będą w terminie max do 7 dni kalendarzowych od dnia nadania zamówienia e-mailem lub faksem, w ilościach zależnych od potrzeb Zamawiającego (w okresie obowiązywania umowy, Zamawiający zastrzega sobie prawo do realizacji 5 /pięciu/ dostaw w trybie CITO).
- 5.4 Usługi wykonywania przeglądów, konserwacji i napraw urządzeń znajdujących się w posiadaniu Zamawiającego odbywać się będą odpowiednio:
 - 1) Część 1 - analizator PK 7300 firmy Beckman Coulter:
 - a) przeglądy i konserwacje: dwa (2) razy w każdym roku obowiązywania umowy, w terminach wyznaczonych przez Zamawiającego, tj.: kwiecień 2021 r. i październik 2021 r. oraz kwiecień 2022 r. i październik 2022 r.,
 - b) naprawy: na każde zgłoszenie przez Zamawiającego konieczności przeprowadzenia takiej naprawy i/lub zgłoszenie Wykonawcy w następstwie przeprowadzonego przeglądu technicznego.
 - 2) Część 2 - stacja wody Elix 70C firmy Merck:
 - a) przegląd i konserwacja: jeden (1) raz w każdym roku obowiązywania umowy, w terminach wyznaczonych przez Zamawiającego, tj. czerwiec 2021 r. oraz czerwiec 2022 r.,
 - b) naprawy: na każde zgłoszenie przez Zamawiającego konieczności przeprowadzenia takiej naprawy i/lub zgłoszenie Wykonawcy w następstwie przeprowadzonego przeglądu technicznego.

6. OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA

- 6.1 Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. Wykonawca może złożyć ofertę na jedną lub dwie części zamówienia.
- 6.2 W związku z powyższym, każdą wyspecyfikowaną Część (2 Części) należy traktować jako oddzielny przedmiot zamówienia (oddzielne zamówienie), a wszelkie zapisy znajdujące się w SIWZ dotyczące oferty należy rozumieć jako odnoszące się do ofert częściowych.

7. OFERTY WARIANTOWE

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

8. INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH UZUPEŁNIAJĄCYCH

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp.

9. PODWYKONAWCY

- 9.1 Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia przez Wykonawcę części zamówienia podwykonawcom.
- 9.2 Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców, o ile są już znane.
- 9.3 Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.
- 9.4 Pozostałe wymagania dotyczące podwykonawstwa zostały określone we Wzorze umowy, stanowiącym Załącznik nr 7 do SIWZ.

10. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

- 10.1 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.
- 10.2 Zamawiający nie określa warunków udziału w postępowaniu w zakresie:
 - 10.2.1 kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów,
 - 10.2.2 sytuacji ekonomicznej lub finansowej,
 - 10.2.3 zdolności technicznej lub zawodowej.

11. PRZESŁANKI WYKLUCZENIA WYKONAWCÓW

- 11.1 Z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się Wykonawcę, w stosunku, do którego zachodzi którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.
- 11.2 Zamawiający nie przewiduje wykluczenia Wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp.
- 11.3 Wykluczenie Wykonawcy/-ów następuje zgodnie z art. 24 ust. 7 ustawy Pzp.
- 11.4 Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-20 ustawy Pzp, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu Wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec Wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu.
- 11.5 Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu Wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione w pkt 11.4.
- 11.6 Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.

12. OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU I BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA

- 12.1 Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu, sporządzone zgodnie z treścią Załącznika nr 3 do SIWZ.
- 12.2 Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu, bez dodatkowego wezwania, oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp – sporządzone zgodnie z treścią Załącznika nr 4 do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
- 12.3 Zgodnie z art. 26 ust. 2 ustawy Pzp, przed udzieleniem zamówienia, Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia niżej wymienionych dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp.
- 12.4 Na wezwanie Zamawiającego, w celu potwierdzenia, że oferowane dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego w SIWZ, Wykonawca zobowiązany jest do złożenia następujących oświadczeń i dokumentów:
 - 12.4.1 Specyfikacji oferowanego przedmiotu zamówienia – sporządzonej zgodnie z treścią Załącznika nr 5 do SIWZ.
- 12.5 Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, wezwać Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą

uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów.

- 12.6 Zamawiający oceni czy Wykonawca nie podlega wykluczeniu na podstawie dokumentów i oświadczeń złożonych przez Wykonawcę. Ocena braku podstaw do wykluczenia będzie odbywała się wg kryterium spełnia/nie spełnia poszczególne warunki.

13. INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW WSPÓLNIE UBIEGAJĄCYCH SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

13.1 Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takiej sytuacji Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo powinno być podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania poszczególnych Wykonawców i w formie oryginału lub w kopii poświadczonej notarialnie musi znajdować się w ofercie wspólnej Wykonawców.

13.2 W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających o udzielenie zamówienia publicznego:

13.2.1 żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13) – 22) ustawy Pzp – każdy z Wykonawców składa oświadczenie, o którym mowa w pkt 12.1 potwierdzające, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu;

13.2.2 żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23) ustawy Pzp – każdy z Wykonawców składa oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o którym mowa w pkt 12.2;

13.2.3 na wezwanie Zamawiającego, zobowiązani są złożyć dokument, o którym mowa w pkt 12.4.

13.3 Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia solidarnie odpowiadają za realizację umowy.

13.4 Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie w ofercie podają adres do korespondencji i kontakt telefoniczny właściwy dla pełnomocnika tych Wykonawców. Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z podmiotem występującym jako pełnomocnik.

13.5 Przed podpisaniem umowy, Wykonawcy składający ofertę wspólną zobowiązani są przedstawić Zamawiającemu umowę o wspólnej realizacji zamówienia (umowę spółki, konsorcjum), zawierającą co najmniej:

13.5.1 zobowiązanie do realizacji przedmiotu zamówienia,

13.5.2 określenie zakresu działania poszczególnych stron,

13.5.3 czas obowiązywania umowy, który nie może być krótszy niż okres obejmujący realizację zamówienia.

14. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

14.1 Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie więcej niż jednej oferty lub złożenie oferty zawierającej propozycje alternatywne spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez Wykonawcę. Złożenie przez Wykonawców należących do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2019 r., poz. 369 t.j.), odrębnych ofert w tym samym postępowaniu spowoduje wykluczenie Wykonawców, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

14.2 **Ofertę stanowi wypełniony Formularz oferty, sporządzony zgodnie z treścią Załącznika nr 2 do SIWZ.**

14.3 **Wykonawca wraz z ofertą złoży:**

14.3.1 Oświadczenie, o którym mowa w pkt 12.1, dotyczące braku podstaw do wykluczenia – sporządzone zgodnie z treścią Załącznika nr 3 do SIWZ.

14.3.2 Pełnomocnictwo określające zakres umocowania, podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy, chyba że Wykonawca działa osobiście (*jeżeli dotyczy*).

14.3.3 Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie lub umowę o współdziałaniu, z której jednoznacznie będzie wynikało przedmiotowe pełnomocnictwo (*jeżeli dotyczy*).

14.3.4 Oświadczenie dotyczące tajemnicy przedsiębiorstwa – sporządzone zgodnie z treścią Załącznika nr 6 do SIWZ (jeżeli dotyczy).

14.4 **Zamawiający zaleca dołączenie do oferty:**

14.4.1 Aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji – w celu potwierdzenia umocowania osoby (osób) podpisującej ofertę, pełnomocnictwo i pozostałe oświadczenia i dokumenty złożone z ofertą.

14.5 Formularz oferty oraz pozostałe dokumenty powinny być przygotowane przez Wykonawcę w treści zgodnej z niniejszą SIWZ.

14.6 **Oferta składana w postaci elektronicznej:**

14.6.1 W przedmiotowym postępowaniu Formularz oferty i pozostałe dokumenty określone w pkt 14.3 sporządza się w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym oraz przesyła za pomocą systemu miniPortal i platformy ePUAP. Zamawiający zaleca stosowanie podpisu wewnętrznego, który polega na tym, że jest zapisany łącznie z podpisywanym dokumentem (tworzą jeden plik), a nie oddzielnie (plik podpisany i plik podpisu);

14.6.2 Oferta musi być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem postaci elektronicznej w formacie danych w szczególności: .pdf, .doc, .docx, .rtf, .xps, .odt i podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Sposób złożenia oferty, w tym zasyfrowania oferty opisany został w Regulaminie korzystania z miniPortalu i Instrukcji użytkownika. Ofertę należy złożyć w oryginale.

14.6.3 Wykonawca w celu poprawnego zasyfrowania oferty powinien mieć zainstalowany na komputerze .NET Framework 4.5 Aplikacja działa na platformie Windows (Vista SP2, 7, 8, 10). Aplikacja nie jest dostępna dla systemu Linux i MAC OS.

14.6.4 Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem **Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku** dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu.

Ofertę należy przesłać na Elektroniczną Skrzynkę Podawczą Zamawiającego /RCKiK_Białystok/SkrytkaESP, znajdującą się na platformie ePUAP pod adresem <https://epuap.gov.pl/wps/portal>.

Klucz publiczny niezbędny do zasyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępny dla Wykonawców na miniPortalu oraz na stronie internetowej Zamawiającego w zakładce *Zamówienia publiczne* dla niniejszego postępowania. **Zamawiający zaleca, aby Wykonawcy pobierali klucz publiczny ze strony miniPortalu.**

Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty oraz do komunikacji wynosi 150 MB.

W Formularzu oferty Wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP, za pośrednictwem której prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem.

14.6.5 Wykonawca po przesłaniu oferty za pośrednictwem *Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku* na „ekranie sukcesu” otrzyma numer oferty generowany przez ePUAP. Ten numer należy zapisać i zachować. Będzie on potrzebny w przypadku ewentualnej zmiany lub wycofania oferty.

14.6.6 Złożenie oferty wraz z załącznikami na nośniku danych (np. CD, pendrive) nie stanowi jej złożenia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu przepisów ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

14.6.7 Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które Wykonawca zastrzeże jako tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny zostać złożone w osobnym pliku wraz z jednoczesnym zaznaczeniem „Tajemnica przedsiębiorstwa”, a następnie wraz z plikami stanowiącymi jawną część skompresować do jednego pliku archiwum (ZIP).

14.6.8 Ofertę należy sporządzić w postaci elektronicznej w sposób zapewniający pełną czytelność jej treści. Każdy dokument składający się na ofertę sporządzony w języku obcym winien być złożony wraz z tłumaczeniem na język polski. W razie wątpliwości uznaje się, iż wersja polskojęzyczna jest wersją wiążącą. Dopuszcza się używanie

w ofercie oraz innych dokumentach określić obcojęzycznych w zakresie określonym w art. 11 ustawy z dnia 7 października 1999 roku o języku polskim (Dz.U. z 2019 r., poz. 1480 t.j.).

14.6.9 Pełnomocnictwo.

W przypadku podpisania oferty kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub poświadczenia za zgodność z oryginałem elektronicznej kopii dokumentu/ oświadczenia i opatrzenia jej kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę niewymienioną w odpisie z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej Wykonawcy, do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo w oryginale, w postaci dokumentu elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w elektronicznej kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem i opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez notariusza.

14.6.10 Dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w *Rozporządzeniu w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia* składane są w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego lub w elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia poświadczonej za zgodność z oryginałem.

Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje Wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów lub oświadczeń, które każdego z nich dotyczą. Poświadczenie za zgodność z oryginałem elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia, następuje przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

Jeżeli oryginały ww. dokumentów lub oświadczeń lub inne dokumenty lub oświadczenia składane w postępowaniu o udzielenie zamówienia nie zostały sporządzone w postaci dokumentu elektronicznego, Wykonawca może sporządzić i przekazać elektroniczną kopię posiadanego dokumentu lub oświadczenia. W tym celu należy wykonać skan postaci papierowej oświadczenia/dokumentu podpisanego własnoręcznie przez Wykonawcę/podwykonawcę i opatrzyć go kwalifikowanym podpisem elektronicznym (za UZP: „... w praktyce będzie to elektroniczne odwzorowanie oryginalnego oświadczenia lub dokumentu sporządzonego pierwotnie w postaci papierowej, czyli skan oświadczenia lub dokumentu papierowego, a następnie potwierdzenie za zgodność z oryginałem przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego”).

W przypadku przekazywania przez Wykonawcę elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia, opatrzenie jej kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez Wykonawcę albo przez podwykonawcę, jest równoznaczne z poświadczeniem elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia za zgodność z oryginałem.

14.6.11 Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu lub oświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu wskazanym w pkt 14.6.10 wyłącznie wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu lub oświadczenia jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.

14.6.12 Dokumenty zastrzeżone.

1) Wszystkie dokumenty złożone w prowadzonym postępowaniu są jawne za wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, które Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp. Zastrzeżone dokumenty Wykonawca zobowiązany jest wydzielić i złożyć w osobnym pliku wraz z jednoczesnym opisem „Tajemnica przedsiębiorstwa”, a następnie wraz z plikami stanowiącymi jawną część skompresować do jednego pliku archiwum (ZIP). Tak wydzielonych informacji Zamawiający nie będzie ujawniał, chyba że zastrzeżone w ofercie informacje nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa lub są jawne na podstawie przepisów ustawy

Pzp lub odrębnych przepisów – w takim przypadku informacje te będą podlegały udostępnieniu na takich samych zasadach jak pozostałe niezastrzeżone dokumenty.

- 2) Zgodnie z art. 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji poprzez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nie ujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności (poprzez wskazanie sposobu ochrony fizycznej dokumentów, np. monitoring, sejfy oraz ochrony prawnej, np. umowy cywilnoprawne z pracownikami dot. zachowania tajemnicy, odpowiednie akty wewnętrzne dotyczące obiegu dokumentów).
- 3) Jeżeli Wykonawca nie wykaże, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, tj. nie dostarczy dokumentów potwierdzających podjęcie przez Wykonawcę działań mających na celu zachowanie zastrzeżonych informacji w poufności, Zamawiający odtajni je jako bezprawnie zastrzeżone.
- 4) Jeżeli Wykonawca zastrzeże informacje składane w drodze wyjaśnień (w trybie art. 26 ust. 4, art. 87 ust. 1 oraz art. 90 ustawy Pzp) lub składając/uzupełniając dokumenty (w trybie art. 26 ust. 1, 2, 2f, 3 lub 3a ustawy Pzp) zobowiązany jest wydzielić je i złożyć w osobnym pliku oraz nie później niż w terminie składania tych informacji wykazać, że zastrzeżone dokumenty stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

14.7 **Oferta składana w postaci papierowej:**

- 14.7.1 Ofertę należy sporządzić na piśmie (ręcznie lub w postaci wydruku komputerowego), w sposób zapewniający pełną czytelność jej treści i opatrzyć własnoręcznym podpisem. Każdy dokument składający się na ofertę sporządzony w języku obcym winien być złożony wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. W razie wątpliwości uznaje się, iż wersja polskojęzyczna jest wersją wiążącą. Dopuszcza się używanie w ofercie oraz innych dokumentach określeń obcojęzycznych w zakresie określonym w art. 11 ustawy z dnia 7 października 1999 roku o języku polskim (Dz.U. z 2019 r., poz. 1480 t.j.).
- 14.7.2 Formularz oferty oraz wstępne oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia składane są w oryginale. Dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w *Rozporządzeniu w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówieni* składane są w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem (z wyłączeniem pełnomocnictwa, które wymaga formy szczególnej, określonej w pkt 14.7.5).
- 14.7.3 Dokumenty lub oświadczenia złożone w formie kopii muszą być opatrzone na każdej zapisanej stronie klauzulą „za zgodność z oryginałem”. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów lub oświadczeń, które każdego z nich dotyczą. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje przez opatrzenie kopii dokumentu lub kopii oświadczenia sporządzonych w postaci papierowej, własnoręcznym podpisem.
- 14.7.4 Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu lub oświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu wskazanym w pkt 14.7.2 wyłącznie wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu lub oświadczenia jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.
- 14.7.5 Oferta wraz z załącznikami musi być podpisana przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy. Podpis powinien być sporządzony w sposób umożliwiający jego identyfikację, np. złożony wraz z imienną pieczętką lub czytelny (z podaniem imienia i nazwiska). Jeżeli osoba podpisująca ofertę i składająca w imieniu Wykonawcy dokumenty lub oświadczenia nie jest osobą upoważnioną na podstawie aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo innego dokumentu załączonego do oferty, Wykonawca zobowiązany jest przedstawić stosowne pełnomocnictwo, które w swej treści jednoznacznie wskazywać będzie uprawnienie do ich podpisania.

Pełnomocnictwo to musi zostać dołączone do oferty i musi być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie za zgodność z oryginałem. Jeżeli z dokumentu określającego status prawny Wykonawcy lub pełnomocnictwa wynika, iż do reprezentowania Wykonawcy upoważnionych jest łącznie dwie lub więcej osób, dokumenty składające się na ofertę muszą być podpisane przez wszystkie te osoby.

14.7.6 Zaleca się, aby każda, zawierająca jakąkolwiek treść strona oferty była podpisana lub parafowana przez Wykonawcę. Wszystkie zmiany w treści oferty, a w szczególności przerobienie, przekreślenie, uzupełnienie, nadpisanie, przesłonięcie korektorem, itp. winne być podpisane lub parafowane przez Wykonawcę, pod rygorem nieważności.

14.7.7 Zaleca się, aby strony oferty były trwale ze sobą połączone i kolejno ponumerowane.

14.7.8 Dokumenty zastrzeżone.

- 1) Wszystkie dokumenty złożone w prowadzonym postępowaniu są jawne za wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, które Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp. Zastrzeżone dokumenty Wykonawca zobowiązany jest wydzielić w wybrany przez siebie sposób, zapewniający zachowanie tajemnicy przedsiębiorstwa. Tak wydzielonych informacji Zamawiający nie będzie ujawniał, chyba że zastrzeżone w ofercie informacje nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa lub są jawne na podstawie przepisów ustawy Pzp lub odrębnych przepisów – w takim przypadku informacje te będą podlegały udostępnieniu na takich samych zasadach jak pozostałe niezastrzeżone dokumenty.
- 2) Zgodnie z art. 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji poprzez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nie ujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności (poprzez wskazanie sposobu ochrony fizycznej dokumentów, np. monitoring, sejfy oraz ochrony prawnej, np. umowy cywilnoprawne z pracownikami dot. zachowania tajemnicy, odpowiednie akty wewnętrzne dotyczące obiegu dokumentów).
- 3) Jeżeli Wykonawca nie wykaże, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, tj. nie dostarczy dokumentów potwierdzających podjęcie przez Wykonawcę działań mających na celu zachowanie zastrzeżonych informacji w poufności, Zamawiający odtajni je jako bezprawnie zastrzeżone.
- 4) Jeżeli Wykonawca zastrzeże informacje składane w drodze wyjaśnień (w trybie art. 26 ust. 4, art. 87 ust. 1 oraz art. 90 ustawy Pzp) lub składając/uzupełniając dokumenty (w trybie art. 26 ust. 1, 2, 2f, 3 lub 3a ustawy Pzp) powinien również dokumenty/informacje oznaczyć w sposób niebudzący wątpliwości, iż stanowią one tajemnicę przedsiębiorstwa, np. w osobnym opakowaniu (kopercie wewnętrznej) oraz nie później niż w terminie składania tych informacji wykazać, że zastrzeżone dokumenty stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

15. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

15.1 Termin związania ofertą wynosi 30 dni od ostatecznie ustalonego terminu składania ofert.

15.2 Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem ostatecznie ustalonego terminu składania ofert.

15.3 Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

16. OPIS SPOSOBU POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI WRAZ ZE WSKAZANIEM OSÓB UPRAWNIONYCH DO KONTAKTÓW ZE STRONY ZAMAWIAJĄCEGO

16.1 Niniejsze postępowanie prowadzone jest w języku polskim.

16.2 Informacja o sposobie porozumiewania się z Zamawiającym dla Wykonawców składających ofertę w formie elektronicznej:

16.2.1 Forma porozumiewania się (komunikowania) - w przypadku Wykonawców składających ofertę w formie elektronicznej:

- 1) W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się drogą elektroniczną przy użyciu:
 - a) miniPortalu <https://miniportal.uzp.gov.pl/>,
 - b) Elektronicznej Skrzynki Podawczej Zamawiającego: /RCKiK_Bialystok/SkrytkaESP, znajdującej się na platformie ePUAP pod adresem <https://epuap.gov.pl/wps/portal>,
 - c) poczty elektronicznej na adres: sekretariat@rckik.bialystok.pl.

Zamawiający zaleca, aby komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami (z wyjątkiem złożenia oferty) odbywała się w niniejszym postępowaniu za pośrednictwem poczty elektronicznej.
- 2) Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty oraz formularza komunikacji.
- 3) Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu oraz Regulaminie ePUAP.
- 4) Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany wycofania oferty oraz do komunikacji wynosi 150 MB.
- 5) Zamawiający dopuszcza możliwość przesyłania danych w formatach dopuszczonych odpowiednimi przepisami prawa, w szczególności: .pdf, .doc, .docx, .rtf, .xps, .odt.
- 6) We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia lub ID postępowania lub nr referencyjnym postępowania.
- 7) Za datę przekazania oferty, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na adres skrzynki ePUAP lub datę wpływu na ww. adres poczty elektronicznej Zamawiającego (decydujące znaczenie będzie miała data otrzymania wiadomości przez system pocztowy Zamawiającego).
- 8) Identyfikator postępowania i Klucz publiczny dla danego postępowania o udzielenie zamówienia dostępne są na Liście wszystkich postępowań na miniPortalu oraz stanowi Załącznik nr 8 do SIWZ.

16.2.2 Sposób porozumiewania się (komunikowania) Zamawiającego z Wykonawcami składającymi ofertę w formie elektronicznej (nie dotyczy składania ofert).

- 1) W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami, w szczególności składanie oświadczeń, zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem *dedykowanego formularza dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal (Formularz do komunikacji)*. Korespondencja przesłana za pomocą tego formularza nie może być szyfrowana. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia lub ID postępowania lub nr referencyjnym postępowania.
- 2) Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej, e-mail: sekretariat@rckik.bialystok.pl.
- 3) Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeń składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem *Formularza do komunikacji* jako załączniki. Zamawiający dopuszcza również możliwość składania dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń za pomocą poczty elektronicznej, na wskazany w pkt 2) adres e-mail.

- 4) Sposób sporządzania dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępnienia i przechowywania dokumentów elektronicznych oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

16.3 Informacja o sposobie porozumiewania się z Zamawiającym dla Wykonawców składających ofertę w formie papierowej:

16.3.1 Forma porozumiewania się (komunikowania) – w przypadku Wykonawców składających ofertę w formie papierowej:

- 1) Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje (dokumenty) Zamawiający i Wykonawca mogą przekazywać za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 roku Prawo pocztowe (Dz.U. z 2018 r., poz. 2188 t.j.), osobiście, za pośrednictwem posłańca na adres siedziby Zamawiającego lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2020 r., poz. 344 t.j.) na adres e-mail: sekretariat@rckik.bialystok.pl. Z zastrzeżeniem pkt 3) zawsze dopuszczalna jest forma pisemna.
- 2) Forma pisemna zastrzeżona jest dla złożenia oferty, oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu i brak podstaw do wykluczenia, oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie przez oferowany przedmiot zamówienia wymagań określonych przez Zamawiającego oraz pełnomocnictw, także składanych w toku postępowania.
- 3) W przypadku oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji (dokumentów) przekazanych przez Zamawiającego przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
- 4) W przypadku braku potwierdzenia otrzymania przez Wykonawcę oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji (dokumentów), o których mowa w pkt 3), Zamawiający uzna, iż zostały one doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się Wykonawcy z treścią pisma w dniu i godzinie ich nadania oraz że były czytelne.
- 5) W przypadku, gdy przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje (dokumenty) będą nieczytelne, Zamawiający może zwrócić się o ponowne ich przesłanie innym sposobem.
- 6) Korespondencję, z zachowaniem formy pisemnej, należy kierować na adres: Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Białymstoku
ul. M. Skłodowskiej-Curie 23
15-950 Białystok.
- 7) Korespondencja skierowana do Zamawiającego winna zawierać co najmniej następujące dane:
 - nazwę i adres Wykonawcy kierującego korespondencję,
 - oznaczenie i nazwę postępowania, którego dotyczy treść korespondencji,
 - treść korespondencji (określenie przedmiotu sprawy).

16.4 Wyjaśnienia treści SIWZ.

16.4.1 Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego odpowiednio drogą elektroniczną lub pisemną z prośbą o wyjaśnienie treści SIWZ (zapytania do SIWZ należy przesłać również w formie edytowalnej na adres e-mail: sekretariat@rckik.bialystok.pl). Zamawiający jest zobowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

- 16.4.2 Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie do Zamawiającego później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień lub pozostawić wniosek bez rozpoznania.
- 16.4.3 Ewentualna zmiana terminu składania ofert nie powoduje przesunięcia terminu, o którym mowa w pkt 16.4.1, po upływie którego Zamawiający może pozostawić wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ bez rozpoznania.
- 16.4.4 Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje Wykonawcom, którym przekazał SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieszcza taką informację na własnej stronie internetowej www.rckik.bialystok.pl w zakładce Zamówienia publiczne.
- 16.4.5 Nie udziela się żadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi na kierowane do Zamawiającego zapytania w sprawach wymagających zachowania pisemności postępowania.
- 16.5 Zmiana treści SIWZ.
- 16.5.1 W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść SIWZ.
- 16.5.2 Dokonaną w ten sposób zmianę treści SIWZ Zamawiający udostępnia na stronie internetowej www.rckik.bialystok.pl w zakładce Zamówienia publiczne i będzie ona wiążąca przy składaniu ofert.
- 16.5.3 Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu niezbędny jest dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuży termin składania ofert i umieści taką informację na stronie internetowej www.rckik.bialystok.pl w zakładce Zamówienia publiczne.
- 16.5.4 Jeżeli wprowadzona modyfikacja treści SIWZ prowadzi do zmiany treści ogłoszenia, Zamawiający zamieści w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o zmianie ogłoszenia, przedłużając jednocześnie termin składania ofert o czas niezbędny na wprowadzenie zmian w ofertach, jeżeli spełnione zostaną przesłanki określone w art. 12a ustawy Pzp. W takim przypadku, Zamawiający niezwłocznie zamieści informację o zmianie ogłoszenia na swojej stronie internetowej pod adresem www.rckik.bialystok.pl w zakładce Zamówienia Publiczne.
- 16.6 Ze strony Zamawiającego osobami uprawnionymi do kontaktowania się z Wykonawcami są: Marta Stocka, Aneta Kiersnowska, Beata Kardasz tel. 85 745 63 42.

17. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.

18. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

18.1 Oferty złożone w formie elektronicznej:

18.1.1 Miejsce i termin składania ofert.

- 1) Ofertę należy złożyć w sposób opisany w SIWZ, w terminie do dnia **9 października 2020 r.** do godz. **10⁰⁰**.

Decydujące znaczenie dla oceny zachowania terminu składania ofert ma data i godzina wpływu oferty na elektroniczną skrytkę podawczą Zamawiającego /RCKiK_Bialystok/SkrytkaESP, znajdującą się na platformie ePUAP pod adresem <https://epuap.gov.pl/wps/portal>.

- 2) W przypadku oferty otrzymanej przez Zamawiającego po terminie określonym w pkt 18.1.1 ppkt 1), zostanie ona niezwłocznie zwrócona bez otwierania.

18.1.2 Miejsce i termin otwarcia ofert.

- 1) Otwarcie ofert nastąpi w dniu **9 października 2020 r.** o godz. **11⁰⁰**, w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 203 (sala seminaryjna).
- 2) Otwarcie ofert jest jawne. Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert.
- 3) Otwarcie ofert następuje poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPoratlu i dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego.
- 4) Podczas otwarcia ofert Zamawiający ogłosi informacje dotyczące:
 - a) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,

- b) firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie,
 - c) ceny i pozostałych kryteriów oceny ofert, terminu wykonania zamówienia oraz warunków płatności zawartych w ofertach.
- 18.1.3 Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieszcza na własnej stronie internetowej informacje, o których mowa w pkt 18.1.2 pkt 4).

18.1.4 Zmiana lub wycofanie oferty.

- 1) Wykonawca przed upływem terminu do składania ofert może zmienić lub wycofać złożoną przez siebie ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia/zmiany/wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Sposób zmiany i wycofania oferty został opisany w Instrukcji użytkownika dostępnej na miniPortalu.
- 2) Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany ani wycofać złożonej oferty.

18.2 **Oferty złożone w formie papierowej:**

18.2.1 Miejsce i termin składania ofert.

- 1) Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego lub przesłać pocztą albo przesyłką kurierską – Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Białymstoku, 15-950 Białystok, ul. M. Skłodowskiej-Curie 23, pokój nr 201 (Sekretariat). Za termin złożenia oferty przyjmuje się datę i godzinę wpływu oferty do Zamawiającego w miejsce wskazane jak wyżej.
- 2) Termin składania ofert upływa dnia **9 października 2020 r. o godz. 10⁰⁰**.
- 3) Oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie określonym w pkt 2) lub wycofane zgodnie z pkt 18.2.2 pkt 4) zostaną niezwłocznie zwrócone bez otwierania.
- 4) Oferty podlegają rejestracji przez Zamawiającego. Każda przyjęta oferta zostanie opatrzona adnotacją określającą dokładny termin przyjęcia oferty, tzn. datę kalendarzową oraz godzinę i minutę, w której została przyjęta. Do czasu otwarcia ofert będą one przechowywane w sposób gwarantujący ich nienaruszalność.
- 5) Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystym, zamkniętym opakowaniu/kopercie, w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczający jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert.
- 6) Koperta (opakowanie) zawierająca ofertę powinna być zaadresowana na Zamawiającego, na adres:

**Regionalne Centrum Krwiodawstwa
i Krwiolecznictwa w Białymstoku
ul. M. Skłodowskiej-Curie 23,
15-950 Białystok
pokój nr 201**

oraz posiadać pieczęć Wykonawcy i oznaczenie:

Oferta na: „Dostawę odczynników chemicznych do wykonywania oznaczeń z zakresu serologii grup krwi na analizatorze PK 7300 i materiałów eksploatacyjnych do stacji wody Elix 70C oraz usług przeglądów, konserwacji, napraw analizatora PK 7300 i stacji wody Elix 70C” – ZP/PN-16/20, a także: Nie otwierać przed dniem 9 października 2020 r. godz. 11⁰⁰.

Konsekwencje złożenia oferty niezgodnie z ww. opisem (tj. potraktowanie oferty jak zwykłej korespondencji, niedostarczenie jej na miejsce składania ofert w terminie określonym w SIWZ lub przedwczesne/przypadkowe otwarcie oferty) ponosi Wykonawca.

18.2.2 Zmiana lub wycofanie oferty.

- 1) Wykonawca może zmienić lub wycofać złożoną przez siebie ofertę.
- 2) Zmiana lub wycofanie złożonej oferty są skuteczne tylko wówczas, gdy zostały dokonane przez Wykonawcę przed upływem terminu składania ofert.
- 3) W przypadku zmiany oferty, Wykonawca składa pisemne oświadczenie, iż ofertę swą zmienia, określając jednocześnie zakres i rodzaj tych zmian, a jeśli oświadczenie o zmianie pociąga za sobą konieczność wymiany, czy też przedłożenia nowych dokumentów, Wykonawca winien te dokumenty złożyć. Powiadomienie

o zmianie oferty powinno być przygotowane, opakowane (w zaklejonej kopercie) i zaadresowane w ten sam sposób co oferta wraz z podaną nazwą i adresem Wykonawcy, z dodatkową adnotacją „ZMIANA”.

- 4) W przypadku wycofania oferty, Wykonawca składa pisemne oświadczenie, iż ofertę swą wycofuje. Powiadomienie o wycofaniu oferty powinno być przygotowane, opakowane (w zaklejonej kopercie) i zaadresowane w ten sam sposób co oferta wraz z podaną nazwą Wykonawcy, z dodatkową adnotacją „WYCOFANE”.

18.2.3 Miejsce i termin otwarcia ofert.

- 1) Otwarcie ofert nastąpi w dniu **9 października 2020 r.** o godz. **11⁰⁰**, w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 203 (sala seminaryjna).
- 2) Otwarcie ofert jest jawne. Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert.
- 3) Podczas otwarcia ofert Zamawiający ogłosi informacje, o których mowa w pkt 18.1.2 ppkt 4).

18.2.4 Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieszcza na własnej stronie internetowej informacje, o których mowa w pkt 18.2.3 ppkt 3).

- 18.3 W celach porządkowych Zamawiający przyjmuje, iż w pierwszej kolejności dokona otwarcia ofert złożonych w formie papierowej, a następnie otworzy oferty złożone w postaci elektronicznej, zgodnie z kolejnością ich wpływu.

19. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

19.1 Cenę oferty, w zakresie każdej Części, stanowi łączna kwota wynagrodzenia brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia na warunkach określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

19.2 Wykonawca przedstawi w ofercie, w zakresie każdej Części, łączną cenę brutto przedmiotu zamówienia w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 9 maja 2014 roku o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz.U. z 2019 r., poz. 178 t.j.), tj. wartość wyrażoną w jednostkach pieniężnych, którą Zamawiający będzie zobowiązany zapłacić Wykonawcy za towar lub usługę. W cenie uwzględnia się podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów sprzedaż towaru podlega obciążeniu podatkiem od towarów i usług lub podatkiem akcyzowym. Cena ta będzie ceną kompletną, jednoznaczną i ostateczną, uwzględniającą ewentualne rabaty i upusty (nie dopuszcza się rabatów rzeczowych), obejmującą wszelkie koszty związane z prawidłowym wykonaniem przedmiotu zamówienia.

19.3 W Formularzu oferty, stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ, Wykonawca poda:

1) w zakresie Części 1:

- a) wartość brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia (dostawy odczynników chemicznych) liczbowo i słownie,
 - b) % stawkę podatku od towarów i usług (VAT),
 - c) wartość netto liczbowo,
- oraz
- d) wartość brutto za wykonanie czterech (4) przeglądów i konserwacji analizatora PK 7300 liczbowo i słownie,
 - e) % stawkę podatku od towarów i usług (VAT),
 - f) wartość netto liczbowo,
- oraz
- g) cenę jednej roboczogodziny naprawy analizatora PK 7300 liczbowo i słownie,
 - h) % stawkę podatku od towarów i usług (VAT),
 - i) netto liczbowo;

2) w zakresie Części 2:

- a) wartość brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia (dostawy materiałów eksploatacyjnych) liczbowo i słownie,
 - b) % stawkę podatku od towarów i usług (VAT),
 - c) wartość netto liczbowo,
- oraz
- d) wartość brutto za wykonanie dwóch (2) przeglądów i konserwacji stacji wody Elix 70C liczbowo i słownie,
 - e) % stawkę podatku od towarów i usług (VAT),

- f) wartość netto liczbowo,
oraz
 - g) cenę jednej roboczogodziny naprawy stacji wody Elix 70C liczbowo i słownie,
 - h) % stawkę podatku od towarów i usług (VAT),
 - i) netto liczbowo.
- 19.4 W Specyfikacji oferowanego przedmiotu zamówienia, stanowiącej Załącznik nr 5 do SIWZ, w zakresie poszczególnych Części, Wykonawca podaje:
w zakresie Części 1:
- 1) w Specyfikacji cenowej odczynników chemicznych /pkt1)/:
 - a) cenę jednostkową netto za opakowanie przedmiotu zamówienia,
 - b) % stawkę podatku od towarów i usług (VAT),
 - c) wartość brutto dla poszczególnych pozycji obliczoną poprzez przemnożenie ceny jednostkowej netto, o której mowa w lit. a) przez zaoferowaną ilość opakowań przedmiotu zamówienia (odpowiadającą wymaganej przez Zamawiającego ilości przedmiotu zamówienia) oraz powiększoną o kwotę podatku od towarów i usług (VAT),
 - d) łączną wartość brutto, którą stanowi suma wartości brutto poszczególnych pozycji przedmiotu zamówienia,
 - 2) w Specyfikacji cenowej przeglądów i konserwacji analizatora PK 7300 /pkt 2)/:
 - a) cenę jednostkową netto za wykonanie jednego (1) przeglądu i konserwacji analizatora PK 7300,
 - b) % stawkę podatku od towarów i usług (VAT),
 - c) wartość brutto obliczoną poprzez przemnożenie ceny jednostkowej netto, o której mowa w lit. a) przez przewidywaną ilość przeglądów i konserwacji oraz przez ilość urządzeń i powiększoną o kwotę podatku od towarów i usług (VAT).
- w zakresie Części 2:
- 1) w Specyfikacji cenowej materiałów eksploatacyjnych /pkt1)/:
 - a) cenę jednostkową netto za sztukę/zestaw przedmiotu zamówienia,
 - b) % stawkę podatku od towarów i usług (VAT),
 - c) wartość brutto dla poszczególnych pozycji obliczoną poprzez przemnożenie ceny jednostkowej netto, o której mowa w lit. a) przez zamawianą ilość sztuk/zestawów przedmiotu zamówienia oraz powiększoną o kwotę podatku od towarów i usług (VAT),
 - d) łączną wartość brutto, którą stanowi suma wartości brutto poszczególnych pozycji przedmiotu zamówienia,
 - 2) w Specyfikacji cenowej przeglądów i konserwacji stacji wody Elix 70C /pkt 2)/:
 - a) cenę jednostkową netto za wykonanie jednego (1) przeglądu i konserwacji stacji wody Elix 70C,
 - b) % stawkę podatku od towarów i usług (VAT),
 - c) wartość brutto obliczoną poprzez przemnożenie ceny jednostkowej netto, o której mowa w lit. a) przez przewidywaną ilość przeglądów i konserwacji oraz przez ilość urządzeń i powiększoną o kwotę podatku od towarów i usług (VAT).
- 19.5 Wartość oferty brutto i netto oraz ceny jednostkowe netto muszą być wyrażone w PLN z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
- 19.6 Tak wyznaczona wartość oferty brutto będzie podlegała ocenie.
- 19.7 Zamawiający przy ocenie ofert weźmie pod uwagę całkowitą kwotę wydatkowanych przez siebie środków publicznych, tzn. kwotę, którą będzie musiał zapłacić Wykonawcy z tytułu realizacji zamówienia – kwotę zawierającą także podatek od towarów i usług oraz cło i podatek akcyzowy, o ile są one należne na podstawie odrębnych przepisów.
- 19.8 Jeżeli Wykonawca złoży ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług Zamawiający, w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.
- 19.9 Wszelkie rozliczenia prowadzone będą w PLN.

20. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIĄCY BĘDZIE KIEROWAŁ SIĘ PRZY WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT

20.1 Przy wyborze oferty najkorzystniejszej, w zakresie Części 1, Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami oceny ofert:

- 1) **Cena odczynników chemicznych – 40%**
- 2) **Cena przeglądu i konserwacji analizatora – 20%**
- 3) **Termin ważności odczynników chemicznych (z wyłączeniem odczynnika Bromelina) – 20%**
- 4) **Termin dostawy – 10%**
- 5) **Termin dostawy w trybie CITO – 10%.**

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta niepodlegająca odrzuceniu i spełniająca wszystkie wymogi formalne i merytoryczne, która uzyska najwyższą liczbę punktów (po zsumowaniu) w ww. kryteriach.

Ad. 1) W kryterium „**Cena odczynników chemicznych**” najwyższą liczbę punktów, tj. 40 pkt otrzyma oferta zawierająca najniższą cenę brutto, a każda następna oferta odpowiednio mniejszą liczbę punktów (z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku) obliczoną według następującego wzoru:

$$\text{Liczba punktów badanej oferty} = \frac{\text{Najniższa cena brutto zaoferowana w ofercie}}{\text{Cena brutto badanej oferty}} \times 40\% \times 100$$

Ad. 2) W kryterium „**Cena przeglądu i konserwacji analizatora**” najwyższą liczbę punktów, tj. 20 pkt otrzyma oferta zawierająca najniższą cenę brutto, a każda następna oferta odpowiednio mniejszą liczbę punktów (z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku) obliczoną według następującego wzoru:

$$\text{Liczba punktów badanej oferty} = \frac{\text{Najniższa cena brutto zaoferowana w ofercie}}{\text{Cena brutto badanej oferty}} \times 20\% \times 100$$

Ad. 3) W kryterium „**Termin ważności odczynników chemicznych (z wyłączeniem odczynnika Bromelina)**” oferty otrzymają następującą liczbę punktów:
 20 pkt – oferta oferująca najdłuższy termin ważności wynoszący 9 m-cy,
 10 pkt – oferta oferująca termin ważności odczynników wynoszący 8 m-cy,
 0 pkt – oferta oferująca minimalny termin ważności odczynników wynoszący 7 m-cy, od daty dostawy do siedziby Zamawiającego.

Zamawiający oceni kryterium „Termin ważności odczynników chemicznych (z wyłączeniem odczynnika Bromelina)” na podstawie oświadczenia złożonego przez Wykonawcę w Formularzu oferty, stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ.

Uwaga: Minimalny termin ważności odczynników chemicznych (z wyłączeniem odczynnika Bromelina) wynosi 7 m-cy od daty dostawy do siedziby Zamawiającego. W przypadku, gdy Wykonawca zaproponuje termin ważności odczynników krótszy niż określony powyżej, oferta jego zostanie odrzucona jako niespełniająca minimalnych wymagań Zamawiającego. W przypadku, gdy Wykonawca zadeklaruje termin ważności odczynników dłuższy niż 9 m-cy na potrzeby wyboru oferty najkorzystniejszej Zamawiający do oceny przyjmie termin ważności odczynników wynoszący 9 m-cy od daty dostawy do siedziby Zamawiającego.

Jeżeli Wykonawca nie wskaże w Formularzu oferty terminu ważności poprzez wykreślenie niepotrzebnej treści, oferta jego otrzyma w przedmiotowym kryterium

0 pkt, tj. Zamawiający przyjmie jako deklarowany wymagany minimalny termin ważności, czyli 7 m-cy od daty dostawy do siedziby Zamawiającego.

Ad. 4) W kryterium „**Termin dostawy**” oferty otrzymają następującą liczbę punktów:

- 10 pkt – oferta oferująca najkrótszy termin dostawy wynoszący do 9 dni kalendarzowych,
- 8 pkt – oferta oferująca termin dostawy wynoszący 10 dni kalendarzowych,
- 6 pkt – oferta oferująca termin dostawy wynoszący 11 dni kalendarzowych,
- 4 pkt – oferta oferująca termin dostawy wynoszący 12 dni kalendarzowych,
- 2 pkt – oferta oferująca termin dostawy wynoszący 13 dni kalendarzowych,
- 0 pkt – oferta oferująca maksymalny termin dostawy wynoszący 14 dni kalendarzowych,

od dnia nadania zamówienia e-mailem lub faksem.

Zamawiający oceni kryterium „Termin dostawy” na podstawie oświadczenia złożonego przez Wykonawcę w Formularzu oferty, stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ.

Uwaga: Maksymalny termin dostawy do siedziby Zamawiającego wynosi 14 dni kalendarzowych od dnia nadania zamówienia e-mailem lub faksem. W przypadku, gdy Wykonawca zaproponuje termin dostawy dłuższy niż określony powyżej, oferta jego zostanie odrzucona jako niespełniająca minimalnych wymagań Zamawiającego. W przypadku, gdy Wykonawca zaproponuje termin dostawy krótszy niż 9 dni od daty dostawy do siedziby Zamawiającego, na potrzeby wyboru oferty najkorzystniejszej Zamawiający do oceny przyjmie termin dostawy do 9 dni kalendarzowych od dnia nadania zamówienia e-mailem lub faksem.

Jeżeli Wykonawca nie wskaże w Formularzu oferty terminu dostawy poprzez wykreślenie niepotrzebnej treści, oferta jego otrzyma w przedmiotowym kryterium 0 pkt, tj. Zamawiający przyjmie jako deklarowany – maksymalny termin dostawy, czyli 14 dni kalendarzowych od dnia nadania zamówienia e-mailem lub faksem.

Ad. 5) W kryterium „**Termin dostawy w trybie CITO**” oferty otrzymają następującą liczbę punktów:

- 10 pkt – oferta oferująca najkrótszy termin dostawy w trybie CITO wynoszący do 5 dni kalendarzowych,
- 5 pkt – oferta oferująca termin dostawy w trybie CITO wynoszący 6 dni kalendarzowych,
- 0 pkt – oferta oferująca maksymalny termin dostawy w trybie CITO wynoszący 7 dni kalendarzowych,

od dnia nadania zamówienia e-mailem lub faksem.

Przewidywana ilość dostaw w trybie CITO w okresie obowiązywania umowy – 5 dostaw.

Zamawiający oceni kryterium „Termin dostawy w trybie CITO” na podstawie oświadczenia złożonego przez Wykonawcę w Formularzu oferty, stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ.

Uwaga: Maksymalny termin dostawy w trybie CITO do siedziby Zamawiającego wynosi 7 dni kalendarzowych od dnia nadania zamówienia e-mailem lub faksem. W przypadku, gdy Wykonawca zaproponuje termin dostawy w trybie CITO dłuższy niż określony powyżej, oferta jego zostanie odrzucona jako niespełniająca minimalnych wymagań Zamawiającego. W przypadku, gdy Wykonawca zaproponuje termin dostawy w trybie CITO krótszy niż 5 dni od daty dostawy do siedziby Zamawiającego, na potrzeby wyboru oferty najkorzystniejszej Zamawiający do oceny przyjmie termin dostawy do 5 dni kalendarzowych od dnia nadania zamówienia e-mailem lub faksem.

Jeżeli Wykonawca nie wskaże w Formularzu oferty terminu dostawy w trybie CITO poprzez wykreślenie niepotrzebnej treści, oferta jego otrzyma w przedmiotowym

kryterium 0 pkt, tj. Zamawiający przyjmie jako deklarowany – maksymalny termin dostawy w trybie CITO, czyli 7 dni kalendarzowych od dnia nadania zamówienia e-mailem lub faksem.

20.2 Przy wyborze oferty najkorzystniejszej, w zakresie Części 2, Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami oceny ofert:

- 1) **Cena materiałów eksploatacyjnych – 40%**
- 2) **Cena przeglądu i konserwacji stacji wody – 20%**
- 3) **Termin ważności materiałów eksploatacyjnych – 20%**
- 4) **Termin dostawy – 10%**
- 5) **Termin dostawy w trybie CITO – 10%.**

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta niepodlegająca odrzuceniu i spełniająca wszystkie wymogi formalne i merytoryczne, która uzyska najwyższą liczbę punktów (po zsumowaniu) w ww. kryteriach.

Ad. 1) W kryterium „**Cena materiałów eksploatacyjnych**” najwyższą liczbę punktów, tj. 40 pkt otrzyma oferta zawierająca najniższą cenę brutto, a każda następna oferta odpowiednio mniejszą liczbę punktów (z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku) obliczoną według następującego wzoru:

$$\text{Liczba punktów badanej oferty} = \frac{\text{Najniższa cena brutto zaoferowana w ofercie}}{\text{Cena brutto badanej oferty}} \times 40\% \times 100$$

Ad. 2) W kryterium „**Cena przeglądu i konserwacji stacji wody**” najwyższą liczbę punktów, tj. 20 pkt otrzyma oferta zawierająca najniższą cenę brutto, a każda następna oferta odpowiednio mniejszą liczbę punktów (z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku) obliczoną według następującego wzoru:

$$\text{Liczba punktów badanej oferty} = \frac{\text{Najniższa cena brutto zaoferowana w ofercie}}{\text{Cena brutto badanej oferty}} \times 20\% \times 100$$

Ad. 3) W kryterium „**Termin ważności materiałów eksploatacyjnych**” oferty otrzymają następującą liczbę punktów:

- 20 pkt – oferta oferująca najdłuższy termin ważności wynoszący 12 m-cy,
- 10 pkt – oferta oferująca termin ważności odczynników wynoszący 11 m-cy,
- 0 pkt – oferta oferująca minimalny termin ważności odczynników wynoszący 10 m-cy, od daty dostawy do siedziby Zamawiającego.

Zamawiający oceni kryterium „Termin ważności materiałów eksploatacyjnych” na podstawie oświadczenia złożonego przez Wykonawcę w Formularzu oferty, stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ.

Uwaga: Minimalny termin ważności materiałów eksploatacyjnych wynosi 10 m-cy od daty dostawy do siedziby Zamawiającego. W przypadku, gdy Wykonawca zaproponuje termin ważności krótszy niż określony powyżej, oferta jego zostanie odrzucona jako niespełniająca minimalnych wymagań Zamawiającego. W przypadku, gdy Wykonawca zadeklaruje termin ważności dłuższy niż 12 m-cy na potrzeby wyboru oferty najkorzystniejszej Zamawiający do oceny przyjmie termin ważności wynoszący 12 m-cy od daty dostawy do siedziby Zamawiającego.

Jeżeli Wykonawca nie wskaże w Formularzu oferty terminu ważności poprzez wykreślenie niepotrzebnej treści, oferta jego otrzyma w przedmiotowym kryterium 0 pkt, tj. Zamawiający przyjmie jako deklarowany wymagany minimalny termin ważności, czyli 10 m-cy od daty dostawy do siedziby Zamawiającego.

- Ad. 4) W kryterium „**Termin dostawy**” oferty otrzymają następującą liczbę punktów:
- 10 pkt – oferta oferująca najkrótszy termin dostawy wynoszący do 9 dni kalendarzowych,
 - 8 pkt – oferta oferująca termin dostawy wynoszący 10 dni kalendarzowych,
 - 6 pkt – oferta oferująca termin dostawy wynoszący 11 dni kalendarzowych,
 - 4 pkt – oferta oferująca termin dostawy wynoszący 12 dni kalendarzowych,
 - 2 pkt – oferta oferująca termin dostawy wynoszący 13 dni kalendarzowych,
 - 0 pkt – oferta oferująca maksymalny termin dostawy wynoszący 14 dni kalendarzowych,
- od dnia nadania zamówienia e-mailem lub faksem.

Zamawiający oceni kryterium „Termin dostawy” na podstawie oświadczenia złożonego przez Wykonawcę w Formularzu oferty, stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ.

Uwaga: Maksymalny termin dostawy do siedziby Zamawiającego wynosi 14 dni kalendarzowych od dnia nadania zamówienia e-mailem lub faksem. W przypadku, gdy Wykonawca zaproponuje termin dostawy dłuższy niż określony powyżej, oferta jego zostanie odrzucona jako niespełniająca minimalnych wymagań Zamawiającego. W przypadku, gdy Wykonawca zaproponuje termin dostawy krótszy niż 9 dni od daty dostawy do siedziby Zamawiającego, na potrzeby wyboru oferty najkorzystniejszej Zamawiający do oceny przyjmie termin dostawy do 9 dni kalendarzowych od dnia nadania zamówienia e-mailem lub faksem.

Jeżeli Wykonawca nie wskaże w Formularzu oferty terminu dostawy poprzez wykreślenie niepotrzebnej treści, oferta jego otrzyma w przedmiotowym kryterium 0 pkt, tj. Zamawiający przyjmie jako deklarowany – maksymalny termin dostawy, czyli 14 dni kalendarzowych od dnia nadania zamówienia e-mailem lub faksem.

- Ad. 5) W kryterium „**Termin dostawy w trybie CITO**” oferty otrzymają następującą liczbę punktów:
- 10 pkt – oferta oferująca najkrótszy termin dostawy w trybie CITO wynoszący do 5 dni kalendarzowych,
 - 5 pkt – oferta oferująca termin dostawy w trybie CITO wynoszący 6 dni kalendarzowych,
 - 0 pkt – oferta oferująca maksymalny termin dostawy w trybie CITO wynoszący 7 dni kalendarzowych,
- od dnia nadania zamówienia e-mailem lub faksem.

Przewidywana ilość dostaw w trybie CITO w okresie obowiązywania umowy – 5 dostaw.

Zamawiający oceni kryterium „Termin dostawy w trybie CITO” na podstawie oświadczenia złożonego przez Wykonawcę w Formularzu oferty, stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ.

Uwaga: Maksymalny termin dostawy w trybie CITO do siedziby Zamawiającego wynosi 7 dni kalendarzowych od dnia nadania zamówienia e-mailem lub faksem. W przypadku, gdy Wykonawca zaproponuje termin dostawy w trybie CITO dłuższy niż określony powyżej, oferta jego zostanie odrzucona jako niespełniająca minimalnych wymagań Zamawiającego. W przypadku, gdy Wykonawca zaproponuje termin dostawy w trybie CITO krótszy niż 5 dni od daty dostawy do siedziby Zamawiającego, na potrzeby wyboru oferty najkorzystniejszej Zamawiający do oceny przyjmie termin dostawy do 5 dni kalendarzowych od dnia nadania zamówienia e-mailem lub faksem.

Jeżeli Wykonawca nie wskaże w Formularzu oferty terminu dostawy w trybie CITO poprzez wykreślenie niepotrzebnej treści, oferta jego otrzyma w przedmiotowym kryterium 0 pkt, tj. Zamawiający przyjmie jako deklarowany – maksymalny termin dostawy w trybie CITO, czyli 7 dni kalendarzowych od dnia nadania zamówienia e-mailem lub faksem.

- 20.3 Wyjaśnienia w toku badania i oceny ofert.
- 20.3.1 W toku badania i oceny ofert Zamawiający wzywa Wykonawców do złożenia, uzupełnienia, poprawienia lub do udzielenia wyjaśnień w zakresie oświadczenia, o którym mowa w pkt 12.1, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu lub potwierdzających spełnienie przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego (o ile zostały one określone przez Zamawiającego), lub potwierdzających brak podstaw wykluczenia Wykonawcy, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczeń lub dokumentów, które są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, jeżeli spełnione zostaną przesłanki określone w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp.
- 20.3.2 Jeżeli Wykonawca nie złożył wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe pełnomocnictwa, Zamawiający wzywa do ich złożenia, jeżeli spełnione zostaną przesłanki określone w art. 26 ust. 3a ustawy Pzp.
- 20.3.3 Złożony przez Wykonawcę Formularz oferty, sporządzony zgodnie z treścią Załącznika nr 2 do SIWZ, stanowi treść oferty i w związku z tym nie podlega uzupełnieniu w trybie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp. Niezłożenie tego dokumentu skutkuje odrzuceniem oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2) ustawy Pzp jako niezgodnej z treścią SIWZ.
- 20.3.4 W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w pkt 20.3.1.
- 20.4 Zamawiający udzieli zamówienia, w zakresie poszczególnych Części, Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w ustawie Pzp oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o wskazane w SIWZ kryteria oceny ofert.

21. INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

- 21.1 Zamawiający niezwłocznie poinformuje wszystkich Wykonawców o:
- 21.1.1 wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności Wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są miejscami wykonywania działalności Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,
- 21.1.2 Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni,
- 21.1.3 Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty, a w przypadkach, o których mowa w art. 89 ust. 4 i ust. 5 ustawy Pzp, braku spełniania wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności,
- 21.1.4 unieważnieniu postępowania,
- podając uzasadnienie prawne i faktyczne.
- 21.2 W przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 8 ustawy Pzp, informacja, o której mowa w pkt 21.1.2 zawiera wyjaśnienie powodów, dla których dowody przedstawione przez Wykonawcę, Zamawiający uznał za niewystarczające.
- 21.3 Zamawiający udostępni informacje, o których mowa w pkt 21.1.1 i w pkt 21.1.4 na własnej stronie internetowej: www.rckik.bialystok.pl, w zakładce Zamówienia publiczne.

22. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

- 22.1 Przed podpisaniem umowy Wykonawca, którego oferta uznana zostanie za najkorzystniejszą zobowiązany będzie do dostarczenia Zamawiającemu w formie oryginału lub kopii potwierdzonej klauzulą „za zgodność z oryginałem”:
- 22.1.1 umowy konsorcjum, w przypadku Wykonawcy składającego ofertę wspólną (*jeżeli dotyczy*),
- 22.1.2 w celu potwierdzenia, że oferowane dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego:
- 1) dla wyrobów podlegających obowiązkowi zgłoszenia/powiadomienia/ przeniesienia danych o wyrobie medycznym do bazy danych Prezesa Urzędu Rejestracji

Produktów Leczniczych Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych na podstawie ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. z 2020 r., poz. 186 t.j.) wymagane jest (*jeżeli dotyczy*):

- a) zgłoszenie/powiadomienie do bazy danych Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych posiadające niepowtarzalny, dwunastocyfrowy identyfikator dokumentu, widoczny z lewej strony stopki na każdej stronie formularza¹;
 - lub
 - b) potwierdzenie wydane przez Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych o wypełnieniu obowiązku nałożonego ustawą;
 - lub
 - c) potwierdzenie przeniesienia danych o wyrobie medycznym wydane przez Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych;
- 2) dla wyrobów po raz pierwszy wprowadzonych na terytorium RP (*jeżeli dotyczy*) - oświadczenie Wykonawcy o dostarczeniu Zamawiającemu, wraz z pierwszą dostawą przedmiotu zamówienia do jego siedziby, zgłoszenia/powiadomienia o wyrobie medycznym do bazy danych Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych na podstawie ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych;
- 3) dla wyrobów niezaklasyfikowanych jako wyrób medyczny (*jeżeli dotyczy*):
- a) oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu obowiązkowi zgłoszenia/powiadomienia/przeniesienia danych o wyrobie medycznym do bazy danych Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych na podstawie ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych.
- 4) Certyfikatu WE (*jeżeli dotyczy*);
- 5) Certyfikatu Jednostki Notyfikowanej (*jeżeli dotyczy*);
- 6) Deklaracji zgodności CE (*jeżeli dotyczy*);

Uwaga! Przedmiotowe dokumenty winny być opisane w zakresie nr pozycji, której dotyczą.

Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem.

- 22.1.3 podania wszelkich danych do umowy, w tym w szczególności numeru konta, danych osoby upoważnionej do podpisania umowy, itp.;
- 22.1.4 w przypadku Wykonawcy zagranicznego przedłożenia oryginału certyfikatu rezydencji podatkowej /art. 21 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2019 r., poz. 865 t.j.)/ – dotyczy podatku u źródła. W przypadku niedostarczenia Zamawiającemu oryginału certyfikatu rezydencji podatkowej pobierany będzie podatek w wysokości 20% bez uwzględnienia właściwych umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, których stroną jest Polska (*jeżeli dotyczy*).
- 22.2 Zamawiający określi termin i miejsce złożenia ww. dokumentów oraz termin i miejsce podpisania umowy. Niedostarczenie dokumentów, o których mowa w pkt 22.1.1 i 22.1.2 w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie spowoduje, iż zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
- 22.3 Osoby reprezentujące Wykonawcę, przed podpisaniem umowy, zobowiązane są przedłożyć Zamawiającemu dokumenty, potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie wynika z dokumentów załączonych do oferty (np. pełnomocnictwo) lub dokumentów złożonych na podstawie art. 26 ust. 1 lub 2 ustawy Pzp lub wynikających z bezpłatnych i ogólnodostępnych rejestrów publicznych (np. odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej). W przypadku złożenia

¹ Uwaga! Egzemplarz formularza zgłoszenia i powiadomienia z wyzerowanym identyfikatorem nie spełnia wymagań rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17.02.2016 r. w sprawie sposobu dokonywania zgłoszeń i powiadomień dotyczących wyrobów (Dz.U. z 2016 r., poz. 210) i w związku z tym nie zostanie uznany za ważny.

pełnomocnictwa musi mieć ono formę oryginału lub kopii potwierdzonej notarialnie za zgodność z oryginałem, podpisane przez osoby wskazane do reprezentacji w odpowiednim dokumencie określającym status prawny Wykonawcy (np. KRS).

23. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

Zamawiający nie będzie żądać przed podpisaniem umowy od Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

24. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, OGÓLNE WARUNKI UMOWY, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY WYMAGA, ABY ZAWARŁ Z NIM UMOWĘ W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA TAKICH WARUNKACH

- 24.1 Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zawarł umowę w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych we Wzorze umowy, stanowiącym Załącznik nr 7 do SIWZ.
- 24.2 Zamawiający przewiduje zmiany w zawartej umowie w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w zakresie określonym we Wzorze umowy, stanowiącym Załącznik nr 7 do SIWZ.
- 24.3 Zmiany umowy, o których mowa w pkt 24.2, mogą być dokonane na wniosek Zamawiającego lub Wykonawcy i za zgodą obu Stron, wprowadzone aneksem do umowy.

25. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

- 25.1 Środki ochrony prawnej, określone w Dziale VI ustawy Pzp przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes prawny w uzyskaniu niniejszego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ww. ustawy.
- 25.2 Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp, tj. wobec czynności:
 - 25.2.1 określenia warunków udziału w postępowaniu,
 - 25.2.2 wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia,
 - 25.2.3 odrzucenia oferty odwołującego,
 - 25.2.4 opisu przedmiotu zamówienia,
 - 25.2.5 wyboru najkorzystniejszej oferty.
- 25.3 Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
- 25.4 Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
- 25.5 Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
- 25.6 Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w pkt 25.5 zdanie drugie albo w terminie 10 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
- 25.7 Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień SIWZ, wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.
- 25.8 Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 25.6 i 25.7 wnosi się w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

25.9 Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia KIO, przysyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 roku Prawo pocztowe (Dz.U. z 2018 r., poz. 2188 t.j.) jest równoznaczne z jej wniesieniem.

26. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH (ART. 13 RODO)

26.1 Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) /Dz.Ur.UE L119/1 z dnia 04.05.2016 r., str. 1/, dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:

26.1.1 administratorem danych osobowych jest Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Białymstoku, ul. M. Skłodowskiej-Curie 23, 15-950 Białystok;

26.1.2 kontakt do Inspektora Ochrony Danych Osobowych Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Białymstoku - iod@rckik.bialystok.pl, tel. 85 745 63 23;

26.1.3 dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego;

26.1.4 odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 1843 t.j.);

26.1.5 dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały okres trwania umowy;

26.1.6 obowiązek podania danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;

26.1.7 w odniesieniu do danych osobowych Wykonawcy decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

26.1.8 każdy Wykonawca posiada:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do swoich danych osobowych;
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania swoich danych osobowych, przy czym skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników;
- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, przy czym prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego UE lub państwa członkowskiego;
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO;

26.1.9 Wykonawcy nie przysługuje:

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o których mowa w art. 20 RODO;
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

- 27. ADRES POCZTY ELEKTRONICZNEJ LUB STRONY INTERNETOWEJ**
Adres poczty elektronicznej Zamawiającego: sekretariat@rckik.bialystok.pl.
- 28. AUKCJA ELEKTRONICZNA**
Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej.
- 29. WYSOKOŚĆ ZWROTU KOSZTÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE ICH ZWROT**
Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
- 30. WYMAGANIA, O KTÓRYCH MOWA W ART. 29 UST. 3A USTAWY PZP**
Zamawiający nie będzie stosował wymagań związanych z realizacją zamówienia, określonych w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp.
- 31. WYMAGANIA, O KTÓRYCH MOWA W ART. 29 UST. 4 USTAWY PZP**
Zamawiający nie będzie stosował wymagań związanych z realizacją zamówienia, określonych w art. 29 ust. 4 ustawy Pzp.
- 32. UDOSTĘPNIENIE PROTOKOŁU POSTĘPOWANIA**
- 32.1 Protokół wraz z załącznikami jest jawny. Załączniki do protokołu udostępnia się po dokonaniu wyboru oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z tym że oferty udostępnia się od chwili ich otwarcia.
- 32.2 Przekazanie protokołu i/lub załączników nastąpi zgodnie z § 4 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 roku w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (Dz.U. z 2016 r., poz. 1128).

Załączniki do SIWZ:

1. Załącznik nr 1 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia
2. Załącznik nr 2 do SIWZ – Formularz oferty
3. Załącznik nr 3 do SIWZ – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
4. Załącznik nr 4 do SIWZ – Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej
5. Załącznik nr 5 do SIWZ – Specyfikacja oferowanego przedmiotu zamówienia
6. Załącznik nr 6 do SIWZ – Oświadczenie dotyczące tajemnicy przedsiębiorstwa
7. Załącznik nr 7 do SIWZ – Wzór umowy
8. Załącznik nr 8 do SIWZ – Klucz publiczny

Załącznik nr 1 do SIWZ

Opis przedmiotu zamówienia

Część 1 – dostawa odczynników chemicznych do wykonywania oznaczeń z zakresu serologii grup krwi na analizatorze PK 7300 firmy Beckman Coulter wraz z usługą wykonywania przeglądów, konserwacji i napraw analizatora PK 7300 firmy Beckman Coulter

Na przedmiot zamówienia składają się:

1. Sukcesywne dostawy odczynników chemicznych do wykonywania oznaczeń z zakresu serologii grup krwi na analizatorze PK 7300 firmy Beckman Coulter, zgodnie z poniższą charakterystyką:

Lp.	Charakterystyka (Minimalne wymagania Zamawiającego)
1.	Cleaning Solution przeznaczony do mycia i odkażania mikroplatek i analizatora PK 7300 firmy Beckman Coulter przy wykonywaniu oznaczeń z zakresu serologii grup krwi – w ilości 81 000 ml. Odczynnik chemiczny w opakowaniu jednostkowym o pojemności: 450 ml.
2.	Cleaning Solution przeznaczony do mycia i odkażania analizatora PK 7300 firmy Beckman Coulter przy wykonywaniu oznaczeń z zakresu serologii grup krwi – w ilości 30 000 ml. Odczynnik chemiczny w opakowaniu jednostkowym o pojemności: 1 litr.
3.	Wash Solution przeznaczony do mycia mikroplatek w celu wykonywania oznaczeń z zakresu serologii grup krwi na analizatorze PK 7300 firmy Beckman Coulter – w ilości 12 000 ml. Odczynnik chemiczny w opakowaniu jednostkowym o pojemności: 2 litry.
4.	Odczynnik chemiczny Bromelina płynna do wykonywania oznaczeń z zakresu serologii grup krwi na analizatorze PK 7300 firmy Beckman Coulter – w ilości 405 000 ml. 1) Odczynnik chemiczny w opakowaniu jednostkowym o pojemności: 900 ml. 2) Odczynnik dedykowany do techniki mikroplatekowej. 3) Odczynnik gotowy do użycia. 4) Temperatura przechowywania odczynnika: od 2°C do 8°C. 5) Po otwarciu opakowania przydatność odczynnika do badań: min. 4 dni.

- 1) Termin ważności:
 - a) odczynników chemicznych (w wyłączeniu odczynnika Bromelina) wynosi min. 7 miesięcy,
 - b) odczynnika chemicznego Bromelina wynosi min. 6 miesięcy, od daty dostawy do siedziby Zamawiającego;
 - 2) Wykonawca gwarantuje, że zaoferowane odczynniki chemiczne są kompatybilne z posiadanym przez Zamawiającego analizatorem PK 7300 firmy Beckman Coulter;
 - 3) Wykonawca gwarantuje, że zaoferowane produkty są wysokiej jakości, pełnowartościowe w pierwszym gatunku, fabrycznie nowe i oryginalne, nienoszące znamion użytkowania oraz śladów uszkodzenia, wolne od wad fizycznych i prawnych;
 - 4) Wykonawca gwarantuje, że przedmiot zamówienia będzie mógł być użytkowany zgodnie z przeznaczeniem.
2. Usługi wykonania przeglądu, konserwacji i napraw analizatora PK 7300 firmy Beckman Coulter, zgodnie z poniższymi wymaganiami:
- 1) na przedmiot zamówienia składa się usługa wykonywania przeglądów, konserwacji i napraw analizatora PK 7300 firmy Beckman Coulter;
 - 2) Wykonawca zapewni usługi autoryzowanego serwisu w zakresie realizacji ww. przedmiotu zamówienia;
 - 3) Wykonawca zobowiązuje się świadczyć usługi, o których mowa w pkt 1) zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa oraz zgodnie z instrukcją serwisową analizatora oraz zaleceniami producenta, w szczególności co do zakresu przeprowadzenia przeglądów, konserwacji i kontroli bezpieczeństwa oraz czynności, które podczas nich powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi normami, w sposób zapewniający bezpieczeństwo

- osób, mienia i bezpieczeństwo pożarowe, a także przestrzegania wewnętrznych przepisów obowiązujących na terenie obiektu Zamawiającego;
- 4) pod pojęciem przegląd techniczny i konserwacja analizatora PK 7300 firmy Beckman Coulter należy rozumieć wykonywanie czynności o charakterze prewencyjnym mające na celu podtrzymanie stałej gotowości eksploatacyjnej ww. analizatora, polegające w szczególności na:
 - a) utrzymaniu sprawności techniczno-eksploatacyjnej analizatora,
 - b) konserwacji i zachowaniu gotowości eksploatacyjnej opartej o zalecenia Zamawiającego,
 - c) przeprowadzaniu okresowych przeglądów technicznych i kontroli stanu technicznego analizatora, zapewniających sprawną i bezpieczną eksploatację zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. z 2020 r., poz. 186 t.j.);
 - 5) Wykonawca w ramach przeglądów technicznych i konserwacji zobowiązany jest w szczególności do:
 - a) przestrzegania terminów przeglądów technicznych i konserwacji,
 - b) wymiany części zużywalnych w związku z naturalnym zużyciem podczas eksploatacji przy zastosowaniu fabrycznie nowych, oryginalnych części,
 - c) sprawdzania prawidłowości działania urządzenia,
 - d) sprawdzania i czyszczenia elementów urządzenia,
 - e) sporządzania protokołu z przeglądu i konserwacji;
 - 6) do zadań serwisanta analizatora PK 7300 firmy Beckman Coulter należy w szczególności:
 - a) kontrola wizualna urządzenia (zewnętrzna i wewnętrzna),
 - b) czyszczenie wnętrza urządzenia,
 - c) weryfikacja przesuwu statywu próbkowego,
 - d) weryfikacja pozycji ramienia próbki pierwotnej,
 - e) weryfikacja pozycji ramienia próbek rozcieńczonych,
 - f) weryfikacja pozycji kubków wstępnego rozcieńczenia, wraz ze stacją mycia,
 - g) weryfikacja pozycji ramienia odczynnikowego,
 - h) weryfikacja układu transportu i pozycji pipetowania mikroplytek,
 - i) weryfikacja działania czytników kodów kreskowych mikroplytek, odczynników i próbek,
 - j) wypełnienie układu i „Water test” – sprawdzenie szczelności modułu hydraulicznego,
 - k) wykonanie kalibracji czujników ciśnienia,
 - l) sprawdzenie działania układu pipetującego próbki z testem detektora poziomu:
 - dla każdego kanału P w zakresie 50 – 66,
 - dla każdego kanału CV poniżej 3%,
 - m) sprawdzenie działania układu pipetującego odczynniki z testem detektora poziomu:
 - dla każdego kanału P w zakresie 42 – 53,
 - dla każdego kanału CV poniżej 3%,
 - n) sprawdzenie inkubatora – odczyt temperatury w zakresie $31^{\circ}\text{C} \pm 2^{\circ}\text{C}$,
 - o) sprawdzenie układu fotometru:
 - dark calibration, igot calibration,
 - Well Photometry – odczyty powinny być w zakresie z płytki wzorcowej,
 - pozycjonowanie układu fotometru,
 - p) wpis do paszportu technicznego analizatora potwierdzający przeprowadzenie walidacji, przekazanie Zamawiającemu dokumentacji potwierdzającej wykonanie określonych zadań (czynności serwisowych);
 - 7) ponadto Wykonawca zobowiązany jest w ramach realizacji zamówienia do:
 - a) wykonywania wszystkich czynności objętych zamówieniem z należytą starannością przez osoby posiadające stosowne kwalifikacje i doświadczenie,
 - b) ustawienia (regulacji) wymaganych przez producenta parametrów,
 - c) legalizacji (jeżeli dotyczy),
 - d) kalibracji (jeżeli dotyczy),
 - e) walidacji analizatora – przez ten proces należy rozumieć:
 - przeprowadzenie walidacji (po wykonaniu przeglądu i konserwacji analizatora oraz naprawy) i wystawienie potwierdzającego jej wykonanie protokołu zgodnego z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 roku w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Wytwarzania (Dz. U. z 2019 r., poz. 728 t.j.),

- przedłożenie przez Wykonawcę, do akceptacji Zamawiającego, planu poszczególnych etapów walidacji,
 - potwierdzenie wykonania każdego etapu protokołem w języku polskim. Dopuszczalne jest przedstawienie wyników badań pochodzących z aparatów w języku właściwym dla danego aparatu, ale ze stosownym opisem w języku polskim,
 - przekazanie przez Wykonawcę warunków akceptacji wyników oraz opisanie czy uzyskane wyniki odpowiadają tym warunkom,
 - dołączenie, dodatkowo, do protokołów walidacji kserokopii walidacji lub wzorcowania zastosowanej zewnętrznej aparatury pomiarowej wraz z tłumaczeniem na język polski (jeżeli dotyczy),
- f) wykonania testów funkcjonalno-użytkowych i testów bezpieczeństwa oraz przedstawienie właściwych w tym zakresie protokołów (jeżeli dotyczy),
- g) dostawy i instalacji aktualizacji oprogramowania analizatora (jeżeli dotyczy),
- h) współdziałania z Zamawiającym w przypadku zmiany systemu informatycznego w Służbie Krwi w okresie trwania umowy, w zakresie dostosowania dwustronnej transmisji danych;
- 8) Wykonawca w ramach wynagrodzenia za przeglądy i konserwacje zapewni materiały eksploatacyjne (m.in. oleje, filtry i inne) niezbędne do wykonania czynności przeglądowo-konserwacyjnych oraz inne materiały konieczne do konserwacji. Dostarczone materiały muszą posiadać wymagane normami atesty i certyfikaty dopuszczające do dalszej bezpiecznej eksploatacji;
- 9) Wykonawca zobowiązany jest również do bezpłatnej pomocy (konsultacji), np. on-line w trakcie trwania umowy;
- 10) przeglądy techniczne i konserwacja analizatora PK 7300 odbywać się będą 2 (dwa) razy w roku, w terminach wyznaczonych przez Zamawiającego, tj.:
- a) kwiecień 2021 r.
 - b) październik 2021 r.
 - c) kwiecień 2022 r.
 - d) październik 2022 r.;
- 11) naprawy analizatora PK 7300 odbywać się będą na każde zgłoszenie Zamawiającego konieczności przeprowadzenia takiej naprawy i/lub zgłoszenie Wykonawcy w następstwie przeprowadzonego przeglądu technicznego;
- 12) pod pojęciem naprawy należy rozumieć usunięcie nieprawidłowości w działaniu analizatora poprzez wymianę części uszkodzonych lub zużytych;
- 13) Wykonawca w ramach napraw zobowiązany jest w szczególności do:
- a) diagnostyki uszkodzenia,
 - b) wykonania naprawy lub wymiany uszkodzonych lub nie działających części analizatora na nowe, przy czym Wykonawca konieczność tych napraw będzie uzgadniał z Zamawiającym, z podaniem przewidywanych kosztów w formie kalkulacji cenowej/kosztorysu. Naprawa nastąpi po akceptacji przez Zamawiającego kalkulacji cenowej/kosztorysu. W takim przypadku narzut na części zamiennie nie może przekroczyć 20% wartości nowej części,
 - c) sporządzania protokołu z naprawy.

Część 2 – dostawa materiałów eksploatacyjnych do stacji wody Elix 70C firmy Merck wraz z usługą wykonywania przeglądów, konserwacji i napraw stacji wody Elix 70C firmy Merck

Na przedmiot zamówienia składają się:

1. Sukcesywne dostawy materiałów eksploatacyjnych do stacji wody Elix 70C firmy Merck zgodnie z poniższą charakterystyką:

Lp.	Charakterystyka (Minimalne wymagania Zamawiającego)
1.	Filtr końcowy 0,22 µm – w ilości 4 szt.
2.	Zestaw złączek i przewodów – w ilości 2 zestawów.
3.	Filtr oddechowy do zbiornika 30/60/100 l – w ilości 2 szt.
4.	Wkład jonowymienny – w ilości 8 szt.
5.	Wkład filtra mechanicznego – w ilości 6 szt.
6.	Wkład PROGARD TL1 do oczyszczania wody – w ilości 2 szt.
7.	Lampa – w ilości 1 szt.

- 1) Termin ważności materiałów eksploatacyjnych: min. 10 miesięcy, licząc od daty dostawy do siedziby Zamawiającego;
 - 2) Wykonawca gwarantuje, że zaoferowane materiały eksploatacyjne są kompatybilne z posiadaną przez Zamawiającego stacją wody Elix 70C firmy Merck;
 - 3) Wykonawca gwarantuje, że zaoferowane produkty są wysokiej jakości, pełnowartościowe w pierwszym gatunku, fabrycznie nowe i oryginalne, nienoszące znamion użytkowania oraz śladów uszkodzenia, wolne od wad fizycznych i prawnych;
 - 4) Wykonawca gwarantuje, że przedmiot zamówienia będzie mógł być użytkowany zgodnie z przeznaczeniem;
2. Usługi wykonania przeglądu, konserwacji i napraw stacji wody Elix 70C firmy Merck, zgodnie z poniższymi wymaganiami:
 - 1) przedmiotem zamówienia jest usługa wykonywania przeglądów, konserwacji i napraw posiadanej przez Zamawiającego stacji wody Elix 70C firmy Merck;
 - 2) Wykonawca zapewni usługi autoryzowanego serwisu w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia;
 - 3) Wykonawca zobowiązuje się świadczyć usługi, o których mowa w ust. 1), zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa oraz zgodnie z instrukcją serwisową stacji wody oraz zaleceniami producenta, w szczególności co do zakresu przeprowadzenia przeglądów, konserwacji i kontroli bezpieczeństwa oraz czynności, które podczas nich powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi normami, w sposób zapewniający bezpieczeństwo osób, mienia i bezpieczeństwo pożarowe, a także przestrzegania wewnętrznych przepisów obowiązujących na terenie obiektu Zamawiającego;
 - 4) pod pojęciem przeglądu technicznego i konserwacji stacji wody Elix 70C firmy Merck należy rozumieć wykonywanie czynności o charakterze prewencyjnym mających na celu podtrzymanie stałej gotowości eksploatacyjnej ww. stacji wody, polegające w szczególności na:
 - a) utrzymaniu sprawności techniczno-eksploatacyjnej stacji wody,
 - b) konserwacji i zachowaniu gotowości eksploatacyjnej opartej o zalecenia Zamawiającego,
 - c) przeprowadzaniu okresowych przeglądów technicznych i kontroli stanu technicznego stacji wody, zapewniających sprawną i bezpieczną eksploatację zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. z 2020 r., poz. 186 t.j.);
 - 5) Wykonawca w ramach przeglądów technicznych i konserwacji zobowiązany jest w szczególności do:
 - a) przestrzegania terminów przeglądów technicznych i konserwacji,
 - b) wymiany części zużywalnych w związku z naturalnym zużyciem podczas eksploatacji przy zastosowaniu fabrycznie nowych, oryginalnych części,

- c) sprawdzania prawidłowości działania urządzenia,
 - d) sprawdzania i czyszczenia elementów urządzenia,
 - e) sporządzania protokołu z przeglądu i konserwacji;
- 6) do zadań serwisanta stacji wody Elix 70C firmy Merck należy w szczególności:
- a) sprawdzenie prawidłowości działania urządzenia,
 - b) sprawdzenie i czyszczenie elementów urządzenia,
 - c) sporządzenie protokołu z przeglądu i konserwacji,
 - d) utrzymanie sprawności techniczno-eksploatacyjnej urządzenia,
 - e) konserwacja i zachowanie gotowości eksploatacyjnej urządzenia opartej o zalecenia Zamawiającego,
 - f) przeprowadzanie okresowego przeglądu technicznego i kontroli stanu technicznego, urządzenia zapewniających sprawną i bezpieczną eksploatację zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych;
- 7) pod pojęciem naprawy należy rozumieć usunięcie nieprawidłowości w działaniu stacji wody poprzez wymianę części uszkodzonych lub zużytych;
- 8) Wykonawca w ramach napraw zobowiązany jest w szczególności do:
- a) diagnostyki uszkodzenia,
 - b) wykonania naprawy lub wymiany uszkodzonych lub nie działających części stacji wody na nowe, przy czym Wykonawca konieczność tych napraw będzie uzgadniał z Zamawiającym, z podaniem przewidywanych kosztów w formie kalkulacji cenowej/kosztorysu. Naprawa nastąpi po akceptacji przez Zamawiającego kalkulacji cenowej/kosztorysu. W takim przypadku narzut na części zamienne nie może przekroczyć 20% wartości nowej części,
 - c) sporządzania protokołu z naprawy;
- 9) ponadto Wykonawca zobowiązany jest w ramach realizacji przedmiotu umowy do:
- a) wykonywania wszystkich czynności objętych zamówieniem z należytą starannością przez osoby posiadające stosowne kwalifikacje i doświadczenie,
 - b) ustawienia (regulacji) wymaganych przez producenta parametrów,
 - c) legalizacji (jeżeli dotyczy),
 - d) kalibracji (jeżeli dotyczy);
- 10) Wykonawca w ramach wynagrodzenia za przeglądy i konserwacje zapewni materiały eksploatacyjne niezbędne do wykonania czynności przeglądowo-konserwacyjnych oraz inne materiały konieczne do konserwacji. Dostarczone materiały muszą posiadać wymagane normami atesty i certyfikaty dopuszczające do dalszej bezpiecznej eksploatacji;
- 11) Wykonawca zobowiązany jest również do bezpłatnej pomocy (konsultacji), np. on-line w trakcie trwania umowy;
- 12) przeglądy techniczne i konserwacja stacji wody Elix 70C odbywać się będą 1 (raz) w roku, w terminach wyznaczonych przez Zamawiającego, tj.:
- 1) czerwiec 2021 r.
 - 2) czerwiec 2022 r.;
- 13) naprawy stacji wody Elix 70C odbywać się będą na każde zgłoszenie Zamawiającego konieczności przeprowadzenia takiej naprawy i/lub zgłoszenie Wykonawcy w następstwie przeprowadzonego przeglądu technicznego.

Załącznik nr 2 do SIWZ

(wzór – dot. oferty składanej
w wersji elektronicznej i papierowej)

**Regionalne Centrum Krwiodawstwa
i Krwiolecznictwa w Białymstoku
ul. M. Skłodowskiej-Curie 23
15-950 Białystok**

FORMULARZ OFERTY

Dane Wykonawcy/Wykonawców w przypadku oferty wspólnej*

Nazwa:

Adres: ul.

Kod: miasto: województwo:

Adres do korespondencji (wypełnić, jeżeli jest inny niż adres siedziby)

Numer telefonu:

Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej znajdującej się na platformie ePUAP**:

Adres e-mail Wykonawcy:

Osoba upoważniona do kontaktów, tel.

NIP:, REGON:

* w przypadku oferty wspólnej, np. konsorcjum, spółki cywilnej, należy podać dane dotyczące wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie oraz Pełnomocnika.

** dotyczy Wykonawców składających ofertę w wersji elektronicznej

Odpowiadając na ogłoszenie o zamówieniu w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na „**Dostawę odczynników chemicznych do wykonywania oznaczeń z zakresu serologii grup krwi na analizatorze PK 7300 i materiałów eksploatacyjnych do stacji wody Elix 70C oraz usługę przeglądów, konserwacji, napraw analizatora PK 7300 i stacji wody Elix 70C**”, znak postępowania: ZP/PN-16/20:

1. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami postępowania oraz Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, nie wnosimy do nich żadnych zastrzeżeń i przyjmujemy warunki w niej zawarte, a także uzyskaliśmy informacje konieczne do przygotowania oferty.
2. Składamy ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia, którego zakres określono w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na następujących warunkach:

2.1) Część 1 – dostawa odczynników chemicznych do wykonywania oznaczeń z zakresu serologii grup krwi na analizatorze PK 7300 firmy Beckman Coulter wraz z usługą wykonywania przeglądów, konserwacji i napraw analizatora PK 7300 firmy Beckman Coulter

1) dostawa odczynników chemicznych:

wartość brutto: zł

słownie: zł

w tym% VAT

wartość netto: zł

2) wykonanie czterech (4) przeglądów i konserwacji analizatora PK 7300 firmy Beckman Coulter:

wartość brutto: zł

słownie: zł

w tym% VAT

wartość netto: zł

3) cena za jedną (1) roboczogodzinę naprawy analizatora PK 7300 firmy Beckman Coulter:

brutto: zł

słownie: zł

w tym% VAT

netto: zł

i są to ceny podane zgodnie z wymaganiami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Cena oferty zawiera ostateczną, sumaryczną cenę obejmującą wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia z uwzględnieniem opłat i podatków (w tym podatku VAT) wg odpowiadających jej składników cenowych.

4) Oświadczamy, iż oferowane przez nas odczynniki chemiczne (z wyłączeniem odczynnika Bromelina) posiadają termin ważności wynoszący:

a) **9 miesięcy i dłużej, tj. miesięcy^{*)}** *(Wykonawca podaje ilość miesięcy o ile oferuje termin ważności dłuższy niż 9 miesięcy)*

b) **8 miesięcy^{*)}**

c) **7 miesięcy^{*)}**

od daty dostawy do siedziby Zamawiającego.

5) Oświadczamy, iż oferowany przez nas przedmiot zamówienia zostanie dostarczony w terminie:

a) **do 9 dni kalendarzowych, tj. w terminie ... dni kalendarzowych^{*)}** *(Wykonawca podaje ilość dni o ile oferuje termin dostawy krótszy niż 9 dni kalendarzowych)*

b) **10 dni kalendarzowych^{*)}**

c) **11 dni kalendarzowych^{*)}**

d) **12 dni kalendarzowych^{*)}**

e) **13 dni kalendarzowych^{*)}**

f) **14 dni kalendarzowych^{*)}**

od daty nadania zamówienia e-mailem lub faksem.

6) Oświadczamy, iż oferujemy termin dostawy w trybie CITO wynoszący:

a) **do 5 dni kalendarzowych, tj. w terminie dni kalendarzowych^{*)}** *(Wykonawca podaje ilość dni o ile oferuje termin dostawy krótszy niż 5 dni kalendarzowych)*

b) **6 dni kalendarzowych^{*)}**

c) **7 dni kalendarzowych^{*)}**

od dnia nadania zamówienia e-mailem lub faksem.

^{*)} *niepotrzebne skreślić*

2.2) Część 2 – dostawa materiałów eksploatacyjnych do stacji wody Elix 70C firmy Merck wraz z usługą wykonywania przeglądów, konserwacji i napraw stacji wody Elix 70C firmy Merck^{*)}

1) dostawa materiałów eksploatacyjnych:

wartość brutto: zł

słownie: zł

w tym% VAT

wartość netto: zł

2) wykonanie dwóch (2) przeglądów i konserwacji stacji wody Elix 70C firmy Merck:

wartość brutto: zł

słownie: zł

w tym% VAT

wartość netto: zł

3) cena za jedną (1) roboczogodzinę naprawy stacji wody Elix 70C firmy Merck:

brutto: zł

słownie: zł

w tym% VAT

netto: zł

i są to ceny podane zgodnie z wymaganiami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Cena oferty zawiera ostateczną, sumaryczną cenę obejmującą wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia z uwzględnieniem opłat i podatków (w tym podatku VAT) wg odpowiadających jej składników cenowych.

4) Oświadczamy, iż oferowane przez nas materiały eksploatacyjne posiadają termin ważności wynoszący:

a) **12 miesięcy i dłużej, tj. miesięcy^{*)}** (Wykonawca podaje ilość miesięcy o ile oferuje termin ważności dłuższy niż 9 miesięcy)

b) **11 miesięcy^{*)}**

c) **10 miesięcy^{*)}**

od daty dostawy do siedziby Zamawiającego.

5) Oświadczamy, iż oferowany przez nas przedmiot zamówienia zostanie dostarczony w terminie:

a) **do 9 dni kalendarzowych, tj. w terminie ... dni kalendarzowych^{*)}** (Wykonawca podaje ilość dni o ile oferuje termin dostawy krótszy niż 9 dni kalendarzowych)

b) **10 dni kalendarzowych^{*)}**

c) **11 dni kalendarzowych^{*)}**

d) **12 dni kalendarzowych^{*)}**

e) **13 dni kalendarzowych^{*)}**

f) **14 dni kalendarzowych^{*)}**

od daty nadania zamówienia e-mailem lub faksem.

6) Oświadczamy, iż oferujemy termin dostawy w trybie CITO wynoszący:

- a) **do 5 dni kalendarzowych, tj. w terminie dni kalendarzowych**^{*)} (Wykonawca podaje ilość dni o ile oferuje termin dostawy krótszy niż 5 dni kalendarzowych)
- b) **6 dni kalendarzowych**^{*)}
- c) **7 dni kalendarzowych**^{*)}
- od dnia nadania zamówienia e-mailem lub faksem.**

^{*)} niepotrzebne skreślić

3. Oświadczamy, iż:

- 3.1 wartość netto oraz ceny jednostkowe netto podane w pkt 2 nie ulegną podwyższeniu przez okres obowiązywania umowy;
- 3.2 akceptujemy termin realizacji zamówienia określony w SIWZ;
- 3.3 akceptujemy warunki płatności za zrealizowany przedmiot zamówienia określone we Wzorze umowy, stanowiącym Załącznik nr 7 do SIWZ.

4. Oświadczamy, iż w przypadku wyboru naszej oferty przed zawarciem umowy dostarczymy oryginał certyfikatu rezydencji podatkowej*.

* dotyczy Wykonawców zagranicznych, o których mowa w pkt 22.1.4 SIWZ

5. Oświadczamy, że uważamy się związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni liczony od terminu składania ofert określonego w SIWZ.

6. Oświadczamy, iż zawarty w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Wzór umowy (Załącznik nr 7 do SIWZ) został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy na warunkach w niej określonych, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

7. Oświadczamy, iż:

7.1 zamówienie zrealizujemy we własnym zakresie^{*)}

7.2 zamierzamy powierzyć do realizacji przez podwykonawcę następujące części zamówienia^{*)}

L.p.	Rodzaj zamówienia powierzonego do wykonania przez podwykonawcę *	Firma podwykonawcy ** (nazwa, pod którą działa)

* Wykonawca jest zobowiązany podać szczegółowy zakres prac, które zamierza powierzyć podwykonawcy

** Wykonawca jest zobowiązany podać firmę podwykonawcy, o ile jest to wiadome

^{*)} niepotrzebne skreślić

8. Oświadczamy, iż jesteśmy mikroprzedsiębiorstwem, małym lub średnim przedsiębiorstwem²⁾:

8.1 tak^{*)}

8.2 nie^{*)}

^{*)} niepotrzebne skreślić

9. Oświadczamy, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO³⁾ wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.⁴⁾

9.1 tak^{*)}

9.2 nie^{*)}

9.3 nie dotyczy^{*)}

^{*)} niepotrzebne skreślić

10. Pod groźbą odpowiedzialności karnej oświadczamy, iż załączone do oferty dokumenty opisują stan faktyczny i prawny, aktualny na dzień otwarcia ofert.

11. Ofertę niniejszą składamy na ... zapisanych i kolejno ponumerowanych stronach (od nr do nr).
12. Wraz z ofertą składamy następujące oświadczenia i dokumenty:
- 12.1
- 12.2

.....
**) /miejsowość i data/

.....
**) /podpis osoby/osób upoważnionej do występowania w imieniu Wykonawcy/
(pożądany czytelny podpis albo podpis i pieczętka z imieniem i nazwiskiem)

**) dotyczy Wykonawców składających ofertę w wersji papierowej

- ¹⁾ Zgodnie z zaleceniem Komisji z dnia 6 maja 2003 dotyczącym definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (Dz.U.L 124 z 20.5.2003, s. 36). Informacje te są wymagane wyłącznie do celów statystycznych.
Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów euro.
Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów euro.
Średnie przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które nie jest mikroprzedsiębiorstwem ani małym przedsiębiorstwem i które zatrudnia mniej niż 250 osób i którego roczny obrót nie przekracza 50 milionów euro lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów euro.
- ²⁾ rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).
- ³⁾ Jeżeli wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO, treści oświadczenia nie składa.

Załącznik nr 3 do SIWZ
(wzór – dot. oferty składanej
w wersji elektronicznej i papierowej)

.....
*)/pieczęć nagłówkowa Wykonawcy/ Wykonawców/

**Regionalne Centrum Krwiodawstwa
i Krwiolecznictwa w Białymstoku
ul. M. Skłodowskiej-Curie 23
15-950 Białystok**

Oświadczenie Wykonawcy*
składane na podstawie art. 25a ust. 1
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych,

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego nr ZP/PN-16/20 na „Dostawę odczynników chemicznych do wykonywania oznaczeń z zakresu serologii grup krwi na analizatorze PK 7300 i materiałów eksploatacyjnych do stacji wody Elix 70C oraz usługę przeglądów, konserwacji, napraw analizatora PK 7300 i stacji wody Elix 70C” oświadczam, co następuje:

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.

.....
*)/miejsowość i data/

.....
*) /podpis osoby/osób upoważnionej do występowania w imieniu Wykonawcy/
(požadany czytelny podpis albo podpis i pieczęć z imieniem i nazwiskiem)

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. ustawy Pzp**. Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze:

.....
*)/miejsowość i data/

.....
*)/podpis osoby/osób upoważnionej do występowania w imieniu Wykonawcy/
(požadany czytelny podpis albo podpis i pieczęć z imieniem i nazwiskiem)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższym oświadczeniu są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji za wprowadzenie Zamawiającego w błąd.

.....
*)/miejsowość i data/

.....
*)/podpis osoby/osób upoważnionej do występowania w imieniu Wykonawcy/
(požadany czytelny podpis albo podpis i pieczęć z imieniem i nazwiskiem)

* W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, niniejsze Oświadczenie powinno być złożone przez każdego z Wykonawców indywidualnie

** należy podać podstawę prawną wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 ustawy Pzp

*) dotyczy Wykonawców składających ofertę w wersji papierowej

Załącznik nr 4 do SIWZ
(wzór – dot. oferty składanej
w wersji elektronicznej i papierowej)

.....
*)pieczęć nagłówkowa Wykonawcy/Wykonawców/

**Regionalne Centrum Krwiodawstwa
i Krwiolecznictwa w Białymstoku
ul. M. Skłodowskiej - Curie 23
15-950 Białystok**

Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej

Ja/My niżej podpisany/-i:

.....

.....

działając w imieniu i na rzecz

.....

/nazwa (firma), dokładny adres Wykonawcy/Wykonawców

przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego nr **ZP/PN-16/20** na „**Dostawę odczynników chemicznych do wykonywania oznaczeń z zakresu serologii grup krwi na analizatorze PK 7300 i materiałów eksploatacyjnych do stacji wody Elix 70C oraz usług przeglądów, konserwacji, napraw analizatora PK 7300 i stacji wody Elix 70C**” oświadczam, że:

- 1) *należymy do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 roku o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2019 r., poz. 369 t.j.), o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 1843 t.j.). z nw. Wykonawcą/-mi uczestniczącym/-mi w postępowaniu:

L.p.	Nazwa podmiotu	Adres podmiotu
1.		
2.		
...		

.....
*)miejsowość i data/

.....
*)podpis osoby/osób upoważnionej do występowania w imieniu Wykonawcy/
(požadany czytelny podpis albo podpis i pieczęć z imieniem i nazwiskiem)

- 2) *nie należymy do żadnej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 roku o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2019 r., poz. 369 t.j.), o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 1843 t.j.).

.....
*)miejsowość i data/

.....
*)podpis osoby/osób upoważnionej do występowania w imieniu Wykonawcy/
(požadany czytelny podpis albo podpis i pieczęć z imieniem i nazwiskiem)

* należy wypełnić pkt 1) lub pkt 2)

** w sytuacji, gdy Wykonawca należy do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 roku o ochronie konkurencji i konsumentów wraz ze złożeniem oświadczenia może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

*) dotyczy Wykonawców składających ofertę w wersji papierowej

Załącznik nr 5 do SIWZ
(wzór – dot. oferty składanej
w wersji elektronicznej i papierowej)

.....
**) /pieczęć nagłówkowa Wykonawcy/ Wykonawców/

Specyfikacja oferowanego przedmiotu zamówienia

- 1. Część 1 – dostawa odczynników chemicznych do wykonywania oznaczeń z zakresu serologii grup krwi na analizatorze PK 7300 firmy Beckman Coulter wraz z usługą wykonywania przeglądów, konserwacji i napraw analizatora PK 7300 firmy Beckman Coulter^{*)}**

1) Specyfikacja cenowa odczynników chemicznych:

Lp.	Przedmiot zamówienia	Ilość opakowań	Cena jednostkowa netto za opakowanie (w zł)	Stawka podatku VAT (w %)	Wartość brutto (w zł)
-	1	2	3	4	5= (2x3)+kwota podatku VAT
1.	<p>Cleaning Solution przeznaczony do mycia i odkażania mikroplitek i analizatora PK 7300 firmy Beckman Coulter przy wykonywaniu oznaczeń z zakresu serologii grup krwi.</p> <p>zamawiana ilość: 81 000 ml wielkość opakowania jednostkowego: 450 ml</p> <p>Nazwa: Producent: Numer katalogowy: Sposób konfekcjonowania:</p>				
2.	<p>Cleaning Solution przeznaczony do mycia i odkażania analizatora PK 7300 firmy Beckman Coulter przy wykonywaniu oznaczeń z zakresu serologii grup krwi.</p> <p>zamawiana ilość: 30 000 ml wielkość opakowania jednostkowego: 1 l</p> <p>Nazwa: Producent: Numer katalogowy: Sposób konfekcjonowania:</p>				
3.	<p>Wash Solution przeznaczony do mycia mikroplitek w celu wykonywania oznaczeń z zakresu serologii grup krwi na analizatorze PK 7300 firmy Beckman Coulte.</p> <p>zamawiana ilość: 12 000 ml wielkość opakowania jednostkowego: 2 l</p> <p>Nazwa: Producent: Numer katalogowy: Sposób konfekcjonowania:</p>				

4.	Odczynnik chemiczny Bromelina płynna do wykonywania oznaczeń z zakresu serologii grup krwi na analizatorze PK 7300 firmy Beckman Coulter. zamawiana ilość: 405 000 ml wielkość opakowania jednostkowego: 900 ml Nazwa: Producent: Numer katalogowy: Sposób konfekcjonowania:				
Razem (suma poz. 1-4):					

2) Specyfikacja cenowa przeglądów i konserwacji:

Przedmiot zamówienia	Ilość urządzeń	Przewidywana ilość przeglądów i konserwacji w okresie obowiązywania umowy (24 miesiące)	Wartość netto jednego /1/ przeglądu i konserwacji jednego /1/ urządzenia (w zł)	Stawka podatku VAT (w %)	Wartość brutto (w zł)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6 = (2x3x4) + kwota podatku VAT</i>
Przeгляд techniczny i konserwacja analizatora PK 7300 firmy Beckman Coulter	1	4			

3) Specyfikacja przedmiotowa odczynników chemicznych:

Lp.	Wymagania minimalne Zamawiającego	Charakterystyka proponowanego przez Wykonawcę wyrobu	Uwagi
1.	Cleaning Solution przeznaczony do mycia i odkażania mikroplitek i analizatora PK 7300 firmy Beckman Coulter przy wykonywaniu oznaczeń z zakresu serologii grup krwi.	TAK / NIE *)	
2.	Cleaning Solution przeznaczony do mycia i odkażania analizatora PK 7300 firmy Beckman Coulter przy wykonywaniu oznaczeń z zakresu serologii grup krwi.	TAK / NIE *)	
3.	Wash Solution przeznaczony do mycia mikroplitek w celu wykonywania oznaczeń z zakresu serologii grup krwi na analizatorze PK 7300 firmy Beckman Coulter.	TAK / NIE *)	
4.	Odczynnik chemiczny Bromelina płynna do wykonywania oznaczeń z zakresu serologii grup krwi na analizatorze PK 7300 firmy Beckman Coulter. 1) Odczynnik chemiczny w opakowaniu jednostkowym o pojemności: 900 ml. 2) Odczynnik dedykowany do techniki mikroplitekowej. 3) Odczynnik gotowy do użycia. 4) Temperatura przechowywania odczynnika: od 2°C do 8°C. 5) Po otwarciu opakowania przydatność odczynnika do badań: min. 4 dni. 6) Termin ważności odczynnika: min. 6 miesięcy od daty dostawy do siedziby Zamawiającego.	TAK / NIE *)	Termin ważności odczynnika: miesięcy od daty dostawy do siedziby Zamawiającego.
5.	Wykonawca gwarantuje, że zaoferowane w Specyfikacji cenowej (pkt 1 Specyfikacji oferowanego przedmiotu zamówienia) odczynniki chemiczne są kompatybilne z posiadanym przez Zamawiającego analizatorem PK 7300 firmy Beckman Coulter.	TAK / NIE *)	
6.	Wykonawca gwarantuje, że zaoferowane w Specyfikacji cenowej (pkt 1 Specyfikacji oferowanego przedmiotu zamówienia) produkty są wysokiej jakości, pełnowartościowe w pierwszym gatunku, fabrycznie nowe i oryginalne, nienoszące znamion użytkowania oraz śladów uszkodzenia, wolne od wad fizycznych i prawnych.	TAK / NIE *)	

7.	Wykonawca gwarantuje, że przedmiot zamówienia będzie mógł być użytkowany zgodnie z przeznaczeniem.	TAK / NIE *)	
----	--	--------------	--

*) - niepotrzebne skreślić

.....
 **)/Miejscowość i data/

.....
 **)/Podpis osoby/osób upoważnionej do występowania w imieniu Wykonawcy/
 (pożądany czytelny podpis albo podpis i pieczęć z imieniem i nazwiskiem)

*) *niepotrzebne skreślić*

**) *dotyczy Wykonawców składających ofertę w wersji papierowej*

2. Część 2 – dostawa materiałów eksploatacyjnych do stacji wody Elix 70C firmy Merck wraz z usługą wykonywania przeglądów, konserwacji i napraw stacji wody Elix 70C firmy Merck^{*)}

1) Specyfikacja cenowa materiałów eksploatacyjnych:

Lp.	Przedmiot zamówienia	Ilość szt./zestawów	Cena jednostkowa netto za szt./zestaw (w zł)	Stawka podatku VAT (w %)	Wartość brutto (w zł)
-	1	2	3	4	5= (2x3)+kwota podatku VAT
1.	Filtr końcowy 0,22 µm Nazwa: Producent: Numer katalogowy:	4 szt.			
2.	Zestaw złączek i przewodów Nazwa: Producent: Numer katalogowy:	2 zestawy			
3.	Filtr oddechowy do zbiornika 30/60/100 l Nazwa: Producent: Numer katalogowy:	2 szt.			
4.	Wkład jonowymienny Nazwa: Producent: Numer katalogowy:	8 szt.			
5.	Wkład filtra mechanicznego Nazwa: Producent: Numer katalogowy:	6 szt.			
6.	Wkład PROGARD TL1 do czyszczenia wody Nazwa: Producent: Numer katalogowy:	2 szt.			
7.	Lampa Nazwa: Producent: Numer katalogowy:	1 szt.			
Razem (suma poz. 1-7):					

2) Specyfikacja cenowa przeglądów i konserwacji:

Przedmiot zamówienia	Ilość urządzeń	Przewidywana ilość przeglądów i konserwacji w okresie obowiązywania umowy (24 miesiące)	Wartość netto jednego /1/ przeglądu i konserwacji jednego /1/ urządzenia (w zł)	Stawka podatku VAT (w %)	Wartość brutto (w zł)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6 = (2x3x4) + kwota podatku VAT</i>
Przeład techniczny i konserwacja stacji wody Elix 70C firmy Merck	1	2			

3) Specyfikacja przedmiotowa materiałów eksploatacyjnych:

Lp.	Wymagania minimalne Zamawiającego	Charakterystyka proponowanego przez Wykonawcę wyrobu	Uwagi
1.	Filtr końcowy 0,22 µm przeznaczony do stacji wody Elix 70C firmy Merck.	TAK / NIE *)	
2.	Zestaw złączek i przewodów przeznaczony do stacji wody Elix 70C firmy Merck.	TAK / NIE *)	
3.	Filtr oddechowy do zbiornika 30/60/100 l przeznaczony do stacji wody Elix 70C firmy Merck.	TAK / NIE *)	
4.	Wkład jonowymienny przeznaczony do stacji wody Elix 70C firmy Merck.	TAK / NIE *)	
5.	Wkład filtra mechanicznego przeznaczony do stacji wody Elix 70C firmy Merck.	TAK / NIE *)	
6.	Wkład PROGARD TL1 do oczyszczania wody przeznaczony do stacji wody Elix 70C firmy Merck.	TAK / NIE *)	
7.	Lampa przeznaczona do stacji wody Elix 70C firmy Merck.	TAK / NIE *)	
8.	Wykonawca gwarantuje, że zaoferowane w Specyfikacji cenowej (pkt 1 Specyfikacji oferowanego przedmiotu zamówienia) materiały eksploatacyjne są kompatybilne z posiadaną przez Zamawiającego stacją wody Elix 70C firmy Merck.	TAK / NIE *)	
9.	Wykonawca gwarantuje, że zaoferowane w Specyfikacji cenowej (pkt 1 Specyfikacji oferowanego przedmiotu zamówienia) produkty są wysokiej jakości, pełnowartościowe w pierwszym gatunku, fabrycznie nowe i oryginalne, nienoszące znamion użytkowania oraz śladów uszkodzenia, wolne od wad fizycznych i prawnych.	TAK / NIE *)	
10.	Wykonawca gwarantuje, że przedmiot zamówienia będzie mógł być użytkowany zgodnie z przeznaczeniem.	TAK / NIE *)	

*) - niepotrzebne skreślić

.....
**)/Miejscowość i data/.....
**)/Podpis osoby/osób upoważnionej do występowania w imieniu Wykonawcy/
(pożądany czytelny podpis albo podpis i pieczętka z imieniem i nazwiskiem)*) *niepotrzebne skreślić***) *dotyczy Wykonawców składających ofertę w wersji papierowej*

Załącznik nr 6 do SIWZ
(wzór – dot. oferty składanej
w wersji elektronicznej i papierowej)

.....
*)pieczęć nagłówkowa Wykonawcy/ Wykonawców/

**Regionalne Centrum Krwiodawstwa
i Krwiolecznictwa w Białymstoku
ul. M. Skłodowskiej-Curie 23
15-950 Białystok**

Oświadczenie dotyczące tajemnicy przedsiębiorstwa*

Ja/My, niżej podpisany/-i:

.....
.....

działając w imieniu i na rzecz:

.....
.....

/nazwa (firma), dokładny adres Wykonawcy/Wykonawców/

przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego nr **ZP/PN-16/20** na „**Dostawę odczynników chemicznych do wykonywania oznaczeń z zakresu serologii grup krwi na analizatorze PK 7300 i materiałów eksploatacyjnych do stacji wody Elix 70C oraz usługę przeglądów, konserwacji, napraw analizatora PK 7300 i stacji wody Elix 70C**” oświadczamy, że:

- 1) utajnione przez naszą firmę dane zawarte w załączniku nr do oferty** / na stronach oferty**, dotyczące informacji: technicznych*, technologicznych*, handlowych*, organizacyjnych* nie są powszechnie dostępne, tzn. nie są publikowane w materiałach drukowanych bądź w Internecie, w związku z tym stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2019 r., poz. 1010 t.j.);
- 2) utajnienie tych danych nie ma na celu utrudnienia uczciwej konkurencji w przedmiotowym zamówieniu publicznym oraz nie dotyczy informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 1843 t.j.).
- 3) do niniejszego oświadczenia dołączamy informację, w której wykazujemy, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.

.....
*)/miejsowość i data/

.....
*)/podpis osoby/osób upoważnionej do występowania w imieniu Wykonawcy/
(požadany czytelny podpis albo podpis i pieczętka z imieniem i nazwiskiem)

* Wykonawca dołącza powyższe informacje do oferty, jeżeli dotyczy

** Wykonawca wypełnia odpowiednio

*) dotyczy Wykonawców składających ofertę w wersji papierowej

Załącznik nr 7 do SIWZ

UMOWA NR

(wzór umowy)

zawarta w dniu pomiędzy:

.....
 z siedzibą w zarejestrowaną/-ym przez Sąd Rejonowy dla
 w, Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS
, kapitał zakładowyzł, posługująca/-y się numerami: NIP....., REGON
, zwaną/-ym w treści umowy „Wykonawcą”, reprezentowaną/-ym przez:

..... –
 a

Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Białymstoku,

15-950 Białystok, ul. M. Skłodowskiej-Curie 23, wpisanym do Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000002530, NIP 5422584428, REGON 000293829, zwanym w treści umowy „Zamawiającym”, reprezentowanym przez:

..... –
 o następującej treści:

Zawarcie umowy następuje zgodnie z wyborem oferty Wykonawcy na podstawie przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „**Dostawę odczynników chemicznych do wykonywania oznaczeń z zakresu serologii grup krwi na analizatorze PK 7300 i materiałów eksploatacyjnych do stacji wody Elix 70C oraz usługę przeglądów, konserwacji, napraw analizatora PK 7300 i stacji wody Elix 70C**” zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 1843 t.j.) w trybie przetargu nieograniczonego, znak postępowania ZP/PN-16/20.

§ 1.

1. Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania:
 - 1) *Część 1 - dostawy odczynników chemicznych do wykonywania oznaczeń z zakresu serologii grup krwi na analizatorze PK 7300 firmy Beckman Coulter wraz z usługą wykonywania przeglądów, konserwacji i napraw analizatora PK 7300 firmy Beckman Coulter
 - 2) *Część 2 – dostawy materiałów eksploatacyjnych do stacji wody Elix 70C firmy Merck wraz z usługą wykonywania przeglądów, konserwacji i napraw stacji wody Elix 70C firmy Merck na potrzeby Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Białymstoku.
2. Przedmiot umowy został szczegółowo określony w Załączniku nr 1 do umowy (*sporządzonym na podstawie założonego przez Wykonawcę Załącznika nr 5 do SIWZ*).

* jeżeli dotyczy

§ 2.

1. Miejscem dostawy przedmiotu umowy jest magazyn w siedzibie Zamawiającego. Dostawy realizowane będą przez 24 miesiące od dnia zawarcia umowy.
2. Dostawy *odczynników chemicznych/*materiałów eksploatacyjnych realizowane będą według potrzeb Zamawiającego na koszt i ryzyko Wykonawcy, jego transportem w terminie do dni kalendarzowych (*zgodnie z ofertą Wykonawcy*) od dnia nadania zamówienia na adres e-mail: lub faksem na numer
3. W okresie obowiązywania umowy, Zamawiający zastrzega sobie prawo do realizacji 5 (pięciu) dostaw w trybie CITO. Dostawy w trybie CITO realizowane będą w terminie do dni kalendarzowych (*zgodnie z ofertą Wykonawcy*) w sposób określony w ust. 2.
4. Dostawy zostaną sprawdzone przez Zamawiającego pod względem zgodności z umową z chwilą ich otrzymania.

5. *Wykonawca zapewni odpowiednie oznakowanie opakowań, tj. z podaniem terminu ważności, numeru serii, warunków przechowywania, oznakowanie znakiem CE itp., zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami.

* jeżeli dotyczy

§ 3.

Wykonawca gwarantuje dostawy przedmiotu umowy posiadającego termin ważności wynoszący miesięcy (zgodnie z ofertą Wykonawcy) licząc od daty dostawy do siedziby Zamawiającego.

§ 4.

1. *Do obowiązków Wykonawcy należy dostarczenie:
 - 1) przy pierwszej dostawie – kart charakterystyk dla odczynników chemicznych i substancji niebezpiecznych, a także świadectwa jakości serii do każdej dostarczonej serii odczynników, zawierającego oznaczenie serii lub partii wyrobu i datę produkcji,
 - 2) przy każdej dostawie odczynników – świadectwa jakości serii do każdej dostarczonej serii odczynników zawierającego oznaczenie serii lub partii wyrobu i datę produkcji.Zamawiający zastrzega sobie prawo nieprzyjęcia dostawy do czasu dostarczenia ww. dokumentów.
2. Dostarczone przez Wykonawcę przed podpisaniem umowy dokumenty, tj. **Certyfikat WE, **Certyfikat Jednostki Notyfikowanej oraz **Deklaracja zgodności CE, muszą posiadać termin ważności obejmujący cały okres realizacji umowy. W przypadku, gdy ważność dokumentu wygasa w trakcie realizacji dostaw, Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć, z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem, dokument przedłużający jego ważność do końca okresu trwania umowy.
3. *W przypadku zaoferowania wyrobów po raz pierwszy wprowadzanych na terytorium RP, Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia dokumentów wynikających z ustawy z dnia 20 maja 2010 roku o wyrobach medycznych wraz z pierwszą dostawą tych wyrobów do siedziby Zamawiającego.
4. Odbiór ilościowy i jakościowy przedmiotu umowy nastąpi u Zamawiającego.
5. Wykonawca odpowiada za braki ilościowe i wady jakościowe stwierdzone bezpośrednio po rozpakowaniu fabrycznie nowych opakowań.
6. Wykonawca zapewni rozładunek i transport wewnętrzny przedmiotu umowy u Zamawiającego.
7. Do czasu odbioru przedmiotu umowy przez Zamawiającego, ryzyko wszelkich niebezpieczeństw związanych z ewentualnym uszkodzeniem lub utratą towaru ponosi Wykonawca.
8. Zamawiający zastrzega sobie prawo zwrotu otrzymanego towaru w przypadku stwierdzenia niezgodności dostawy pod względem ilościowym lub jakościowym, w stosunku do złożonego zamówienia (warunków umowy/treści oferty).
9. W przypadku stwierdzenia niewłaściwej ilości i/lub jakości przedmiotu umowy, Zamawiający zobowiązany jest sporządzić protokół. Zamawiający zgłasza pisemną reklamację na adres e-mail: lub faksem na numer
10. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego braków ilościowych Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia brakującego towaru w terminie 5 dni roboczych od daty nadania zgłoszenia.
11. Do obowiązków Wykonawcy należy rozpatrzenie reklamacji jakościowych nie później niż w terminie 7 dni roboczych od daty nadania zgłoszenia o wadzie przedmiotu umowy. Nierozpatrzenie reklamacji w ww. terminie oznacza jej uznanie.
12. Wykonawca w terminie 7 dni roboczych od daty uznania reklamacji zobowiązany jest spełnić żądania Zamawiającego zgłoszone w protokole reklamacyjnym.
13. Wykonawca zobowiązany jest odebrać przedmiot podlegający reklamacji i dostarczyć do siedziby Zamawiającego towar wolny od wad. Wszelkie szkody, koszty spowodowane niewłaściwym opakowaniem oraz koszty i ryzyko związane z reklamacją ponosi Wykonawca.
14. Odrzucenie przez Wykonawcę reklamacji upoważnia Zamawiającego do zasięgnięcia opinii lub ekspertyzy właściwego organu lub skierowania sprawy celem rozstrzygnięcia przez Sąd.
15. Jeżeli reklamacja Zamawiającego okaże się uzasadniona, koszty związane z przeprowadzeniem opinii lub ekspertyzy ponosi Wykonawca.
16. Wykonawca udziela gwarancji, że przedmiot umowy jest zgodny z opisem przedmiotu zamówienia oraz, że zaoferowane **odczynniki chemiczne są dedykowane i kompatybilne z posiadanym przez Zamawiającego analizatorem PK 7300 firmy Beckman Coulter/**materiały eksploatacyjne są dedykowane i kompatybilne z posiadaną przez Zamawiającego stacją wody Elix 70C firmy Merck. W przypadku braku możliwości pracy na dostarczonym przedmiocie umowy, na pisemne

wezwanie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia na własny koszt w terminie 3 dni kalendarzowych odpowiedniego asortymentu spełniającego wymagania Zamawiającego.

17. Wykonawca oświadcza, że towar będący przedmiotem umowy jest dobrej jakości i gwarantuje, że jest wolny od wad jakościowych i prawnych. W przypadku wystąpienia osób trzecich z roszczeniami z tytułu praw patentowych odpowiedzialność i wszelkie koszty z tego tytułu poniesie Wykonawca.

* dotyczy Części 1

** jeżeli dotyczy

§ 5.

1. Wykonawca, w zakresie realizacji przedmiotu umowy, zapewni usługi autoryzowanego serwisu.
2. Wykonawca w ramach wynagrodzenia za przeglądy i konserwacje zapewni materiały eksploatacyjne niezbędne do wykonania czynności przeglądowo - konserwacyjnych oraz inne materiały konieczne do konserwacji. Dostarczone materiały muszą posiadać wymagane normami atesty i certyfikaty dopuszczające do dalszej bezpiecznej eksploatacji.
3. Wykonawca zobowiązuje się świadczyć usługi, o których mowa w § 1 zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, instrukcją serwisową *analizatora PK 7300 firmy Beckman Coulter / **stacji wody Elix 70C firmy Merck, a także zaleceniami producenta urządzenia.
4. Pod pojęciem przeglądu technicznego i konserwacji należy rozumieć wykonywanie czynności o charakterze prewencyjnym mających na celu podtrzymanie stałej gotowości eksploatacyjnej *analizatora PK 7300 firmy Beckman Coulter / **stacji wody Elix 70C firmy Merck, polegających w szczególności na:
 - 1) utrzymaniu sprawności techniczno-eksploatacyjnej *analizatora / **stacji wody,
 - 2) konserwacji i zachowaniu gotowości eksploatacyjnej opartej o zalecenia Zamawiającego,
 - 3) przeprowadzaniu okresowych przeglądów technicznych i kontroli stanu technicznego *analizatora / **stacji wody, zapewniających sprawną i bezpieczną eksploatację zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. z 2020 r., poz. 186 t.j.).
5. Wykonawca w ramach przeglądów technicznych i konserwacji zobowiązany jest w szczególności do:
 - 1) przestrzegania terminów przeglądów technicznych i konserwacji,
 - 2) wymiany części w związku z naturalnym ich zużyciem podczas eksploatacji przy zastosowaniu fabrycznie nowych, oryginalnych części,
 - 3) sprawdzenia prawidłowości działania urządzenia,
 - 4) sprawdzenia i czyszczenia elementów urządzenia,
 - 5) sporządzania protokołu z przeglądu i konserwacji.
6. *Do zadań serwisanta analizatora PK 7300 firmy Beckman Coulter należy w szczególności:
 - 1) kontrola wizualna urządzenia (zewnątrzna i wewnętrzna),
 - 2) czyszczenie wnętrza urządzenia,
 - 3) weryfikacja przesuwu statywu próbkowego,
 - 4) weryfikacja pozycji ramienia próbki pierwotnej,
 - 5) weryfikacja pozycji ramienia próbek rozcieńczonych,
 - 6) weryfikacja pozycji kubków wstępnego rozcieńczenia, wraz ze stacją mycia,
 - 7) weryfikacja pozycji ramienia odczynnikowego,
 - 8) weryfikacja układu transportu i pozycji pipetowania mikroplytek,
 - 9) weryfikacja działania czytników kodów kreskowych mikroplytek, odczynników i próbek,
 - 10) wypełnienie układu i „Water test” – sprawdzenie szczelności modułu hydraulicznego,
 - 11) wykonanie kalibracji czujników ciśnienia,
 - 12) sprawdzenie działania układu pipetującego próbki z testem detektora poziomu:
 - a) dla każdego kanału P w zakresie 50 – 66,
 - b) dla każdego kanału CV poniżej 3%,
 - 13) sprawdzenie działania układu pipetującego odczynniki z testem detektora poziomu:
 - a) dla każdego kanału P w zakresie 42 – 53,
 - b) dla każdego kanału CV poniżej 3%,
 - 14) sprawdzenie inkubatora – odczyt temperatury w zakresie $31^{\circ}\text{C} \pm 2^{\circ}\text{C}$,
 - 15) sprawdzenie układu fotometru:
 - a) dark calibration, igot calibration,
 - b) Well Photometry – odczyty powinny być w zakresie z płytki wzorcowej,

- c) pozycjonowanie układu fotometru,
- 16) wpis do paszportu technicznego analizatora potwierdzający przeprowadzenie walidacji,
- 17) przekazanie Zamawiającemu dokumentacji potwierdzającej wykonanie określonych zadań (czynności serwisowych).
7. **Do zadań serwisanta stacji wody Elix 70C firmy Merck należy w szczególności:
- 1) sprawdzenie prawidłowości działania urządzenia,
 - 2) sprawdzenie i czyszczenie elementów urządzenia,
 - 3) sporządzenie protokołu z przeglądu i konserwacji,
 - 4) utrzymanie sprawności techniczno-eksploatacyjnej urządzenia,
 - 5) konserwacja i zachowanie gotowości eksploatacyjnej urządzenia opartej o zalecenia Zamawiającego,
 - 6) przeprowadzanie okresowego przeglądu technicznego i kontroli stanu technicznego urządzenia zapewniających sprawną i bezpieczną eksploatację zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych.
8. Pod pojęciem „naprawy” należy rozumieć usunięcie nieprawidłowości w działaniu *analizatora / **stacji wody poprzez wymianę części uszkodzonych lub zużytych.
9. Wykonawca w ramach napraw zobowiązany jest w szczególności do:
- 1) diagnostyki uszkodzenia,
 - 2) wykonania naprawy lub wymiany uszkodzonych lub nie działających części *analizatora / **stacji wody na nowe, przy czym Wykonawca konieczność tych napraw będzie uzgadniał z Zamawiającym, z podaniem przewidywanych kosztów w formie kalkulacji cenowej/kosztorysu. Naprawa nastąpi po akceptacji przez Zamawiającego kalkulacji cenowej/kosztorysu. W takim przypadku narzut na części zamiennie nie może przekroczyć 20% wartości nowej części,
 - 3) sporządzania protokołu z naprawy.
10. Jeżeli uszkodzenie *analizatora / **stacji wody będzie następstwem wykonywania serwisu w nieprawidłowy sposób lub braku wykonania serwisu, Wykonawca zobowiązany jest naprawić urządzenie/wyeliminować awarię na własny koszt.
11. Ponadto Wykonawca zobowiązany jest w ramach realizacji umowy do:
- 1) wykonywania wszystkich czynności objętych umową z należytą starannością przez osoby posiadające stosowne kwalifikacje i doświadczenie,
 - 2) ustawienia (regulacji) wymaganych przez producenta parametrów,
 - 3) legalizacji (jeżeli dotyczy),
 - 4) kalibracji (jeżeli dotyczy),
 - 5) *walidacji analizatora – przez ten proces należy rozumieć:
 - a) przeprowadzenie walidacji (po wykonaniu przeglądu i konserwacji analizatora oraz naprawy) i wystawienie potwierdzającego jej wykonanie protokołu zgodnego z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 roku w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Wytwarzania (Dz.U. z 2019 r., poz. 728 t.j.),
 - b) przedłożenie przez Wykonawcę, do akceptacji Zamawiającego, planu poszczególnych etapów walidacji,
 - c) potwierdzenie wykonania każdego etapu protokołem w języku polskim. Dopuszczalne jest przedstawienie wyników badań pochodzących z aparatów w języku właściwym dla danego aparatu, ale ze stosownym opisem w języku polskim,
 - d) przekazanie przez Wykonawcę warunków akceptacji wyników oraz opisanie czy uzyskane wyniki odpowiadają tym warunkom,
 - e) dołączenie, dodatkowo, do protokołów walidacji kserokopii walidacji lub wzorcowania zastosowanej zewnętrznej aparatury pomiarowej wraz z tłumaczeniem na język polski (jeżeli dotyczy),
 - 6) *wykonania testów funkcjonalno-użytkowych i testów bezpieczeństwa oraz przedstawienie właściwych w tym zakresie protokołów (jeżeli dotyczy),
 - 7) *dostawy i instalacji aktualizacji oprogramowania analizatora,
 - 8) *współdziałania z Zamawiającym w przypadku zmiany systemu informatycznego w Służbie Krwi w okresie trwania umowy, w zakresie dostosowania dwustronnej transmisji danych.
12. Wykonawca zobowiązany jest również, w trakcie obowiązywania umowy, do bezpłatnej pomocy (konsultacji) np. on-line, 7 dni w tygodniu, w godzinach min. 08:00 – 18:00.

* dotyczy Części 1

** dotyczy Części 2

§ 6.

1. *Przeglądy techniczne i konserwacje analizatora PK 7300 odbywać się będą 2 (dwa) razy w roku, w terminach wyznaczonych przez Zamawiającego:
 - 1) kwiecień 2021 r.
 - 2) październik 2021 r.
 - 3) kwiecień 2022 r.
 - 4) październik 2022 r.
2. **Przeglądy techniczne i konserwacja stacji wody Elix 70C odbywać się będą 1 (jeden) raz w roku, w terminach wyznaczonych przez Zamawiającego:
 - 1) czerwiec 2021 r.
 - 2) czerwiec 2022 r.
3. Naprawy *analizatora PK 7300 / **stacji wody Elix 70C odbywać się będą na każde zgłoszenie Zamawiającego w sytuacji wystąpienia konieczności przeprowadzenia takiej naprawy i/lub w przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę, w następstwie przeprowadzonego przeglądu technicznego.
4. Naprawy oraz czynności przeglądowo-konserwacyjne odbywać się będą w siedzibie RCKiK w Białymstoku.
5. Z każdego przeglądu technicznego/naprawy zostanie sporządzony i dostarczony Zamawiającemu protokół wykonania przeglądu technicznego/naprawy, zawierający co najmniej następujące informacje:
 - 1) datę rozpoczęcia przeglądu technicznego/naprawy,
 - 2) datę zakończenia przeglądu technicznego/naprawy,
 - 3) rodzaj usterek oraz ewentualną przyczynę,
 - 4) imię (imiona) i nazwisko (nazwiska) osoby (osób) wykonującej usługę,
 - 5) stan urządzenia po wykonaniu przeglądu technicznego/naprawy.
6. Zgłoszenie awarii przekazywane będzie w formie pisemnej (drogą elektroniczną na adres e-mail:, faksem na nr) przez upoważnionego pracownika Zamawiającego. Zgłaszający awarię winien podać w zgłoszeniu, o ile to możliwe, na czym polega problem.
7. Czas reakcji serwisu w przypadku zgłoszenia awarii wynosi 48 godzin od daty nadania zgłoszenia. Pod pojęciem czas reakcji serwisu Zamawiający rozumie moment przybycia Wykonawcy do siedziby Zamawiającego celem podjęcia pierwszych czynności związanych z przyjętym przez Wykonawcę zgłoszeniem lub moment telefonicznego/zdalnego rozwiązania problemu.
8. Nie później niż w terminie 48 godzin (w dni robocze) od upływu terminu przewidzianego na czas reakcji, o którym mowa w ust. 7, Wykonawca po dokonaniu diagnostyki uszkodzenia, przedłoży Zamawiającemu kalkulację kosztów/kosztorys naprawy lub wymiany części zamiennych na nowe, który po zaakceptowaniu przez Zamawiającego stanowić będzie podstawę do dokonania naprawy uszkodzonego urządzenia.
9. Wykonawca zobowiązany jest do zdiagnozowania awarii oraz skutecznej naprawy uszkodzonego urządzenia w terminie do 5 dni roboczych od daty nadania zgłoszenia o awarii.
10. Gwarancja na wymienione części zamienne i materiały nie może być krótsza od gwarancji udzielonej przez producenta.
11. Wykonawca zapewnia, że wszystkie wykorzystane przy świadczeniu usług materiały eksploatacyjne dotyczące urządzeń będą fabrycznie nowe, oryginalne i dobrej jakości. W sytuacji, gdyby uzyskanie fabrycznie nowych i/lub oryginalnych materiałów eksploatacyjnych było niemożliwe, wiązało się z zaprzestaniem produkcji/brakiem dostępu do części lub w sposób istotny podwyższało koszty wymiany/naprawy Wykonawca może, po uprzednim poinformowaniu Zamawiającego o wskazanych wyżej okolicznościach i uzyskaniu jego zgody, wykorzystać używane i/lub nieoryginalne materiały eksploatacyjne.
12. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania wszelkich prac, będących przedmiotem niniejszej umowy, zgodnie z aktualnym poziomem wiedzy technicznej, należyłą starannością oraz wymaganiami wskazanymi przez producenta urządzenia.
13. Wykonawca odpowiada za szkody wyrządzone wskutek działania pracowników Wykonawcy oraz inne szkody powstałe w wyniku nieprawidłowego prowadzenia przeglądu i konserwacji, jak również czynności naprawczych, zaistniałych z winy Wykonawcy.
14. Zamawiający pokryje koszty naprawy lub wymiany elementów, bezspornie, uszkodzonych przez pracowników Zamawiającego.

* dotyczy Części 1

** dotyczy Części 2

§ 7.

1. Za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1 w zakresie dostawy *odczynników chemicznych / **materiałów eksploatacyjnych Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w kwocie brutto (wraz z % podatkiem VAT) w wysokości: zł, słownie: zł, netto: zł.
2. Za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1 w zakresie czynności przeglądowo-konserwacyjnych *analizatora PK 7300 / **stacji wody Elix 70C Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w kwocie brutto (tj. wraz z % podatkiem VAT) w wysokości: zł (słownie zł), netto: zł.
3. Cena brutto czynności przeglądowo-konserwacyjnych zawiera podatek VAT oraz obejmuje koszty wszystkich niezbędnych czynności, które Wykonawca zobowiązany jest wykonać w celu podtrzymania stałej gotowości eksploatacyjnej *analizatora / **stacji wody, w tym m.in. koszty dojazdu, materiałów, wymiany części zużywalnych itp.
4. W przypadku zlecenia przez Zamawiającego naprawy *analizatora PK 7300 / **stacji wody Elix 70C, wykraczającej poza zakres czynności przeglądowo-konserwacyjnych, zapłaci on Wykonawcy za 1 roboczogodzinę kwotę brutto zł (słownie: zł). Kwota brutto za jedną (1) roboczogodzinę zawiera wszystkie koszty związane z prawidłowym wykonaniem umowy, w tym w szczególności podatek VAT oraz koszty robocizny z wyłączeniem kosztów dojazdu.
5. W przypadku zlecenia przez Zamawiającego naprawy *analizatora PK 7300 / **stacji wody Elix 70C, wykraczającej poza zakres czynności przeglądowo-konserwacyjnych, Wykonawca obciąża Zamawiającego kosztami dojazdu. Wykonawcy przysługuje zwrot kosztów przejazdu w wysokości stanowiącej iloczyn kilometrów, /dojazd w obie strony/ oraz stawki za jeden kilometr przebiegu pojazdu, tj. odpowiednio 0,5214 zł/km dla samochodu osobowego o poj. skokowej silnika do 900 cm³ oraz 0,8358 zł/km dla samochodu osobowego o poj. skokowej silnika powyżej 900 cm³.
6. Szczegółowa specyfikacja cenowa zawarta jest w Załączniku nr 1 do umowy.
7. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, ust. 2 oraz ust. 4, zostało określone na podstawie oferty Wykonawcy z dnia Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za skalkulowanie wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy.
8. W wynagrodzeniu, o którym mowa powyżej, mieszczą się wszelkie płatności wobec Skarbu Państwa oraz koszty niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy.
9. Ceny jednostkowe netto przedmiotu umowy, określone w Załączniku nr 1 do umowy, nie ulegną podwyższeniu w okresie obowiązywania umowy.
10. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zakupu mniejszej ilości przedmiotu umowy w stosunku do ilości określonej w Załączniku nr 1 do umowy (odpowiednio dla danej Części). Zmniejszenie ilości zamówienia nie powoduje powstania obowiązku zapłaty odszkodowania z tego tytułu. Zmniejszenie ilości zakupu przedmiotu umowy może wynikać ze zmniejszenia zapotrzebowania związanego z bieżącą działalnością Zamawiającego, co może spowodować zmniejszenie wartości umowy, jednak nie więcej niż o 20%.
11. Zamawiający zastrzega sobie prawo zamówienia innych ilości poszczególnych rodzajów *odczynników / **materiałów eksploatacyjnych niż wynika to z Załącznika nr 1 do umowy, w cenie jednostkowej zgodnej z tym Załącznikiem, w ramach kwoty nieprzekraczającej wartości umowy określonej w ust. 1 (odpowiednio dla danej Części), co nie będzie stanowiło zmiany warunków umowy. Rozliczenie za dostarczony towar następować będzie na podstawie poszczególnych cen jednostkowych netto przemnożonych przez ilość dostarczonego przedmiotu umowy oraz powiększonych o wartość podatku od towarów i usług.
12. Płatność wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1, nastąpi po dostarczeniu do Zamawiającego przedmiotu umowy, w terminie do 30 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury/daty przesłania ustrukturyzowanej faktury elektronicznej za pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania na konto bankowe Wykonawcy nr
13. Płatność wynagrodzenia za przeprowadzony przegląd techniczny i konserwację *analizatora PK 7300 / **stacji wody Elix 70C nastąpi w terminie do 30 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury/daty przesłania ustrukturyzowanej faktury elektronicznej za pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania na konto Wykonawcy wskazane w ust. 12. Podstawę

- do wystawienia faktury za wykonanie przeglądu technicznego urządzenia stanowić będzie cena brutto za przegląd i konserwację, wynikająca z Załącznika nr 1 do umowy, oraz protokół przeglądu podpisany przez upoważnionych przedstawicieli Stron umowy.
14. Płatność wynagrodzenia za wykonanie naprawy *analizatora PK 7300 / **stacji wody Elix 70C nastąpi w terminie do 30 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury/daty przesłania ustrukturyzowanej faktury elektronicznej za pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania na konto Wykonawcy wskazane w ust. 12. Podstawę do wystawienia faktury za wykonanie naprawy urządzenia stanowić będzie ilość roboczogodzin przeznaczonych na naprawę przemnożona przez cenę za 1 roboczogodzinę, określoną w ust. 4, oraz protokół potwierdzający wykonanie skutecznej naprawy podpisany przez upoważnionych przedstawicieli Stron umowy. Zamawiający będzie ponosił również dodatkowe koszty związane z zakupem niezbędnych części i materiałów użytych przy naprawie urządzenia do wysokości zaakceptowanej kalkulacji kosztów/kosztorysu naprawy przedstawionej przez Wykonawcę przed podjęciem się usługi naprawy oraz koszty dojazdu obliczone w sposób określony w ust. 5.
 15. Wykonawca oświadcza, iż konto bankowe określone w ust. 12 ***znajduje się / ***nie znajduje się na wykazie podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT prowadzonym przez szefa Krajowej Administracji Skarbowej /KAS/.
 16. Zamawiający poinformuje naczelnika urzędu skarbowego właściwego dla Wykonawcy o dokonaniu płatności z tytułu realizacji przedmiotu umowy, na konto bankowe, które nie znajduje się na wykazie wskazanym w ust. 15 (jeżeli dotyczy).
 17. Zamawiający dopuszcza złożenie faktury VAT w formie:
 - 1) papierowej;
 - 2) ustrukturyzowanego dokumentu elektronicznego, złożonego za pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania, zwanej PEF, zgodnie z ustawą z dnia 9 listopada 2018 roku o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz.U. z 2018 r. poz. 2191).
 18. Zamawiający nie dopuszcza przesyłania innych ustrukturyzowanych dokumentów elektronicznych, za wyjątkiem faktury.
 19. Ustrukturyzowana faktura elektroniczna składa się z danych wymaganych przepisami o podatku od towarów i usług oraz danych zawierających:
 - 1) informacje dotyczące odbiorcy płatności;
 - 2) wskazanie umowy zamówienia publicznego.
 20. W ustrukturyzowanej fakturze elektronicznej, poza danymi określonymi w ust. 19, mogą być zamieszczone także inne dane, jeżeli są niezbędne ze względu na specyfikę zamówień publicznych.
 21. Na fakturze Wykonawca winien stosować nazewnictwo zgodnie z zawartą umową.
 22. Jako datę zapłaty faktury rozumie się datę złożenia przez Zamawiającego dyspozycji zapłaty i obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
 23. W przypadku niedotrzymania terminu zapłaty przez Zamawiającego, Wykonawca ma prawo do odsetek ustawowych za każdy dzień opóźnienia w zapłacie, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 24. Wszelkie rozliczenia prowadzone będą w PLN.
- * dotyczy Części 1
 ** dotyczy Części 2
 *** jeżeli dotyczy

§ 8.

1. Zamawiający obciąży Wykonawcę karą umowną w przypadku:
 - 1) odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca lub gdy Wykonawca odstąpi od wykonywania umowy w całości lub w części z własnej winy lub woli w wysokości 10% sumy wynagrodzenia brutto określonego w § 7 ust. 1 i ust. 2;
 - 2) gdy Zamawiający rozwiąże umowę w trybie § 9 ust. 2, w wysokości 10% sumy wynagrodzenia brutto określonego w § 7 ust. 1 i ust. 2;
 - 3) opóźnienia w dostarczeniu przedmiotu umowy w terminie określonym w § 2 ust. 2 umowy w wysokości 5% wartości brutto przedmiotu umowy niedostarczonego w terminie za każdy dzień opóźnienia;

- 4) opóźnienia w dostarczeniu przedmiotu umowy w trybie CITO w terminie określonym w § 2 ust. 3 w wysokości 5% wartości brutto przedmiotu umowy niedostarczonego w terminie za każdy dzień opóźnienia;
 - 5) braku wypełnienia obowiązku wynikającego z § 3 w wysokości 50,00 zł za każdy stwierdzony przypadek;
 - 6) *opóźnienia w dostawie dokumentów określonych w § 4 ust. 2 i/lub wynikających z ustawy o wyrobach medycznych w terminie określonym w § 4 ust. 3, w wysokości 0,05% wynagrodzenia brutto określonego w § 7 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia;
 - 7) opóźnienia w dostawie braków ilościowych w terminie, o których mowa w § 4 ust. 10 w wysokości 5% wartości brutto niedostarczonego przedmiotu umowy, za każdy dzień opóźnienia;
 - 8) opóźnienia w rozpatrzeniu reklamacji jakościowych, o których mowa w § 4 ust. 11 i/lub spełnieniu żądań zgłoszonych w protokole reklamacyjnym w terminie określonym w § 4 ust. 12 w wysokości 5% wartości brutto towaru posiadającego wady jakościowe, za każdy dzień opóźnienia;
 - 9) opóźnienia w dostawie, o której mowa w § 4 ust. 16 w wysokości 5% wartości brutto niedostarczonego przedmiotu umowy, za każdy dzień opóźnienia;
 - 10) opóźnienia w wykonaniu przeglądów technicznych i konserwacji w terminach określonych w § 6 *ust. 1 / **ust. 2 umowy w wysokości 2% wartości brutto planowanego przeglądu;
 - 11) przekroczenia czasu reakcji serwisu, o którym mowa w § 6 ust. 7 w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto określonego w § 7 ust. 2, za każdą rozpoczętą godzinę opóźnienia;
 - 12) przekroczenia czasu przewidzianego na przedstawienie kalkulacji kosztów/kosztorysu zgłoszonych napraw, o których mowa w § 6 ust. 8 w wysokości 10% ceny brutto 1 roboczogodziny, o której mowa w § 7 ust. 4, za każdą rozpoczętą godzinę opóźnienia;
 - 13) przekroczenia czasu przewidzianego na skuteczną naprawę uszkodzonego urządzenia zgodnie z § 6 ust. 9 w wysokości 50,00 zł, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia;
 - 14) nienależycie wykonanej konserwacji, której następstwem będzie niesprawne urządzenie w wysokości 2% wartości brutto planowanego przeglądu *analizatora / **stacji wody, za każdy rozpoczęty dzień niesprawności.
2. Wymagalność zapłaty kary następuje w terminie 7 dni od daty doręczenia Wykonawcy dokumentu określającego wierzytelność. Niezapłacenie kary w terminie, upoważnia Zamawiającego do potrącenia jej z faktury.
 3. W przypadku, gdy szkoda z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przekroczy kwotę kar umownych, Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia roszczeń uzupełniających.

* dotyczy Części 1

** dotyczy Części 2

§ 9.

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w przypadku:
 - 1) zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Odstąpienie od umowy w tym wypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach;
 - 2) ogłoszenia likwidacji Wykonawcy (za wyjątkiem likwidacji przeprowadzonej w celu przekształcenia lub restrukturyzacji);
 - 3) wydania nakazu zajęcia istotnej części majątku Wykonawcy, mającej wpływ na realizację przedmiotu niniejszej umowy.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym przy wystąpieniu następujących okoliczności:
 - 1) jednorazowego rażącego opóźnienia w dostawie przedmiotu umowy (*odczynników chemicznych/**materiałów eksploatacyjnych) rozumianego jako okres przekraczający 7 dni kalendarzowych od upływu terminu wskazanego w § 2 ust. 2;
 - 2) trzykrotnej, uzasadnionej reklamacji jakości przedmiotu umowy;
 - 3) innego rodzaju rażącego nienależytego wykonania lub niewykonania umowy, czyniącego dalsze jej kontynuowanie bezprzedmiotowym.
3. Zamawiający może rozwiązać umowę, jeżeli Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegał wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

4. Odstąpienie od umowy/rozwiązanie umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie z podaniem podstaw prawnych i faktycznych odstąpienia/rozwiązania.

* dotyczy Części 1

** dotyczy Części 2

§ 10.

1. Strony dopuszczają zmiany postanowień umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w sytuacji obiektywnej konieczności wprowadzenia zmiany, zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, w niżej przedstawionym zakresie, z zastrzeżeniem art. 140 ust. 1 i 3 ustawy:
 - 1) zmiany nazwy własnej przedmiotu umowy – zmiana ta może być związana z ulepszeniem składu jakościowego produktu lub podyktowana zmianą procesu technologicznego produkcji pod warunkiem, że zmiana ta nie będzie powodowała jego pogorszenia jakościowego, a wyrób będzie spełniał wszelkie wymagania diagnostyczne, wymagania prawne i jakościowe określone przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia;
 - 2) zmiany asortymentu będącego przedmiotem umowy, która nie wynikała po stronie Zamawiającego, m.in. w przypadku zmiany przepisów obowiązujących w polskim krwiodawstwie lub zmiany wykonywanych procedur medycznych;
 - 3) możliwości dostawy przedmiotu umowy nowszej generacji na skutek postępu i rozwoju technologii medycznych przy nie zmienionej cenie przetargowej;
 - 4) zmiany cen – w następujących przypadkach:
 - a) zmiany wynikającej ze zmiany w prawie właściwym dla podatków i ceł, które podwyższą lub obniżą cenę przedmiotu umowy, co w zależności od rodzaju zmian jakie będą miały miejsce, będzie skutkowało obniżeniem lub podwyższeniem ceny jednostkowej brutto przedmiotu umowy,
 - b) zmiany na korzyść Zamawiającego na skutek udzielonych rabatów, promocji, przy zachowaniu ilości przedmiotu umowy określonego w Załączniku nr 1 do umowy,
 - 5) zmiany terminu obowiązywania umowy – zmiana polegająca na wydłużeniu okresu trwania umowy do momentu całkowitego wykorzystania przedmiotu umowy na okres nie dłuższy niż 6 miesięcy;
 - 6) zmiany wynagrodzenia Wykonawcy – po upływie 12 miesięcy realizacji umowy, dopuszcza się zmianę wynagrodzenia Wykonawcy, na pisemny wniosek Wykonawcy złożony w terminie 30 dni od zaistnienia zmian (o ile Wykonawca wykaże, że zmiany te mają wpływ na koszty wykonania przez niego zamówienia i wskaże w jaki sposób) w przypadku zmiany:
 - a) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dn. 10.10.2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę – wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o kwotę odpowiadającą wzrostowi kosztu Wykonawcy w związku ze zwiększeniem wysokości wynagrodzeń pracowników wykonujących przedmiot umowy do wysokości aktualnie obowiązującego minimalnego wynagrodzenia za pracę, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia. Kwota odpowiadająca wzrostowi kosztu Wykonawcy będzie odnosić się wyłącznie do części wynagrodzenia pracowników wykonujących przedmiot umowy, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, odpowiadającej zakresowi, w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją umowy,
 - b) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne – wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o kwotę odpowiadającą zmianie kosztu Wykonawcy ponoszonego w związku z wypłatą wynagrodzenia pracownikom wykonujących przedmiot umowy. Kwota odpowiadająca zmianie kosztu Wykonawcy będzie odnosić się wyłącznie do części wynagrodzenia pracowników wykonujących przedmiot umowy, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, odpowiadającej zakresowi, w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu umowy,
 - c) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. Zmiana wysokości wynagrodzenia w przypadku zaistnienia przedmiotowej przesłanki obejmować będzie wyłącznie część wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w odniesieniu do której nastąpiła zmiana wysokości kosztów wykonania umowy przez Wykonawcę w związku

z wejściem w życie przepisów zmieniających zasady gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych.

- 7) zmiany danych Wykonawcy (np.: zmiana siedziby, adresu, nazwy) lub zmiana wynikająca z przekształcenia podmiotowego po stronie Wykonawcy np.: w formie sukcesji uniwersalnej.
2. Zamawiający zastrzega sobie również możliwość zmiany, z zastrzeżeniem art. 140 ust. 1 i 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, w przypadku:
 - 1) zmiany w obowiązujących przepisach prawa mającej wpływ na przedmiot i warunki umowy oraz zmiany sytuacji prawnej lub faktycznej Wykonawcy i/lub Zamawiającego skutkującej brakiem możliwości realizacji przedmiotu umowy;
 - 2) powstania nadzwyczajnych okoliczności będących „siłą wyższą” skutkujących brakiem możliwości realizacji przedmiotu umowy lub grożących rażąco stratą, których Strony nie przewidziały przy zawarciu umowy; jako „siłą wyższą” rozumie się wydarzenia i okoliczności nadzwyczajne, nieprzewidywalne, niezależne od woli i intencji którejkolwiek ze Stron umowy;
 - 3) powstania nadzwyczajnych okoliczności nie będących „siłą wyższą”, grożących rażąco stratą, których Strony nie przewidziały przy zawarciu umowy.
3. Wyżej wymienione zmiany mogą być dokonane na wniosek Zamawiającego lub Wykonawcy i za zgodą obu Stron, w formie aneksu, wprowadzone do umowy.

§ 11.

1. *Wykonawca oświadcza, iż przedmiot zamówienia wykonywać będzie przy pomocy podwykonawców, zgodnie z zakresem rzeczowym wyszczególnionym w Załączniku nr 2 do umowy.
2. Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego zgłaszania Zamawiającemu podwykonawców, którzy na rzecz Wykonawcy świadczyć będą prace związane z realizacją przedmiotu umowy oraz podania firm podwykonawców.
3. Wykonawca zobowiązany jest do dokonania we własnym zakresie zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy z zachowaniem terminu płatności określonego w umowie z podwykonawcą, jednak nie dłuższym niż 30 dni.
4. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego i osób trzecich pełną odpowiedzialność za prace, które wykonuje przy pomocy podwykonawców.
5. Wykonawca zobowiązuje się zwolnić Zamawiającego z wszelkich roszczeń jakie mogą być podnoszone przez podwykonawców względem Zamawiającego w związku z niniejszą umową i naprawi wszelkie szkody, jakie Zamawiający poniósł lub może ponieść z tego tytułu.
6. Wykonawca, w szczególności, pokryje wszelkie wydatki i koszty poniesione przez Zamawiającego w związku z ochroną przed takimi roszczeniami lub w związku z ich zaspokojeniem - bez względu na ich wysokość.

* jeżeli dotyczy

§ 12.

1. Ze strony Wykonawcy osobą odpowiedzialną za przebieg realizacji umowy będzie, tel.
2. Ze strony Zamawiającego osobą odpowiedzialną za przebieg realizacji umowy będzie, tel.

§ 13.*

W stosunkach pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą na tle realizacji przedmiotu umowy wspólnie (konsorcjum) obowiązują zasady:

- 1) solidarnej odpowiedzialności wykonawców (uczestników konsorcjum) za całość podjętych w ramach przedmiotu zamówienia zobowiązań wynikających z niniejszej umowy, niezależnie od procentowego lub rzeczowego udziału każdego z nich w realizacji przedmiotu zamówienia,
- 2) reprezentacji jednego z wykonawców (uczestników konsorcjum – lidera) ze skutkiem dla pozostałych, rozumianej jako wyłączne uprawnienie i obowiązek do składania i przyjmowania dokumentów i oświadczeń powstałych na tle realizacji niniejszej umowy.

* jeżeli dotyczy

§ 14.

1. Wykonawca przyjmuje odpowiedzialność cywilną za wszelkie spowodowane przez siebie szkody osobiste i majątkowe wobec osób trzecich, które mogą powstać w związku z wykonywaniem niniejszej umowy.

2. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w poufności wszelkich danych dotyczących Zamawiającego oraz informacji uzyskanych w sposób zamierzony lub przypadkowy, w związku z wykonywaniem niniejszej umowy, bez względu na sposób i formę ich przekazania.
Obowiązku zachowania poufności nie stosuje się do danych i informacji:
 - 1) dostępnych publicznie,
 - 2) otrzymanych przez Wykonawcę, zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego, od osoby trzeciej bez obowiązku zachowania poufności,
 - 3) które w momencie ich przekazania przez Zamawiającego były już znane Wykonawcy bez obowiązku zachowania poufności,
 - 4) w stosunku do których Wykonawca uzyskał pisemną zgodę Zamawiającego na ich ujawnienie.
3. Wykonawca oświadcza, że znany jest mu fakt, iż treść niniejszej umowy, a w szczególności przedmiot umowy i wysokość wynagrodzenia, stanowią informację publiczną w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2019 r., poz. 1429 j.t.), która podlega udostępnieniu w trybie przedmiotowej ustawy, z zastrzeżeniem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa.
4. Wykonawca wyraża zgodę na udostępnienie w trybie ustawy, o której mowa w ust. 3, zawartych w niniejszej umowie danych go dotyczących, w zakresie obejmującym imiona i nazwiska osób realizujących przedmiot zamówienia.

§ 15.

Realizacja niniejszej umowy nie wiąże się z powierzeniem Wykonawcy przetwarzania danych osobowych, których administratorem jest Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Białymstoku.

§ 16.

1. Wszelkie dyskusje, kontrowersje lub różnice w interpretacji, które mogą wynikać z umowy, Strony skłonne są prowadzić i rozwiązywać na zasadach wzajemnego zrozumienia.
2. Wszelkie kwestie sporne nie mogące znaleźć rozwiązania na drodze polubownej, zostaną poddane do rozstrzygnięcia właściwym rzeczowo sądom powszechnym w Białymstoku.

§ 17.

1. Umowa podlega ustawom: Prawo zamówień publicznych, o wyrobach medycznych oraz Kodeks cywilny.
2. Wszelkie uzgodnienia dotyczące przedmiotu umowy zawarte są w niniejszej umowie. Jakikolwiek inne uzgodnienia będą ważne jedynie wówczas, gdy określone zostaną w formie pisemnej i podpisane przez obie Strony.
3. Umowa została zawarta w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze Stron.

WYKONAWCA:

ZAMAWIAJĄCY: