



REGIONALNE CENTRUM KRWIODAWSTWA I KRWIOLECZNICTWA W BIAŁYMSTOKU

ul. M. Skłodowskiej - Curie 23, 15-950 Białystok
tel. 85 744 70 02, fax 85 744 71 33

www.rckik.bialystok.pl sekretariat@rckik.bialystok.pl



INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

Zamawiający Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Białymstoku, działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 1843 t.j.) informuje, iż w dniu 24 listopada 2020 r. w wyniku oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP/PN-14/20 na „Dostawę zestawów do pobierania koncentratów krwinek płytkowych wraz z dzierżawą separatorów komórkowych” została wybrana oferta najkorzystniejsza Wykonawcy:

Oferta nr 1

VITASYSTEMS Sobczak i wspólnicy sp.j.

ul. Górczewska 216

01-460 Warszawa

wartość oferty brutto: 2 732 832,00 zł

Uzasadnienie prawne wyboru oferty najkorzystniejszej:

Wyboru oferty najkorzystniejszej dokonano zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych.

Uzasadnienie faktyczne wyboru oferty najkorzystniejszej:

Wybrany Wykonawca spełnił wszystkie wymagania określone Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia. Złożona przez niego oferta uzyskała najkorzystniejszy bilans punktów w oparciu o przyjęte kryteria oceny ofert.

Do dnia składania ofert, tj. do 12 listopada 2020 roku do godz. 11⁰⁰, do siedziby Zamawiającego Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Białymstoku wpłynęły dwie (2) oferty.

Przy wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający kierował się następującymi kryteriami:

- 1) Cena – 60%
- 2) Zestawy wyposażone w igłę, którą można odłączyć od zestawu i wymienić – 10%
- 3) Zestawy z opcją podłączenia płynu antykoagulacyjnego poprzez kompatybilne połączenie za pośrednictwem portów luer lock (połączenie „correct connect”) – 10%
- 4) Separatory komórkowe z opcją pobrania płytek krwi z pojedynczego i z podwójnego wkłucia – 10%
- 5) W pełni automatyczne dodawanie roztworu PAS, nie wymagające wykonywania żadnych dodatkowych czynności przez operatora – 5%
- 6) Automatyczne pompowanie mankietu na ramieniu dawcy, zsynchronizowane z fazami pracy separatora – 5%.

Numer oferty	Nazwa i adres Wykonawcy	Liczba pkt w kryterium „Cena”	Liczba pkt w kryterium „Zestawy wyposażone w igłę, którą można odłączyć od zestawu i wymienić”	Liczba pkt w kryterium „Zestawy z opcją podłączenia płynu antykoagulacyjnego poprzez kompatybilne połączenie za pośrednictwem portów luer lock (połączenie „correct connect”)”	Liczba pkt w kryterium „Separatory komórkowe z opcją pobrania płytek krwi z pojedynczego i z podwójnego wkłucia”	Liczba pkt w kryterium „W pełni automatyczne dodawanie roztworu PAS, nie wymagające wykonywania żadnych dodatkowych czynności przez operatora”	Liczba pkt w kryterium „Automatyczne pompowanie mankietu na ramieniu dawcy, zsynchronizowane z fazami pracy separatora”	Łączna punktacja
1	VITASYSTEMS Sobczak i wspólnicy sp. j. ul. Górczewska 216 01-460 Warszawa	60 pkt	10 pkt	0 pkt	10 pkt	0 pkt	5 pkt	85 pkt
2	TERUMO BCT Polska Sp. z o. o. ul. Hutnicza 14 40-241 Katowice	57,68 pkt	0 pkt	10 pkt	0 pkt	5 pkt	0 pkt	72,68

Białystok, dn. 24.11.2020 r.

ZATWIERDZAM:

DYREKTOR
Regionalnego Centrum Krwiodawstwa
i Krwiolecznictwa w Białymstoku
Prof. dr hab. n. med. Piotr Marek Radziwon

