

ZP/KC – 15/2022

WARUNKI PRZETARGOWE

na

„Dostawę odczynników chemicznych do wykonywania oznaczeń z zakresu serologii grup krwi na analizatorze PK 7300 wraz z usługą przeglądów, konserwacji i napraw analizatora PK 7300 oraz dostawę materiałów eksploatacyjnych do stacji wody Elix 70C wraz z usługą przeglądów, konserwacji i napraw stacji wody Elix 70C”

Zatwierdził:

Z-ca dyrektora
ds. ekonomiczno - administracyjnych
RCKiK w Białymstoku

mgr Anna Lisowska

Białystok, dnia 5 października 2022 roku

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Białymstoku,
ul. M. Skłodowskiej – Curie 23,
15-950 Białystok,
tel.: (85) 74 47 002
strona internetowa: www.rckik.bialystok.pl
e-mail: sekretariat@rckik.bialystok.pl
godziny urzędowania: od 7³⁰ do 15⁰⁰ od poniedziałku do piątku.

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu, którego wartość nie przekracza kwoty 130 000 zł netto na podstawie art. 70¹ oraz art. 70³ – 70⁵ ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 2022 r., poz. 1360 t.j.) oraz Regulaminu udzielania zamówień publicznych obowiązującego w RCKiK w Białymstoku.
2. Postępowanie prowadzone jest w formie pisemnej w postaci papierowej.
3. Postępowanie, którego dotyczą niniejsze Warunki przetargowe, oznaczone jest znakiem ZP/KC-15/2022. Uczestnicy postępowania powinni we wszelkich kontaktach z Zamawiającym powoływać się na wyżej podane oznaczenie.

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest:
 - 1) Część 1 – dostawa odczynników chemicznych do wykonywania oznaczeń z zakresu serologii grup krwi na analizatorze PK 7300 firmy Beckman Coulter wraz z usługą wykonywania przeglądów, konserwacji i napraw analizatora PK 7300 firmy Beckman Coulter
 - 2) Część 2 – dostawa materiałów eksploatacyjnych do stacji wody Elix 70C firmy Merck wraz z usługą wykonywania przeglądów, konserwacji i napraw stacji wody Elix 70C firmy Merck na potrzeby Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Białymstoku.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony został w Opisie przedmiotu zamówienia, stanowiącym Załącznik nr 1 do Warunków przetargowych oraz w Projektowanych postanowieniach umowy, stanowiących Załącznik nr 7 do Warunków przetargowych.
3. Nazwa i kod określony według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) dla niniejszego przedmiotu zamówienia:
33696300-8 – odczynniki chemiczne
50421000-2 – usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu medycznego
42912310-8 – aparatura do filtrowania wody.

IV. OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA

1. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. Uczestnik przetargu może złożyć ofertę na jedną lub dwie Części zamówienia.
2. W związku z powyższym, każdą wyspecyfikowaną Część (2 Części) należy traktować jako oddzielny przedmiot zamówienia (oddzielne zamówienie), a wszelkie zapisy znajdujące się w Warunkach przetargowych dotyczące oferty należy rozumieć jako odnoszące się do ofert częściowych.

V. TERMIN I SPOSÓB REALIZACJI ZAMÓWIENIA

1. Zamówienie realizowane będzie przez 12 miesięcy od daty zawarcia umowy.
2. Sukcesywne dostawy przedmiotu zamówienia, w zakresie poszczególnych Części, realizowane będą do magazynu w siedzibie Zamawiającego przy ul. M. Skłodowskiej – Curie 23, na koszt i ryzyko Uczestnika przetargu jego transportem, w terminie do 7 dni kalendarzowych od dnia nadania zamówienia e-mailem lub faksem, w ilościach zależnych od potrzeb Zamawiającego.
3. Usługi wykonywania przeglądów, konserwacji i napraw urządzeń znajdujących się w posiadaniu Zamawiającego odbywać się będą odpowiednio:
 - 1) Część 1 - analizator PK 7300 firmy Beckman Coulter:
 - a) przeglądy i konserwacje: dwa (2) razy w roku, w terminach wyznaczonych przez Zamawiającego, tj.: kwiecień 2023 r. i październik 2023 r.
 - b) naprawy: na każde zgłoszenie przez Zamawiającego konieczności przeprowadzenia takiej naprawy i/lub na zgłoszenie Uczestnika przetargu w następstwie przeprowadzonego przez niego przeglądu technicznego.

- 2) Część 2 - stacja wody Elix 70C firmy Merck:
 - a) przegląd i konserwacja: jeden (1) raz w roku, w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, tj. czerwiec 2023 r.,
 - b) naprawy: na każde zgłoszenie przez Zamawiającego konieczności przeprowadzenia takiej naprawy i/lub na zgłoszenie Uczestnika przetargu w następstwie przeprowadzonego przez niego przeglądu technicznego.

VI. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Uczestnicy przetargu, którzy:
 - 1) posiadają zdolność do występowania w obrocie gospodarczym;
 - 2) posiadają uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów;
 - 3) posiadają zdolność techniczną lub zawodową;
 - 4) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

VII. PODSTAWY WYKLUCZENIA

1. Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia Uczestnika przetargu, w stosunku, do którego zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 roku o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, tj. Uczestnika przetargu:
 - 1) wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ww. ustawy;
 - 2) którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. z 2022 r., poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ww. ustawy;
 - 3) którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2021 r., poz. 217, 2105 i 2106) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ww. ustawy.

VIII. INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH I DOKUMENTACH SKŁADAJĄCYCH SIĘ NA OFERTĘ

1. Na ofertę składają się następujące oświadczenia i dokumenty:
 - 1) Formularz oferty – sporządzony zgodnie z treścią Załącznika nr 2 do Warunków przetargowych.
 - 2) Oświadczenie Uczestnika przetargu o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – sporządzone zgodnie z treścią Załącznika nr 3 do Warunków przetargowych.
 - 3) Oświadczenie Uczestnika przetargu o braku podstaw do wykluczenia z postępowania – sporządzone zgodnie z treścią Załącznika nr 4 do Warunków przetargowych.
 - 4) W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego w Warunkach przetargowych:
 - a) Specyfikacja oferowanego przedmiotu zamówienia – sporządzona zgodnie z treścią Załącznika nr 5 do Warunków przetargowych.
 - 5) Dokument określający zasady reprezentacji oraz osoby uprawnione do reprezentacji Uczestnika przetargu, tj. odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru, z którego wynika, że osoba działająca w imieniu Uczestnika przetargu jest umocowana do jego reprezentowania, chyba że Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych.

Zamawiający może żądać od Uczestnika przetargu przedstawienia tłumaczenia na język polski pobranych samodzielnie przez Zamawiającego dokumentów.

- 6) Pełnomocnictwo określające zakres umocowania, podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Uczestnika przetargu, chyba że Uczestnik przetargu działa osobiście (*jeżeli dotyczy*).
- 7) Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Uczestników przetargu wspólnie ubiegających się o zamówienie lub umowę o współdziałaniu, z której będzie wynikało przedmiotowe pełnomocnictwo (*jeżeli dotyczy*).
- 8) Oświadczenie dotyczące tajemnicy przedsiębiorstwa – sporządzone zgodnie z treścią Załącznika nr 6 do Warunków przetargowych (*jeżeli dotyczy*).

IX. INFORMACJA DLA UCZESTNIKÓW PRZETARGU WSPÓLNIE UBIEGAJĄCYCH SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

1. Uczestnicy przetargu mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Uczestnicy przetargu, ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
2. Pełnomocnictwo musi być podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania poszczególnych Uczestników przetargu, dołączone do oferty oraz powinno zawierać w szczególności wskazanie:
 - 1) nazwy i numeru postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego dotyczy,
 - 2) wszystkich Uczestników przetargu ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia,
 - 3) ustanowionego pełnomocnika oraz zakresu jego umocowania.
3. W przypadku Uczestników przetargu wspólnie ubiegających o udzielenie zamówienia publicznego:
 - 1) warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w rozdz. VI, Uczestnicy przetargu wspólnie ubiegający się o zamówienie wykazują łącznie,
 - 2) żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.
4. W przypadku Uczestników przetargu wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego:
 - 1) oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w rozdz. VIII ust. 1 pkt 2) Uczestnicy przetargu składają wspólnie,
 - 2) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania, o którym mowa w rozdz. VIII ust. 1 pkt 3) składa każdy z Uczestników przetargu osobno.
5. Uczestnicy przetargu wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia solidarnie odpowiadają za realizację umowy.
6. Uczestnicy przetargu wspólnie ubiegający się o zamówienie w ofercie podają adres do korespondencji i kontakt telefoniczny właściwy dla pełnomocnika tych Uczestników przetargu. Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z podmiotem występującym jako pełnomocnik.

X. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT

1. Uczestnik przetargu może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie więcej niż jednej oferty lub złożenie oferty zawierającej propozycje alternatywne spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez Uczestnika przetargu.
2. Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia i załączniki, o których mowa w Warunkach przetargowych.
3. Formularz oferty oraz pozostałe dokumenty winne być przygotowane przez Uczestnika przetargu w treści zgodnej z niniejszymi Warunkami przetargowymi.
4. Oferta powinna być sporządzona na piśmie (ręcznie lub w postaci wydruku komputerowego), w formie zapewniającej pełną czytelność jej treści. Każdy dokument składający się na ofertę sporządzony w języku obcym powinien być złożony wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Uczestnika przetargu za zgodność z oryginałem. W razie wątpliwości uznaje się, iż wersja polskojęzyczna jest wersją wiążącą. Dopuszcza się używanie w ofercie oraz innych dokumentach określeń obcojęzycznych w zakresie określonym w art. 11 ustawy z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz.U. z 2021 r., poz. 672 t.j.).
5. Formularz oferty, oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania należy złożyć w formie oryginału.

- Pozostałe dokumenty składające się na ofertę mogą być złożone w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez Uczestnika przetargu (z wyłączeniem pełnomocnictwa, które wymaga formy szczególnej, określonej w ust. 8).
6. Dokumenty złożone w formie kopii muszą być opatrzone na każdej zapisanej stronie klauzulą „za zgodność z oryginałem”. Poświadczenie za zgodność z oryginałem winno być sporządzone w sposób umożliwiający identyfikację podpisu.
 7. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonych kopii dokumentu, gdy złożona przez Uczestnika przetargu kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.
 8. Oferta wraz z załącznikami musi być podpisana przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Uczestnika przetargu. Podpis powinien być sporządzony w sposób umożliwiający jego identyfikację, np. złożony wraz z imienną pieczętką lub czytelny (z podaniem imienia i nazwiska). Jeżeli osoba podpisująca ofertę i składająca w imieniu Uczestnika przetargu oświadczenia i inne pisma nie jest osobą upoważnioną na podstawie aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo innego dokumentu załączonego do oferty, Uczestnik przetargu zobowiązany jest przedstawić stosowne pełnomocnictwo, które w swej treści jednoznacznie wskazywać będzie uprawnienie do podpisania oferty. Pełnomocnictwo to musi zostać dołączone do oferty i musi być złożone w oryginale lub kopii poświadczonych notarialnie za zgodność z oryginałem. Jeżeli z dokumentu określającego status prawny Uczestnika przetargu lub pełnomocnictwa wynika, iż do reprezentowania Uczestnika przetargu upoważnionych jest łącznie dwie lub więcej osób, dokumenty składające się na ofertę muszą być podpisane przez wszystkie te osoby.
 9. Zaleca się, aby każda, zawierająca jakąkolwiek treść strona oferty, była podpisana lub parafowana przez Uczestnika przetargu. Wszystkie zmiany w treści oferty, a w szczególności przerobienie, przekreślenie, uzupełnienie, nadpisanie, przesłonięcie korektorem, itp. muszą być podpisane lub parafowane przez Uczestnika przetargu, pod rygorem nieważności.
 10. Zaleca się, aby strony oferty były trwale ze sobą połączone i kolejno ponumerowane.
 11. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
 12. Dokumenty zastrzeżone.
 - 1) Wszystkie dokumenty złożone w prowadzonym postępowaniu są jawne za wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, które Uczestnik przetargu, nie później niż w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Uczestnik przetargu nie może zastrzec informacji, o których mowa w rozdz. XIII ust. 2 pkt 4) Warunków przetargowych. Zastrzeżone dokumenty Uczestnik przetargu zobowiązany jest wydzielić w wybrany przez siebie sposób, zapewniający zachowanie tajemnicy przedsiębiorstwa. Tak wydzielonych informacji Zamawiający nie będzie ujawniał, chyba że zastrzeżone w ofercie informacje nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa lub są jawne na podstawie odrębnych przepisów – w takim przypadku informacje te będą podlegały udostępnieniu na takich samych zasadach jak pozostałe niezastrzeżone dokumenty.
 - 2) Zgodnie z art. 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji poprzez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności (poprzez wskazanie sposobu ochrony fizycznej dokumentów, np. monitoring, sejfy oraz ochrony prawnej, np. umowy cywilnoprawne z pracownikami dot. zachowania tajemnicy, odpowiednie akty wewnętrzne dotyczące obiegu dokumentów).
 - 3) Jeżeli Uczestnik przetargu nie wykaże, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, tj. nie dostarczy dokumentów potwierdzających podjęcie przez Uczestnika przetargu działań mających na celu zachowanie zastrzeżonych informacji w poufności, Zamawiający odtajni je jako bezprawnie zastrzeżone.
 - 4) Jeżeli Uczestnik przetargu zastrzeże informacje składane w drodze wyjaśnień lub składając/ uzupełniając dokumenty powinien również dokumenty/informacje oznaczyć w sposób niebudzący wątpliwości, iż stanowią one tajemnicę przedsiębiorstwa, np. w osobnym opakowaniu (kopercie wewnętrznej) oraz nie później niż w terminie składania tych informacji wykazać, że zastrzeżone dokumenty stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

XI. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY

1. Cenę oferty, odpowiednio dla każdej Części, stanowi łączna kwota wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu zamówienia na zasadach określonych w Warunkach przetargowych.
2. Uczestnik przetargu przedstawi w ofercie łączną kwotę wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu zamówienia w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz.U. z 2019 r., poz. 178 t.j.), tj. wartość wyrażoną w jednostkach pieniężnych, którą Zamawiający będzie zobowiązany zapłacić Uczestnikowi przetargu za towar lub usługę. W cenie uwzględnia się podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów sprzedaż towarów (usługi) podlega obciążeniu podatkiem od towarów i usług lub podatkiem akcyzowym. Cena ta będzie ceną kompletną, jednoznaczną i ostateczną, uwzględniającą ewentualne rabaty i opusty (nie dopuszcza się rabatów rzeczowych).
3. W Formularzu oferty, stanowiącym Załącznik nr 2 do Warunków przetargowych, należy podać:

w zakresie Części 1:

1) łączną wartość brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie dostawy odczynników chemicznych liczbowo i słownie, % stawkę podatku od towarów i usług (VAT), łączną wartość netto liczbowo,

oraz

2) wartość brutto za wykonanie dwóch (2) przeglądów i konserwacji analizatora PK 7300 liczbowo i słownie, % stawkę podatku od towarów i usług (VAT), wartość netto liczbowo,

oraz

3) cenę jednej (1) roboczogodziny naprawy analizatora PK 7300 liczbowo i słownie, % stawkę podatku od towarów i usług (VAT), netto liczbowo;

w zakresie Części 2:

1) łączną wartość brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie dostawy materiałów eksploatacyjnych liczbowo i słownie, % stawkę podatku od towarów i usług (VAT), łączną wartość netto liczbowo,

oraz

2) wartość brutto za wykonanie jednego (1) przeglądu i konserwacji stacji wody Elix 70C liczbowo i słownie, % stawkę podatku od towarów i usług (VAT), wartość netto liczbowo,

oraz

3) cenę jednej (1) roboczogodziny naprawy stacji wody Elix 70C liczbowo i słownie, % stawkę podatku od towarów i usług (VAT), netto liczbowo.

4. W Specyfikacji oferowanego przedmiotu zamówienia, stanowiącej Załącznik nr 5 Warunków przetargowych, należy podać:

w zakresie Części 1:

1) w Specyfikacji cenowej odczynników chemicznych /pkt 1) lit. a)/:

a) cenę netto za opakowanie przedmiotu zamówienia,

b) % stawkę podatku od towarów i usług (VAT),

c) wartość brutto poszczególnych pozycji obliczoną poprzez przemnożenie ceny netto, o której mowa w lit. a) przez zaoferowaną ilość opakowań przedmiotu zamówienia (odpowiadającą wymaganej przez Zamawiającego ilości przedmiotu zamówienia) oraz powiększoną o kwotę podatku od towarów i usług (VAT),

d) łączną wartość brutto, którą stanowi suma wartości brutto poszczególnych pozycji przedmiotu zamówienia;

2) w Specyfikacji cenowej przeglądów i konserwacji analizatora PK 7300 /pkt 1) lit. b)/:

a) cenę netto za wykonanie jednego (1) przeglądu i konserwacji analizatora PK 7300,

b) % stawkę podatku od towarów i usług (VAT),

c) wartość brutto obliczoną poprzez przemnożenie ceny netto, o której mowa w lit. a) przez przewidywaną ilość przeglądów i konserwacji oraz przez ilość urządzeń i powiększoną o kwotę podatku od towarów i usług (VAT).

w zakresie Części 2:

1) w Specyfikacji cenowej materiałów eksploatacyjnych /pkt 1) lit. a)/:

a) cenę netto za sztukę przedmiotu zamówienia,

b) % stawkę podatku od towarów i usług (VAT),

- c) wartość brutto poszczególnych pozycji obliczoną poprzez przemnożenie ceny netto, o której mowa w lit. a) przez zamawiającą ilość sztuk przedmiotu zamówienia oraz powiększoną o kwotę podatku od towarów i usług (VAT),
 - d) łączną wartość brutto, którą stanowi suma wartości brutto poszczególnych pozycji przedmiotu zamówienia;
- 2) w Specyfikacji cenowej przeglądów i konserwacji stacji wody Elix 70C /pkt 1) lit. b)/:
 - a) cenę netto za wykonanie jednego (1) przeglądu i konserwacji stacji wody Elix 70C,
 - b) % stawkę podatku od towarów i usług (VAT),
 - c) wartość brutto obliczoną poprzez przemnożenie ceny netto, o której mowa w lit. a) przez przewidywaną ilość przeglądów i konserwacji oraz przez ilość urządzeń i powiększoną o kwotę podatku od towarów i usług (VAT).
 5. Wartości brutto i netto oraz ceny jednostkowe netto (odpowiednio dla każdej Części) muszą być wyrażone w PLN z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
 6. Tak wyznaczona cena oferty (łączna wartość brutto) będzie podlegała ocenie.
 7. Zamawiający przy ocenie ofert weźmie pod uwagę całkowitą kwotę, którą będzie musiał zapłacić Uczestnikowi przetargu z tytułu realizacji zamówienia – kwotę brutto zawierającą podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, o ile są one należne na podstawie odrębnych przepisów.
 8. Jeżeli Uczestnik przetargu złoży ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług Zamawiający, w celu oceny takiej oferty, doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Uczestnik przetargu składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, wartość bez kwoty podatku oraz stawkę podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą Uczestnika przetargu będzie miała zastosowanie.
 9. Wszelkie rozliczenia prowadzone będą w PLN.

XII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTA

1. Uczestnik przetargu związany jest złożoną ofertą do dnia 12 listopada 2022 r., tj. nie dłużej niż 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert.
2. Pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert.
3. W przypadku, gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu związania ofertą określonego w ust. 1, Zamawiający przed upływem terminu związania ofertą zwróci się do Uczestników przetargu o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o wskazany przez niego okres, nie dłuższy jednak niż 30 dni.
4. Przedłużenie terminu związania ofertą, o którym mowa w ust. 3, wymaga złożenia przez Uczestnika przetargu pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania ofertą.

XIII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

1. Miejsce i termin składania ofert.
 - 1) Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego lub przesłać pocztą albo przesyłką kurierską na adres: Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Białymstoku, 15-950 Białystok, ul. M. Skłodowskiej-Curie 23, pokój nr 201 (Sekretariat). Za termin złożenia oferty przyjmuje się datę i godzinę wpływu oferty do Zamawiającego w miejsce wskazane jak wyżej.
 - 2) Termin składania ofert upływa dnia **14 października 2022 r. o godz. 11⁰⁰**.
 - 3) Oferty otrzymane przez Zamawiającego po tym terminie oraz wycofane, zgodnie z pkt 7), zostaną niezwłocznie zwrócone bez otwierania.
 - 4) Oferty podlegają rejestracji przez Zamawiającego. Każda przyjęta oferta zostanie opatrzona adnotacją określającą dokładny termin przyjęcia oferty, tzn. datą kalendarzową oraz godziną i minutą, w której została przyjęta. Do czasu otwarcia ofert będą one przechowywane w sposób gwarantujący ich nienaruszalność.
 - 5) Ofertę należy złożyć w nieprzejrystym, zamkniętym opakowaniu/kopercie, w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczający jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert.

- 6) Koperta (opakowanie) zawierająca ofertę powinna być zaadresowana na adres Zamawiającego:

**Regionalne Centrum Krwiodawstwa
i Krwiolecznictwa w Białymstoku
ul. M. Skłodowskiej-Curie 23
15-950 Białystok
pokój nr 201**

oraz posiadać pieczęć Uczestnika przetargu i oznaczenie:

Oferta na: „Dostawę odczynników chemicznych do wykonywania oznaczeń z zakresu serologii grup krwi na analizatorze PK 7300 wraz z usługą przeglądów, konserwacji i napraw analizatora PK 7300 oraz dostawę materiałów eksploatacyjnych do stacji wody Elix 70C wraz z usługą przeglądów, konserwacji i napraw stacji wody Elix 70C” – ZP/KC-15/2022 a także: Nie otwierać przed dniem 14 października 2022 r. godz. 11¹⁵.

Konsekwencje złożenia oferty niezgodnie z ww. opisem (tj. potraktowanie oferty jako zwykłej korespondencji, niedostarczenie jej na miejsce składania ofert w terminie określonym w Warunkach przetargowych lub przedwczesne/przypadkowe otwarcie ofert) ponosi Uczestnik przetargu.

- 7) Zmiana lub wycofanie oferty:
- a) Uczestnik przetargu może zmienić lub wycofać złożoną przez siebie ofertę;
 - b) zmiana lub wycofanie złożonej oferty jest skuteczne tylko wówczas, gdy zostało dokonane przez Uczestnika przetargu przed upływem terminu składania ofert;
 - c) w przypadku zmiany oferty, Uczestnik przetargu składa pisemne oświadczenie, iż ofertę swą zmienia, określając zakres i rodzaj tych zmian, a jeżeli oświadczenie o zmianie pociąga za sobą konieczność wymiany, czy też przedłożenia nowych dokumentów, Uczestnik przetargu winien te dokumenty złożyć. Powiadomienie o zmianie oferty winno być przygotowane, opakowane (w zaklejonej kopercie) i zaadresowane w ten sam sposób co oferta wraz z podaną nazwą i adresem Uczestnika przetargu, z dodatkową adnotacją „ZMIANA”;
 - d) w przypadku wycofania oferty, Uczestnik przetargu składa pisemne oświadczenie, iż ofertę swą wycofuje. Powiadomienie o wycofaniu oferty winno być przygotowane, opakowane (w zaklejonej kopercie) i zaadresowane w ten sam sposób co oferta wraz z podaną nazwą Uczestnika przetargu, z dodatkową adnotacją „WYCOFANE”.

2. Miejsce i termin otwarcia ofert.

- 1) Otwarcie ofert nastąpi w dniu **14 października 2022 r. o godz. 11¹⁵**, w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 216 (Sala Konferencyjna).
- 2) Otwarcie ofert jest jawne, Uczestnicy przetargu mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert.
- 3) Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
- 4) Podczas otwarcia ofert Zamawiający ogłosi nazwy Uczestników przetargu, ich adresy oraz informacje dotyczące ceny.
- 5) Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieszcza na swojej stronie internetowej informacje, o których mowa w pkt. 3) i 4).

XIV. OPIS KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT

1. Przy wyborze oferty najkorzystniejszej, w zakresie Części 1, Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami oceny ofert:

- 1) Cena odczynników chemicznych – 80%**
- 2) Cena przeglądu i konserwacji analizatora – 10%**
- 3) Cena 1 roboczogodziny naprawy analizatora – 10%.**

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta niepodlegająca odrzuceniu i spełniająca wszystkie wymogi formalne i merytoryczne, która uzyska najwyższą liczbę punktów (po zsumowaniu) w ww. kryteriach.

Ad. 1) W kryterium „Cena odczynników chemicznych” najwyższą liczbę punktów, tj. 80 pkt otrzyma oferta zawierająca najniższą cenę brutto, a każda następna oferta odpowiednio mniejszą liczbę punktów (z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku) obliczoną według następującego wzoru:

$$\text{Liczba punktów badanej oferty} = \frac{\text{Najniższa cena brutto odczynników chemicznych zaoferowana w ofercie}}{\text{Cena brutto badanej oferty}} \times 80\% \times 100$$

Ad. 2) W kryterium „Cena przeglądu i konserwacji analizatora” najwyższą liczbę punktów, tj. 10 pkt otrzyma oferta zawierająca najniższą cenę brutto, a każda następna oferta odpowiednio mniejszą liczbę punktów (z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku) obliczoną według następującego wzoru:

$$\text{Liczba punktów badanej oferty} = \frac{\text{Najniższa cena brutto przeglądu i konserwacji analizatora zaoferowana w ofercie}}{\text{Cena brutto badanej oferty}} \times 10\% \times 100$$

Ad. 3) W kryterium „Cena 1 roboczogodziny naprawy analizatora” najwyższą liczbę punktów, tj. 10 pkt otrzyma oferta zawierająca najniższą cenę brutto 1 roboczogodziny naprawy analizatora, a każda następna oferta odpowiednio mniejszą liczbę punktów (z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku) obliczoną według następującego wzoru:

$$\text{Liczba punktów badanej oferty} = \frac{\text{Najniższa cena brutto 1 roboczogodziny naprawy analizatora zaoferowana w ofercie}}{\text{Cena brutto badanej oferty}} \times 10\% \times 100$$

Zamawiający oceni ww. kryteria na podstawie oświadczenia złożonego przez Uczestnika przetargu w Formularzu oferty, stanowiącym Załącznik nr 2 do Warunków przetargowych.

2. Przy wyborze oferty najkorzystniejszej, w zakresie Części 2, Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami oceny ofert:
- 1) **Cena materiałów eksploatacyjnych – 80%**
 - 2) **Cena przeglądu i konserwacji stacji wody – 10%**
 - 3) **Cena 1 roboczogodziny naprawy stacji wody – 10%.**

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta niepodlegająca odrzuceniu i spełniająca wszystkie wymogi formalne i merytoryczne, która uzyska najwyższą liczbę punktów (po zsumowaniu) w ww. kryteriach.

Ad. 1) W kryterium „Cena materiałów eksploatacyjnych” najwyższą liczbę punktów, tj. 80 pkt otrzyma oferta zawierająca najniższą cenę brutto, a każda następna oferta odpowiednio mniejszą liczbę punktów (z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku) obliczoną według następującego wzoru:

$$\text{Liczba punktów badanej oferty} = \frac{\text{Najniższa cena brutto materiałów eksploatacyjnych zaoferowana w ofercie}}{\text{Cena brutto badanej oferty}} \times 80\% \times 100$$

Ad. 2) W kryterium „Cena przeglądu i konserwacji stacji wody” najwyższą liczbę punktów, tj. 10 pkt otrzyma oferta zawierająca najniższą cenę brutto, a każda następna oferta odpowiednio mniejszą liczbę punktów (z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku) obliczoną według następującego wzoru:

$$\text{Liczba punktów badanej oferty} = \frac{\text{Najniższa cena brutto przeglądu i konserwacji stacji wody zaoferowana w ofercie}}{\text{Cena brutto badanej oferty}} \times 10\% \times 100$$

Ad. 3) W kryterium „Cena 1 roboczogodziny naprawy stacji wody” najwyższą liczbę punktów, tj. 10 pkt otrzyma oferta zawierająca najniższą cenę brutto 1 roboczogodziny naprawy stacji wody, a każda następna oferta odpowiednio mniejszą liczbę punktów (z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku) obliczoną według następującego wzoru:

$$\text{Liczba punktów badanej oferty} = \frac{\text{Najniższa cena brutto 1 roboczogodziny naprawy stacji wody zaoferowana w ofercie}}{\text{Cena brutto badanej oferty}} \times 10\% \times 100$$

Zamawiający oceni ww. kryteria na podstawie oświadczenia złożonego przez Uczestnika przetargu w Formularzu oferty, stanowiącym Załącznik nr 2 do Warunków przetargowych.

3. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Uczestników przetargu, którzy złożyli te oferty do złożenia, w terminie określonym przez Zamawiającego, ofert dodatkowych. Uczestnicy przetargu składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.
4. Wyjaśnienie/uzupełnienie/poprawa omyłek pisarskich i rachunkowych oraz innych omyłek w toku badania i oceny ofert.
 - 1) W toku badania i oceny ofert Zamawiający może wezwać Uczestników przetargu do uzupełnienia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu lub potwierdzających spełnienie przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego lub pełnomocnictw. Uzupełniane oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez Uczestnika przetargu warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego.
 - 2) W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Uczestników przetargu wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert oraz wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnienie przez Uczestników przetargu warunków udziału w postępowaniu.
 - 3) W toku badania ofert, Zamawiający poprawia w ofercie:
 - a) oczywiste omyłki pisarskie,
 - b) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,
 - c) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z Warunkami przetargowymi, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty,- niezwłocznie zawiadamiając o tym Uczestnika przetargu, którego oferta została poprawiona.

XV. ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

1. Udzielenie zamówienia.
 - 1) Zamawiający udzieli zamówienia, Uczestnikowi przetargu, którego oferta będzie spełniała wszystkie wymogi określone w Warunkach przetargowych oraz zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o wskazane w Warunkach przetargowych kryteria oceny ofert.
 - 2) Niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający zawiadomi Uczestników przetargu, którzy złożyli oferty o wyborze oferty najkorzystniejszej, podając nazwę i adres Uczestnika przetargu, którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru, jak też zamieści ww. informacje na własnej stronie internetowej.
2. Odrzucenie ofert, wykluczenie Uczestnika przetargu z postępowania.
 - 1) Oferty niespełniające wymogów przetargowych zostaną odrzucone. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:
 - a) jest niezgodna z warunkami przetargu,
 - b) została złożona przez Uczestnika przetargu niespełniającego warunków udziału w postępowaniu,
 - c) została złożona przez Uczestnika przetargu podlegającego wykluczeniu z postępowania,
 - d) zawiera omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, których nie można poprawić na zasadzie oczywistych omyłek rachunkowych lub błędów rachunkowych,
 - e) zawiera inne omyłki polegające na niezgodności oferty z Warunkami przetargowymi, których poprawienie spowoduje istotne zmiany w treści oferty,

- f) Uczestnik przetargu nie wyraził pisemnej zgody na przedłużenie terminu związania ofertą.
- 2) Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Uczestnika przetargu, w stosunku, do którego zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 roku o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.
3. Zamawiający zawrze umowę niezwłocznie po przekazaniu informacji o wyborze oferty. Treść Projektowanych postanowień umowy stanowi Załącznik nr 7 do Warunków przetargowych.
4. Przed podpisaniem umowy Uczestnik przetargu, którego oferta uznana zostanie za najkorzystniejszą zobowiązany będzie do:
- 1) dostarczenia Zamawiającemu - w celu potwierdzenia, że oferowane dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego (w formie oryginału lub kopii potwierdzonej klauzulą „za zgodność z oryginałem” – Zamawiający dopuszcza również formę elektroniczną):
- 1.1) dla wyrobów podlegających obowiązkowi zgłoszenia/powiadomienia/przeniesienia danych o wyrobie medycznym do bazy danych Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. z 2022 r., poz. 974 t.j.):
- a) zgłoszenie/powiadomienie do bazy danych Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych posiadające niepowtarzalny, dwunastocyfrowy identyfikator dokumentu, widoczny z lewej strony stopki na każdej stronie formularza:
- lub
- b) potwierdzenie wydane przez Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych o wypełnieniu obowiązku nałożonego ustawą;
- lub
- c) potwierdzenie przeniesienia danych o wyrobie medycznym wydane przez Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych;
- 1.2) dla wyrobów po raz pierwszy wprowadzonych na terytorium RP (jeżeli dotyczy) - oświadczenie Uczestnika przetargu o dostarczeniu Zamawiającemu, wraz z pierwszą dostawą przedmiotu zamówienia do jego siedziby, zgłoszenia/powiadomienia o wyrobie medycznym do bazy danych Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych;
- 1.3) dla wyrobów niezaklasyfikowanych jako wyrób medyczny (jeżeli dotyczy):
- a) oświadczenie Uczestnika przetargu o niepodleganiu obowiązkowi zgłoszenia/powiadomienia/przeniesienia danych o wyrobie medycznym do bazy danych Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. z 2022 r., poz. 974 t.j.);
- 1.4) Deklaracji WE (jeżeli dotyczy);
- 1.5) Certyfikatu Jednostki Notyfikowanej (jeżeli dotyczy);
- Uwaga! Przedmiotowe dokumenty winny być opisane w zakresie nr pozycji, której dotyczą.
Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem.*
- 2) przedłożenia danych do umowy, w tym w szczególności: nr konta bankowego, wskazania osoby upoważnionej do podpisania umowy, itp.;
- 3) w przypadku Uczestnika przetargu zagranicznego, przedłożenia oryginału certyfikatu rezydencji podatkowej (art. 21 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych /Dz.U. z 2021 r., poz. 1800 t.j./) – dotyczy podatku u źródła. W przypadku niedostarczenia Zamawiającemu oryginału certyfikatu rezydencji podatkowej pobrany zostanie podatek w wysokości 20%, bez uwzględnienia właściwych umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, których stroną jest Polska (jeżeli dotyczy).
5. Zamawiający określi termin i miejsce złożenia ww. dokumentów oraz termin i miejsce podpisania umowy.
6. Osoby reprezentujące Uczestnika przetargu, przy podpisywaniu umowy, zobowiązane są przedłożyć Zamawiającemu dokumenty, potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie wynika z dokumentów załączonych do oferty (np. aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, pełnomocnictwo, itp.). Pełnomocnictwo musi być złożone w oryginale podpisane przez osoby

wskazane do reprezentacji w odpowiednim dokumencie określającym status prawny Uczestnika przetargu lub kopii potwierdzonej notarialnie „za zgodność z oryginałem”.

7. W przypadku, gdy Uczestnik przetargu, którego oferta została wybrana uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny.

XVI. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM ORAZ ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

1. Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.
2. Zamawiający nie będzie żądać od Uczestnika przetargu, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

XVII. OPIS SPOSOBU POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z UCZESTNIKAMI PRZETARGU WRAZ ZE WSKAZANIEM PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO OSÓB UPRAWNIONYCH DO KONTAKTÓW

1. Niniejsze postępowanie prowadzone jest w języku polskim.
2. Informacje o sposobie porozumiewania się z Zamawiającym:
 - 1) Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje (dokumenty) Zamawiający i Uczestnicy przetargu mogą przekazywać drogą elektroniczną na adres e-mail: sekretariat@rckik.bialystok.pl, z zastrzeżeniem pkt 2) zawsze dopuszczalna jest forma pisemna.
 - 2) Forma pisemna zastrzeżona jest dla złożenia oferty wraz z załącznikami, w tym oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu, oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie przez oferowany przedmiot zamówienia wymagań określonych przez Zamawiającego oraz pełnomocnictwa, także składanych w toku postępowania.
 - 3) W przypadku oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji (dokumentów) przekazanych przez Zamawiającego drogą elektroniczną Uczestnik przetargu niezwłocznie potwierdzi, w tej samej formie, fakt ich otrzymania na adres e-mail: sekretariat@rckik.bialystok.pl.
 - 4) W przypadku braku potwierdzenia przez Uczestnika przetargu faktu otrzymania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji (dokumentów), o których mowa w pkt 3), Zamawiający uzna, iż zostały one doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się Uczestnika przetargu z treścią pism w dniu i godzinie ich nadania oraz że były czytelne.
3. Wyjaśnienia treści Warunków przetargowych.
 - 1) Uczestnik przetargu może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści Warunków przetargowych do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Wniosek winien być złożony z zachowaniem formy pisemnej, podpisany przez osoby umocowane do reprezentowania Uczestnika przetargu. Zaleca się przesłanie zapytań również w wersji edytowalnej.
 - 2) Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści Warunków przetargowych wpłynie do Zamawiającego po upływie terminu, o którym mowa w pkt 1), Zamawiający może udzielić wyjaśnień lub pozostawić wniosek bez rozpoznania.
 - 3) Ewentualna zmiana terminu składania ofert nie powoduje przesunięcia terminu, o którym mowa w pkt 1), po upływie którego Zamawiający może pozostawić wniosek o wyjaśnienie treści Warunków przetargowych bez rozpoznania.
 - 4) Zamawiający zamieszcza treść zapytań wraz z odpowiedziami na stronie internetowej www.rckik.bialystok.pl, w zakładce Zamówienia publiczne.
 - 5) Nie udziela się żadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi na kierowane do Zamawiającego zapytania w sprawach wymagających zachowania pisemności postępowania.
4. Modyfikacja treści Warunków przetargowych.
 - 1) W uzasadnionych przypadkach, przed upływem terminu składania ofert, Zamawiający może zmienić treść Warunków przetargowych.
 - 2) Dokonaną w ten sposób zmianę treści Warunków przetargowych Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej, na której zostały one udostępnione – www.rckik.bialystok.pl, w zakładce Zamówienia publiczne i jest ona wiążąca przy składaniu ofert.
5. Ze strony Zamawiającego osobami uprawnionymi do kontaktowania się z Uczestnikami przetargu są: Marta Stocka, Aneta Kiersnowska oraz Beata Kardasz, tel. (85) 745 63 42.

XVIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do:
 - 1) zakończenia przetargu na każdym jego etapie,
 - 2) unieważnienia postępowania w przypadku, gdy:
 - a) w postępowaniu nie wpłynęła żadna oferta,
 - b) w postępowaniu nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu,
 - c) oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia.
2. Uczestnicy przetargu mają prawo wglądu do treści protokołu oraz ofert w trakcie prowadzonego postępowania z wyjątkiem dokumentów stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
 - 1) Zamawiający udostępnia oferty na pisemny wniosek Uczestnika przetargu, podpisany przez osoby umocowane do reprezentowania.
 - 2) Udostępnienie nastąpi poprzez wgląd w miejscu i terminie oraz w obecności wyznaczonego pracownika Zamawiającego (wyłącznie w siedzibie Zamawiającego i w godzinach jego urzędowania) bądź poprzez przesłanie na podany we wniosku Uczestnika przetargu adres e-mail.
 - 3) Zamawiający wyznaczy zakres udostępnianych dokumentów.
 - 4) Wnioskodawca w trakcie wglądu nie może, bez zgody Zamawiającego, samodzielnie kopiować lub utrwalać za pomocą urządzeń lub środków technicznych służących do utrwalania obrazu treści złożonych ofert.
 - 5) W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny.
3. Postanowienia dotyczące przetwarzania danych osobowych w związku z udziałem w przedmiotowym postępowaniu (art. 13 RODO).

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) /Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1/, dalej „RODO” informuję, że:

 - 1) administratorem danych osobowych jest Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Białymstoku, ul. M. Skłodowskiej-Curie 23, 15-950 Białystok;
 - 2) kontakt do Inspektora Ochrony Danych Osobowych Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Białymstoku – adres e-mail: iod@rckik.bialystok.pl, tel. (85) 745 63 23;
 - 3) dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie niniejszego zamówienia realizowanym w trybie przetargu na podstawie przepisów art. 70¹ oraz art. 70³ – 70⁵ Kodeksu Cywilnego;
 - 4) odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania na podstawie obowiązujących przepisów;
 - 5) dane osobowe będą przechowywane, przez okres 3 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia;
 - 6) obowiązek podania danych osobowych jest wymogiem ustawowym, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia; podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych osobowych może skutkować brakiem udzielenia zamówienia przez Zamawiającego;
 - 7) decyzje w odniesieniu do danych osobowych nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
 - 8) Uczestnik przetargu posiada:
 - a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do swoich danych osobowych,
 - b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania swoich danych osobowych, przy czym skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z przepisami obowiązującymi w tym zakresie,
 - c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, tj. prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej,

- d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO;
- 9) Uczestnikowi przetargu nie przysługuje:
 - a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych,
 - b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,
 - c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Załączniki:

1. Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia
2. Załącznik nr 2 – Formularz oferty
3. Załącznik nr 3 – Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
4. Załącznik nr 4 – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania
5. Załącznik nr 5 – Specyfikacja oferowanego przedmiotu zamówienia
6. Załącznik nr 6 – Oświadczenie dotyczące tajemnicy przedsiębiorstwa
7. Załącznik nr 7 – Projektowane postanowienia umowy

**Załącznik nr 1
do Warunków przetargowych**

Opis przedmiotu zamówienia

1. Część 1 – dostawa odczynników chemicznych do wykonywania oznaczeń z zakresu serologii grup krwi na analizatorze PK 7300 firmy Beckman Coulter wraz z usługą wykonywania przeglądów, konserwacji i napraw analizatora PK 7300 firmy Beckman Coulter

Na przedmiot zamówienia składają się:

1. Sukcesywne dostawy odczynników chemicznych do wykonywania oznaczeń z zakresu serologii grup krwi na analizatorze PK 7300 firmy Beckman Coulter zgodnie z poniższą charakterystyką:

Lp.	Charakterystyka (Minimalne wymagania Zamawiającego)
1.	Cleaning Solution przeznaczony do mycia i odkażania mikro płytek i analizatora PK 7300 firmy Beckman Coulter przy wykonywaniu oznaczeń z zakresu serologii grup krwi – w ilości 81 000 ml. Odczynnik chemiczny w opakowaniu jednostkowym o pojemności: 450 ml.
2.	Cleaning Solution przeznaczony do mycia i odkażania analizatora PK 7300 firmy Beckman Coulter przy wykonywaniu oznaczeń z zakresu serologii grup krwi – w ilości 20 000 ml. Odczynnik chemiczny w opakowaniu jednostkowym o pojemności: 1 litr.
3.	Wash Solution przeznaczony do mycia mikro płytek w celu wykonywania oznaczeń z zakresu serologii grup krwi na analizatorze PK 7300 firmy Beckman Coulter – w ilości 12 000 ml. Odczynnik chemiczny w opakowaniu jednostkowym o pojemności: 2 litry.
4.	Odczynnik chemiczny Bromelina płynna do wykonywania oznaczeń z zakresu serologii grup krwi na analizatorze PK 7300 firmy Beckman Coulter – w ilości 162 000 ml. 1) Odczynnik chemiczny w opakowaniu jednostkowym o pojemności: 900 ml. 2) Odczynnik dedykowany do techniki mikro płytkowej. 3) Odczynnik gotowy do użycia. 4) Temperatura przechowywania odczynnika: od 2°C do 8°C. 5) Po otwarciu opakowania przydatność odczynnika do badań: min. 4 dni.
5.	Termin ważności: 1) odczynników chemicznych (w wyłączeniu odczynnika Bromelina) wynosi min. 7 miesięcy, 2) odczynnika chemicznego Bromelina wynosi min. 6 miesięcy, od daty dostawy do siedziby Zamawiającego.
6.	Uczestnik przetargu gwarantuje, że zaoferowane odczynniki chemiczne są kompatybilne z posiadanym przez Zamawiającego analizatorem PK 7300 firmy Beckman Coulter.
7.	Uczestnik przetargu gwarantuje, że zaoferowane produkty są wysokiej jakości, pełnowartościowe w pierwszym gatunku, fabrycznie nowe i oryginalne, nienoszące znamion użytkowania oraz śladów uszkodzenia, wolne od wad fizycznych i prawnych.
8.	Uczestnik przetargu gwarantuje, że przedmiot zamówienia będzie mógł być użytkowany zgodnie z przeznaczeniem.

2. Usługi wykonania przeglądu, konserwacji i napraw analizatora PK 7300 firmy Beckman Coulter, zgodnie z poniższymi wymaganiami:

- 2.1. na przedmiot zamówienia składa się usługa wykonywania przeglądów, konserwacji i napraw analizatora PK 7300 firmy Beckman Coulter;
- 2.2. Uczestnik przetargu zapewni usługi autoryzowanego serwisu w zakresie realizacji ww. przedmiotu zamówienia;
- 2.3. Uczestnik przetargu zobowiązuje się świadczyć usługi, o których mowa w pkt 2.1 zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa oraz zgodnie z instrukcją serwisową

- analizatora oraz zaleceniami producenta, w szczególności co do zakresu przeprowadzenia przeglądów, konserwacji i kontroli bezpieczeństwa oraz czynności, które podczas nich powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi normami, w sposób zapewniający bezpieczeństwo osób, mienia i bezpieczeństwo pożarowe, a także przestrzegania wewnętrznych przepisów obowiązujących na terenie obiektu Zamawiającego;
- 2.4. pod pojęciem przegląd techniczny i konserwacja analizatora PK 7300 firmy Beckman Coulter należy rozumieć wykonywanie czynności o charakterze prewencyjnym mające na celu podtrzymanie stałej gotowości eksploatacyjnej ww. analizatora, polegające w szczególności na:
- 1) utrzymaniu sprawności techniczno-eksploatacyjnej analizatora,
 - 2) konserwacji i zachowaniu gotowości eksploatacyjnej opartej o zalecenia Zamawiającego,
 - 3) przeprowadzaniu okresowych przeglądów technicznych i kontroli stanu technicznego analizatora, zapewniających sprawną i bezpieczną eksploatację zgodnie z ustawą z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. z 2022 r., poz. 974 t.j.);
- 2.5. Uczestnik przetargu w ramach przeglądów technicznych i konserwacji zobowiązany jest w szczególności do:
- 1) przestrzegania terminów przeglądów technicznych i konserwacji,
 - 2) wymiany części zużywalnych w związku z naturalnym zużyciem podczas eksploatacji przy zastosowaniu fabrycznie nowych, oryginalnych części,
 - 3) sprawdzania prawidłowości działania urządzenia,
 - 4) sprawdzania i czyszczenia elementów urządzenia,
 - 5) sporządzania protokołu z przeglądu i konserwacji;
- 2.6. do zadań serwisanta analizatora PK 7300 firmy Beckman Coulter należy w szczególności:
- 1) kontrola wizualna urządzenia (zewnętrzna i wewnętrzna),
 - 2) czyszczenie wnętrza urządzenia,
 - 3) weryfikacja przesuwu statywu próbkowego,
 - 4) weryfikacja pozycji ramienia próbki pierwotnej,
 - 5) weryfikacja pozycji ramienia próbek rozcieńczonych,
 - 6) weryfikacja pozycji kubków wstępnego rozcieńczenia, wraz ze stacją mycia,
 - 7) weryfikacja pozycji ramienia odczynnikowego,
 - 8) weryfikacja układu transportu i pozycji pipetowania mikroplytek,
 - 9) weryfikacja działania czytników kodów kreskowych mikroplytek, odczynników i próbek,
 - 10) wypełnienie układu i „Water test” – sprawdzenie szczelności modułu hydraulicznego,
 - 11) wykonanie kalibracji czujników ciśnienia,
 - 12) sprawdzenie działania układu pipetującego próbkę z testem detektora poziomym:
 - a) dla każdego kanału P w zakresie 50 – 66,
 - b) dla każdego kanału CV poniżej 3%,
 - 13) sprawdzenie działania układu pipetującego odczynniki z testem detektora poziomym:
 - a) dla każdego kanału P w zakresie 42 – 53,
 - b) dla każdego kanału CV poniżej 3%,
 - 14) sprawdzenie inkubatora – odczyt temperatury w zakresie $31^{\circ}\text{C} \pm 2^{\circ}\text{C}$,
 - 15) sprawdzenie układu fotometru:
 - a) dark calibration, igot calibration,
 - b) Well Photometry – odczyty powinny być w zakresie z płytki wzorcowej,
 - c) pozycjonowanie układu fotometru,
 - 16) wpis do paszportu technicznego analizatora potwierdzający przeprowadzenie walidacji, przekazanie Zamawiającemu dokumentacji potwierdzającej wykonanie określonych zadań (czynności serwisowych);
- 2.7. ponadto Uczestnik przetargu zobowiązany jest w ramach realizacji zamówienia do:
- 1) wykonywania wszystkich czynności objętych zamówieniem z należytą starannością przez osoby posiadające stosowne kwalifikacje i doświadczenie,
 - 2) ustawienia (regulacji) wymaganych przez producenta parametrów,
 - 3) legalizacji (jeżeli dotyczy),
 - 4) kalibracji (jeżeli dotyczy),
 - 5) walidacji analizatora – przez ten proces należy rozumieć:
 - a) przeprowadzenie walidacji (po wykonaniu przeglądu i konserwacji analizatora oraz naprawy) i wystawienie potwierdzającego jej wykonanie protokołu zgodnego z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 roku w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Wytwarzania (Dz. U. z 2022 r., poz. 1273 t.j.),

- b) przedłożenie przez Uczestnika przetargu, do akceptacji Zamawiającego, planu poszczególnych etapów walidacji,
 - c) potwierdzenie wykonania każdego etapu protokołem w języku polskim. Dopuszczalne jest przedstawienie wyników badań pochodzących z aparatów w języku właściwym dla danego aparatu, ale ze stosownym opisem w języku polskim,
 - d) przekazanie przez Uczestnika przetargu warunków akceptacji wyników oraz opisanie czy uzyskane wyniki odpowiadają tym warunkom,
 - e) dołączenie, dodatkowo, do protokołów walidacji kserokopii walidacji lub wzorcowania zastosowanej zewnętrznej aparatury pomiarowej wraz z tłumaczeniem na język polski (jeżeli dotyczy),
- 6) wykonania testów funkcjonalno-użytkowych i testów bezpieczeństwa oraz przedstawienie właściwych w tym zakresie protokołów (jeżeli dotyczy),
- 7) dostawy i instalacji aktualizacji oprogramowania analizatora (jeżeli dotyczy),
- 8) współdziałania z Zamawiającym w przypadku zmiany systemu informatycznego w Służbie Krwi w okresie trwania umowy, w zakresie dostosowania dwustronnej transmisji danych;
- 2.8. Uczestnik przetargu w ramach wynagrodzenia za przeglądy i konserwacje zapewni materiały eksploatacyjne (m.in. oleje, filtry i inne) niezbędne do wykonania czynności przeglądowo-konserwacyjnych oraz inne materiały konieczne do konserwacji. Dostarczone materiały muszą posiadać wymagane normami atesty i certyfikaty dopuszczające do dalszej bezpiecznej eksploatacji;
- 2.9. Uczestnik przetargu zobowiązany jest również w trakcie trwania umowy, do bezpłatnej pomocy (konsultacji), np. telefonicznych, w dni robocze w godzinach min. 08:00 – 18:00.
- 2.10. przeglądy techniczne i konserwacja analizatora PK 7300 odbywać się będą 2 (dwa) razy w roku, w terminach wyznaczonych przez Zamawiającego, tj.:
- 1) kwiecień 2023 r.
 - 2) październik 2023 r.
- 2.11. naprawy analizatora PK 7300 odbywać się będą na każde zgłoszenie Zamawiającego konieczności przeprowadzenia takiej naprawy i/lub zgłoszenie Uczestnika przetargu w następstwie przeprowadzonego przeglądu technicznego;
- 2.12. pod pojęciem naprawy należy rozumieć usunięcie nieprawidłowości w działaniu analizatora poprzez wymianę części uszkodzonych lub zużytych;
- 2.13. Uczestnik przetargu w ramach napraw zobowiązany jest w szczególności do:
- 1) diagnostyki uszkodzenia,
 - 2) wykonania naprawy lub wymiany uszkodzonych lub nie działających części analizatora na nowe, przy czym Uczestnik przetargu konieczność tych napraw będzie uzgadniał z Zamawiającym, z podaniem przewidywanych kosztów w formie kalkulacji cenowej/kosztorysu. Naprawa nastąpi po akceptacji przez Zamawiającego kalkulacji cenowej/kosztorysu. W takim przypadku narzut na części zamiennie nie może przekroczyć 20% wartości nowej części,
 - 3) sporządzania protokołu z naprawy.

2. Część 2 – dostawa materiałów eksploatacyjnych do stacji wody Elix 70C firmy Merck wraz z usługą wykonywania przeglądów, konserwacji i napraw stacji wody Elix 70C firmy Merck

Na przedmiot zamówienia składają się:

1. Sukcesywne dostawy materiałów eksploatacyjnych do stacji wody Elix 70C firmy Merck zgodnie z poniższą charakterystyką:

Lp.	Charakterystyka (Minimalne wymagania Zamawiającego)
1.	Filtr końcowy 0,22 µm przeznaczony do stacji wody Elix 70C firmy Merck – w ilości 2 szt.
2.	Filtr oddechowy do zbiornika 30/60/100 l przeznaczony do stacji wody Elix 70C firmy Merck – w ilości 1 szt.
3.	Wkład jonowymienny przeznaczony do stacji wody Elix 70C firmy Merck – w ilości 7 szt.
4.	Wkład filtra mechanicznego przeznaczony do stacji wody Elix 70C firmy Merck – w ilości 3 szt.
5.	Wkład PROGARD TL1 do oczyszczania wody przeznaczony do stacji wody Elix 70C firmy Merck – w ilości 2 szt.
6.	Lampa przeznaczona do stacji wody Elix 70C firmy Merck – w ilości 1 szt.
7.	Termin ważności materiałów eksploatacyjnych: min. 10 miesięcy od daty dostawy do siedziby Zamawiającego.
8.	Uczestnik przetargu gwarantuje, że zaoferowane materiały eksploatacyjne są kompatybilne z posiadaną przez Zamawiającego stacją wody Elix 70C firmy Merck.
9.	Uczestnik przetargu gwarantuje, że zaoferowane produkty są wysokiej jakości, pełnowartościowe w pierwszym gatunku, fabrycznie nowe i oryginalne, nienoszące znamion użytkowania oraz śladów uszkodzenia, wolne od wad fizycznych i prawnych.
10.	Uczestnik przetargu gwarantuje, że przedmiot zamówienia będzie mógł być użytkowany zgodnie z przeznaczeniem.

2. Usługi wykonania przeglądu, konserwacji i napraw stacji wody Elix 70C firmy Merck, zgodnie z poniższymi wymaganiami:
 - 2.1. przedmiotem zamówienia jest usługa wykonywania przeglądów, konserwacji i napraw posiadanej przez Zamawiającego stacji wody Elix 70C firmy Merck;
 - 2.2. Uczestnik przetargu zapewni usługi autoryzowanego serwisu w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia;
 - 2.3. Uczestnik przetargu zobowiązuje się świadczyć usługi, o których mowa w ust. 2.1, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa oraz zgodnie z instrukcją serwisową stacji wody oraz zaleceniami producenta, w szczególności co do zakresu przeprowadzenia przeglądów, konserwacji i kontroli bezpieczeństwa oraz czynności, które podczas nich powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi normami, w sposób zapewniający bezpieczeństwo osób, mienia i bezpieczeństwo pożarowe, a także przestrzegania wewnętrznych przepisów obowiązujących na terenie obiektu Zamawiającego;
 - 2.4. pod pojęciem przeglądu technicznego i konserwacji stacji wody Elix 70C firmy Merck należy rozumieć wykonywanie czynności o charakterze prewencyjnym mających na celu podtrzymanie stałej gotowości eksploatacyjnej ww. stacji wody, polegające w szczególności na:
 - 1) utrzymaniu sprawności techniczno-eksploatacyjnej stacji wody,
 - 2) konserwacji i zachowaniu gotowości eksploatacyjnej opartej o zalecenia Zamawiającego,
 - 3) przeprowadzaniu okresowych przeglądów technicznych i kontroli stanu technicznego stacji wody, zapewniających sprawną i bezpieczną eksploatację zgodnie z ustawą z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. z 2022 r., poz. 974 t.j.);
 - 2.5. Uczestnik przetargu w ramach przeglądów technicznych i konserwacji zobowiązany jest w szczególności do:
 - 1) przestrzegania terminów przeglądów technicznych i konserwacji,

- 2) wymiany części zużywalnych w związku z naturalnym zużyciem podczas eksploatacji przy zastosowaniu fabrycznie nowych, oryginalnych części,
 - 3) sprawdzania prawidłowości działania urządzenia,
 - 4) sprawdzania i czyszczenia elementów urządzenia,
 - 5) sporządzania protokołu z przeglądu i konserwacji;
- 2.6. do zadań serwisanta stacji wody Elix 70C firmy Merck należy w szczególności:
- 1) sprawdzenie prawidłowości działania urządzenia,
 - 2) sprawdzenie i czyszczenie elementów urządzenia,
 - 3) sporządzenie protokołu z przeglądu i konserwacji,
 - 4) utrzymanie sprawności techniczno-eksploatacyjnej urządzenia,
 - 5) konserwacja i zachowanie gotowości eksploatacyjnej urządzenia opartej o zalecenia Zamawiającego,
 - 6) przeprowadzanie okresowego przeglądu technicznego i kontroli stanu technicznego, urządzenia zapewniających sprawną i bezpieczną eksploatację zgodnie z ustawą z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych;
- 2.7. pod pojęciem naprawy należy rozumieć usunięcie nieprawidłowości w działaniu stacji wody poprzez wymianę części uszkodzonych lub zużytych;
- 2.8. Uczestnik przetargu w ramach napraw zobowiązany jest w szczególności do:
- 1) diagnostyki uszkodzenia,
 - 2) wykonania naprawy lub wymiany uszkodzonych lub nie działających części stacji wody na nowe, przy czym Uczestnik przetargu konieczność tych napraw będzie uzgadniał z Zamawiającym, z podaniem przewidywanych kosztów w formie kalkulacji cenowej/kosztorysu. Naprawa nastąpi po akceptacji przez Zamawiającego kalkulacji cenowej/kosztorysu. W takim przypadku narzut na części zamiennie nie może przekroczyć 20% wartości nowej części,
 - 3) sporządzania protokołu z naprawy;
- 2.9. ponadto Uczestnik przetargu zobowiązany jest w ramach realizacji przedmiotu umowy do:
- 1) wykonywania wszystkich czynności objętych zamówieniem z należytą starannością przez osoby posiadające stosowne kwalifikacje i doświadczenie,
 - 2) ustawienia (regulacji) wymaganych przez producenta parametrów,
 - 3) legalizacji (jeżeli dotyczy),
 - 4) kalibracji (jeżeli dotyczy);
- 2.10. Uczestnik przetargu w ramach wynagrodzenia za przeglądy i konserwacje zapewni materiały eksploatacyjne niezbędne do wykonania czynności przeglądowo-konserwacyjnych oraz inne materiały konieczne do konserwacji. Dostarczone materiały muszą posiadać wymagane normami atesty i certyfikaty dopuszczające do dalszej bezpiecznej eksploatacji;
- 2.11. Uczestnik przetargu zobowiązany jest również w trakcie trwania umowy, do bezpłatnej pomocy (konsultacji), np. telefonicznych, w dni robocze w godzinach min. 08:00 – 18:00;
- 2.12. przeglądy techniczne i konserwacja stacji wody Elix 70C odbywać się będą 1 (raz) w roku, w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, tj.: czerwiec 2023 r.
- 2.13. naprawy stacji wody Elix 70C odbywać się będą na każde zgłoszenie Zamawiającego konieczności przeprowadzenia takiej naprawy i/lub zgłoszenie Uczestnikowi przetargu w następstwie przeprowadzonego przeglądu technicznego.

**Załącznik nr 2
do Warunków przetargowych**

.....
(pieczęć Uczestnika przetargu/Uczestników przetargu)

**Regionalne Centrum Krwiodawstwa
i Krwiolecznictwa w Białymstoku
ul. M. Skłodowskiej - Curie 23
15-950 Białystok**

FORMULARZ OFERTY

Dane Uczestnika przetargu/Uczestników przetargu w przypadku oferty wspólnej *

Nazwa:

Adres: ul.

Kod: miasto: województwo:

Adres do korespondencji (wypełnić, jeżeli jest inny niż adres siedziby)

.....

Numer telefonu:

Adres e-mail, na który Zamawiający ma przesłać korespondencję:

Osoba upoważniona do kontaktów, tel.

NIP:, REGON:

* w przypadku oferty wspólnej, np. konsorcjum, należy podać dane dotyczące wszystkich Uczestników przetargu wspólnie ubiegających się o zamówienie oraz dane pełnomocnika.

Odpowiadając na ogłoszenie o zamówieniu w postępowaniu realizowanym w trybie przetargu na podstawie art. 70¹ oraz art. 70³ – 70⁵ ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 2022 r., poz. 1360 t.j.) na „**Dostawę odczynników chemicznych do wykonywania oznaczeń z zakresu serologii grup krwi na analizatorze PK 7300 wraz z usługą przeglądów, konserwacji i napraw analizatora PK 7300 oraz dostawę materiałów eksploatacyjnych do stacji wody Elix 70C wraz z usługą przeglądów, konserwacji i napraw stacji wody Elix 70C**” – znak postępowania: ZP/KC – 15/2022.

1. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z Warunkami przetargowymi, nie wnosimy do nich żadnych zastrzeżeń i przyjmujemy warunki w nich zawarte, a także uzyskaliśmy informacje niezbędne do przygotowania oferty.
2. Składamy ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia, którego zakres określono w Warunkach przetargowych, na następujących warunkach cenowych:

2.1 *Część 1 – dostawa odczynników chemicznych do wykonywania oznaczeń z zakresu serologii grup krwi na analizatorze PK 7300 firmy Beckman Coulter wraz z usługą wykonywania przeglądów, konserwacji i napraw analizatora PK 7300 firmy Beckman Coulter

1) dostawa odczynników chemicznych

łącznie wartość brutto: zł

słownie: zł

w tym% VAT

łącznie wartość netto: zł

2) wykonanie dwóch (2) przeglądów i konserwacji analizatora PK 7300 firmy Beckman Coulter

wartość brutto: zł

słownie: zł

w tym% VAT

wartość netto: zł

3) cena za jedną (1) roboczogodzinę naprawy analizatora PK 7300 firmy Beckman Coulter

brutto: zł

słownie: zł

w tym% VAT

netto: zł

i są to ceny podane zgodnie z wymaganiami określonymi w Warunkach przetargowych.

Cena oferty zawiera ostateczną, sumaryczną cenę obejmującą wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia z uwzględnieniem opłat i podatków (w tym podatku VAT) wg odpowiadających jej składników cenowych.

* Uczestnik przetargu uzupełnia, jeżeli dotyczy

2.2 *Część 2 – dostawa materiałów eksploatacyjnych do stacji wody Elix 70C firmy Merck wraz z usługą wykonywania przeglądów, konserwacji i napraw stacji wody Elix 70C firmy Merck

1) dostawa materiałów eksploatacyjnych

łącznie wartość brutto: zł

słownie: zł

w tym% VAT

łącznie wartość netto: zł

2) wykonanie jednego (1) przeglądu i konserwacji stacji wody Elix 70C firmy Merck

wartość brutto: zł

słownie: zł

w tym% VAT

wartość netto: zł

3) cena za jedną (1) roboczogodzinę naprawy stacji wody Elix 70C firmy Merck

brutto: zł

słownie: zł

w tym% VAT

netto: zł

i są to ceny podane zgodnie z wymaganiami określonymi w Warunkach przetargowych.

Cena oferty zawiera ostateczną, sumaryczną cenę obejmującą wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia z uwzględnieniem opłat i podatków (w tym podatku VAT) wg odpowiadających jej składników cenowych.

* Uczestnik przetargu uzupełnia, jeżeli dotyczy

3. Oświadczamy, iż:

- 3.1 ceny jednostkowe netto zaoferowane przez Uczestnika przetargu w pkt 2, nie ulegną podwyższeniu przez okres obowiązywania umowy;
- 3.2 akceptujemy termin realizacji zamówienia określony w Warunkach przetargowych;
- 3.3 akceptujemy warunki płatności z tytułu realizacji przedmiotu zamówienia określone w Projektowanych postanowieniach umowy, stanowiących Załącznik nr 7 do Warunków przetargowych.

4. Oświadczamy, iż w przypadku wyboru naszej oferty przed zawarciem umowy dostarczymy oryginał certyfikatu rezydencji podatkowej*.

* dotyczy Uczestników przetargu zagranicznych, o których mowa w rozdz. XV ust. 4 pkt 3) Warunków przetargowych

5. Oświadczamy, że uważamy się związani niniejszą ofertą przez okres wskazany w Warunkach przetargowych.

6. Oświadczamy, iż zawarte w Warunkach przetargowych Projektowane postanowienia umowy (Załącznik nr 7) zostały przez nas zaakceptowane i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

7. Oświadczamy, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO¹⁾ wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.²⁾

7.1 tak *)

7.2 nie *)

7.3 nie dotyczy *)

*) niepotrzebne skreślić

8. Pod groźbą odpowiedzialności karnej oświadczamy, iż załączone do oferty dokumenty opisują stan faktyczny i prawny, aktualny na dzień otwarcia ofert.

9. Ofertę niniejszą składamy na ... zapisanych i kolejno ponumerowanych stronach (od nr do nr).

10. Wraz z ofertą składamy następujące oświadczenia i dokumenty:

10.1

10.2

10.3

.....
/miejscowość i data/

.....
/podpis osoby/osób upoważnionej do występowania w imieniu Uczestnika przetargu/
(požadany czytelny podpis albo podpis i pieczętka z imieniem i nazwiskiem)

¹⁾ Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

²⁾ Jeżeli Uczestnik przetargu nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO, treści oświadczenia nie składa.

**Załącznik nr 3
do Warunków przetargowych
(wzór)**

.....
/pieczęć nagłówkowa Uczestnika przetargu
/ Uczestników przetargu/

**Regionalne Centrum Krwiodawstwa
i Krwiolecznictwa w Białymstoku
ul. M. Skłodowskiej-Curie 23
15-950 Białystok**

Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

Ja/My niżej podpisany/-ni:

.....
*(imię i nazwisko osoby/osób upoważnionej/-ych do reprezentowania Uczestnika przetargu/
Uczestników przetargu wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia)*

działając w imieniu i na rzecz:

.....
(nazwa i dokładny adres Uczestnika przetargu)

składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „**Dostawę odczynników chemicznych do wykonywania oznaczeń z zakresu serologii grup krwi na analizatorze PK 7300 wraz z usługą przeglądów, konserwacji i napraw analizatora PK 7300 oraz dostawę materiałów eksploatacyjnych do stacji wody Elix 70C wraz z usługą przeglądów, konserwacji i napraw stacji wody Elix 70C**”, znak postępowania **ZP/KC-15/2022** oświadczam/-my, że:

- 1) spełniam/-my warunki udziału w postępowaniu, tj.:
 - a) posiadam/-my zdolność do występowania w obrocie gospodarczym,
 - b) posiadam/-my uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów,
 - c) posiadam/-my zdolność techniczną lub zawodową,
 - d) znajduję/-my się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
- 2) informacje podane w powyższym oświadczeniu są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

.....
/miejsowość i data/

.....
/podpis osoby/osób upoważnionej do występowania w imieniu Uczestnika przetargu/
(pożądany czytelny podpis albo podpis i pieczęć z imieniem i nazwiskiem)

**Załącznik nr 4
do Warunków przetargowych
(wzór)**

.....
/pieczęć nagłówkowa Uczestnika przetargu
/ Uczestników przetargu/

**Regionalne Centrum Krwiodawstwa
i Krwiolecznictwa w Białymstoku
ul. M. Skłodowskiej-Curie 23
15-950 Białystok**

Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania

Ja/My niżej podpisany/-ni:

.....
(imię i nazwisko osoby/osób upoważnionej/-ych do reprezentowania Uczestnika przetargu/
Uczestników przetargu wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia)

działając w imieniu i na rzecz:

.....
(nazwa i dokładny adres Uczestnika przetargu)

składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „**Dostawę odczynników chemicznych do wykonywania oznaczeń z zakresu serologii grup krwi na analizatorze PK 7300 wraz z usługą przeglądów, konserwacji i napraw analizatora PK 7300 oraz dostawę materiałów eksploatacyjnych do stacji wody Elix 70C wraz z usługą przeglądów, konserwacji i napraw stacji wody Elix 70C**”, znak postępowania: **ZP/KC-15/2022** oświadczam/-my, że:

- 1) nie podlegam/-my wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego;
- 2) informacje podane w powyższym oświadczeniu są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

.....
/miejscość i data/

.....
/podpis osoby/osób upoważnionej do występowania w imieniu Uczestnika przetargu/
(pożądany czytelny podpis albo podpis i pieczęćka z imieniem i nazwiskiem)

Załącznik nr 5
do Warunków przetargowych
(wzór)

Specyfikacja oferowanego przedmiotu zamówienia
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP/KC-15/2022

- 1. Część 1 – dostawa odczynników chemicznych do wykonywania oznaczeń z zakresu serologii grup krwi na analizatorze PK 7300 firmy Beckman Coulter wraz z usługą wykonywania przeglądów, konserwacji i napraw analizatora PK 7300 firmy Beckman Coulter^{*)}**

1) Szczegółowa specyfikacja cenowa:

a) Specyfikacja cenowa odczynników chemicznych:

Lp.	Przedmiot zamówienia	Ilość opakowań	Cena netto za opakowanie (w zł)	Stawka podatku VAT (w %)	Wartość brutto (w zł)
-	1	2	3	4	5= (2x3)+kwota podatku VAT
1.	<p>Cleaning Solution przeznaczony do mycia i odkażania mikroplytek i analizatora PK 7300 firmy Beckman Coulter przy wykonywaniu oznaczeń z zakresu serologii grup krwi.</p> <p>zamawiana ilość: 81 000 ml wielkość opakowania jednostkowego: 450 ml</p> <p>Nazwa: Producent: Numer katalogowy: Sposób konfekcjonowania:</p>				
2.	<p>Cleaning Solution przeznaczony do mycia i odkażania analizatora PK 7300 firmy Beckman Coulter przy wykonywaniu oznaczeń z zakresu serologii grup krwi.</p> <p>zamawiana ilość: 20 000 ml wielkość opakowania jednostkowego: 1 l</p> <p>Nazwa: Producent: Numer katalogowy: Sposób konfekcjonowania:</p>				
3.	<p>Wash Solution przeznaczony do mycia mikroplytek w celu wykonywania oznaczeń z zakresu serologii grup krwi na analizatorze PK 7300 firmy Beckman Coulte.</p> <p>zamawiana ilość: 12 000 ml wielkość opakowania jednostkowego: 2 l</p> <p>Nazwa: Producent: Numer katalogowy: Sposób konfekcjonowania:</p>				

4.	Odczynnik chemiczny Bromelina płynna do wykonywania oznaczeń z zakresu serologii grup krwi na analizatorze PK 7300 firmy Beckman Coulter. zamawiana ilość: 162 000 ml wielkość opakowania jednostkowego: 900 ml Nazwa: Producent: Numer katalogowy: Sposób konfekcjonowania:				
Łączna wartość brutto (suma poz. 1-4):					

b) Specyfikacja cenowa przeglądów i konserwacji:

Przedmiot zamówienia	Ilość urządzeń	Przewidywana ilość przeglądów i konserwacji w okresie obowiązywania umowy (12 miesięcy)	Wartość netto jednego /1/ przeglądu i konserwacji jednego /1/ urządzenia (w zł)	Stawka podatku VAT (w %)	Wartość brutto (w zł)
1	2	3	4	5	$6 = (2 \times 3 \times 4) + \text{kwota podatku VAT}$
Przeгляд techniczny i konserwacja analizatora PK 7300 firmy Beckman Coulter	1	2			

2) Specyfikacja przedmiotowa:

Lp.	Wymagane przez Zamawiającego minimalne parametry	Potwierdzenie przez Uczestnika przetargu spełnienia wymaganych minimalnych parametrów	Dodatkowe informacje
1.	Cleaning Solution przeznaczony do mycia i odkażania mikroplętek i analizatora PK 7300 firmy Beckman Coulter przy wykonywaniu oznaczeń z zakresu serologii grup krwi.	TAK *) / NIE *)	
2.	Cleaning Solution przeznaczony do mycia i odkażania analizatora PK 7300 firmy Beckman Coulter przy wykonywaniu oznaczeń z zakresu serologii grup krwi.	TAK *) / NIE *)	
3.	Wash Solution przeznaczony do mycia mikroplętek w celu wykonywania oznaczeń z zakresu serologii grup krwi na analizatorze PK 7300 firmy Beckman Coulter.	TAK *) / NIE *)	
4.	Odczynnik chemiczny Bromelina płynna do wykonywania oznaczeń z zakresu serologii grup krwi na analizatorze PK 7300 firmy Beckman Coulter. 1) Odczynnik dedykowany do techniki mikroplętkowej. 2) Odczynnik gotowy do użycia. 3) Temperatura przechowywania odczynnika: od 2°C do 8°C. 4) Po otwarciu opakowania przydatność odczynnika do badań: min. 4 dni.	TAK *) / NIE *)	
5.	Termin ważności: 1) odczynników chemicznych (w wyłączeniu odczynnika Bromelina) wynosi min. 7 miesięcy, 2) odczynnika chemicznego Bromelina wynosi min. 6 miesięcy, od daty dostawy do siedziby Zamawiającego.	TAK *) / NIE *)	Termin ważności: 1) odczynników chemicznych (w wyłączeniu odczynnika Bromelina): min. miesięcy 2) odczynnika chemicznego Bromelina: min. miesięcy od daty dostawy

			do siedziby Zamawiającego.
6.	Uczestnik przetargu gwarantuje, że zaoferowane w pkt 2.1 ppkt 2) lit. a) Formularza oferty odczynniki chemiczne są kompatybilne z posiadanym przez Zamawiającego analizatorem PK 7300 firmy Beckman Coulter.	TAK *)/ NIE *)	
7.	Uczestnik przetargu gwarantuje, że zaoferowane w pkt 2.1 ppkt 2) lit. a) Formularza oferty produkty są wysokiej jakości, pełnowartościowe w pierwszym gatunku, fabrycznie nowe i oryginalne, nienoszące znamion użytkowania oraz śladów uszkodzenia, wolne od wad fizycznych i prawnych.	TAK *)/ NIE *)	
8.	Uczestnik przetargu gwarantuje, że przedmiot zamówienia będzie mógł być użytkowany zgodnie z przeznaczeniem.	TAK *)/ NIE *)	

*) - niepotrzebne skreślić

.....
/miejscowość i data/

.....
/podpis osoby/osób upoważnionej do występowania w imieniu Uczestnika przetargu/
(pożądany czytelny podpis albo podpis i pieczętka z imieniem i nazwiskiem)

2. Część 2 – dostawa materiałów eksploatacyjnych do stacji wody Elix 70C firmy Merck wraz z usługą wykonywania przeglądów, konserwacji i napraw stacji wody Elix 70C firmy Merck^{*)}

1) Szczegółowa specyfikacja cenowa:

a) Specyfikacja cenowa materiałów eksploatacyjnych:

Lp.	Przedmiot zamówienia	Ilość szt.	Cena jednostkowa netto za szt. (w zł)	Stawka podatku VAT (w %)	Wartość brutto (w zł)
-	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5 = (2x3) + kwota podatku VAT</i>
1.	Filtr końcowy 0,22 µm przeznaczony do stacji wody Elix 70C firmy Merck Nazwa: Producent: Numer katalogowy:	2 szt.			
2.	Filtr oddechowy do zbiornika 30/60/100 l przeznaczony do stacji wody Elix 70C firmy Merck Nazwa: Producent: Numer katalogowy:	1 szt.			
3.	Wkład jonowymienny przeznaczony do stacji wody Elix 70C firmy Merck Nazwa: Producent: Numer katalogowy:	7 szt.			
4.	Wkład filtra mechanicznego przeznaczony do stacji wody Elix 70C firmy Merck Nazwa: Producent: Numer katalogowy:	3 szt.			
5.	Wkład PROGARD TL1 do czyszczenia wody przeznaczony do stacji wody Elix 70C firmy Merck Nazwa: Producent: Numer katalogowy:	2 szt.			
6.	Lampa przeznaczona do stacji wody Elix 70C firmy Merck Nazwa: Producent: Numer katalogowy:	1 szt.			
Łączna wartość brutto (suma poz. 1-6):					

b) Specyfikacja cenowa przeglądu i konserwacji:

Przedmiot zamówienia	Ilość urządzeń	Przewidywana ilość przeglądów i konserwacji w okresie obowiązywania umowy (12 miesięcy)	Wartość netto jednego /1/ przeglądu i konserwacji jednego /1/ urządzenia (w zł)	Stawka podatku VAT (w %)	Wartość brutto (w zł)
1	2	3	4	5	$6 = (2 \times 3 \times 4) + \text{kwota podatku VAT}$
Przeгляд techniczny i konserwacja stacji wody Elix 70C firmy Merck	1	1			

2) Specyfikacja przedmiotowa:

Lp.	Wymagane przez Zamawiającego minimalne parametry	Potwierdzenie przez Uczestnika przetargu spełnienia wymaganych minimalnych parametrów	Dodatkowe informacje
1.	Filtr końcowy 0,22 µm przeznaczony do stacji wody Elix 70C firmy Merck.	TAK *) / NIE *)	
2.	Filtr oddechowy do zbiornika 30/60/100 l przeznaczony do stacji wody Elix 70C firmy Merck.	TAK *) / NIE *)	
3.	Wkład jonowymienny przeznaczony do stacji wody Elix 70C firmy Merck.	TAK *) / NIE *)	
4.	Wkład filtra mechanicznego przeznaczony do stacji wody Elix 70C firmy Merck.	TAK *) / NIE *)	
5.	Wkład PROGARD TL1 do oczyszczania wody przeznaczony do stacji wody Elix 70C firmy Merck.	TAK *) / NIE *)	
6.	Lampa przeznaczona do stacji wody Elix 70C firmy Merck.	TAK *) / NIE *)	
7.	Termin ważności materiałów eksploatacyjnych: min. 10 miesięcy od daty dostawy do siedziby Zamawiającego.	TAK *) / NIE *)	Termin ważności: min. miesięcy od daty dostawy do siedziby Zamawiającego.
8.	Uczestnik przetargu gwarantuje, że zaoferowane w pkt 2.2 ppkt 2) lit. a) Formularza oferty materiały eksploatacyjne są kompatybilne z posiadaną przez Zamawiającego stacją wody Elix 70C firmy Merck.	TAK *) / NIE *)	
9.	Uczestnik przetargu gwarantuje, że zaoferowane w pkt 2.2 ppkt 2) lit. a) Formularza oferty produkty są wysokiej jakości, pełnowartościowe w pierwszym gatunku, fabrycznie nowe i oryginalne, nienoszące znamion użytkowania oraz śladów uszkodzenia, wolne od wad fizycznych i prawnych.	TAK *) / NIE *)	
10.	Uczestnik przetargu gwarantuje, że przedmiot zamówienia będzie mógł być użytkowany zgodnie z przeznaczeniem.	TAK *) / NIE *)	

*) - niepotrzebne skreślić

.....
/miejscowość i data/.....
/podpis osoby/osób upoważnionej do występowania w imieniu Uczestnika przetargu/
(požadany czytelny podpis albo pieczęć z imieniem i nazwiskiem)

**Załącznik nr 6
do Warunków przetargowych
(wzór)**

.....
/pieczęć nagłówkowa Uczestnika przetargu/
Uczestników przetargu/

**Regionalne Centrum Krwiodawstwa
i Krwiolecznictwa w Białymstoku
ul. M. Skłodowskiej-Curie 23
15-950 Białystok**

Oświadczenie dotyczące tajemnicy przedsiębiorstwa*

Ja/My, niżej podpisany/-i:

.....
(imię i nazwisko osoby/osób upoważnionej/-ych do reprezentowania Uczestnika przetargu/
Uczestników przetargu wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia)

działając w imieniu i na rzecz:

.....
(nazwa i dokładny adres Uczestnika przetargu)

składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „**Dostawę odczynników chemicznych do wykonywania oznaczeń z zakresu serologii grup krwi na analizatorze PK 7300 wraz z usługą przeglądów, konserwacji i napraw analizatora PK 7300 oraz dostawę materiałów eksploatacyjnych do stacji wody Elix 70C wraz z usługą przeglądów, konserwacji i napraw stacji wody Elix 70C**”, nr sprawy **ZP/KC-15/2022** oświadczamy, że:

- 1) utajnione przez naszą firmę dane zawarte w załączniku nr do oferty** / na stronach oferty**, dotyczące informacji: technicznych*, technologicznych*, handlowych*, organizacyjnych* nie są powszechnie dostępne tzn. nie są publikowane w materiałach drukowanych bądź w Internecie, w związku z tym stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2022 r., poz. 1233 t.j.);
- 2) utajnienie tych danych nie ma na celu utrudnienia uczciwej konkurencji w przedmiotowym postępowaniu oraz nie dotyczy informacji, o których mowa w rozdz. XIII ust. 2 pkt 4) Warunków przetargowych;
- 3) do niniejszego oświadczenia dołączamy informację, w której wykazujemy, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.

.....
/miejsowość i data/

.....
/podpis osoby/osób upoważnionej do występowania w imieniu Uczestnika przetargu/
(pożądany czytelny podpis albo podpis i pieczęćka z imieniem i nazwiskiem)

* Uczestnik przetargu dołącza powyższe informacje do oferty, jeżeli dotyczy

** Uczestnik przetargu wypełnia odpowiednio

**Załącznik nr 7
do Warunków przetargowych**

**Projektowane postanowienia umowy
(dot. wszystkich Części)**

§ 1.

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania:
 - 1) *Część 1 - dostawy odczynników chemicznych do wykonywania oznaczeń z zakresu serologii grup krwi na analizatorze PK 7300 firmy Beckman Coulter wraz z usługą wykonywania przeglądów, konserwacji i napraw analizatora PK 7300 firmy Beckman Coulter
 - 2) *Część 2 – dostawy materiałów eksploatacyjnych do stacji wody Elix 70C firmy Merck wraz z usługą wykonywania przeglądów, konserwacji i napraw stacji wody Elix 70C firmy Merck na potrzeby Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Białymstoku.
2. Przedmiot umowy został szczegółowo określony w Załączniku nr 1 do umowy.

** jeżeli dotyczy*

§ 2.

1. Miejscem dostawy przedmiotu umowy jest magazyn w siedzibie Zamawiającego.
2. Dostawy *odczynników chemicznych/*materiałów eksploatacyjnych realizowane będą według potrzeb Zamawiającego na koszt i ryzyko Wykonawcy, jego transportem w terminie do 7 dni kalendarzowych od dnia nadania zamówienia na adres e-mail: lub faksem na numer
3. Dostawy zostaną sprawdzone przez Zamawiającego pod względem zgodności z umową z chwilą ich otrzymania.
4. *Wykonawca zapewni odpowiednie oznakowanie opakowań, tj. z podaniem terminu ważności, numeru serii, warunków przechowywania, oznakowanie znakiem CE itp., zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami.

** jeżeli dotyczy*

§ 3.

1. *Do obowiązków Wykonawcy należy dostarczenie:
 - 1) przy pierwszej dostawie – kart charakterystyk dla odczynników chemicznych i substancji niebezpiecznych, a także świadectwa jakości serii do każdej dostarczonej serii odczynników, zawierającego oznaczenie serii lub partii wyrobu i datę produkcji,
 - 2) przy każdej dostawie odczynników – świadectwa jakości serii do każdej dostarczonej serii odczynników zawierającego oznaczenie serii lub partii wyrobu i datę produkcji.Zamawiający zastrzega sobie prawo nieprzyjęcia dostawy do czasu dostarczenia ww. dokumentów.
2. Dostarczone przez Wykonawcę przed podpisaniem umowy dokumenty, tj. **Certyfikat WE, **Certyfikat Jednostki Notyfikowanej oraz **Deklaracja zgodności CE, muszą posiadać termin ważności obejmujący cały okres realizacji umowy. W przypadku, gdy ważność dokumentu wygasa w trakcie realizacji dostaw, Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć, z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem, dokument przedłużający jego ważność do końca okresu trwania umowy.
3. *W przypadku zaoferowania wyrobów po raz pierwszy wprowadzanych na terytorium RP, Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia dokumentów wynikających z ustawy z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych wraz z pierwszą dostawą tych wyrobów do siedziby Zamawiającego.
4. Odbiór ilościowy i jakościowy przedmiotu umowy nastąpi u Zamawiającego.
5. Wykonawca odpowiada za braki ilościowe i wady jakościowe stwierdzone bezpośrednio po rozpakowaniu fabrycznie nowych opakowań.
6. Wykonawca zapewni rozładunek i transport wewnętrzny przedmiotu umowy u Zamawiającego.
7. Do czasu odbioru przedmiotu umowy przez Zamawiającego, ryzyko wszelkich niebezpieczeństw związanych z ewentualnym uszkodzeniem lub utratą towaru ponosi Wykonawca.
8. Zamawiający zastrzega sobie prawo zwrotu otrzymanego towaru w przypadku stwierdzenia niezgodności dostawy pod względem ilościowym lub jakościowym, w stosunku do złożonego zamówienia (warunków umowy/treści oferty).
9. W przypadku stwierdzenia niewłaściwej ilości i/lub jakości przedmiotu umowy, Zamawiający zobowiązany jest sporządzić protokół. Zamawiający zgłasza pisemną reklamację na adres e-mail: lub faksem na numer

10. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego braków ilościowych Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia brakującego towaru w terminie 5 dni roboczych od daty nadania zgłoszenia.
11. Do obowiązków Wykonawcy należy rozpatrzenie reklamacji jakościowych nie później niż w terminie 7 dni roboczych od daty nadania zgłoszenia o wadzie przedmiotu umowy. Nierozpatrzenie reklamacji w ww. terminie oznacza jej uznanie.
12. Wykonawca w terminie 7 dni roboczych od daty uznania reklamacji zobowiązany jest spełnić żądania Zamawiającego zgłoszone w protokole reklamacyjnym, przy czym Wykonawca w dniu uznania reklamacji zobowiązany jest do wystawienia faktury korygującej oraz poinformowania o tym fakcie Zamawiającego na adres e-mail: ksiegowosc@rckik.bialystok.pl.
13. Wykonawca zobowiązany jest odebrać przedmiot podlegający reklamacji i dostarczyć do siedziby Zamawiającego towar wolny od wad. Wszelkie szkody, koszty spowodowane niewłaściwym opakowaniem oraz koszty i ryzyko związane z reklamacją ponosi Wykonawca.
14. Odrzucenie przez Wykonawcę reklamacji upoważnia Zamawiającego do zasięgnięcia opinii lub ekspertyzy właściwego organu lub skierowania sprawy celem rozstrzygnięcia przez Sąd.
15. Jeżeli reklamacja Zamawiającego okaże się uzasadniona, koszty związane z przeprowadzeniem opinii lub ekspertyzy ponosi Wykonawca.
16. Wykonawca udziela gwarancji, że przedmiot umowy jest zgodny z opisem przedmiotu zamówienia oraz, że zaoferowane **odczynniki chemiczne są dedykowane i kompatybilne z posiadaniem przez Zamawiającego analizatorem PK 7300 firmy Beckman Coulter/**materiały eksploatacyjne są dedykowane i kompatybilne z posiadaną przez Zamawiającego stacją wody Elix 70C firmy Merck. W przypadku braku możliwości pracy na dostarczonym przedmiocie umowy, na pisemne wezwanie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia na własny koszt w terminie 3 dni kalendarzowych odpowiedniego asortymentu spełniającego wymagania Zamawiającego.
17. Wykonawca oświadcza, że towar będący przedmiotem umowy jest dobrej jakości i gwarantuje, że jest wolny od wad jakościowych i prawnych. W przypadku wystąpienia osób trzecich z roszczeniami z tytułu praw patentowych odpowiedzialność i wszelkie koszty z tego tytułu poniesie Wykonawca.

* dotyczy Części 1

** jeżeli dotyczy

§ 4.

1. Wykonawca, w zakresie realizacji przedmiotu umowy, zapewni usługi autoryzowanego serwisu.
2. Wykonawca w ramach wynagrodzenia za przeglądy i konserwacje zapewni materiały eksploatacyjne niezbędne do wykonania czynności przeglądowo - konserwacyjnych oraz inne materiały konieczne do konserwacji. Dostarczone materiały muszą posiadać wymagane normami atesty i certyfikaty dopuszczające do dalszej bezpiecznej eksploatacji.
3. Wykonawca zobowiązuje się świadczyć usługi, o których mowa w § 1 zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, instrukcją serwisową *analizatora PK 7300 firmy Beckman Coulter / **stacji wody Elix 70C firmy Merck, a także zaleceniami producenta urządzenia.
4. Pod pojęciem przeglądu technicznego i konserwacji należy rozumieć wykonywanie czynności o charakterze prewencyjnym mających na celu podtrzymanie stałej gotowości eksploatacyjnej *analizatora PK 7300 firmy Beckman Coulter / **stacji wody Elix 70C firmy Merck, polegających w szczególności na:
 - 1) utrzymaniu sprawności techniczno-eksploatacyjnej *analizatora / **stacji wody,
 - 2) konserwacji i zachowaniu gotowości eksploatacyjnej opartej o zalecenia Zamawiającego,
 - 3) przeprowadzaniu okresowych przeglądów technicznych i kontroli stanu technicznego *analizatora / **stacji wody, zapewniających sprawną i bezpieczną eksploatację zgodnie z ustawą z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. z 2022 r., poz. 974 t.j.).
5. Wykonawca w ramach przeglądów technicznych i konserwacji zobowiązany jest w szczególności do:
 - 1) przestrzegania terminów przeglądów technicznych i konserwacji,
 - 2) wymiany części w związku z naturalnym ich zużyciem podczas eksploatacji przy zastosowaniu fabrycznie nowych, oryginalnych części,
 - 3) sprawdzenia prawidłowości działania urządzenia,
 - 4) sprawdzenia i czyszczenia elementów urządzenia,
 - 5) sporządzania protokołu z przeglądu i konserwacji.
6. *Do zadań serwisanta analizatora PK 7300 firmy Beckman Coulter należy w szczególności:
 - 1) kontrola wizualna urządzenia (zewnątrzna i wewnętrzna),
 - 2) czyszczenie wnętrza urządzenia,

- 3) weryfikacja przesuwu statywu próbkowego,
 - 4) weryfikacja pozycji ramienia próbki pierwotnej,
 - 5) weryfikacja pozycji ramienia próbek rozcieńczonych,
 - 6) weryfikacja pozycji kubków wstępnego rozcieńczenia, wraz ze stacją mycia,
 - 7) weryfikacja pozycji ramienia odczynnikowego,
 - 8) weryfikacja układu transportu i pozycji pipetowania mikro płytek,
 - 9) weryfikacja działania czytników kodów kreskowych mikro płytek, odczynników i próbek,
 - 10) wypełnienie układu i „Water test” – sprawdzenie szczelności modułu hydraulicznego,
 - 11) wykonanie kalibracji czujników ciśnienia,
 - 12) sprawdzenie działania układu pipetującego próbki z testem detektora poziomu:
 - a) dla każdego kanału P w zakresie 50 – 66,
 - b) dla każdego kanału CV poniżej 3%,
 - 13) sprawdzenie działania układu pipetującego odczynniki z testem detektora poziomu:
 - a) dla każdego kanału P w zakresie 42 – 53,
 - b) dla każdego kanału CV poniżej 3%,
 - 14) sprawdzenie inkubatora – odczyt temperatury w zakresie $31^{\circ}\text{C} \pm 2^{\circ}\text{C}$,
 - 15) sprawdzenie układu fotometru:
 - a) dark calibration, igot calibration,
 - b) Well Photometry – odczyty powinny być w zakresie z płytki wzorcowej,
 - c) pozycjonowanie układu fotometru,
 - 16) wpis do paszportu technicznego analizatora potwierdzający przeprowadzenie walidacji,
 - 17) przekazanie Zamawiającemu dokumentacji potwierdzającej wykonanie określonych zadań (czynności serwisowych).
7. **Do zadań serwisanta stacji wody Elix 70C firmy Merck należy w szczególności:
- 1) sprawdzenie prawidłowości działania urządzenia,
 - 2) sprawdzenie i czyszczenie elementów urządzenia,
 - 3) sporządzenie protokołu z przeglądu i konserwacji,
 - 4) utrzymanie sprawności techniczno-eksploatacyjnej urządzenia,
 - 5) konserwacja i zachowanie gotowości eksploatacyjnej urządzenia opartej o zalecenia Zamawiającego,
 - 6) przeprowadzanie okresowego przeglądu technicznego i kontroli stanu technicznego urządzenia zapewniających sprawną i bezpieczną eksploatację zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych.
8. Pod pojęciem „naprawy” należy rozumieć usunięcie nieprawidłowości w działaniu *analizatora / **stacji wody poprzez wymianę części uszkodzonych lub zużytych.
9. Wykonawca w ramach napraw zobowiązany jest w szczególności do:
- 1) diagnostyki uszkodzenia,
 - 2) wykonania naprawy lub wymiany uszkodzonych lub nie działających części *analizatora / **stacji wody na nowe, przy czym Wykonawca konieczność tych napraw będzie uzgadniał z Zamawiającym, z podaniem przewidywanych kosztów w formie kalkulacji cenowej/kosztorysu. Naprawa nastąpi po akceptacji przez Zamawiającego kalkulacji cenowej/kosztorysu. W takim przypadku narzut na części zamienne nie może przekroczyć 20% wartości nowej części,
 - 3) sporządzania protokołu z naprawy.
10. Jeżeli uszkodzenie *analizatora / **stacji wody będzie następstwem wykonywania serwisu w nieprawidłowy sposób lub braku wykonania serwisu, Wykonawca zobowiązany jest naprawić urządzenie/wyeliminować awarię na własny koszt.
11. Ponadto Wykonawca zobowiązany jest w ramach realizacji umowy do:
- 1) wykonywania wszystkich czynności objętych umową z należytą starannością przez osoby posiadające stosowne kwalifikacje i doświadczenie,
 - 2) ustawienia (regulacji) wymaganych przez producenta parametrów,
 - 3) legalizacji (jeżeli dotyczy),
 - 4) kalibracji (jeżeli dotyczy),
 - 5) *walidacji analizatora – przez ten proces należy rozumieć:
 - a) przeprowadzenie walidacji (po wykonaniu przeglądu i konserwacji analizatora oraz naprawy) i wystawienie potwierdzającego jej wykonanie protokołu zgodnego z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 roku w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Wytwarzania (Dz.U. z 2022 r., poz. 1273 t.j.),
 - b) przedłożenie przez Wykonawcę, do akceptacji Zamawiającego, planu poszczególnych etapów walidacji,

- c) potwierdzenie wykonania każdego etapu protokołem w języku polskim. Dopuszczalne jest przedstawienie wyników badań pochodzących z aparatów w języku właściwym dla danego aparatu, ale ze stosownym opisem w języku polskim,
 - d) przekazanie przez Wykonawcę warunków akceptacji wyników oraz opisanie czy uzyskane wyniki odpowiadają tym warunkom,
 - e) dołączenie, dodatkowo, do protokołów walidacji kserokopii walidacji lub wzorcowania zastosowanej zewnętrznej aparatury pomiarowej wraz z tłumaczeniem na język polski (jeżeli dotyczy),
- 6) *wykonania testów funkcjonalno-użytkowych i testów bezpieczeństwa oraz przedstawienie właściwych w tym zakresie protokołów (jeżeli dotyczy),
 - 7) *dostawy i instalacji aktualizacji oprogramowania analizatora,
 - 8) *współdziałania z Zamawiającym w przypadku zmiany systemu informatycznego w Służbie Krwi w okresie trwania umowy, w zakresie dostosowania dwustronnej transmisji danych.
12. Wykonawca zobowiązany jest również, w trakcie obowiązywania umowy, do bezpłatnej pomocy (konsultacji) np. telefonicznych, w dni robocze w godzinach min. 08:00 – 18:00.

* dotyczy Części 1

** dotyczy Części 2

§ 5.

- 1. *Przeglądy techniczne i konserwacje analizatora PK 7300 odbywać się będą 2 (dwa) razy w roku, w terminach wyznaczonych przez Zamawiającego:
 - 1) kwiecień 2023 r.
 - 2) październik 2023 r.
- 2. **Przeglądy techniczne i konserwacja stacji wody Elix 70C odbywać się będą 1 (jeden) raz w roku, w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, tj. w czerwcu 2023 r.
- 3. Naprawy *analizatora PK 7300 / **stacji wody Elix 70C odbywać się będą na każde zgłoszenie Zamawiającego w sytuacji wystąpienia konieczności przeprowadzenia takiej naprawy i/lub w przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę, w następstwie przeprowadzonego przeglądu technicznego.
- 4. Naprawy oraz czynności przeglądowo-konserwacyjne odbywać się będą w siedzibie RCKiK w Białymstoku.
- 5. Z każdego przeglądu technicznego/naprawy zostanie sporządzony i dostarczony Zamawiającemu protokół wykonania przeglądu technicznego/naprawy, zawierający co najmniej następujące informacje:
 - 1) datę rozpoczęcia przeglądu technicznego/naprawy,
 - 2) datę zakończenia przeglądu technicznego/naprawy,
 - 3) rodzaj usterek oraz ewentualną przyczynę,
 - 4) imię (imiona) i nazwisko (nazwiska) osoby (osób) wykonującej usługę,
 - 5) stan urządzenia po wykonaniu przeglądu technicznego/naprawy.
- 6. Zgłoszenie awarii przekazywane będzie w formie pisemnej (drogą elektroniczną na adres e-mail:, faksem na nr) przez upoważnionego pracownika Zamawiającego. Zgłaszający awarię winien podać w zgłoszeniu, o ile to możliwe, na czym polega problem.
- 7. Czas reakcji serwisu w przypadku zgłoszenia awarii wynosi 48 godzin od daty nadania zgłoszenia. Pod pojęciem czas reakcji serwisu Zamawiający rozumie moment przybycia Wykonawcy do siedziby Zamawiającego celem podjęcia pierwszych czynności związanych z przyjętym przez Wykonawcę zgłoszeniem lub moment telefonicznego/zdalnego rozwiązania problemu.
- 8. Nie później niż w terminie 48 godzin (w dni robocze) od upływu terminu przewidzianego na czas reakcji, o którym mowa w ust. 7, Wykonawca po dokonaniu diagnostyki uszkodzenia, przedłoży Zamawiającemu kalkulację kosztów/kosztorys naprawy lub wymiany części zamiennych na nowe, który po zaakceptowaniu przez Zamawiającego stanowić będzie podstawę do dokonania naprawy uszkodzonego urządzenia.
- 9. Wykonawca zobowiązany jest do zdiagnozowania awarii oraz skutecznej naprawy uszkodzonego urządzenia w terminie do 5 dni roboczych od daty nadania zgłoszenia o awarii.
- 10. Gwarancja na wymienione części zamienne i materiały nie może być krótsza od gwarancji udzielonej przez producenta.
- 11. Wykonawca zapewnia, że wszystkie wykorzystane przy świadczeniu usług materiały eksploatacyjne dotyczące urządzenia będą fabrycznie nowe, oryginalne i dobrej jakości. W sytuacji, gdyby uzyskanie fabrycznie nowych i/lub oryginalnych materiałów eksploatacyjnych było niemożliwe, wiązało się

z zaprzestaniem produkcji/brakiem dostępu do części lub w sposób istotny podwyższało koszty wymiany/naprawy Wykonawca może, po uprzednim poinformowaniu Zamawiającego o wskazanych wyżej okolicznościach i uzyskaniu jego zgody, wykorzystać używane i/lub nieoryginalne materiały eksploatacyjne.

12. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania wszelkich prac, będących przedmiotem niniejszej umowy, zgodnie z aktualnym poziomem wiedzy technicznej, należytą starannością oraz wymaganiami wskazanymi przez producenta urządzenia.
13. Wykonawca odpowiada za szkody wyrządzone wskutek działania pracowników Wykonawcy oraz inne szkody powstałe w wyniku nieprawidłowego prowadzenia przeglądu i konserwacji, jak również czynności naprawczych, zaistniałych z winy Wykonawcy.
14. Zamawiający pokryje koszty naprawy lub wymiany elementów, bezspornie, uszkodzonych przez pracowników Zamawiającego.

* dotyczy Części 1

** dotyczy Części 2

§ 6.

1. Za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1 w zakresie dostawy *odczynników chemicznych / **materiałów eksploatacyjnych Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w kwocie brutto (wraz z % podatkiem VAT) w wysokości: zł, słownie: zł, netto: zł.
2. Za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1 w zakresie czynności przeglądowo-konserwacyjnych *analizatora PK 7300 / **stacji wody Elix 70C Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w kwocie brutto (tj. wraz z % podatkiem VAT) w wysokości: zł (słownie zł), netto: zł.
3. Cena brutto czynności przeglądowo-konserwacyjnych zawiera podatek VAT oraz obejmuje koszty wszystkich niezbędnych czynności, które Wykonawca zobowiązany jest wykonać w celu podtrzymania stałej gotowości eksploatacyjnej *analizatora / **stacji wody, w tym m.in. koszty dojazdu, materiałów, wymiany części zużywalnych itp.
4. W przypadku zlecenia przez Zamawiającego naprawy *analizatora PK 7300 / **stacji wody Elix 70C, wykraczającej poza zakres czynności przeglądowo-konserwacyjnych, zapłaci on Wykonawcy za 1 roboczogodzinę kwotę brutto zł (słownie: zł).
Kwota brutto za jedną (1) roboczogodzinę zawiera wszystkie koszty związane z prawidłowym wykonaniem umowy, w tym w szczególności podatek VAT oraz koszty robocizny z wyłączeniem kosztów dojazdu.
5. W przypadku zlecenia przez Zamawiającego naprawy *analizatora PK 7300 / **stacji wody Elix 70C, wykraczającej poza zakres czynności przeglądowo-konserwacyjnych, Wykonawca obciąży Zamawiającego kosztami dojazdu.
Wykonawcy przysługuje zwrot kosztów przejazdu w wysokości stanowiącej iloczyn kilometrów, /dojazd w obie strony/ oraz stawki za jeden kilometr przebiegu pojazdu, tj. odpowiednio 0,5214 zł/km dla samochodu osobowego o poj. skokowej silnika do 900 cm³ oraz 0,8358 zł/km dla samochodu osobowego o poj. skokowej silnika powyżej 900 cm³.
6. Szczegółowa specyfikacja cenowa zawarta jest w Załączniku nr 1 do umowy.
7. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, ust. 2 oraz ust. 4, zostało określone na podstawie oferty Wykonawcy z dnia Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za skalkulowanie wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy.
8. W wynagrodzeniu, o którym mowa powyżej, mieszczą się wszelkie płatności wobec Skarbu Państwa oraz koszty niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy.
9. Ceny jednostkowe netto przedmiotu umowy, określone w Załączniku nr 1 do umowy, nie ulegną podwyższeniu w okresie obowiązywania umowy.
10. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zakupu mniejszej ilości przedmiotu umowy (w zakresie poszczególnych Części) w stosunku do ilości określonej w Załączniku nr 1 do umowy, co może spowodować zmniejszenie wartości umowy, jednak nie więcej niż o 20%. Zmniejszenie ilości zakupu przedmiotu umowy nie powoduje powstania obowiązku zapłaty odszkodowania z tego tytułu przez Zamawiającego.
11. Zamawiający zastrzega sobie prawo zamówienia innych ilości poszczególnych rodzajów *odczynników / **materiałów eksploatacyjnych niż wynika to z Załącznika nr 1 do umowy, w cenie jednostkowej zgodnej z tym Załącznikiem, w ramach kwoty nieprzekraczającej wartości umowy określonej w ust. 1 (odpowiednio dla danej Części), co nie będzie stanowiło zmiany warunków umowy. Rozliczenie za dostarczony towar następować będzie na podstawie poszczególnych cen

- jednostkowych netto przemnożonych przez ilość dostarczonego przedmiotu umowy oraz powiększonych o wartość podatku od towarów i usług.
12. Płatność wynagrodzenia za dostawę *odczynników chemicznych / ** materiałów eksploatacyjnych nastąpi po dostarczeniu do Zamawiającego przedmiotu umowy, w terminie do 30 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury/daty przesłania ustrukturyzowanej faktury elektronicznej za pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania na konto bankowe Wykonawcy nr
 13. Płatność wynagrodzenia za przeprowadzony przegląd techniczny i konserwację *analizatora PK 7300 / **stacji wody Elix 70C nastąpi w terminie do 30 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury/daty przesłania ustrukturyzowanej faktury elektronicznej za pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania na konto Wykonawcy wskazane w ust. 12. Podstawę do wystawienia faktury za wykonanie przeglądu technicznego urządzenia stanowić będzie cena brutto za przegląd i konserwację, wynikająca z Załącznika nr 1 do umowy, oraz protokół przeglądu podpisany przez upoważnionych przedstawicieli Stron umowy.
 14. Płatność wynagrodzenia za wykonanie naprawy *analizatora PK 7300 / **stacji wody Elix 70C nastąpi w terminie do 30 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury/daty przesłania ustrukturyzowanej faktury elektronicznej za pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania na konto Wykonawcy wskazane w ust. 12. Podstawę do wystawienia faktury za wykonanie naprawy urządzenia stanowić będzie ilość roboczogodzin przeznaczonych na naprawę przemnożona przez cenę za 1 roboczogodzinę, określoną w ust. 4, oraz protokół potwierdzający wykonanie skutecznej naprawy podpisany przez upoważnionych przedstawicieli Stron umowy. Zamawiający będzie ponosił również dodatkowe koszty związane z zakupem niezbędnych części i materiałów użytych przy naprawie urządzenia do wysokości zaakceptowanej kalkulacji kosztów/kosztorysu naprawy przedstawionej przez Wykonawcę przed podjęciem się usługi naprawy oraz koszty dojazdu obliczone w sposób określony w ust. 5.
 15. Wykonawca oświadcza, iż wskazany w ust. 7 rachunek bankowy znajduje się na wykazie podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej /KAS/. W przypadku, gdy wskazany w ust. 7 rachunek bankowy nie widnieje w wykazie, o którym mowa powyżej, Zamawiającemu przysługuje prawo wstrzymania zapłaty wynagrodzenia do czasu uzyskania wpisu tego rachunku bankowego (lub rachunku powiązanego z rachunkiem Wykonawcy) do przedmiotowego wykazu lub wskazania nowego rachunku bankowego ujawnionego w ww. wykazie. W takiej sytuacji termin płatności liczony będzie od dnia następnego po dniu ujawnienia ww. rachunku bankowego w tym wykazie.
 16. Zamawiający dopuszcza złożenie faktury VAT w formie:
 - 1) papierowej;
 - 2) ustrukturyzowanego dokumentu elektronicznego, złożonego za pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania, zwanej PEF, zgodnie z ustawą z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz.U. z 2020 r., poz. 1666 t.j.).
 17. Zamawiający nie dopuszcza przysyłania innych ustrukturyzowanych dokumentów elektronicznych, za wyjątkiem faktury.
 18. Ustrukturyzowana faktura elektroniczna składa się z danych wymaganych przepisami o podatku od towarów i usług oraz danych zawierających:
 - 1) informacje dotyczące odbiorcy płatności;
 - 2) wskazanie umowy zamówienia publicznego.
 19. W ustrukturyzowanej fakturze elektronicznej, poza danymi określonymi w ust. 18, mogą być zamieszczone także inne dane, jeżeli są niezbędne ze względu na specyfikę zamówień publicznych.
 20. Na fakturze Wykonawca winien stosować nazewnictwo zgodnie z zawartą umową.
 21. Jako datę zapłaty faktury rozumie się datę złożenia przez Zamawiającego dyspozycji zapłaty i obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
 22. W przypadku niedotrzymania terminu zapłaty przez Zamawiającego, Wykonawca ma prawo do odsetek ustawowych za każdy dzień opóźnienia w zapłacie, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 23. Wszelkie rozliczenia prowadzone będą w PLN.

* dotyczy Części 1

** dotyczy Części 2

*** jeżeli dotyczy

§ 7.

1. Zamawiający obciąża Wykonawcę karą umowną w przypadku:
 - 1) odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca lub gdy Wykonawca odstąpi od wykonywania umowy w całości lub w części z własnej winy lub woli w wysokości 10% wartości brutto niezrealizowanej części umowy (odpowiednio dla każdej Części);
 - 2) gdy Zamawiający rozwiąże umowę w trybie § 8 ust. 2 w wysokości 10% wartości brutto niezrealizowanej części umowy (odpowiednio dla każdej Części);
 - 3) zwłoki w dostarczeniu przedmiotu umowy w terminie określonym w § 2 ust. 2 w wysokości 5% wartości brutto przedmiotu umowy, który nie został dostarczony w terminie, za każdy dzień zwłoki;
 - 4) *zwłoki w dostawie dokumentów określonych w § 3 ust. 2 i/lub wynikających z ustawy o wyrobach medycznych w terminie określonym w § 3 ust. 3, w wysokości 0,05% wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust. 1, za każdy dzień zwłoki;
 - 5) zwłoki w dostawie braków ilościowych w terminie, o których mowa w § 3 ust. 10 w wysokości 5% wartości brutto niedostarczonego przedmiotu umowy, za każdy dzień zwłoki;
 - 6) zwłoki w rozpatrzeniu reklamacji jakościowych w terminie określonym w § 3 ust. 11 i/lub zwłoki w spełnieniu żądań zgłoszonych w protokole reklamacyjnym i/lub w wystawieniu faktury korygującej oraz zwłoki w poinformowaniu Zamawiającego o tym fakcie na wskazany adres e-mail w terminie, o którym mowa w § 3 ust. 12 w wysokości 5% wartości brutto przedmiotu umowy posiadającego wady jakościowe, za każdy dzień zwłoki;
 - 7) zwłoki w dostawie, o której mowa w § 3 ust. 16 w wysokości 5% wartości brutto niedostarczonego przedmiotu umowy, za każdy dzień zwłoki;
 - 8) zwłoki w wykonaniu przeglądów technicznych i konserwacji w terminach/-e określonych/-ym w § 5 *ust. 1 / **ust. 2 umowy w wysokości 2% wartości brutto planowanego przeglądu;
 - 9) przekroczenia czasu reakcji serwisu, o którym mowa w § 5 ust. 7 w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust. 2, za każdą rozpoczętą godzinę zwłoki;
 - 10) przekroczenia czasu przewidzianego na przedstawienie kalkulacji kosztów/kosztorysu zgłoszonych napraw, o których mowa w § 5 ust. 8 w wysokości 10% ceny brutto 1 roboczogodziny, o której mowa w § 6 ust. 4, za każdą rozpoczętą godzinę zwłoki;
 - 11) przekroczenia czasu przewidzianego na skuteczną naprawę uszkodzonego urządzenia zgodnie z § 5 ust. 9 w wysokości 70,00 zł, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki;
 - 12) stwierdzenia dostawy towaru niezgodnego z zaferowanym w ofercie/umowie, tj. np. towaru innego producenta, niebędącego fabrycznie nowym, o innym składzie jakościowym niż określony w umowie i/lub w ilości i/lub rodzaju innym niż określone w niniejszej umowie, o innych parametrach niż określone w umowie, itp., w wysokości 100,00 zł, za każdy stwierdzony przypadek.
2. Wykonawca obciąża Zamawiającego karą umowną w przypadku rozwiązania umowy lub odstąpienia od umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego z przyczyn, za które odpowiada Zamawiający, w wysokości 10% wartości brutto niezrealizowanej części umowy.
3. Łączna maksymalna wysokość kar umownych nie może przekraczać 20% wartości brutto umowy.
4. Wymagalność zapłaty kary następuje w terminie 7 dni od daty doręczenia Wykonawcy dokumentu określającego wierzytelność. Niezapłacenie kary w terminie, upoważnia Zamawiającego do potrącenia jej z faktury.
5. W przypadku, gdy szkoda z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przekroczy kwotę kar umownych, Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia roszczeń uzupełniających.

* dotyczy Części 1

** dotyczy Części 2

§ 8.

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w przypadku:
 - 1) powzięcia wiadomości o zaistnieniu istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy; odstąpienie od umowy w tym wypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach;
 - 2) wydania nakazu zajęcia istotnej części majątku Wykonawcy, mającej wpływ na realizację przedmiotu niniejszej umowy.

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym przy wystąpieniu następujących okoliczności:
 - 1) jednorazowej rażącej zwłoki w realizacji dostawy, o której mowa w § 2 ust. 2, rozumianej jako okres przekraczający 14 dni kalendarzowych od dnia nadania zamówienia;
 - 2) trzykrotnej uzasadnionej reklamacji jakości przedmiotu umowy;
 - 3) innego rodzaju rażącego nienależytego wykonania lub niewykonania umowy, czyniącego dalsze jej kontynuowanie bezprzedmiotowym.
3. Zamawiający może rozwiązać umowę, jeżeli Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegał wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.
4. Odstąpienie od umowy/rozwiązanie umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie z podaniem podstaw prawnych i faktycznych odstąpienia/rozwiązania.
5. W przypadkach, o których mowa w ust. 1-3, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

§ 9.

1. Strony dopuszczają zmiany postanowień umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w sytuacji obiektywnej konieczności wprowadzenia zmiany, w szczególności w niżej przedstawionym zakresie:
 - 1) zmiany nazwy własnej przedmiotu umowy – zmiana ta może być związana z ulepszeniem składu jakościowego produktu lub podyktowana zmianą procesu technologicznego produkcji pod warunkiem, że zmiana ta nie będzie powodowała jego pogorszenia jakościowego, a wyrób będzie spełniał wszelkie wymagania diagnostyczne, wymagania prawne i jakościowe określone przez Zamawiającego w Specyfikacji Warunków Zamówienia;
 - 2) zmiany asortymentu będącego przedmiotem umowy, która nie wynikała po stronie Zamawiającego, m.in. w przypadku zmiany przepisów obowiązujących w polskim krwiodawstwie lub zmiany wykonywanych procedur medycznych;
 - 3) zmiany ilości przedmiotu umowy (*odczynników chemicznych / **materiałów eksploatacyjnych – zmiana polegająca na zakupie większej ilości (max o 10%) przedmiotu umowy w stosunku do ilości określonej w Załączniku nr 1 do umowy, co spowoduje zwiększenie wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, jednak nie więcej niż o 10% wartości wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 6 ust. 1. Rozliczenie za dostarczony towar odbywać się będzie na podstawie ceny jednostkowej netto przemnożonej przez ilość dostarczonego przedmiotu umowy powiększonej o podatek od towarów i usług;
 - 4) zmiany cen – w następujących przypadkach:
 - a) zmiany wynikającej ze zmiany w prawie właściwym dla podatków i cel, które podwyższą lub obniżą cenę przedmiotu umowy, co w zależności od rodzaju zmian jakie będą miały miejsce, będzie skutkowało obniżeniem lub podwyższeniem ceny jednostkowej brutto przedmiotu umowy,
 - b) zmiany na korzyść Zamawiającego na skutek udzielonych rabatów, promocji;
 - 5) zmiany terminu obowiązywania umowy – zmiana polegająca na wydłużeniu okresu trwania umowy do momentu całkowitego wykorzystania przedmiotu umowy, nie dłużej niż o 6 miesięcy;
 - 6) zmiany wynagrodzenia Wykonawcy – po upływie 12 miesięcy realizacji umowy, dopuszcza się zmianę wynagrodzenia Wykonawcy, na pisemny wniosek Wykonawcy złożony w terminie do 30 dni od zaistnienia zmian (o ile Wykonawca wykaże, że zmiany te mają wpływ na koszty wykonania przez niego zamówienia i wskaże w jaki sposób) w przypadku zmiany:
 - a) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10.10.2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę – wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o kwotę odpowiadającą wzrostowi kosztu Wykonawcy w związku ze zwiększeniem wysokości wynagrodzeń pracowników wykonujących przedmiot umowy do wysokości aktualnie obowiązującego minimalnego wynagrodzenia za pracę, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia. Kwota odpowiadająca wzrostowi kosztu Wykonawcy będzie odnosić się wyłącznie do części wynagrodzenia pracowników wykonujących przedmiot umowy, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, odpowiadającej zakresowi, w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją umowy,

- b) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne – wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o kwotę odpowiadającą zmianie kosztu Wykonawcy ponoszonego w związku z wypłatą wynagrodzenia pracownikom wykonujących przedmiot umowy. Kwota odpowiadająca zmianie kosztu Wykonawcy będzie odnosić się wyłącznie do części wynagrodzenia pracownikom wykonujących przedmiot umowy, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, odpowiadającej zakresowi, w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu umowy,
 - c) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. Zmiana wysokości wynagrodzenia w przypadku zaistnienia przedmiotowej przesłanki dotyczyć będzie wyłącznie części wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w odniesieniu do której nastąpiła zmiana wysokości kosztów wykonania umowy przez Wykonawcę w związku z wejściem w życie przepisów zmieniających zasady gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych.
- 7) zmiany umowy w szczególności w zakresie zmiany terminu wykonania umowy lub jej części, czasowego zawieszenia wykonywania umowy lub jej części, zmiany sposobu wykonania zamówienia, zmiany zakresu świadczenia Wykonawcy i odpowiadające jej zmiany wynagrodzenia, na pisemny wniosek Wykonawcy złożony w terminie do 30 dni od zaistnienia okoliczności związanych z wystąpieniem stanów zagrożenia epidemicznego, epidemii lub pandemii (o ile Wykonawca wykaże, że okoliczności te mają wpływ na sposób realizacji/koszty wykonania przez niego zamówienia i wskaże w jaki sposób).
2. Zamawiający zastrzega sobie również możliwość zmiany w przypadku:
- 1) zmiany w obowiązujących przepisach prawa mających wpływ na przedmiot i warunki umowy oraz zmiany sytuacji prawnej lub faktycznej Wykonawcy i/lub Zamawiającego skutkującej brakiem możliwości realizacji przedmiotu umowy,
 - 2) powstania nadzwyczajnych okoliczności będących „siłą wyższą” grożących rażąco strata, których Strony nie przewidziały przy zawarciu umowy. Jako „siłę wyższą” rozumie się wydarzenia i okoliczności nadzwyczajne, nieprzewidywalne, niezależne od woli i intencji którejkolwiek ze Stron umowy,
 - 3) powstania nadzwyczajnych okoliczności nie będących „siłą wyższą”, grożących rażąco strata, których Strony nie przewidziały przy zawarciu umowy.
3. Zmiana postanowień przedmiotowej umowy może nastąpić wyłącznie na wniosek Zamawiającego lub Wykonawcy, za zgodą obu Stron, wyrażoną w formie pisemnej (aneksu) pod rygorem nieważności.

* dotyczy Części 1

** dotyczy Części 2

§ 10.

Umowa obowiązuje przez okres 12 miesięcy od dnia jej zawarcia.

§ 11.

- 1. Wykonawca przyjmuje odpowiedzialność cywilną za wszelkie spowodowane przez siebie szkody osobiste i majątkowe wobec osób trzecich, które mogą powstać w związku z wykonywaniem niniejszej umowy.
- 2. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w poufności wszelkich dotyczących Zamawiającego danych i informacji uzyskanych w związku z wykonywaniem niniejszej umowy, bez względu na sposób i formę ich przekazania.
Obowiązku zachowania poufności nie stosuje się do danych i informacji:
 - 1) dostępnych publicznie,
 - 2) otrzymanych przez Wykonawcę, zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego, od osoby trzeciej bez obowiązku zachowania poufności,
 - 3) które w momencie ich przekazania przez Zamawiającego były już znane Wykonawcy bez obowiązku zachowania poufności,
 - 4) w stosunku do których Wykonawca uzyskał pisemną zgodę Zamawiającego na ich ujawnienie.
- 3. Wykonawca oświadcza, że znany jest mu fakt, iż treść niniejszej umowy, a w szczególności przedmiot umowy i wysokość wynagrodzenia, stanowią informację publiczną w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2022 r., poz. 902 t.j.), która podlega udostępnieniu w trybie przedmiotowej ustawy, z zastrzeżeniem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa.

4. Wykonawca wyraża zgodę na udostępnienie w trybie ustawy, o której mowa w ust. 3, zawartych w niniejszej umowie danych go dotyczących, w zakresie obejmującym imiona i nazwiska osób realizujących przedmiot zamówienia.

§ 12.*

W stosunkach pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą na tle realizacji przedmiotu umowy wspólnie (konsorcjum, spółka cywilna), w zakresie realizacji umowy, obowiązują zasady:

- 1) solidarnej odpowiedzialności Wykonawców (uczestników konsorcjum, współników spółki) za całość podjętych w ramach przedmiotu zamówienia zobowiązań wynikających z niniejszej umowy, niezależnie od procentowego lub rzeczowego udziału każdego z nich w realizacji przedmiotu zamówienia,
- 2) reprezentacji jednego z Wykonawców (uczestników konsorcjum, współników spółki – lidera) ze skutkiem dla pozostałych, rozumianej jako wyłączone uprawnienie i obowiązek do składania i przyjmowania dokumentów i oświadczeń powstałych na tle realizacji niniejszej umowy.

* jeżeli dotyczy

§ 13.

Realizacja niniejszej umowy nie wiąże się z powierzeniem Wykonawcy przetwarzania danych osobowych, których administratorem jest Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Białymstoku.

§ 14.

1. Ze strony Wykonawcy osobą odpowiedzialną za przebieg realizacji umowy jest, tel., adres e-mail:
2. Ze strony Zamawiającego osobą odpowiedzialną za przebieg realizacji umowy jest, tel., adres e-mail:

§ 15.

1. Wszelkie dyskusje, kontrowersje lub różnice w interpretacji, które mogą wynikać z umowy, Strony skłonne są prowadzić i rozwiązywać na zasadach wzajemnego zrozumienia.
2. Wszelkie kwestie sporne nie mogące znaleźć rozwiązania na drodze polubownej, zostaną poddane do rozstrzygnięcia właściwym rzeczowo sądom powszechnym w Białymstoku.

§ 16.

1. Umowa podlega przepisom ustawy Kodeks cywilny.
2. Wszelkie uzgodnienia dotyczące przedmiotu umowy zawarte są w niniejszej umowie. Jakiegokolwiek inne uzgodnienia będą ważne jedynie wówczas, gdy określone zostaną w formie pisemnej (aneks) i podpisane przez obie Strony.
3. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

WYKONAWCA:

ZAMAWIAJĄCY: