

AD/PN – 25/08

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

na

„Dostawę odczynników i akcesoriów do wykonywania badań serologicznych wraz z dzierżawą dwóch automatycznych analizatorów do serologii grup krwi”

o wartości szacunkowej przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

Dyrektor Regionalnego Centrum Krwiodawstwa
i Krwiolecznictwa w Białymstoku

Prof. dr hab. med. Piotr Marek Radziwon

Białystok, 17.10.2008 r.

SPIS TREŚCI

Numer Rozdziału	Nazwa Rozdziału	Numer strony
I	Nazwa i adres Zamawiającego	3
II	Tryb udzielenia zamówienia	3
III	Opis przedmiotu zamówienia	3
IV	Termin wykonania zamówienia	4
V	Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny ich spełnienia	4
VI	Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia wymagań i warunków udziału w postępowaniu	5
VII	Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami	7
VIII	Wymagania dotyczące wadium	7
IX	Termin związania ofertą	8
X	Opis sposobu przygotowania ofert	8
XI	Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert	9
XII	Opis sposobu obliczenia ceny	10
XIII	Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie kierował się przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia kryterium i sposobu oceny ofert	10
XIV	Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego	11
XV	Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy	11
XVI	Wzór umowy na wykonanie zamówienia	12
XVII	Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia	12
XVIII	Postanowienia końcowe	13
	Załącznik A – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia	14
	Załącznik B – Wzór umowy	17
	Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy	22
	Załącznik nr 2 – Oświadczenie Wykonawcy	26
	Załącznik nr 3 – Podwykonawcy	27

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

**Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Białymstoku,
ul. M. Skłodowskiej – Curie 23,
15-950 Białystok,
tel. 085 7447002, fax 085 7447133,
www.rckik.bialystok.pl
e-mail: sekretariat@rckik.bialystok.pl
Godziny urzędowania Zamawiającego: od 7³⁰ do 15⁰⁰ od poniedziałku do piątku.**

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

Podstawę prawną opracowania specyfikacji istotnych warunków zamówienia stanowi:

- 1) ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r., Nr 223, poz. 1655), zwana w dalszej części SIWZ „ustawą”,
- 2) rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2006 r., Nr 87, poz. 605),
- 3) rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r., Nr 241, poz. 1763).

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest dostawa odczynników i akcesoriów do wykonywania badań serologicznych wraz z dzierżawą dwóch w pełni automatycznych analizatorów do serologii grup krwi.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik A do niniejszej SIWZ.

Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień – Kod CPV:

33696100 – odczynniki do klasyfikacji grupy krwi,

38434580 – analizatory testów immunologicznych.

1. Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert częściowych oraz wariantowych.
2. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających.
3. Sposób realizacji zamówienia:
 - Wykonawca dostarczać będzie odczynniki i akcesoria przez okres 36 miesięcy, sukcesywnie w ilościach zależnych od potrzeb Zamawiającego w terminie 14 dni od daty złożenia zamówienia faksem,
 - Wykonawca dostarczać będzie odczynniki i akcesoria do siedziby Zamawiającego na własny koszt i ryzyko,
 - instalacja analizatorów odbędzie się w Pracowni Prób Zgodności w siedzibie Zamawiającego, nie później niż do 31.12.2008 r.

IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

1. Termin realizacji zamówienia obejmuje okres 36 miesięcy, licząc od dnia podpisania umowy.
2. Zainstalowanie i uruchomienie analizatorów oraz szkolenie personelu Zamawiającego odbędzie się w Pracowni Prób Zgodności Zamawiającego, nie później niż do dnia 31.12.2008 r.
3. Dostawa odczynników i akcesoriów odbywać się będzie sukcesywnie w ilościach zależnych od potrzeb Zamawiającego w terminie 14 dni od daty złożenia zamówienia faksem.

V. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY ICH SPEŁNIENIA

I. Wymagania ustawowe:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1. spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych:
 - a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności,
 - b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
 - c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
2. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych,
3. załączą oświadczenie, że wyroby medyczne i analizatory są oznakowane znakiem CE,
4. załączą deklarację zgodności WE,
5. załączą certyfikat wydany przez notyfikowaną jednostkę certyfikującą, że wyrób medyczny jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami (jeżeli dotyczy),
6. załączą dokument potwierdzający wpis wyrobu medycznego do rejestru wyrobów medycznych i podmiotów odpowiedzialnych za ich wprowadzenie do obrotu i używania (jeżeli dotyczy),
7. zabezpieczą ofertę poprzez wniesienie wadium w kwocie i terminie określonym w rozdziale VIII SIWZ.

II. Wymagania Zamawiającego:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1. zaoferują analizatory, odczynniki i akcesoria, które wyczerpują przedmiot zamówienia i są zgodne z opisem i wymaganiami przedstawionymi w załączniku A do SIWZ,
2. załączą instrukcję dotyczącą przygotowania własnych krwinek wzorcowych do zastosowania w systemie zautomatyzowanym,
3. zaoferują co najmniej 9 miesięczny termin ważności odczynników i akcesoriów, licząc od dnia dostawy do Zamawiającego,
4. zobowiążą się do oddania w dzierżawę 2 w pełni automatycznych, fabrycznie nowych analizatorów do serologii grup krwi na okres 36 miesięcy,
5. zaoferują bezpłatny serwis gwarancyjny, zgodnie z zaleceniami producenta, oraz bezpłatne naprawy w okresie trwania umowy, z maksymalnym czasem naprawy lub podstawieniem równorzędnego sprzętu zastępczego w ciągu 48 godzin od chwili zgłoszenia awarii,
6. zaakceptują 14-dniowy termin płatności, licząc od momentu otrzymania towaru i faktury,
7. zadeklarują stałość cen w okresie trwania umowy,
8. zadeklarują wymagane terminy dostaw wraz z instalacją i uruchomieniem analizatorów oraz przeszkoleniem personelu Zamawiającego,
9. załączą instrukcję obsługi w języku polskim.

Wykonawcy mogą ubiegać się wspólnie o udzielenie zamówienia. W tym przypadku ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia i o zawarcie umowy w sprawie zamówienia.

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, przynajmniej jeden z nich musi wykazać, że spełnia warunki określone w pkt I. 1. a. Warunki określone w pkt I. 1. b i c, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, muszą spełnić łącznie – sumując swój potencjał i sytuację finansową. Warunek pkt I. 2 każdy Wykonawca musi spełnić z osobna.

Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawcy zostanie dokonana według formuły: **spełnia – nie spełnia.**

Zamawiający, na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy, będzie wzywał Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w SIWZ, lub którzy złożyli dokumenty, zawierające błędy, do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba, że mimo ich uzupełnienia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu lub konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

Zamawiający może też, na podstawie art. 26 ust. 4 ustawy, wezwać Wykonawców, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu.

VI. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WYMAGAŃ I WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

I. W celu potwierdzenia, że Wykonawca spełnia wymagania ustawowe udziału w postępowaniu, do oferty dołącza:

1. oświadczenie zgodne z postanowieniami art. 22 ust. 1 i art. 24 ust.1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych – zał. nr 2 do SIWZ,
2. aktualny odpis z właściwego rejestru lub aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
3. aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające nie zaleganie z opłacaniem podatków i opłat, lub zaświadczenie o uzyskaniu przewidzianym prawem zwolnieniu, odroczeniu lub rozłożeniu na raty zaległych płatności, lub wstrzymania w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
4. aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, potwierdzające nie zaleganie z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczenie o uzyskaniu przewidzianym prawem zwolnieniu, odroczeniu lub rozłożeniu na raty zaległych płatności, lub wstrzymania w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
5. aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4 - 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
6. aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy Prawo zamówień publicznych, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
7. wykaz zamówień - co najmniej jedno w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania, a jeżeli okres prowadzonej działalności jest krótszy – w tym okresie odpowiadające swoim rodzajem i wartością, dostawie stanowiącej przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że dostawy te zostały wykonane należycie,

8. polisę ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej deliktowej i kontraktowej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę co najmniej równą wartości brutto oferty, uwzględniając wartość ewidencyjną oferowanych analizatorów, obejmującą okres realizacji zamówienia, (jeżeli polisa obejmuje okres krótszy, wraz z zobowiązaniem Wykonawcy do przedłużenia obowiązywania polisy do końca okresu obejmującego realizację zamówienia),
9. potwierdzenie wniesienia wadium,
10. oświadczenie, że oferowane wyroby medyczne i analizatory posiadają oznakowanie CE,
11. deklarację zgodności WE z wymaganiami zasadniczymi,
12. certyfikat jednostki notyfikowanej uczestniczącej w procedurze oceny jakości (jeżeli dotyczy),
13. dokument potwierdzający zgłoszenie wyrobu do rejestru wyrobów medycznych i podmiotów odpowiedzialnych za ich wprowadzenie do obrotu i używania (jeżeli dotyczy).

II. W celu potwierdzenia, że Wykonawca spełnia wymagania Zamawiającego udziału w postępowaniu, do oferty dołącza:

1. oświadczenie, że oferowane analizatory, odczynniki i akcesoria wyczerpują przedmiot zamówienia i są zgodne z opisem i wymaganiami przedstawionymi w załączniku A do SIWZ,
2. instrukcję dotyczące przygotowania własnych krwinek wzorcowych do zastosowania w systemie zautomatyzowanym,
3. oświadczenie o co najmniej 9 miesięcznym terminie ważności odczynników i akcesoriów, licząc od dnia dostawy do Zamawiającego,
4. zobowiązanie do oddania w dzierżawę 2 w pełni automatycznych, fabrycznie nowych analizatorów do serologii grup krwi na okres 36 miesięcy,
5. oświadczenie, o wykonaniu bezpłatnych napraw serwisowych w okresie trwania umowy, wraz z dotrzymaniem czasu naprawy lub podstawieniem sprzętu równorzędnego, oraz o bezpłatnym serwisie gwarancyjnym, zgodnie z zaleceniami producenta,
6. oświadczenie o dotrzymaniu 14 – dniowego terminu płatności,
7. oświadczenie o stałości cen w okresie trwania umowy,
8. oświadczenie o dotrzymaniu wymaganych terminów dostaw, montażu, uruchomienia oraz przeszkolenia personelu Zamawiającego,
9. instrukcję obsługi analizatora w języku polskim.

OŚWIADCZENIA ZAWARTE W FORMULARZU OFERTOWYM NIE WYMAGAJĄ SKŁADANIA ODRĘBNYCH OŚWIADCZEŃ.

Dokumenty składane są w formie oryginału lub kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub osobę przez niego upoważnioną. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonych kopii dokumentu, w przypadku, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości. Dokumenty sporządzone w języku obcym składane są wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę.

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt I. 2 składa dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzający odpowiednio, że:

- a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,
- b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
- c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie.

Dokumenty, o których mowa w pkt a) i c) powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, w przypadku dokumentu opisanego w pkt b) odpowiednio 3 miesiące.

Jeżeli w kraju pochodzenia osoby, lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem kraju pochodzenia osoby, lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

VII. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI

1. Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami jest: mgr Elżbieta Samsonowicz – Łęczycka, ul. M. Skłodowskiej – Curie 23, 15-950 Białystok, pok. 201, tel. 085-7447002, 085 7456344, fax 085 7447133.
2. Na podstawie art. 27 ust. 1 i 2 ustawy, oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz inne informacje, Zamawiający i Wykonawcy przekazują wyłącznie w formie pisemnej. Każda ze stron, na żądanie drugiej, potwierdza niezwłocznie fakt ich otrzymania.
3. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ, a Zamawiający jest obowiązany niezwłocznie udzielić wyjaśnień, chyba, że prośba o wyjaśnienie wpłynęła na mniej niż 6 dni przed terminem składania ofert. Zamawiający niezwłocznie przesyła treść zapytania wraz z wyjaśnieniami wszystkim Wykonawcom oraz zamieszcza je na stronie internetowej Zamawiającego: www.rckik.bialystok.pl.
4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie, przed upływem terminu składania ofert, zmodyfikować treść SIWZ. Dokonaną w ten sposób modyfikację Zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim Wykonawcom oraz zamieszcza ją na stronie internetowej Zamawiającego. Zamawiający przedłuży termin składania ofert, jeżeli w wyniku modyfikacji treści SIWZ niezbędny będzie dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach. O przedłużeniu terminu składania ofert Zamawiający niezwłocznie zawiadamia wszystkich Wykonawców oraz zamieszcza tę informację na swojej stronie internetowej.

VIII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

1. Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia jest wniesienie wadium. Zamawiający określa wadium w wysokości 24.000,00 zł.
2. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert określonym w rozdziale XI SIWZ.
3. Wadium może być wnoszone w następujących formach:
 - a) w pieniądzu - przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Kredyt Bank S.A. II O/ Białystok 36 1500 1344 1213 4004 0133 0000,
 - b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym,
 - c) gwarancjach bankowych,
 - d) gwarancjach ubezpieczeniowych,
 - e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 z późn. zm.).
4. Jeżeli wadium zostanie wniesione w pieniądzu - przelewem, Wykonawca dołącza do oferty kserokopię wpłaty wadium z potwierdzeniem dokonanego przelewu. Na poleceniu przelewu należy wpisać: „Wadium – przetarg nr AD/PN-25/08 na dostawę odczynników

wraz z dzierżawą analizatorów do serologii grup krwi”. W pozostałych przypadkach wymagane jest dołączenie oryginału dokumentu wystawionego na rzecz Zamawiającego. Dokumenty, o których mowa w punkcie 3 (poza formą pieniężną) muszą zachowywać ważność przez cały okres, w którym Wykonawca jest związany ofertą.

5. W przypadku wnoszenia wadium przelewem na rachunek bankowy, o jego wniesieniu w terminie, decydować będzie data wpływu środków na rachunek bankowy Zamawiającego wskazany w pkt 3 a.
6. Gwarancje i poręczenia należy wystawiać na: Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Białymstoku, ul. M. Skłodowskiej – Curie 23, 15-950 Białystok i zdeponować w kasie Zamawiającego (pok. 40), zaś kopię potwierdzoną przez Wykonawcę należy dołączyć do oferty.
7. W przypadku przesyłania poręczenia lub gwarancji pocztą, oryginał gwarancji lub poręczenia należy przesłać na adres Zamawiającego podany w rozdziale I SIWZ, kopię zaś z klauzulą „za zgodność z oryginałem” należy dołączyć do oferty.
8. Okoliczności i zasady zwrotu wadium, zaliczenia na poczet należytego wykonania umowy oraz jego przepadku określa ustawa.

IX. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

Wykonawcy będą związani ofertą przez okres 60 dni, tj. do dnia **29.01.2009 r.** Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert, o którym mowa w punkcie XI SIWZ. W uzasadnionych przypadkach, na co najmniej 7 dni przed upływem terminu związania ofertą, Zamawiający może zwrócić się do Wykonawcy o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o maksymalnie 60 dni. Brak zgody Wykonawcy na przedłużenie terminu związania ofertą jest podstawą do wykluczenia z postępowania.

X. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT

1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
2. Ofertę składa się w formie pisemnej, w języku polskim, trwałą, czytelną techniką.
3. Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ.
4. Oferta powinna być złożona na druku Załącznika nr 1 do SIWZ. Formularz ofertowy oraz pozostałe dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory w formie załączników do SIWZ, winny być sporządzone zgodnie z tymi wzorami. Wszystkie kartki oferty powinny być trwale połączone, ponumerowane oraz zaparafowane lub podpisane przez osobę uprawnioną do występowania w imieniu Wykonawcy. Ewentualne poprawki lub korekty błędów w tekście oferty muszą być naniesione w czytelny sposób i parafowane przez osobę uprawnioną.
5. Składane dokumenty, w tym wszelkie zaświadczenia, muszą być załączone do oferty w formie oryginałów lub w formie kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.
6. Oferta musi być podpisana przez Wykonawcę, zgodnie z zasadami reprezentacji określonymi w dokumencie rejestrowym Wykonawcy. W przypadku, gdy ofertę podpisuje osoba upoważniona – stosowne pełnomocnictwo powinno być załączone do oferty w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza (opatrzone datą poświadczenia za zgodność).
7. Zamawiający nie zwraca Wykonawcom dokumentów zawartych w ofercie. Koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca.
8. Oferty nie spełniające wszystkich wymogów wymienionych w niniejszej SIWZ będą odrzucone lub spowodują wykluczenie Wykonawcy.
9. Wykonawca zobowiązany jest do wskazania części zamówienia, którą zamierza powierzyć podwykonawcy – załącznik nr 3 do SIWZ (jeśli dotyczy).
10. Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa Wykonawcy, po odpowiednim ich zastrzeżeniu, będą wyłączone z możliwości udostępnienia. Zastrzeżenia dotyczące

informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawca winien złożyć w ofercie w sposób wyraźnie określający wolę ich utajnienia, np.: spiąć (zszyć) oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty z jednoczesnym załączeniem do oferty oświadczenia treści „informacje zawarte na stronach od nr do nr stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i jako takie nie mogą być udostępniane innym uczestnikom niniejszego postępowania”.

11. Ofertę należy umieścić w jednej zabezpieczonej kopercie wewnętrznej oraz drugiej kopercie zewnętrznej oznaczonej adresem Zamawiającego – Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Białymstoku, ul. M. Skłodowskiej – Curie 23, 15-950 Białystok i napisem: „Oferta na dostawę odczynników wraz z dzierżawą analizatorów do serologii grup krwi. Nie otwierać przed dniem 01.12.2008 r., przed godz. 13.15”. Na wewnętrznej kopercie należy, poza opisem jak wyżej, podać nazwę i adres Wykonawcy składającego ofertę.
12. Wykonawca może, przed upływem terminu przewidzianego do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu należy złożyć na takich samych zasadach jak składana oferta, odpowiednio z dopiskiem „ZMIANA OFERTY”, lub „WYCOFANIE OFERTY”.
13. Koperty oznaczone adnotacją „WYCOFANIE OFERTY” będą otwierane w pierwszej kolejności. Koperty oznaczone dopiskiem „ZMIANA OFERTY”, po stwierdzeniu poprawności procedury dokonywania zmian, zostaną dołączone do oferty Wykonawcy, który wniósł zmiany.
14. Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona Wykonawcy bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu.

XI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

1. Oferty należy składać na adres:
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Białymstoku
ul. M. Skłodowskiej – Curie 23
15-950 Białystok
pok. 201 (II piętro).
2. Termin składania ofert upływa w dniu **01.12.2008** roku o godz. **13.00**.
3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu **01.12.2008** roku o godz. **13.15** w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Białymstoku przy ul. M. Skłodowskiej – Curie 23, pok. 203 (II piętro – sala seminaryjna).
4. Otwarcie ofert jest jawne.
5. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
6. Podczas otwarcie ofert Zamawiający podaje do wiadomości nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.
7. Zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy, Zamawiający nie ujawnia informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, jeżeli Wykonawca zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane.
8. Powyższe informacje zostaną niezwłocznie przekazane Wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, na ich wniosek.

XII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

1. Cena oferty musi zawierać wszystkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia wynikające wprost z formularza ofertowego.
2. Wszystkie ceny, podane w ofercie i innych dokumentach sporządzanych przez Wykonawcę, muszą być wyrażone w złotych polskich (do dwóch miejsc po przecinku).

3. Cena oferty musi być podana w złotych polskich, wpisana czytelnie liczbowo oraz słownie w formularzu ofertowym. Podana cena musi uwzględniać koszty:
 - transportu zagranicznego i krajowego do Zamawiającego,
 - ubezpieczenia towaru za granicę i w kraju do czasu przekazania go do Zamawiającego,
 - pakowania i znakowania wymaganego od przewoźnika,
 - załadunku i rozładunku u Zamawiającego,
 - cła i odprawy celnej (o ile wystąpią),
 - kontroli międzynarodowej (o ile wystąpi),
 - podatku VAT.
 Przy ocenie ofert pod uwagę brana będzie wartość - cena brutto oferty.
4. Wykonawca gwarantuje stałość cen przez cały okres obowiązywania umowy.
5. Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walutach obcych.
6. Zamawiający poprawi oczywiste omyłki pisarskie i rachunkowe w obliczeniu ceny (zgodnie z art. 88 ustawy), oraz niezwłocznie zawiadomi o tym wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty.

XIII. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE KIEROWAŁ SIĘ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA KRYTERIUM I SPOSOBU OCENY OFERT

Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryterium jakim jest:

- 1) cena ofertowa – 80%,**
- 2) parametry techniczne – 20 %.**

Ad.1. Kryterium 1) cena ofertowa zostanie ocenione zgodnie ze wzorem:

Cena = najniższa wartość oferowana brutto /wartość ocenianej oferty brutto x 80% x 100

Ad.2. Kryterium 2) parametry techniczne zostanie ocenione zgodnie ze wzorem:

Parametry techniczne = suma punktów oferty ocenianej/najwyższa suma punktów uzyskanych w przetargu x 20% x 100

Ocena parametrów technicznych przeprowadzona zostanie w następujący sposób – za każde ustalone poniżej podkryterium, spełnione przez oferowane analizatory, zostanie przyznanych 5 pkt:

1. możliwość rozpipetowania przez analizator badań grupy krwi w technice mikropłytkowej oraz zintegrowany system odczytu i przekazu wyników badań w technice mikropłytkowej do sieci LIS
TAK – 5 pkt. NIE – 0 pkt.
2. automatyczna procedura płukania analizatora
TAK – 5 pkt. NIE – 0 pkt.
3. możliwość transmisji wyników badań pomimo zatrzymania pracy aparatu lub jego awarii
TAK – 5 pkt. NIE – 0 pkt.
4. w przypadku braku odczynników aparat wstrzymuje pracę do momentu ich uzupełnienia.
TAK – 5 pkt. NIE – 0 pkt.

Suma punktów obliczona zgodnie z podanym wzorem będzie oceną kryterium 2. – parametry techniczne.

Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która w kryterium 1. i 2. uzyska łącznie (suma pkt przyznanych w poszczególnych kryteriach) największą ilość punktów.

XIV. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty o:
 - a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę, siedzibę i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy (firmy), siedziby i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierającym przyznaną punktację,
 - b) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone,
 - c) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia.
2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieści powyższe informacje na stronie internetowej Zamawiającego oraz na tablicy ogłoszeń w jego siedzibie.
3. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty i nie później niż przed upływem terminu związania ofertą. O miejscu i terminie zawarcia umowy poinformuje Wykonawcę, którego oferta została wybrana.
4. Umowa w sprawie zamówienia może być zawarta po upływie terminu związania ofertą, jeśli Zamawiający przekaze Wykonawcy informację o wyborze oferty przed upływem terminu związania ofertą, a Wykonawca wyrazi zgodę na zawarcie umowy na warunkach określonych w złożonej ofercie.
5. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, będzie uchylał się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba, że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy.
6. W przypadku, gdy zostanie wybrana oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych wykonawców.

XV. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

1. Zamawiający żąda zabezpieczenia należytego wykonania umowy, na pokrycie roszczeń z tytułu niewykonania lub niewłaściwego wykonania umowy, a także roszczeń z tytułu gwarancji jakości. Zabezpieczenie może być wnoszone w formach:
 - pieniądzu,
 - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym,
 - gwarancjach bankowych,
 - gwarancjach ubezpieczeniowych,
 - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
2. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego – rozdział VIII 3a SIWZ. Jeżeli Wykonawca wyrazi zgodę, wniesione wadium może być zaliczone na poczet zabezpieczenia.

3. Zamawiający zwraca wniesione w pieniądzu zabezpieczenie wraz z odsetkami wynikającymi z rachunku bankowego pomniejszone o koszty prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej.
4. Zabezpieczenie ustala się w wysokości 10 % ceny podanej w ofercie.
5. Zamawiający zwróci zabezpieczenie – 70 % w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należyte wykonane, natomiast 30% w terminie 15 dni po upływie rękojmi lub gwarancji za wady.

XVI. WZÓR UMOWY NA WYKONANIE ZAMÓWIENIA

Z Wykonawcą, którego oferta zostanie wybrana, Zamawiający podpisze umowę na dostawę odczynników wraz z dzierżawą analizatorów do serologii grup krwi. Wraz z SIWZ, Wykonawca otrzyma od Zamawiającego wzór takiej umowy.

XVII. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

1. Wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, czynności podjętych przez Zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez Zamawiającego czynności, których podjęcie nakazują przepisy prawa, Wykonawca może wnieść protest do Zamawiającego.
2. Termin do wniesienia protestu wynosi 7 dni od dnia, w którym Wykonawca powziął lub mógł powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
3. Protest dotyczący treści ogłoszenia oraz postanowień SIWZ wnosi się w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego.
4. W przypadku wniesienia protestu dotyczącego treści ogłoszenia lub postanowień SIWZ Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert.
5. Wniesienie protestu dopuszczalne jest tylko przed zawarciem umowy.
6. Protest winien wskazywać oprotestowaną czynność lub zaniechanie Zamawiającego, a także zawierać żądanie, przytoczenie zarzutów oraz okoliczności uzasadniające wniesienie protestu.
7. W przypadku wniesienia protestu po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia protestu. O zawieszeniu biegu terminu związania ofertą Zamawiający informuje niezwłocznie Wykonawców, którzy złożyli oferty.
8. Kopię wniesionego protestu Zamawiający niezwłocznie przekazuje Wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie zamówienia, a jeżeli protest dotyczy treści ogłoszenia lub postanowień SIWZ, zamieszcza ją również na stronie internetowej, na której jest udostępniana specyfikacja, wzywając Wykonawców do wzięcia udziału w postępowaniu.
9. Do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia protestu Zamawiający nie może zawrzeć umowy.
10. Zamawiający rozstrzyga jednocześnie wszystkie protesty dotyczące:
 - a) treści ogłoszenia,
 - b) postanowień SIWZ,
 - c) wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia, odrzucenia ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty,w terminie 10 dni od upływu ostatniego z terminów na wniesienie protestu. Protest inny niż wymienione powyżej Zamawiający rozstrzyga w terminie 10 dni od dnia jego wniesienia. Brak rozstrzygnięcia protestu w tych terminach uznaje się za jego oddalenie.
11. Rozstrzygnięcie protestu wraz z uzasadnieniem, Zamawiający przekazuje podmiotowi, który wniósł protest, Wykonawcom, którzy przystąpili do wniesionego protestu, a jeżeli protest dotyczy treści ogłoszenia lub postanowień SIWZ, zamieszcza również na swojej stronie internetowej.

12. W przypadku uwzględnienia protestu Zamawiający powtarza oprotestowaną czynność lub dokonuje czynności zaniechanej, o czym niezwłocznie informuje wszystkich Wykonawców.
13. Od rozstrzygnięcia protestu przysługuje odwołanie. Odwołanie wnosi się do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych w terminie 5 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia protestu lub upływu terminu rozstrzygnięcia protestu, jednocześnie przekazując jego kopię Zamawiającemu.
14. Kopię odwołania Zamawiający przekazuje wszystkim uczestnikom postępowania, nie później niż w terminie 2 dni od dnia jej otrzymania, wzywając ich do wzięcia udziału w postępowaniu odwoławczym.
15. Uczestnik postępowania toczącego się w wyniku wniesienia protestu może zgłosić przystąpienia do postępowania odwoławczego najpóźniej do czasu otwarcia posiedzenia składu orzekającego Izby. Zgłoszenie przystąpienia doręcza się Prezesowi Urzędu, przekazując jego kopię Zamawiającemu oraz Wykonawcy wnoszącemu odwołanie.
16. Izba rozpoznaje odwołanie w terminie 15 dni od dnia jego doręczenia Prezesowi Urzędu.
17. Na orzeczenie Izby, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu, co reguluje rozdział 4 ustawy Prawo zamówień publicznych.

XVIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Uczestnicy postępowania mają prawo wglądu do treści protokołu oraz ofert w trakcie prowadzonego postępowania z wyjątkiem dokumentów stanowiących załączniki do protokołu (jawne po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty) oraz stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

Udostępnianie protokołu i ofert odbywać się będzie wg poniższych zasad:

1. Zamawiający udostępni wskazane dokumenty po złożeniu pisemnego wniosku.
2. Zamawiający wyznaczy termin, miejsce (wyłącznie w siedzibie i w godzinach urzędowania zamawiającego) oraz zakres udostępnianych dokumentów.
3. Zamawiający wyznaczy członka komisji, w którego obecności udostępnione będą dokumenty.
4. Zamawiający umożliwi odpłatne kopiowanie dokumentów, w cenie 0,40 zł/stronę.

W sprawach nie uregulowanych zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych oraz Kodeks cywilny.

Załączniki do SIWZ:

Załącznik A – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia,

Załącznik B – Wzór umowy,

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy,

Załącznik nr 2 – Oświadczenie Wykonawcy,

Załącznik nr 3 – Podwykonawcy.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa odczynników i akcesoriów do wykonania niżej podanych badań wraz z dzierżawą dwóch w pełni automatycznych analizatorów do serologii grup krwi na okres trzech lat.

L.p.	Nazwa badania	Profil badania	Ilość badań/rok
1.	Badanie grupy krwi	-A, -B, -D VI+/DVI-, anty-A, anty-B, odczynniki monoklonalne	20 000
2.	Badanie grupy krwi u noworodka	-A, -B, -D, odczynniki -A, -B, -D dwa różne klony	2 000
3.	Screening przeciwciał odpornościowych PTA	I, II, III krwinki wzorcowe	32 000
3.	Screening przeciwciał odpornościowych PTA, enzym	I, II, III krwinki wzorcowe	6 000
3.	Screening przeciwciał odpornościowych enzym	I, II, III krwinki wzorcowe	4 000
4.	Potwierdzenie grupy krwi u biorcy (dotyczy weryfikacji grupy krwi w próbie zgodności)	-A, -B, -D VI-	15 500
4.	Potwierdzenie grupy krwi u dawcy (dotyczy weryfikacji grupy krwi w próbie zgodności)	-A, -B, -D VI+	38 000
5.	Próba zgodności PTA	Surowica biorcy + krwinki dawcy	38 000
6.	Bezpośredni test antyglobulinowy	Poliwalentna surowica antyglobulinowa	1 600
7.	Fenotyp układu Rh, Kell	C, c, E, e, K	400

Uwaga: Ilość odczynników/kart i akcesoriów powinna zostać wyliczona na okres trzech lat przy założeniu pracy w następującym systemie (maksymalna ilość badań na dobę):

1. Praca całodobowa,

a) 2 badania kontrolne na dobę/aparat (w zakresie jednej kontroli powinny znaleźć się: oznaczenie grupy krwi AB0 i antygeny D oraz wykrywanie przeciwciał odpornościowych PTA i testem enzymatycznym),

b) w ciągu doby 30 cykli badań w tym:

- 15 cykli - jednocześnie 8 próbek w celu wykonania pełnej grupy krwi z przeciwciałami odpornościowymi, czyli 120 badań na dobę (oznaczenie grup krwi AB0 i antygeny D oraz wykrywanie przeciwciał odpornościowych PTA i testem enzymatycznym),

- 15 cykli – jednocześnie 8 próbek w celu wykonania prób zgodności, czyli 120 badań na dobę (oznaczenie grup krwi AB0 i antygeny D u biorcy i dawców oraz wykrywanie przeciwciał odpornościowych PTA), właściwa próba zgodności po 2 jednostki krwi dla każdego biorcy).

	Warunki graniczne – niespełnienie któregokolwiek z warunków granicznych będzie skutkowało odrzuceniem oferty
1.	Oferowany system musi być fabrycznie nowy, w pełni automatyczny, czyli wykonywać samodzielnie całą procedurę badania od pobrania materiału z próbki badanej do przesłania wyniku do komputera.
2.	System automatyczny musi wykonywać wszystkie badania podane w załączniku A do SIWZ.
3.	Badanie przeglądowe na obecność przeciwciał odpornościowych przy użyciu krwinek spulowanych i/lub trzech krwinek wzorcowych
4.	Możliwość stosowania własnych krwinek wzorcowych
5.	Magazyn na odczynniki (karty/kasety) na pokładzie automatycznego analizatora: minimum 40 kart/kaset
6.	Pojemność analizatora na próbki: możliwość jednoczesnego załadowania minimum 30 próbek badanych
7.	Wykonywanie badań w oparciu o technikę mikrokolumnową
8.	Możliwość zastosowania próbek o zróżnicowanej średnicy od 10 do 16 mm i wysokości 75 – 100 mm
9.	Analizator automatyczny musi zgłaszać stan alarmowy, jeśli ilość odczynników nie jest wystarczająca do wykonania zaplanowanych badań.
10.	Automatyczne wykonanie odpowiednich zawieszin krwinek czerwonych na pokładzie automatycznego analizatora, jeśli wymaga tego procedura badania.
11.	System detekcji poziomu płynu w próbkach badanych i odczynnikach
12.	System detekcji skrzepu
13.	Automatyczny system kontroli stanu modułów automatycznego analizatora monitorujący główne etapy procesu
14.	Zatwierdzanie interpretacji wszystkich wyników przez uprawnionego operatora.
15.	Analizator automatyczny musi dwustronnie komunikować się z siecią laboratoryjną – włączenie do sieci LIS (<i>Centrum, Bank Krwi</i>) i niezbędne do tego oprzyrządowanie na koszt Wykonawcy
16.	Akceptacja systemów kodów kreskowych ISBT 128
17.	Archiwizacja wyników badań (protokół badania i obraz bezpośredni)
18.	Kompatybilny z analizatorami zestaw komputerowy wraz z zalecanym przez Wykonawcę oprogramowaniem oraz drukarką laserową oraz drukarką nalepek z kodami kreskowymi (możliwość druku na nalepkach 50mm x 25mm) i czytnikiem kodów kreskowych
19.	Zasilacze UPS do analizatorów i zestawu komputerowego o mocy wystarczającej do podtrzymania pracy tych urządzeń przez 30 minut – 2 szt. do zestawów komputerowych , 2 szt. do analizatorów
20.	Zestaw manualny dedykowany do tego samego rodzaju kart mikrokolumnowych i odczynników jako back – up w okresie dzierżawy: <ul style="list-style-type: none"> - 4 szt. – wirówka, inkubator, pipeta, - 2 szt. – czytnik do kart, - 10 000 szt. – końcówki do pipet
21.	W przypadku potwierdzonych fałszywie dodatnich wyników lub reakcji nieswoistych , wynikających z wadliwych kart bądź odczynników do testów mikrokolumnowych, wszelkie dodatkowe koszty związane z dalszymi badaniami próbek i wyeliminowaniem w/w błędów ponosi Wykonawca.
22.	W przypadku awarii analizatora gdy rozpoczęte badania nie zostaną wykonane przez analizator, koszty wynikające z powtórnego wykonania badań ponosi Wykonawca
23.	Możliwość odczytu i archiwizacji przez system automatyczny badań wykonanych manualnie.
24.	Możliwość manualnej weryfikacji odczytu karty przez operatora.

	Warunki dodatkowe
25	Możliwość rozpipetowania przez analizator badań grupy krwi w technice mikro płytkowej oraz zintegrowany system odczytu i przekazu wyników badań w technice mikro płytkowej do LISS
26	Automatyczna procedura płukania analizatora
27	Możliwość transmisji wyników badań pomimo zatrzymania pracy aparatu lub jego awarii
28	W przypadku braku odczynników aparat wstrzymuje pracę do momentu ich uzupełnienia.

WZÓR UMOWY**UMOWA NR AD/PN – 25/08**

zawarta w dniu, pomiędzy:

Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Białymstoku,

15-950 Białystok, ul. M. Skłodowskiej – Curie 23,

reprezentowanym przez :

1. prof. dr hab. med. Piotra Marka Radziwona – Dyrektora,

2. mgr Grażynę Cieślak – Głównego Księgowego

zwanym dalej „Zamawiającym”

a

....., z siedzibą w zarejestrowaną/ym
 przez Sąd Rejonowy dla w, Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
 Sądowego pod numerem KRS, kapitał zakładowyzł/ kapitał wpłacony
/ kapitał zakładowyzł,

NIP....., REGON, reprezentowaną/ym przez:

1. -

2. -

zwaną/ym w dalszej części umowy „Wykonawcą”,

o następującej treści:

§ 1

1. W wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego nr AD/PN - 25/08 na dostawę odczynników i akcesoriów do wykonywania badań serologicznych wraz z dzierzwą dwóch automatycznych analizatorów do serologii grup krwi, Zamawiający zawiera z Wykonawcą umowę, której przedmiotem jest dostawa niżej wymienionych:

Lp.	Numer katalogowy	Nazwa artykułu	Ilość (sztuk)	Cena jednostkowa netto (w zł)	% VAT	Wartość brutto (w zł)
1	2	3	4	5	6	4x5x6
WARTOŚĆ OGÓLEM:						

Wartość całości dostawy odczynników i akcesoriów wynosi: zł brutto,

słownie:.....

w tym podatek VAT zł,

słownie:.....

Wykonawca wstawi w dzierżawę dwa, fabrycznie nowe, w pełni automatyczne analizatory do serologii grup krwi:

Lp.	Nazwa urządzenia	Ilość (szt.)	Cena jednostkowa netto za dzierżawę (za miesiąc)	% VAT	Wartość brutto dzierżawy za okres 36 m-cy
		2			
RAZEM:					

Łączna wartość dzierżawy wynosi zł brutto

słownie:

i będzie opłacana przelewem po każdym zakończonym miesiącu w ciągu 30 dni od daty otrzymania faktury VAT w równych ratach po zł netto + % VAT.

Wartość dzierżawionej aparatury wynosi odpowiednio*:

Lp.	Nazwa urządzenia	Ilość (szt.)	Wartość jednostkowa brutto	Wartość razem
RAZEM:				

* do celów ewidencyjno-księgowych

Wartość całości dostawy odczynników i akcesoriów wraz z dzierżawą dwóch analizatorów

wynosi:.....zł brutto

słownie:.....

w tym podatek VAT:.....

słownie:.....

2. Ustalona wyżej wartość jest wartością brutto i obejmuje wszelkie płatności wobec Skarbu RP oraz koszty transportu, ubezpieczenia, montażu oraz przeszkolenia personelu Zamawiającego.
3. Strony ustalają niezmiennosc cen w okresie trwania umowy.

§ 2

1. Realizacja zamówienia w zakresie dostawy odczynników i akcesoriów, odbywać się będzie sukcesywnie według potrzeb Zamawiającego od dnia podpisania umowy przez okres 36 miesięcy, na koszt i ryzyko Wykonawcy jego transportem w ciągu 14 dni od dnia złożenia zamówienia faksem.
2. Miejsce dostawy – magazyn w siedzibie Zamawiającego.
3. Jeżeli dostawa nie nastąpi jak w pkt. 1, Zamawiający ma prawo zakupić towar u innego dostawcy, a ewentualną różnicą w cenie obciążyć Wykonawcę.
4. Zainstalowanie dwóch w pełni automatycznych analizatorów nastąpi w Pracowni Prób Zgodności Zamawiającego, nie później niż do dnia 31.12.2008 r.

§ 3

1. Podczas trwania dzierżawy Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego serwisu, zgodnie z zaleceniami producenta, oraz do bezpłatnych napraw dzierżawionego sprzętu maksymalnie w ciągu 48 godzin od zgłoszenia awarii.
2. W przypadku przedłużającej się naprawy i nie podstawienia sprzętu zastępczego Wykonawca zobowiązuje się do pokrycia różnicy kosztów wykonania badań poza RCKiK w Białymstoku łącznie z kosztami transportu, do czasu naprawy lub podstawienia równorzędnego sprzętu zastępczego.

§ 4

Wykonawca gwarantuje, że dostarczone odczynniki i akcesoria będą miały termin ważności min. 9 miesięcy od dnia dostawy.

§ 5

W przypadku, gdy zaproponowana przez Wykonawcę ilość odczynników i akcesoriów okaże się niewystarczająca do wykonania badań, Wykonawca dostarczy nieodpłatnie brakującą ilość odczynników i akcesoriów.

§ 6

Jakość dostarczonego przedmiotu umowy będzie na wysokim poziomie użytkowym:

- a) w przypadku stwierdzenia wad jakościowych, w tym wad ukrytych ujawnionych w czasie użytkowania lub braków ilościowych Zamawiający niezwłocznie powiadomi Wykonawcę oraz prześle protokół reklamacyjny,
- b) Wykonawca rozpatrzy reklamację i udzieli na nią odpowiedzi w ciągu 5 dni roboczych od dnia jej otrzymania,
- c) towar wadliwy Wykonawca zobowiązuje się odebrać własnym transportem i na własny koszt,
- d) termin zapłaty za towar zareklamowany będzie liczony od daty załatwienia reklamacji.

§ 7

Jeżeli Wykonawca w terminie 5 dni roboczych od daty uznania reklamacji, nie dostarczy partii towaru wolnego od wad, Zamawiający będzie mógł zakupić towar u innego dostawcy, a ewentualną różnicą w cenie obciąży Wykonawcę.

§ 8*

1. Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy wykonywać będzie przy pomocy podwykonawców.
 2. Zakres rzeczowy dostaw wykonywany przez podwykonawców sporządzony w oparciu o zestawienie wartości oferowanych określa wykaz podwykonawców stanowiących Załącznik nr do umowy (sporządzony na podstawie Załącznika nr 3 do oferty).
 3. Wykonawca zobowiązuje się do zawarcia z podwykonawcami umów, których treść podlega pisemnej akceptacji Zamawiającego. Wszelkie zmiany dotyczące wykazu podwykonawców oraz zakresu wykonywanych przez nich czynności wymagają pisemnej zgody Zamawiającego.
 4. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego oraz osób trzecich, za czynności, które wykonuje przy pomocy podwykonawców.
- * jeśli dotyczy

§ 9

Wraz z każdą dostawą, Wykonawca dostarczy fakturę VAT wystawioną w złotych polskich na kwotę wynikającą z zapisów § 1 niniejszej umowy. Należność za dostarczony towar i czynsz dzierżawny za analizatory będą fakturowane na oddzielnych dokumentach dla każdego rodzaju świadczenia.

§ 10

1. Zapłata za dostarczony towar nastąpi przelewem w ciągu 14 dni od dnia otrzymania faktury VAT.
2. Czynsz dzierżawny opłacany będzie przelewem po każdym zakończonym miesiącu w ciągu 14 dni od daty otrzymania faktury VAT w równych ratach po zł netto + % VAT.

§ 11

Zamawiający naliczy kary umowne :

- a) w wysokości 10% od wartości niezrealizowanej części umownej towaru, gdy Zamawiający odstąpi od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca.
- b) w wysokości 0,2% wartości umownej towaru nie dostarczonego w terminie, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki,
- c) w wysokości 0,2% wartości umownej towaru za nieterminowe usuwanie wad i załatwianie reklamacji.

§ 12

W przypadku braku realizacji lub nieterminowego realizowania dostaw Zamawiający ma prawo do odstąpienia od umowy z prawem do naliczenia kar umownych jak w § 11.

§ 13

Zamawiający zastrzega możliwość rozwiązania umowy przed terminem określonym w § 17, w przypadku, gdy odczynniki i akcesoria nie będą spełniały warunków przewidzianych dla wykonywanych badań (awaryjność analizatorów, spowolnienie pracy analizatorów, powtarzające się wady materiałów zużywalnych itp.).

§ 14

W przypadku zmiany urzędowych stawek podatku VAT, cena brutto może ulec zmianie o wartość wynikającą z tej zmiany.

§ 15

Wszelkie dyskusje, kontrowersje lub różnice w interpretacji, które mogą wynikać z umowy Strony skłonne są prowadzić i rozwiązywać na zasadach wzajemnego zrozumienia.

§ 16

Wszelkie kwestie sporne nie mogące znaleźć rozwiązania na drodze polubownej, zostaną poddane do rozstrzygnięcia właściwemu sądowi w Białymstoku.

§ 17

1. Umowa obowiązuje od dnia jej podpisania, przez okres 36 miesięcy, tj. do dnia
2. Po terminie określonym w pkt 1, w przypadku niewykorzystania wszystkich odczynników i akcesoriów, Zamawiający zwróci odpłatnie Wykonawcy niewykorzystane odczynniki i akcesoria.

§ 18

Umowa podlega ustawom Kodeks cywilny, Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. i ustawie o wyrobach medycznych z dnia 24 kwietnia 2004 r.

§ 19

Niniejsza umowa nie może być zmieniana na niekorzyść Zamawiającego - zgodnie z art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych.

§ 20

Odstąpienie od umowy przez Zamawiającego może nastąpić w trybie określonym w art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych.

§ 21

Wszelkie uzgodnienia dotyczące zamówionego towaru zawarte są w tej umowie. Jakikolwiek inne uzgodnienia będą ważne jedynie wówczas, gdy określone zostaną w formie pisemnej i podpisane przez obie Strony.

§ 22

Umowa została zawarta w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze Stron.

ZAMAWIAJĄCY:

WYKONAWCA:

FORMULARZ OFERTOWYOferta w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
na**„Dostawę odczynników i akcesoriów do wykonywania badań serologicznych wraz z dzierżawą dwóch automatycznych analizatorów do serologii grup krwi”****Dane Wykonawcy:**

Nazwa Wykonawcy:

.....

siedziba:

województwo:, powiat:

REGON:, NIP:

Dane osoby do kontaktu:

Nr telefonu i telefaxu:

Adres e-mail:

Nr rachunku bankowego:

W odpowiedzi na ogłoszenie dotyczące przetargu nieograniczonego nr AD/PN – 25/08, składam ofertę wykonania zamówienia publicznego: „Dostawa odczynników i akcesoriów do wykonywania badań serologicznych wraz z dzierżawą dwóch automatycznych analizatorów do serologii grup krwi”:

1. Oferuję realizację całości przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami przedstawionymi w SIWZ, jak niżej:

Lp.	Numer katalogowy	Nazwa artykułu	Ilość (sztuk)	Cena jednostkowa netto (w zł)	% VAT	Wartość brutto (w zł)
1	2	3	4	5	6	4x5x6
RAZE						
M:						

Wartość całości dostawy odczynników i akcesoriów wynosi:zł brutto
słownie:.....
w tym podatek VAT:.....
słownie:.....

Wykonawca wstawi w dzierżawę dwa, fabrycznie nowe, w pełni automatyczne analizatory do serologii grup krwi:

Lp.	Nazwa urządzenia, nazwa producenta, rok produkcji	Ilość (szt.)	Cena jednostkowa netto za dzierżawę (za miesiąc)	% VAT	Wartość brutto dzierżawy za okres 36 m-cy
		2			
RAZEM:					

Łączna wartość dzierżawy wynosi zł brutto

słownie:

i będzie opłacana przelewem po każdym zakończonym miesiącu w ciągu 30 dni od daty otrzymania faktury VAT w równych ratach po zł netto + % VAT.

Wartość dzierżawionej aparatury wynosi odpowiednio*:

Lp.	Nazwa urządzenia, nazwa producenta, rok produkcji	Ilość (szt.)	Wartość jednostkowa brutto	Wartość razem
		2		
RAZEM:				

* do celów ewidencyjno-księgowych

Wartość całości dostawy odczynników i akcesoriów wraz z dzierżawą dwóch analizatorów

wynosi:.....zł brutto

słownie:.....

w tym podatek VAT:.....

słownie:.....

2. Oświadczam, że oferowane analizatory spełniać będą poniższe wymagania (zaznaczyć właściwe):

Warunki graniczne – niespełnienie któregokolwiek z warunków granicznych będzie skutkowało odrzuceniem oferty	Tak	Nie
oferowany system musi być w pełni automatyczny, czyli wykonywać samodzielnie całą procedurę badania od pobrania próbki badanej do przesłania wyniku do komputera		
system automatyczny musi wykonywać wszystkie badania podane w załączniku A do SIWZ		
badanie przeglądowe na obecność przeciwciał odpornościowych przy użyciu krwinek spulowanych i/lub trzech krwinek wzorcowych		
możliwość stosowania własnych krwinek wzorcowych		
magazyn na odczynniki (karty/kasety) na pokładzie automatycznego analizatora: minimum 40 kart/kaset		
pojemność analizatora na próbki: możliwość jednoczesnego załadowania minimum 30 próbek badanych		
wykonywanie badań w oparciu o technikę mikrokolumnową		
Warunki graniczne – niespełnienie któregokolwiek z warunków	Tak	Nie

granicznych będzie skutkować odrzuceniem oferty		
możliwość zastosowania próbek o zróżnicowanej średnicy od 10 do 16 mm i wysokości 75 – 100 mm		
analyzer automatyczny musi zgłaszać stan alarmowy, jeśli ilość odczynników nie jest wystarczająca do wykonania zaplanowanych badań		
automatyczne wykonanie odpowiednich zawiesin krwinek czerwonych na pokładzie automatycznego analizatora, jeśli wymaga tego procedura badania		
system detekcji poziomu płynu w próbkach badanych i odczynnikach		
system detekcji skrzepu		
automatyczny system kontroli stanu modułów automatycznego analizatora monitorujący główne etapy procesu		
zatwierdzanie interpretacji wszystkich wyników przez uprawnionego operatora		
analyzer automatyczny musi dwustronnie komunikować się z siecią laboratoryjną – włączenie do sieci LIS (<i>Centrum, Bank Krwi</i>) i niezbędne do tego oprzyrządowanie na koszt Wykonawcy		
akceptacja systemów kodów kreskowych ISBT 128		
archiwizacja wyników badań (protokół badania i obraz bezpośredni)		
w przypadku potwierdzonych fałszywie dodatnich wyników lub reakcji nieswoistych, wynikających z wadliwych kart bądź odczynników do testów mikrokolumnowych, wszelkie dodatkowe koszty związane z dalszymi badaniami próbek i wyeliminowaniem w/w błędów ponosi Wykonawca		
w przypadku awarii analizatora gdy rozpoczęte badania nie zostaną wykonane przez analizator, koszty wynikające z powtórzenia badań ponosi Wykonawca		
możliwość odczytu i archiwizacji przez system automatyczny badań wykonanych manualnie.		
możliwość manualnej weryfikacji odczytu karty przez operatora.		
Warunki dodatkowe		
możliwość rozpipetowania przez analizator badań grupy krwi w technice mikropłytkowej oraz zintegrowany system odczytu i przekazu wyników badań w technice mikropłytkowej do LIS		
automatyczna procedura płukania analizatora.		
możliwość transmisji wyników badań pomimo zatrzymania pracy aparatu lub jego awarii		
w przypadku braku odczynników aparat wstrzymuje pracę do momentu ich uzupełnienia		

3. Oświadczam, że oferowane odczynniki, akcesoria i analizatory wyczerpują przedmiot zamówienia i są zgodne z opisem i wymaganiami przedstawionymi w załączniku A do SIWZ.
4. Oświadczam, że oferowane wyroby posiadają oznakowanie CE.
5. Oświadczam, że oferowane wyroby spełniają wszystkie wymagania stawiane w ustawie o wyrobach medycznych z dnia 20 kwietnia 2004 r. (Dz. U. z 2004 r., Nr 93, poz.896).
6. Zobowiązuje się do oddania w dzierżawę oferowanych, fabrycznie nowych, dwóch w pełni automatycznych analizatorów do serologii grup krwi, na okres 36 miesięcy.
7. Zobowiązuję się do bezpłatnego serwisu gwarancyjnego, zgodnego z zaleceniami producenta, i bezpłatnych napraw w okresie trwania umowy, z maksymalnym czasem naprawy lub podstawieniem równorzędnego sprzętu zastępczego w ciągu godzin od chwili zgłoszenia awarii.

8. Oświadczam, że w przypadku przedłużającej się naprawy i nie podstawienia sprzętu zastępczego, pokryję różnicę kosztów wykonania badań poza RCKiK w Białymstoku, łącznie z kosztami transportu, do czasu naprawy lub podstawienia sprzętu zastępczego.
9. Oferuję termin ważności odczynników i akcesoriów, co najmniej miesięcy licząc od dnia ich dostawy.
10. Oświadczam, że akceptuję 14 dniowy termin płatności, licząc od momentu dostarczenia towaru i faktury VAT.
11. Deklaruję stałość cen w czasie trwania umowy.
12. Oferuję zainstalowanie analizatorów wraz z przeszkolenie personelu Zamawiającego do dnia 31.12.2008 r.
13. Oferuję dostawę odczynników i akcesoriów, w ilościach zależnych od potrzeb Zamawiającego w ciągu 14 dni od daty nadania zamówienia faksem, sukcesywnie przez cały okres trwania umowy.
14. Oświadczam, że jestem związany niniejszą ofertą przez okres 60 dni od daty, w której upływa termin składania ofert.
15. Oświadczam, że zapoznałam/łem się z treścią SIWZ i nie wnoszę do niej żadnych zastrzeżeń.
16. W przypadku udzielenia zamówienia, zobowiązuję się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego oraz na warunkach przedstawionych we wzorze umowy, stanowiącym załącznik B do SIWZ.
17. Zamówienie zrealizuję*:
 - a) siłami własnymi,
 - b) przy pomocy podwykonawców.
 * niepotrzebne skreślić
18. Ofertę składam na kolejno ponumerowanych stronach.
19. Integralną częścią niniejszej oferty są:
 3. Załącznik nr 2 – Oświadczenie Wykonawcy,
 4. Załącznik nr 3 – Podwykonawcy (jeśli dotyczy),
 5. Załącznik A – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia,
 6. Załącznik B – Wzór umowy,
 7.,
 8.,
 9.,
 10.,
 11.,
 12.

.....
miejscowość i data

.....
podpis i pieczęć osoby uprawnionej

**OŚWIADCZENIE WYKONAWCY
O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU**

Przystępując do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne nr AD/PN – 25/08 na dostawę odczynników i akcesoriów do wykonywania badań serologicznych wraz z dzierżawą dwóch automatycznych analizatorów do serologii grup krwi, oświadczam, że spełniam warunki, wymienione w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, a mianowicie:

- 1) posiadam wymagane uprawnienia do wykonywania określonej działalności i czynności,
- 2) posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuję potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
- 3) znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

.....
miejsowość i data

.....
podpis i pieczęć osoby uprawnionej

**OŚWIADCZENIE WYKONAWCY
O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU**

Przystępując do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne nr AD/PN – 25/08 na dostawę odczynników i akcesoriów do wykonywania badań serologicznych wraz z dzierżawą dwóch automatycznych analizatorów do serologii grup krwi, oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

.....
miejsowość i data

.....
podpis i pieczęć osoby uprawnionej

pieczęć Wykonawcy

Załącznik nr 3

PODWYKONAWCY

Oświadczam, że realizację zamówienia publicznego nr AD/PN – 25/08 na dostawę odczynników i akcesoriów do wykonywania badań serologicznych wraz z dzierżawą dwóch automatycznych analizatorów do serologii grup krwi, zamierzam powierzyć podwykonawcy:

nazwa i adres firmy podwykonawcy	rodzaj, zakres i wartość powierzonych części realizacji zamówienia

.....
miejsowość i data

.....
podpis i pieczęć osoby uprawnionej