

**WYJAŚNIENIA DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
ORAZ ZAWIADOMIENIE O ZMIANIE TREŚCI SIWZ
W POSTĘPOWANIU NR ZP/KC – 10/11**

na

„Dostawę roztworu kriochronnego DMSO”

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Białymstoku przekazuje treść zapytania do wraz z odpowiedzią Zamawiającego:

Pytanie nr 1

Czy Zamawiający wyraża zgodę na dostarczenie DMSO roztworu kriochronnego zawierającego dwumetylosulfotlenek w stężeniu 100 %, 10 ml fiolka z gumowym korkiem zabezpieczającym.
Zestawy odczynników DMSO posiadają znak CE. Należą do klasy IIa wyrobów medycznych, zgodnie z dyrektywą 93/42/EEC dla produktów medycznych Annex II. Firma posiada Certyfikat kontroli jakości ISO 13485.

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak. Zamawiający wyraża zgodę na dostarczenie DMSO roztworu kriochronnego zawierającego dwumetylosulfotlenek w stężeniu 100 %, 10 ml fiolka z gumowym korkiem zabezpieczającym.

Pozostałe postanowienia SIWZ nie ulegają zmianie.

Białystok, dn. 19.07.2011 r.

Zatwierdzam

RCKiK w Białymstoku
Z-ca D. REKTORA
ds. ekonomicznych i administracyjnych

mgr Anna Lipowska