

**WYJAŚNIENIA DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA  
ORAZ ZMIANA TREŚCI SIWZ POSTĘPOWANIU NR AD/PN – 17/10 –  
„Zapewnienie niezbędnych elementów do wykonania pomiarów stężenia hemoglobiny  
ludzkiej”**

Zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2007 r., Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.), Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Białymstoku przekazuje treść zapytań do SIWZ wraz z odpowiedziami Zamawiającego:

**Pytanie 1 dot. Część 1:**

Czy Zamawiający potwierdza, że jeżeli bateria/akumulator jest wbudowany w analizator (zintegrowany), wówczas jego masę należy rozumieć jako masę wraz z baterią/akumulatorem

**Odpowiedź Zamawiającego: TAK.**

**Pytanie 2 dot. Część 1**

Czy Zamawiający wymaga aby analizator umożliwiał wprowadzenie nr donacji oraz identyfikatora operatora za pomocą czytnika kodów kreskowych i jednocześnie ręcznie bezpośrednio z w/w aparatu bez konieczności dołączania dodatkowych urządzeń zewnętrznych w trakcie jego pracy, bez wydłużania czasu obsługi dostawców

**Odpowiedź Zamawiającego: NIE.**

**Pytanie 3 dot. Część 1**

Czy Zamawiający dopuści w w/w postępowaniu przenośne analizatory do oznaczania hemoglobiny, których masa wynosi ok. 0,7 kg

**Odpowiedź Zamawiającego: Tak, Zamawiający dopuści analizatory, których masa nie przekracza 0,8 kg.**

Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2007 r., Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) Zamawiający zmienia treść SIWZ w w/w w następujący sposób:

1. W rozdziale SIWZ VI USZCZEGÓLOWIENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I OBOWIĄZKÓW WYKONAWCY pkt 2.1 odnośnik 2 otrzymuje brzmienie: „w przeciwnym przypadku Wykonawca powinien zapewnić dostawę testów wraz z dwuletnią dzierżawą 9 sztuk analizatorów dedykowanych do oferowanych testów oraz zapewnić transfer danych (nr donacji zgodny ze standardem ISBT128, data badania, wynik odczytu w g/L lub g/dL, identyfikator operatora, identyfikator analizatora) ze wspomnianych analizatorów do systemu IBS32 (system informatyczny do którego prawa autorskie posiada PUH "EBIKOM" Grzegorz Czalej, ul. Gałczyńskiego 4, 15-712 Białystok), wymagane cechy analizatorów: masa nie więcej niż 0,8 kg, przenośne, zasilane bateryjnie lub akumulatorowo”;
2. W rozdziale SIWZ VI USZCZEGÓLOWIENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I OBOWIĄZKÓW WYKONAWCY pkt 1.1. odnośnik drugi otrzymuje brzmienie: „w przeciwnym przypadku Wykonawca powinien zapewnić dostawę testów wraz z dwuletnią dzierżawą 1 sztuki analizatora dedykowanego do oferowanych testów, wymagane cechy analizatora: masa nie więcej niż 0,8 kg, przenośny, zasilany bateryjnie lub akumulatorowo”;

3. W załączniku nr 1 do SIWZ – Formularz ofertowy III PODSTAWOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE CENY OFERTY I KRYTERIÓW SIWZ pkt 1.b wiersz pierwszy tabeli otrzymuje brzmienie: „masa nie większa niż 0,8 kg”
4. W załączniku nr 1 do SIWZ – Formularz ofertowy III PODSTAWOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE CENY OFERTY I KRYTERIÓW SIWZ pkt 2.b wiersz pierwszy tabeli otrzymuje brzmienie: „masa nie większa niż 0,8 kg”
5. W rozdziale III SIWZ OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY pkt 11, ostatnie zdanie otrzymuje brzmienie: „Nie otwierać przed dniem 28.05.2010 r. przed godz. 11.15. ”
6. W rozdziale X SIWZ MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT pkt. 2 otrzymuje brzmienie: „termin składania ofert: do dnia 28.05.10 r. do godz. 11.00. ”
7. W rozdziale XI SIWZ MIEJSCE I TRYB OTWARCIA OFERT pkt.1.1 otrzymuje brzmienie: „Publiczne otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego:  
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Białymstoku  
ul. M. Skłodowskiej – Curie 23  
15-950 Białystok  
pok. 216 – sala konferencyjna  
termin składania ofert: do dnia 28.05.2010 r. o godz. 11.15 ”

Pozostałe postanowienia SIWZ bez zmian

Białystok, 19.05.2010 r.

DYREKTOR  
Regionalnego Centrum Krwiodawstwa  
i Krwiolecznictwa w Białymstoku

Prof. dr hab. n. med. Piotr Marek Radziwon

